

TERAPIA

FALLAS FRECUENTES

PRESIÓN

Reintentar



PRUEBA DE CIRCUITO PACIENTE



Presión de ingreso de oxígeno inferior a 3.0 kg/cm²

La presión de la línea de gases de ingreso (aire/O₂) esta debajo del rango necesario.

- Verificar la presión de suministro de gases y que la reguladora de presión funcione correctamente



- Verificar la conexión en la parte posterior del equipo

