

ROSSETO, CLAUDIA MARIA GUIMARAES

HO LONDRINA - HOSPITAL DE OLHOS

ROD. MABIO GONCALVES PALHANO 800

(43) 3354-3309
adm@holondrina.com.br
www.holondrina.com.br

Resultado: OK
CVD: 12,00 mm



OD direita								Cálculo IOL								OS esquerda																															
◐◑																◑◐																															
Status de olho																																															
LS: Fácico Ref: --- LVC: Não tratado Refr.-alvo: +0,00 D												VS: Corpo vítreo VA: --- Modo LVC: - SIA: +0,15 D @ 135°												LS: Fácico Ref: --- LVC: Não tratado Refr.-alvo: +0,00 D												VS: Corpo vítreo VA: --- Modo LVC: - SIA: +0,15 D @ 120°											
Valores biométricos																																															
AL: 22,36 mm SD: 8 μm ACD: 2,73 mm SD: 4 μm LT: 4,80 mm SD: 15 μm WTW: 11,5 mm												AL: 22,31 mm SD: 9 μm ACD: 2,68 mm SD: 7 μm LT: 4,82 mm SD: 20 μm WTW: 11,5 mm												AL: 22,31 mm SD: 9 μm ACD: 2,68 mm SD: 7 μm LT: 4,82 mm SD: 20 μm WTW: 11,5 mm												AL: 22,31 mm SD: 9 μm ACD: 2,68 mm SD: 7 μm LT: 4,82 mm SD: 20 μm WTW: 11,5 mm											
SE: 43,83 D SD: 0,01 D K1: 43,43 D @131° ΔK: -0,80 D @131° K2: 44,23 D @ 41° TSE: 43,80 D SD: 0,04 D TK1: 43,33 D @128° ΔTK: -0,95 D @128° TK2: 44,28 D @ 38°												SE: 43,75 D SD: 0,02 D K1: 43,51 D @179° ΔK: -0,48 D @179° K2: 44,00 D @ 89° TSE: 43,70 D SD: 0,05 D TK1: 43,49 D @175° ΔTK: -0,41 D @175° TK2: 43,91 D @ 85°												SE: 43,75 D SD: 0,02 D K1: 43,51 D @179° ΔK: -0,48 D @179° K2: 44,00 D @ 89° TSE: 43,70 D SD: 0,05 D TK1: 43,49 D @175° ΔTK: -0,41 D @175° TK2: 43,91 D @ 85°												SE: 43,75 D SD: 0,02 D K1: 43,51 D @179° ΔK: -0,48 D @179° K2: 44,00 D @ 89° TSE: 43,70 D SD: 0,05 D TK1: 43,49 D @175° ΔTK: -0,41 D @175° TK2: 43,91 D @ 85°											
TK Alcon Toric SN6AT(2-9)												TK Alcon Toric SN6AT(2-9)												TK Alcon Toric SN6AT(2-9)												TK Alcon Toric SN6AT(2-9)											
- Barrett Toric TK - LF: +2,02 DF: +5,0												- Barrett Toric TK - LF: +2,02 DF: +5,0												- Barrett Toric TK - LF: +2,02 DF: +5,0												- Barrett Toric TK - LF: +2,02 DF: +5,0											
IOL SE	Cil IOL	Eixo IOL	IOL	Ref SE	Ref esf	Ref cil	Ref eixo	IOL SE	Cil IOL	Eixo IOL	IOL	Ref SE	Ref esf	Ref cil	Ref eixo	IOL SE	Cil IOL	Eixo IOL	IOL	Ref SE	Ref esf	Ref cil	Ref eixo	IOL SE	Cil IOL	Eixo IOL	IOL	Ref SE	Ref esf	Ref cil	Ref eixo																
T2 +26,00	+1,00	30°	-0,60	-0,45	-0,30	120°	T2 +26,00	+1,00	30°	-0,60	-0,45	-0,30	120°	T2 +26,00	+1,00	30°	-0,60	-0,45	-0,30	120°	T2 +26,00	+1,00	30°	-0,60	-0,45	-0,30	120°	T2 +26,00	+1,00	30°	-0,60	-0,45	-0,30	120°													
T2 +25,50	+1,00	30°	-0,24	-0,09	-0,30	120°	T2 +25,50	+1,00	30°	-0,24	-0,09	-0,30	120°	T2 +25,50	+1,00	30°	-0,24	-0,09	-0,30	120°	T2 +25,50	+1,00	30°	-0,24	-0,09	-0,30	120°	T2 +25,50	+1,00	30°	-0,24	-0,09	-0,30	120°													
T2 +25,00	+1,00	30°	+0,13	+0,28	-0,30	120°	T2 +25,00	+1,00	30°	+0,13	+0,28	-0,30	120°	T2 +25,00	+1,00	30°	+0,13	+0,28	-0,30	120°	T2 +25,00	+1,00	30°	+0,13	+0,28	-0,30	120°	T2 +25,00	+1,00	30°	+0,13	+0,28	-0,30	120°													
T2 +24,50	+1,00	30°	+0,48	+0,64	-0,30	120°	T2 +24,50	+1,00	30°	+0,48	+0,64	-0,30	120°	T2 +24,50	+1,00	30°	+0,48	+0,64	-0,30	120°	T2 +24,50	+1,00	30°	+0,48	+0,64	-0,30	120°	T2 +24,50	+1,00	30°	+0,48	+0,64	-0,30	120°													
T2 +24,00	+1,00	30°	+0,84	+0,99	-0,30	120°	T2 +24,00	+1,00	30°	+0,84	+0,99	-0,30	120°	T2 +24,00	+1,00	30°	+0,84	+0,99	-0,30	120°	T2 +24,00	+1,00	30°	+0,84	+0,99	-0,30	120°	T2 +24,00	+1,00	30°	+0,84	+0,99	-0,30	120°													
---	+1,38	30°	Emetropia				---	+1,38	30°	Emetropia				---	+1,38	30°	Emetropia				---	+1,38	30°	Emetropia				---	+1,38	30°	Emetropia																

--- nenhum valor medido

Comentário



Paciente

ROSSETO, CLAUDIA MARIA GUIMARAES

Data de nascim. 11/01/1963
ID de paciente 29371

Sexo feminino

HO LONDRINA - HOSPITAL DE OLHOS

Médico Surgeon

Operador Surgeon

ROD. MABIO GONCALVES PALHANO 800

(43) 3354-3309
adm@holondrina.com.br
www.holondrina.com.brData de verific. da calibr: 09/07/2025
Data da medição: 09/07/2025de: Surgeon
n: 1,3375Resultado: OK
CVD: 12,00 mm**OD**
direita

Análise

Status de olho

LS: Fácico
Ref: ---VS: Corpo vítreo
VA: ---

LVC: Não tratado

Valores biométricos


AL: 22,36 mm	SD: 8 µm	WTW: 11,5 mm	lx: +0,6 mm	ly: +0,0 mm
CCT: 602 µm	SD: 4 µm	P: 5,2 mm	CW-chord: 0,5 mm @ 191°	
ACD: 2,73 mm	SD: 4 µm			
LT: 4,80 mm	SD: 15 µm			

SE: 43,83 D	SD: 0,01 D
K1: 43,43 D @ 131°	SD: 0,02 D
K2: 44,23 D @ 41°	SD: 0,01 D
ΔK: -0,80 D @ 131°	

TSE: 43,80 D	SD: 0,04 D
TK1: 43,33 D @ 128°	SD: 0,07 D
TK2: 44,28 D @ 38°	SD: 0,03 D
ΔTK: -0,95 D @ 128°	

B-Scan




Fixação



Anterior Axial Power

Ceratometria

Branco a branco



(!) Valor-limite

(*) Valor editado manualmente

--- nenhum valor medido

Comentário



Paciente

ROSSETO, CLAUDIA MARIA GUIMARAES

Data de nascim. 11/01/1963
ID de paciente 29371

Sexo feminino

HO LONDRINA - HOSPITAL DE OLHOS

Médico Surgeon

Operador Surgeon

ROD. MABIO GONCALVES PALHANO 800

(43) 3354-3309
adm@holondrina.com.br
www.holondrina.com.brData de verific. da calibr: 09/07/2025
Data da medição: 09/07/2025de: Surgeon
n: 1,3375Resultado: OK
CVD: 12,00 mm

Análise

OS
esquerda

Status de olho

LS: Fácico
Ref: ---VS: Corpo vítreo
VA: ---

LVC: Não tratado


Valores biométricos

AL: 22,31 mm	SD: 9 µm	WTW: 11,5 mm	Ix: -0,6 mm	Iy: +0,0 mm
CCT: 614 µm	SD: 3 µm	P: 5,5 mm	CW-chord: 0,4 mm @ 348°	
ACD: 2,68 mm	SD: 7 µm			
LT: 4,82 mm	SD: 20 µm			

SE: 43,75 D	SD: 0,02 D	TSE: 43,70 D	SD: 0,05 D
K1: 43,51 D @ 179°	SD: 0,05 D	TK1: 43,49 D @ 175°	SD: 0,10 D
K2: 44,00 D @ 89°	SD: 0,03 D	TK2: 43,91 D @ 85°	SD: 0,10 D
ΔK: -0,48 D @ 179°		ΔTK: -0,41 D @ 175°	

B-Scan




Fixação



Anterior Axial Power

Ceratometria

Branco a branco



(!) Valor-limite

(*) Valor editado manualmente

--- nenhum valor medido

Comentário



Paciente

ROSSETO, CLAUDIA MARIA GUIMARAES

Data de nascim. 11/01/1963
ID de paciente 29371

Sexo feminino

HO LONDRINA - HOSPITAL DE OLHOS

Médico Surgeon

Operador Surgeon

ROD. MABIO GONCALVES PALHANO 800

(43) 3354-3309
adm@holondrina.com.br
www.holondrina.com.brData de verific. da calibr: 09/07/2025
Data da medição: 09/07/2025de: Surgeon
n: 1,3375Resultado: OK
CVD: 12,00 mm

OD direita				Valores biométricos				OS esquerda							
Status de olho															
LS: Fácico Ref: --- LVC: Não tratado				VS: Corpo vítreo VA: ---				LS: Fácico Ref: --- LVC: Não tratado				VS: Corpo vítreo VA: ---			
Valores biométricos															
AL: 22,36 mm CCT: 602 µm ACD: 2,73 mm LT: 4,80 mm				SD: 8 µm SD: 4 µm SD: 4 µm SD: 15 µm				AL: 22,31 mm CCT: 614 µm ACD: 2,68 mm LT: 4,82 mm				SD: 9 µm SD: 3 µm SD: 7 µm SD: 20 µm			
AL	CCT	ACD	LT	AL	CCT	ACD	LT	AL	CCT	ACD	LT	AL	CCT	ACD	LT
22,36 mm	601 µm	2,73 mm	4,81 mm	22,32 mm	611 µm	2,67 mm	4,83 mm	22,32 mm	614 µm	2,68 mm	4,82 mm	22,32 mm	614 µm	2,68 mm	4,82 mm
22,36 mm	604 µm	2,72 mm	4,82 mm	22,32 mm	614 µm	2,68 mm	4,82 mm	22,32 mm	614 µm	2,68 mm	4,82 mm	22,32 mm	614 µm	2,68 mm	4,82 mm
22,36 mm	600 µm	2,73 mm	4,80 mm	22,31 mm	613 µm	2,68 mm	4,82 mm	22,31 mm	613 µm	2,68 mm	4,82 mm	22,31 mm	613 µm	2,68 mm	4,82 mm
22,35 mm	597 µm	2,73 mm	4,80 mm	22,31 mm	616 µm	2,68 mm	4,81 mm	22,31 mm	616 µm	2,68 mm	4,81 mm	22,31 mm	616 µm	2,68 mm	4,81 mm
22,36 mm	602 µm	2,73 mm	4,78 mm	22,30 mm	615 µm	2,68 mm	4,82 mm	22,30 mm	615 µm	2,68 mm	4,82 mm	22,30 mm	615 µm	2,68 mm	4,82 mm
22,36 mm	606 µm	2,73 mm	4,81 mm	22,31 mm	613 µm	2,67 mm	4,82 mm	22,31 mm	613 µm	2,67 mm	4,82 mm	22,31 mm	613 µm	2,67 mm	4,82 mm
Valores corneanos															
SE: 43,83 D K1: 43,43 D @ 131° K2: 44,23 D @ 41° ΔK: -0,80 D @ 131°				SD: 0,01 D SD: 0,02 D SD: 0,01 D				SE: 43,75 D K1: 43,51 D @ 179° K2: 44,00 D @ 89° ΔK: -0,48 D @ 179°				SD: 0,02 D SD: 0,05 D SD: 0,03 D			
SE: 43,81 D SE: 43,83 D SE: 43,83 D				ΔK: -0,83 D @ 132° ΔK: -0,80 D @ 132° ΔK: -0,78 D @ 130°				SE: 43,77 D SE: 43,74 D SE: 43,75 D				ΔK: -0,41 D @ 177° ΔK: -0,51 D @ 179° ΔK: -0,54 D @ 179°			
TSE: 43,80 D TK1: 43,33 D @ 128° TK2: 44,28 D @ 38° ΔTK: -0,95 D @ 128°				SD: 0,04 D SD: 0,07 D SD: 0,03 D				TSE: 43,70 D TK1: 43,49 D @ 175° TK2: 43,91 D @ 85° ΔTK: -0,41 D @ 175°				SD: 0,05 D SD: 0,10 D SD: 0,10 D			
TSE: 43,77 D TSE: 43,77 D TSE: 43,84 D				ΔTK: -1,04 D @ 129° ΔTK: -0,93 D @ 127° ΔTK: -0,89 D @ 128°				TSE: 43,68 D TSE: 43,67 D TSE: 43,76 D				ΔTK: -0,24 D @ 172° ΔTK: -0,58 D @ 173° ΔTK: -0,43 D @ 179°			
Valores branco a branco e valores pupilares															
WTW: 11,5 mm P: 5,2 mm				lx: +0,6 mm CW-chord: 0,5 mm @ 191°				WTW: 11,5 mm P: 5,5 mm				lx: -0,6 mm CW-chord: 0,4 mm @ 348°			
Imagem armazenada								Imagem armazenada							

(!) Valor-limite

(*) Valor editado manualmente

--- nenhum valor medido

Comentário



Paciente

ROSSETO, CLAUDIA MARIA GUIMARAES

Data de nascim. 11/01/1963
ID de paciente 29371

Sexo feminino

HO LONDRINA - HOSPITAL DE OLHOS

Médico Surgeon

Operador Surgeon

ROD. MABIO GONCALVES PALHANO 800

(43) 3354-3309
adm@holondrina.com.br
www.holondrina.com.brData de verific. da calibr: 09/07/2025
Data da medição: 09/07/2025de: Surgeon
n: 1,3375Resultado: OK
CVD: 12,00 mmOD
direita

Valores corneanos

OS
esquerda

Status de olho

LS: Fácico VS: Corpo vítreo
Ref: --- VA: ---
LVC: Não tratadoLS: Fácico VS: Corpo vítreo
Ref: --- VA: ---
LVC: Não tratado

Valores corneanos

SE: 43,83 D SD: 0,01 D
K1: 43,43 D @ 131° SD: 0,02 D
K2: 44,23 D @ 41° SD: 0,01 D
ΔK: -0,80 D @ 131°SE: 43,75 D SD: 0,02 D
K1: 43,51 D @ 179° SD: 0,05 D
K2: 44,00 D @ 89° SD: 0,03 D
ΔK: -0,48 D @ 179°SE: 43,81 D ΔK: -0,83 D @ 132°
SE: 43,83 D ΔK: -0,80 D @ 132°
SE: 43,83 D ΔK: -0,78 D @ 130°SE: 43,77 D ΔK: -0,41 D @ 177°
SE: 43,74 D ΔK: -0,51 D @ 179°
SE: 43,75 D ΔK: -0,54 D @ 179°

Total Keratometry

TSE: 43,80 D SD: 0,04 D
TK1: 43,33 D @ 128° SD: 0,07 D
TK2: 44,28 D @ 38° SD: 0,03 D
ΔTK: -0,95 D @ 128°TSE: 43,70 D SD: 0,05 D
TK1: 43,49 D @ 175° SD: 0,10 D
TK2: 43,91 D @ 85° SD: 0,10 D
ΔTK: -0,41 D @ 175°TSE: 43,77 D ΔTK: -1,04 D @ 129°
TSE: 43,77 D ΔTK: -0,93 D @ 127°
TSE: 43,84 D ΔTK: -0,89 D @ 128°TSE: 43,68 D ΔTK: -0,24 D @ 172°
TSE: 43,67 D ΔTK: -0,58 D @ 173°
TSE: 43,76 D ΔTK: -0,43 D @ 179°

Valores da superfície corneana traseira

PSE: -5,93 D SD: 0,03 D
PK1: -5,88 D @ 7° SD: 0,01 D
PK2: -5,99 D @ 97° SD: 0,06 D
ΔPK: -0,11 D @ 97°PSE: -5,95 D SD: 0,05 D
PK1: -5,88 D @ 8° SD: 0,06 D
PK2: -6,03 D @ 98° SD: 0,06 D
ΔPK: -0,15 D @ 98°PSE: -5,94 D ΔPK: -0,14 D @ 109°
PSE: -5,97 D ΔPK: -0,14 D @ 88°
PSE: -5,90 D ΔPK: -0,05 D @ 88°PSE: -5,99 D ΔPK: -0,23 D @ 92°
PSE: -5,97 D ΔPK: -0,13 D @ 133°
PSE: -5,89 D ΔPK: -0,19 D @ 89°

Demais valores

CCT: 602 μm SD: 4 μm
WTW: 11,5 mm lx: +0,6 mm ly: +0,0 mm
P: 5,2 mm CW-chord: 0,5 mm @ 191°CCT: 614 μm SD: 3 μm
WTW: 11,5 mm lx: -0,6 mm ly: +0,0 mm
P: 5,5 mm CW-chord: 0,4 mm @ 348°

(!) Valor-limite

(*) Valor editado manualmente

--- nenhum valor medido

Comentário



Paciente

ROSSETO, CLAUDIA MARIA GUIMARAES

Data de nascim. 11/01/1963
ID de paciente 29371

Sexo feminino

HO LONDRINA - HOSPITAL DE OLHOS

Médico Surgeon

Operador Surgeon

ROD. MABIO GONCALVES PALHANO 800

(43) 3354-3309
adm@holondrina.com.br
www.holondrina.com.brData de verific. da calibr: 09/07/2025
Data da medição: 09/07/2025de: Surgeon
n: 1,3375Resultado: OK
CVD: 12,00 mm**OD**
direita


Reference Image

Status de olho

LS: Fácico
Ref: ---VS: Corpo vítreo
VA: ---

LVC: Não tratado

Valores biométricos

AL: 22,36 mm
ACD: 2,73 mm
LT: 4,80 mm
WTW: 11,5 mm
P: 5,2 mm
lx: +0,6 mm ly: +0,0 mm
CW-chord: 0,5 mm @ 191°SE: 43,83 D
K1: 43,43 D @ 131°
K2: 44,23 D @ 41°
ΔK: -0,80 D @ 131°TSE: 43,80 D
TK1: 43,33 D @ 128°
TK2: 44,28 D @ 38°
ΔTK: -0,95 D @ 128°

(!) Valor-limite

(*) Valor editado manualmente

--- nenhum valor medido

Comentário



Paciente

ROSSETO, CLAUDIA MARIA GUIMARAES

Data de nascim. 11/01/1963
ID de paciente 29371

Sexo feminino

HO LONDRINA - HOSPITAL DE OLHOS

Médico Surgeon

Operador Surgeon

ROD. MABIO GONCALVES PALHANO 800

(43) 3354-3309
adm@holondrina.com.br
www.holondrina.com.brData de verific. da calibr: 09/07/2025
Data da medição: 09/07/2025de: Surgeon
n: 1,3375Resultado: OK
CVD: 12,00 mm

Reference Image


OS
esquerda

Status de olho

LS: Fácico
Ref: ---VS: Corpo vítreo
VA: ---

LVC: Não tratado

Valores biométricos

AL: 22,31 mm
ACD: 2,68 mm
LT: 4,82 mm
WTW: 11,5 mm
P: 5,5 mm
lx: -0,6 mm ly: +0,0 mm
CW-chord: 0,4 mm @ 348°SE: 43,75 D
K1: 43,51 D @ 179°
K2: 44,00 D @ 89°
ΔK: -0,48 D @ 179°TSE: 43,70 D
TK1: 43,49 D @ 175°
TK2: 43,91 D @ 85°
ΔTK: -0,41 D @ 175°

(!) Valor-limite

(*) Valor editado manualmente

--- nenhum valor medido

Comentário

