

Data de nasc:	19/06/1964	Organização:	Camila Ferreira Leite, Am...	Intervalo de datas:	28/03/2022 - 26/04/2022
Referência:		Morada:	Rua Coronel Nunes de Melo, 1142 ,	Data de configuração:	27/04/2022
ID do paciente:			Rodolfo Teófilo	Máscara:	
Telefone:			Fortaleza, CE 60416-000	App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	REMstar Auto (System One 60 Series) V3.06 (569P) P235931480E92				

### Equipa de cuidados médicos

Leite, Camila	Camila Ferreira Leite	Rua Coronel Nunes de Melo, 1142, Fortaleza - CE, 60416-000, BRA
---------------	-----------------------	---

### Informações de aderência à terapêutica 28/03/2022 - 26/04/2022

### Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	28/03/2022 - 26/04/2022 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	29 dias
Dias sem uso do aparelho	1 dia
Porcentagem de dias com uso do aparelho	96,7%
Uso acumulado	4 dias 11horas. 5 min. 42 segundos.
Uso máximo (1 dia)	6horas. 42 min. 28 segundos.
Média de uso (todos os dias)	3horas. 34 min. 11 segundos.
Média de uso (dias de uso)	3horas. 41 min. 34 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	7 min. 30 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	50,0%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	50,0%
Tempo total com soprador	4 dias 19horas. 18 min. 27 segundos.

### Resumo CPAP (Philips Respironics)

Média do tempo em vazamento grande por dia	6 segundos.
Média de IAH	1,1
Pressão CPAP	7,0 cmH2O


Definições do Dispositivo a partir de 26/04/2022

Modo do aparelho CPAP - Nenhum

## Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Pressão CPAP	7 cmH2O
Desativação automática	Desativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Rampa	Ativado
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	4 cmH2O
Alerta de máscara	Desativado
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Período de lembrete da máscara	Desativado
Mudar ajustes do umidificador	Sim
Modo de umidificação	System One
Configuração do umidificador	3
Texto Mensagem Instantânea	

## Horas de uso



## Ajustes de umidificação do aparelho

