

AUTOSUR CCA 12
126 RUE NICOLAS APPERT
0
12000 RODEZ

N/Réf : S012S077

ATTESTATION N° 260422K

Je soussignée, Mme Estelle GOUACHE, Directrice Qualité et Métrologie à Chartres (28), atteste que :

- L'analyseur de gaz ACTIGAS équipé de la cellule de mesure, type AT505 numéro de série **210/17-301017**
- L'opacimètre ACTIGAS, numéro de série de la cellule type AT605 **500647**
- Le lecteur ACTI-OBd, numéro de série **162416**

Installés dans le centre sont conformes :

- Au modèle présenté pour l'obtention du certificat d'examen de type MID SLM N° SK 08-001 MI-010 Rév.0 du 08/02/2008 ou N° SK 08 - 001 MI-010 Rév.1 du 25 mai 2015 (analyseur de gaz). Ce certificat fait référence à l'Ordonnance du Gouvernement de la République Slovaque n° 294/2005, qui est la transposition en droit Slovaque de la Directive Instruments de Mesure 2014/32/UE. Cette même Directive est transposée en droit français par l'arrêté du 9 juin 2016.
- Au modèle présenté pour l'obtention du certificat d'examen de type N° LNE-34094 Rév.0 du 30 avril 2018 ou N° LNE-34094 Rév.1 du 29 juillet 2022 (opacimètre). Il ne fait référence qu'à la réglementation française.
- Au cahier des charges CDC 1 version B relatif aux dispositifs de mesure de l'opacité des fumées.
- Au cahier des charges CDC 2 version A relatif aux dispositifs d'analyse des gaz d'échappement.
- Au cahier des charges CDC 6 version C relatif au dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions du véhicule.
- Au protocole OTC-LAN version 3 et aux spécifications techniques relatives aux échanges de données ST/OTC-LAN/F9-1, ST/OTC-LAN/F9-2 et ST/OTC-LAN/F9-3.

Ci-joints :

- Le certificat d'examen de type MID SLM N° SK 08-001 MI-010 révision 0 et 1.
- Le certificat d'examen de type N° LNE-34094 révision 0 et 1.
- Le certificat de qualification de type, N°CDQ/24/06744, du dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes d'un véhicule.
- Le certificat de qualification de la liaison informatique OTC-LAN N°24/LAN/ECE/0205 du 02/10/2024.
- La fiche de suivi des évolutions mineures transmission OTC-LAN N°24/LAN/ECE/0205 du 15/10/2024.

Fait à Chartres, le 22/04/2026

MULLER AUTOMOTIVE

SAS au capital de 500.000 € - RCS Chartres- Siret 910 431 378 000 25 - NAF : 3312Z - TVA FR 59 910 431 378

Adresse : 8, rue Réaumur - Jardin d'entreprises - 28000 Chartres - France

Tel : +33 (0)2 37 33 34 00 - @ : contact@mullerautomotive.fr - www.mullerautomotive.fr





EC - type examination certificate
Certificat d'examen de type CE

SK 08 - 001 MI-010

Rév. 0 Add. 4

In accordance with

Government Ordinance of the Slovak Republic No 294/2005 Coll. on measuring instruments as amended by Government Ordinance No 445/2010 Coll., which implements, in the Slovakia, the Directive 2004/22/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on measuring instruments as later amended

Conformément à

l'ordonnance gouvernementale n° 294/2005 Coll. de la République slovaque relative aux instruments de mesure, telle que modifiée par l'ordonnance gouvernementale n° 445/2010 Coll. mettant en œuvre, en Slovaquie, la Directive 2004/22/CE du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure, telle que modifiée ultérieurement.

Issued to (manufacturer)

Atal spol. s r. o.
Lesní 47
39001 Tabor, Česká republika

Diffusée à (fabricant)

Atal spol. s r. o.
Lesní 47
39001 Tabor, République tchèque

In respect of

exhaust gas analyser

Relativement à

analyseur de gaz d'échappement

Trademark/Type

AT 505

Marque commerciale/Type

AT 505

Essential requirements

Annex No 1 and Annex MI-010 to SR Government Ordinance No 294/2005 Coll.

Principales références réglementaires

Annexe n° 1 et Annexe MI-010 de l'ordonnance gouvernementale de la RS n° 294/2005 Coll.

Harmonised standards and normative documents used

OIML R 99 2000	Further applied documents	WELMEC 8.20 WELMEC 7.2
----------------	---------------------------	---------------------------

Normes harmonisées et documents normatifs appliqués

OIML R 99 2000	Autres documents appliqués	WELMEC 8.20 WELMEC 7.2
----------------	----------------------------	---------------------------

Description and documentation

The principal characteristics, instrument description and approval conditions are set out in the Final protocol No 047/1432/13 MI-010, which is part of this EC - type examination certificate. All the designs, schematic diagrams and documentation are recorded in reference folder Atal_AT505_4.

Description et documentation

Les caractéristiques principales, la description de l'instrument et les conditions de validation sont définies dans le procès-verbal final n° 047/1432/13 MI-010, lequel fait partie intégrante du présent certificat d'examen de type CE. Les dessins, diagrammes schématiques et la documentation sont enregistrés dans le dossier de référence Atal_AT505_4.

Notified Body

1432

Organisme notifié

1432

Valid until

2018-02-08

Valable jusqu'au

08/02/2018

Date of issue

2013-08-27

Date d'émission

27/08/2013

Platný do
Valid until

2018-02-08

Vystavený dňa
Date of issue

2013-08-27



Ing. Stefan Král, PhD.
zástupca notifikovanej osoby
Representative of Notified Body
Représentant de l'organisme notifié

Where the instrument is subject to other Directives covering other aspects, this EC - type examination certificate is valid, assuming that the instruments conforms to the provision of those Directives
Lorsque l'instrument est soumis à d'autres Directives couvrant d'autres aspects, le présent Certificat d'examen de type CE reste valable à condition que l'instrument soit conforme aux dispositions desdites Directives.

Slovenská legálna metrologia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia





CERTIFICAT D'EXAMEN DE TYPE CE

SK 08 - 001 MI-010

Rév. 1 Add. 0

Cette révision remplace toutes les versions précédentes du présent Certificat dans leur intégralité

Délivré par

**Slovenská legálna metrológia, n. o.
Hviezdoslavova 31
974 01 Banská Bystrica
République Slovaque**

Organisme notifié **1432**

En application

Ordonnance gouvernementale n° 294/2005 Coll. de la République slovaque relative aux instruments de mesure, telle que modifiée par l'ordonnance gouvernementale n° 445/2010 Coll. mettant en œuvre, en Slovaquie, la Directive 2004/22/CE du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure (MID), telle que modifiée ultérieurement.

Exigences essentielles applicables

Annexe I et Annexe MI-010 à la directive MID

Fabricant

**ACTIA CZ s.r.o.
Lesní47
390 01 Tabor - Horky, République Tchèque**

Demandeur

Fabricant

Instrument de mesure

Analyseur de gaz d'échappement

Type

AT 505

Marque de commerce

Voir Annexe descriptive

Version du logiciel

1.1.x ou 1.2.x

Classes d'environnement

- climatique (+5 à +40)°C
- mécanique M2
- électromagnétique E2

Description et documentation

Les principales données techniques et métrologiques, les caractéristiques, la description de l'instrument et les conditions d'approbation figurent dans l'Annexe descriptive au présent certificat d'examen de type CE (11 pages), qui fait partie du certificat d'examen de type CE. Les rapports d'essais, conceptions, schémas de principes et documents employés au cours du processus de certification sont enregistrés sous la référence de dossier ACTIA_AT505_01_00.

Valable jusqu'au

8 février 2018

Délivré le

25 mai 2015



Réf. n° 058/P-017



Ing. Štefan Kral, P
Representative of Notified Body
Ing. Štefan Kral, PhD.
Représentant de l'organisme



Lorsque l'instrument est soumis à d'autres Directives couvrant d'autres aspects, le présent Certificat d'examen de type CE reste valable à condition que l'instrument soit conforme aux dispositions desdites Directives. Sans l'autorisation écrite de l'organisme notifié, le présent certificat ne peut être reproduit que dans son intégralité.

voe examination certificate is
out written permission of the

CERTIFICAT D'EXAMEN DE TYPE

N° LNE-34094 rév. 0 du 30 avril 2018

Délivré par : Laboratoire national de métrologie et d'essais

En application : Décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié, arrêté du 31 décembre 2001 et arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction, au contrôle et à l'utilisation des opacimètres et la décision n°17.00.852.001.1 du 04 janvier 2017 autorisant la délivrance de certificats d'examen de type d'opacimètres conformes à la norme NF R 10-025 : 2016

Délivré à : ACTIA AUTOMOTIVE - 5 rue de la Taye
FRANCE - 28110 - LUCE

Fabricant : ACTIA AUTOMOTIVE - 5 rue de la Taye - FRA - 28110 - LUCE

Concernant : L'opacimètre ACTIA type AT605

Caractéristiques : Les caractéristiques de l'opacimètre sont définies en annexe.

Valable jusqu'au : 29 mars 2028

Les principales caractéristiques et conditions d'approbation figurent dans l'annexe ci-jointe qui fait partie intégrante du certificat d'approbation et comprend 13 page(s). Tous les plans, schémas et notices sont déposés au Laboratoire national de métrologie et d'essais sous la référence de dossier DCF/22/P179207-null

Etabli le 30 avril 2018

Pour le Directeur Général

Thomas LOMMATZSCH
Responsable du Pôle Certification
Instrumentation

Laboratoire national de métrologie et d'essais

Établissement public à caractère industriel et commercial • Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00
Fax : 01 40 43 37 37 • E-mail : info@lne.fr • Internet : www.lne.fr • Siret : 313 320 244 00012 • NAF : 743 B • TVA : FR 92 313 320 244
Barclays Paris Centrale IBAN : FR76 3058 8600 0149 7267 4010 170 BIC : BARCFRPP

Organisme désigné par
le Ministère chargé de l'industrie



CERTIFICAT D'EXAMEN DE TYPE

N° LNE-34094 rév. 1 du 29 juillet 2022

Modifie le certificat 34094-0

Délivré par : Laboratoire national de métrologie et d'essais

En application : Décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié, arrêté du 31 décembre 2001 modifié et arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction, au contrôle et à l'utilisation des opacimètres et la décision n°17.00.852.001.1 du 04 janvier 2017 autorisant la délivrance de certificats d'examen de type d'opacimètres conformes à la norme NF R 10-025 : 2016

Délivré à : MULLER AUTOMOTIVE - SITE DE CHARTRES 8 RUE REAUMUR
FRANCE - 28000 - CHARTRES

Fabricant : MULLER AUTOMOTIVE - 8 Rue Réaumur, Jardin d'entreprise - FRA - 28000 - CHARTRES

Concernant : L'opacimètre ACTIGAS type AT605

Caractéristiques : Les caractéristiques de l'opacimètre sont définies en annexe.

Valable jusqu'au : 29 mars 2028

Les principales caractéristiques et conditions d'approbation figurent dans l'annexe ci-jointe qui fait partie intégrante du certificat d'approbation et comprend 13 page(s). Tous les plans, schémas et notices sont déposés au Laboratoire national de métrologie et d'essais sous la référence de dossier DCF/22/P222264-Rapport_evaluation_transfert_27072022



Accréditation n°5-0012
Liste des sites accrédités
et portée disponible sur
www.cofrac.fr



Pour le Directeur Général

THOMAS
LOMMATZ
SCH ID

Signature
numérique de
THOMAS
LOMMATZSCH ID

Responsable du Pôle Certification Instrumentation et
Technologies de l'Information



**CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE TYPE
DISPOSITIF DE DIAGNOSTIC DES SYSTÈMES EMBARQUÉS DE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS
POLLUANTES D'UN VÉHICULE**

N° CDQ/24/06744

Certificat établi, en application du Cahier des charges du Ministère chargé des Transports CDC6 version C, au modèle suivant :

Fabricant :

MULLER AUTOMOTIVE
8 rue Réaumur
28000 Chartres

Modèle :

ACTI-OBD

L'appareil est qualifié pour les :

- ☒ véhicules légers avec un PTAC n'excédant pas 3.5 tonnes
- ☒ véhicules lourds avec un PTAC supérieur à 3.5 tonnes

Options :

- ☒ mode RTC :
 - Analyseur de gaz AT505
 - Opacimètre AT605

Logiciel :

Version : 1.XX

N° de rapport d'essai: 24/06744

Motif de l'extension :

Evolution du cahier des charges

Benoît GOURLAOUEN
Leader d'essais

Fait à Linas, le 03/09/2024

Serge FICHEUX
Responsable de l'OTC

Confidential Document



**CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE LA LIAISON INFORMATIQUE D'UN
SYSTEME / EQUIPEMENT INDIVIDUEL
N° 24/LAN/ECE/0205**

Certificat établi, en application :

1. du protocole OTC-LAN version 3
2. des spécifications techniques relatives aux échanges de données mentionnées en annexe du présent certificat de qualification.

Demandeur : MULLER AUTOMOTIVE

Raison sociale : MULLER AUTOMOTIVE
Adresse : 8 rue Réaumur
28000 CHARTRES
FRANCE

Liste des matériels constituant du système :

Matériel 1 : analyseur de gaz
Matériel 2 : opacimètre
Matériel 3 : lecteur EOBD

Liste des configurations couvertes :

Configuration système 1 : analyseur de gaz & opacimètre & lecteur EOBD
Configuration système 2 : analyseur de gaz & opacimètre
Configuration système 3 : analyseur de gaz & lecteur EOBD
Configuration système 4 : opacimètre & lecteur EOBD

Configuration équipement individuel 1 : analyseur de gaz
Configuration équipement individuel 2 : opacimètre
Configuration équipement individuel 3 : lecteur EOBD

Caractéristiques du mode de liaison entre les matériels et le système d'exploitation :

Liaison RS232 entre l'analyseur de gaz et le PC-Système. Liaison RS232 ou Bluetooth entre l'opacimètre et le PC-Système. Liaison Bluetooth ou USB entre le lecteur EOBD et le PC-Système. Liaison filaire entre le PC-Système et le PC-Centre.

Rappel : le présent certificat n'est valable que s'il est accompagné de ses annexes décrivant les spécifications et caractéristiques des différents matériels constituant le système.

Fait à Linas, le 02/10/2024



ANNEXE AU CERTIFICAT DE QUALIFICATION DU SYSTEME N° 24/LAN/ECE/0205

MATERIEL 1 : ANALYSEUR DE GAZ

Marque du matériel : ACTIA AUTOMOTIVE

Modèle et/ou type : AT505

Version de logiciel : 1.2.xx.y LAN3.00

Référence du document attestant de la conformité du matériel par rapport à des exigences spécifiques réglementaires :
Certificat d'examen de type CE : SK 08 – 001 MI-010 Rev.0 du 08/02/2008 ou SK 08 - 001 MI-010 Rev.1 du 25 mai 2015

Référence de la spécification technique relative aux échanges de données : ST/OTC-LAN/F9-1 version "ADG02"

MATERIEL 2 : OPACIMETRE

Marque du matériel : ACTIA AUTOMOTIVE ou MULLER AUTOMOTIVE (en fonction de la révision du certificat de qualification)

Modèle et/ou type : ACTIGAS AT605

Version de logiciel : 2.22.2xxx LAN3.00

Référence du document attestant de la conformité du matériel par rapport à des exigences spécifiques réglementaires :
Certificat d'examen de type : LNE-34094 Rév.0 du 30 avril 2018 ou LNE-34094Rev.1 du 29 juillet 2022

Référence de la spécification technique relative aux échanges de données : ST/OTC-LAN/F9-2 version "OPA02"

MATERIEL 3 : LECTEUR EOBD

Marque du matériel : MULLER AUTOMOTIVE

Modèle et/ou type : ACTI-OBd

Version de logiciel : V1.xx LAN3.00

Référence du document attestant de la conformité du matériel par rapport à des exigences spécifiques réglementaires :
certificat de qualification de type : CDQ/24/06744 du 03/09/2024

Référence de la spécification technique relative aux échanges de données : ST/OTC-LAN/F9-3 version "OBD03"

DISPOSITIFS COMPLEMENTAIRES : - Logiciel : StartingApplication

Marque du matériel : MULLER AUTOMOTIVE

Modèle et/ou type : StartingApplication

Version de logiciel : 1.xx

Référence(s) du ou des rapports d'essais du laboratoire : 24/04812

UTAC - Autodrome de Linas-Montlhéry BP20212 - 91311 Montlhéry Cedex France



Fiche de suivi des évolutions mineures transmission OTC-LAN

Description du matériel

FABRICANT : **MULLER AUTOMOTIVE**
8 rue Réaumur
28000 CHARTRES
FRANCE

TYPE DE MATERIEL : Dispositif d'analyse des gaz d'échappement (analyseur de gaz)
Dispositif de mesure de l'opacité des fumées (opacimètre)
Dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule (lecteur OBD)

MARQUE : MULLER AUTOMOTIVE

MODELE : AT505
ACTIGAS AT605
ACTI-OBD

CERTIFICAT DE QUALIFICATION MATERIEL INITIAL : 24/LAN/ECE/0205

VERSION DU LOGICIEL QUALIFIE INITIALEMENT : LAN3.00

Liste des évolutions mineures

Date de la validation de l'évolution	Version logiciel	Description de l'évolution	Dernier indice N° certificat matériel et N° de rapport d'essai (si existant)	Mise à niveau obligatoire (OUI / NON)
15/10/2024	LAN3.01	Prise en compte de l'évolution de la spécification technique des lecteurs EOBD : ST/OTC-LAN/F9-3 version OBD04 Remontée de la balise PL07=OBD04	N° certificat : CDQ/24/06744 N° de rapport : 24/04812	OUI

--	--	--	--	--	--