

1 Situation

On réalise un test sur des défibrillateurs de différentes marques. Chaque défibrillateur délivre des chocs de différentes intensités sur des périodes pouvant varier légèrement. Un défaut est constaté par une irrégularité dans les aires des courbes de chocs. En effet l'une des aires devrait être plus importante, ce qui signifie que le défibrillateur a subi une interruption. Les fréquences de base de ces trois défibrillateurs sont :

1. $|\sin(1.1x)|$
2. $|\sin(0.9x)|$
3. $|\cos(x + \frac{\pi}{2})|$



Parmi les trois propositions suivantes représentant des aires. L'aire est calculé à partir des 10000 premières périodes des fréquences de base. Comment pourrais t'on faire pour trouver celle qui représente un défaut :

1. 89440cm²
2. 62720cm²
3. 77440cm²

