

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

FREEZER
Piso -1
Cong - 08 Sedile Piso -1
LIEBHERR
LKPV 6522 INDEX 41/001
81.342.211.2

N° de Activo Fijo 62001084-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

4094	
Vitacura 5951	
Noviembre, 2021	
Mantención	

Chequeo de temperatura de Compresor
Chequeo de Luces Interiores
Funcionamiento de termostato de Cooler
Chequeo de estado de burletes
Limpieza de serpentín (Condensador)
Limpieza de bandeja de condensado
Reapriete de bornera de motor
Inspección visual de filtración de gas refrigerante
Limpieza General del equipo

Se realiza mantención preventiva

Firma Técnico

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Cooler	1.2

Observaciones:

	Medición de Consumos Eléctricos (A)	
	L	Nominal
Compresor	0.54	1.2
Ventilador	0.32	0.9

V° B° Responsable Clínica

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería