

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Refrigerador
Ubicación	PISO 3 TORRE SUR
Descripción	FREEZZER AREA LIMPIA HT, PISO 3 TORRE SUR
Marca	DAEWOO
Modelo	FF09
Serie	WG17Y678640024

N° de Activo Fijo	62001374-0
N° OT	9596
Edificio	AV. VITACURA 5951
Período de Ejecución	Abril, 2022
Área	Mantenición

Chequeo de temperatura de Compresor	✓
Chequeo de Luces Interiores	✓
Funcionamiento de termostato de gabinete	✓
Funcionamiento de termostato de cooler	✓
Chequeo de estado de burletes	✓
Limpieza de serpentín (Condensador)	✓
Limpieza de bandeja de condensado	✓
Reapriete de bornera de motor	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓
Limpieza General del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Gabinete	1.1
Freezer	

Compresor Ventilador	Medición de Consumos Eléctricos (A)	
	L	Nominal
	0.72	1

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 19-04-2022

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	José Paricaguan

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica