

Componentes Asociados en EETT

Computadores, impresoras y sistemas de video integrados



Revisión completa de las EETT: equipos cuya especificación exige computador, impresora o sistema de video como parte del equipo (accesorio de facto), aunque no figure en la sección de accesorios. La columna derecha resume el requisito textual.


Tipos	Unidades	Recintos
102	177	98


Estos componentes deben considerarse en la recepción y en TI (redes/puestos) aunque no aparezcan como "accesorios" en la EETT.


COMPUTADOR			
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
	Angiografo Multiproposito I Philips Azurion 7 C20 Ficha en Drive >	2	Computador: Estación de trabajo — Mínimo 03 Monitores de 19" de alta resolución (R · Mouse y Teclado alfanumérico
	Angiografo Multiproposito II Philips Azurion 7 C20 Ficha en Drive >	2	Computador: Estación de trabajo — Mínimo 03 Monitores de 19" de alta resolución (R · Mouse y Teclado alfanumérico
	Angiógrafo Retinal ZEISS Clarus 700 Ficha en Drive >	1	Computador: Computador — Incluir software de captura, gestión, procesamiento y exp
	Calibrador de Dosis BIODEX ATOMLAB 500 Ficha en Drive >	1	Computador: Comunicación Interface para conexión a computadora
	Campimetro Computarizado Ficha en Drive >	1	Computador: Computador
ITEM 40019 DESCRIPCION "Computador Alto Rendimiento con Ofimática" MARCA LENOVO MODELO THINKCENTRE M90a 	Computador Alto Rendimiento con Ofimática HP HP ProOne 440 G9R Ficha en Drive >	1	Computador: Computadores con anclaje a pared — Se requiere que 52 Computadores (±1
ITEM 40006 DESCRIPCION "Computador Alto Rendimiento Sin Ofimática" MARCA LENOVO MODELO THINKCENTRE M90a 	Computador Alto Rendimiento sin Ofimática LENOVO THINKCENTRE M90A Ficha en Drive >	1	Computador: Computadores con anclaje a pared — Se requiere que 5 Computadores (±3
ITEM 40008 DESCRIPCION "Computador Bajo Rendimiento con Ofimática" MARCA LENOVO MODELO THINKCENTRE M90a 	Computador Bajo Rendimiento con Ofimática HP HP ProOne 440 G9R Ficha en Drive >	1	Computador: Computadores con anclaje a pared — Se requiere que 223 Computadores (±

ITEM DESCRIPCION MARCA MODELO 	Computador Bajo Rendimiento Sin Ofimatica LENOVO THINKCENTRE M90A Ficha en Drive >	1	Computador: Computadores con anclaje a pared — Se requiere que 03 Computadores sea
	Densitómetro Óseo OSTEOSYS PRIMUS Ficha en Drive >	1	Computador: Estación de trabajo — 01 Monitor mínimo de 17"
	Dispensador de Insumos y Medicamentos de 1 Columna GRIFOLS, BD (BECTON DICKINSON) PYXIS MEDSTATION ES Ficha en Drive >	1	Computador: Debe contar con mensajes de alerta en la estacion de trabajo de admini
	Dispensador de Insumos y Medicamentos de 2 Columnas GRIFOLS, BD (BECTON DICKINSON) PYXIS MEDSTATION ES Ficha en Drive >	1	Computador: Debe contar con mensajes de alerta en la estacion de trabajo de admini
	Dispensador de Insumos y Medicamentos de 3 Columnas GRIFOLS, BD (BECTON DICKINSON) PYXIS MEDSTATION ES Ficha en Drive >	1	Computador: Debe contar con mensajes de alerta en la estacion de trabajo de admini
	Electroretinografo ROLAND CONSULT RETI-port/scan 21 Ficha en Drive >	1	Computador: Estación de trabajo — Tamaño del Monitor mínimo de 14" para el operado
	Equipo Computarizado Para simulación laboral BTE Primus RS Ficha en Drive >	1	Computador: Hardware — Computador integrado al equipo con capacidades acordes al s
	Equipo De Potenciales Evocados Con Vem GRASON-STADLER AUDERA PRO Ficha en Drive >	1	Computador: Computador — Acorde a requerimientos del equipo
	Equipo Urodinamia Laborie Aquarius LT Ficha en Drive >	2	Computador: Interfases — PC o laptop Externo · Computador — Tipo PC o Laptop
	Espirómetro SIBEL DATOSPIR TOUCH EASY F Ficha en Drive >	3	Computador: Conexión a través de USB con un computador · Incluir los cables y/o interfaces para garantizar la conexión del espi
	Estación De Trabajo Para PCR ESCO Streamline SCR-2A1 Ficha en Drive >	1	Computador: Accesorios Obligatorios — Cada equipo ofertado deberá incorporar un so



	Estación Trabajo Anatomía Patológica Marca1: MOPEC Modelo1: MB1060L-EX Ficha en Drive >	2	Computador: Estacion de Trabajo para un Operador, ancho aproximado de 1.50mt · 01 Brazo articulado para computador (tipo AIO) para Macroscopía Digita
	Lampara Hendidura C/Sistema De Video Ficha en Drive >	1	Computador: Computador
	Máquina Universal de Ejercicios Ficha en Drive >	1	Computador: Estación de Trabajo — 01 Columna de carga
	Rayos X Dental Intraoral Marca1: OWANDY / AIR TECHNIQUES Modelo1: OWANDY RX / SCANX DUO Ficha en Drive >	1	Computador: Consola operador — Procesador: Intel Core i5 2.8 Ghz o superior
	Rayos X Osteopulmonar SAMSUNG GC85 Ficha en Drive >	1	Computador: Estación de trabajo — 01 Monitor mínimo de 19"
	Resonador Magnético GE Healthcare Signa Artist	2	Computador: 01 Estacion de Trabajo y 01 Estacion de Postproceso — 01 Monitor de al · 02 Monitores de al menos 21" para Estacion de Trabajo
	Rinomanometro Ficha en Drive >	1	Computador: Computador
	Rx Telecomandado General Electric Precision RF180 Ficha en Drive >	3	Computador: Estación de Trabajo Movil — 02 monitores de mínimo 19" o un monitor qu · Estación de Trabajo en sala de comando — 01 monitor de mínimo 19" sala
	Secuenciador ADN-RNA Ion Torrent Ion GeneStudio Ficha en Drive >	2	Computador: Computador interno integrado — Computador procesador intel core i7, 2, · Programas (software) incluido en computador interno que permitan el co
	Sistema de Dispensación Farmacia HDS KARDEX REMSTAR 1201412SGL Ficha en Drive >	1	Computador: UPS por cada PC Estación de Trabajo solicitada. Deben ser a lo menos d
	Sistema de evaluación dinámica de la Marcha Ficha en Drive >	1	Computador: Estación de trabajo — Un computador all in one.

	Sistema de Impresion de Cassettes Marca1: Leica Modelo1: IPC Ficha en Drive >	1	Computador: Incluir Computador compatible con Sistema de Impresión
	Sistema de Impresion de Láminas SHANDON-EPREDIA SLIDE MATE AS Ficha en Drive >	1	Computador: Debe Incluir Computador
	Termociclador Bio-Rad Termociclador modelo T100 código BR-1861096 Ficha en Drive >	1	Computador: Registros y Comunicación — Interfaz de computador para conectividad Pu
	Termociclador en tiempo real Tianlong Gentier 96R Ficha en Drive >	1	Computador: Control externo a través de PC o notebook según aplique.
	Tomógrafo Axial Computarizado Philips Ingenuity 64- CT 5000 Ficha en Drive >	1	Computador: Acceso remoto a RAW data presente en estación de trabajo
	Tomógrafo Axial Computarizado Dental Marca1:DüRR DENTAL Modelo1: VistaVox S Ceph Ficha en Drive >	2	Computador: Consola operador — Un (1) Monitor de 21 " mínimo de alta resolución 19 · Procesamiento de imágenes — Un Computador para Post Procesamiento con
	Tomógrafo Axial Computarizado I Philips Ingenuity 64- CT 5000 Ficha en Drive >	1	Computador: Acceso remoto a RAW data presente en estación de trabajo
	Topografo Corneal Ficha en Drive >	1	Computador: Computador
	Uroflujómetro Laborie Flowmaster Ficha en Drive >	1	Computador: Características Generales — Tipo PC o Laptop
	VHIT Ficha en Drive >	1	Computador: Computador
	Video Estroboscopia Ficha en Drive >	1	Computador: Computador

	Videonistagmógrafo BIOMED JENA EVNG+OPTOKINETICS Ficha en Drive >	1	Computador: Computador — Procesador Intel i7 a 2,5 GHz o superior
COMPUTADOR, IMPRESORA			
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
	Biómetro ZEISS IOL Master 700 Ficha en Drive >	2	Computador: Computador — Incluir computador para traspaso de datos, Impresora: Con posibilidad de conectarse a impresora externa
	Ecocardiógrafo Canon Aplio i900 Ficha en Drive >	5	Computador: Cantidades — Se requiere adquirir 02 unidades de Ecocardiógrafo 2D/3D · Estación de trabajo — Equipo PC para procesamiento en estación de trab, Impresora: Bandeja para impresora · Incluir Impresora Térmica adosada a carro de transporte
	Ecografo Portatil Urologia PHILIPS COMPACT 5500G Ficha en Drive >	4	Computador: Consola — Portátil tipo laptop, Impresora: Bandeja para impresora · Incluir Impresora Térmica adosada a carro de transporte para unidad re
	Ecotomógrafo Doppler Portátil Philips CX50 Ficha en Drive >	3	Computador: Consola — Portátil tipo laptop, Impresora: Bandeja para impresora · Incluir Impresora Térmica adosada a carro de transporte para unidad re
	Ecotomógrafo Doppler Portátil	3	Computador: Consola — Portátil tipo laptop o point of care, Impresora: Bandeja para impresora · Incluir Impresora Térmica adosada a carro de transporte
	Electroencefalógrafo DEYMED TruScan EEG Ficha en Drive >	2	Computador: Incluir PC tipo Laptop de al menos 15" con requerimientos acorde a la, Impresora: Incluir Impresora con tecnología Wifi para operación en red en EEG y E
	Escaner de Metafase Applied Spectral Imaging/OLYMPUS HiBand Scanning System Ficha en Drive >	3	Computador: Computador — Computador de procesador intel core i7 o similar técnico · Deberá incluir un computador de las siguientes características: proces, Impresora: Deberá incorporar una impresora térmica a color
	HPLC (Cromatografía Liquida De Alta Eficiencia) Ficha en Drive >	2	Computador: Computador — Computador con características necesarias para el correct, Impresora: Impresora — Impresora a tinta o laser B/N y color , conexión USB

COMPUTADOR, IMPRESORA, MONITOR / VIDEO			
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
	Doppler Vascular portátil HUNTLEIGH KIT ITB Ficha en Drive >	4	Computador: Incluir software para estudios de post procesamiento en estación de tr - Interfases — PC, monitor externo e impresora externa, Impresora: Interfases — PC, monitor externo e impresora externa, Monitor / Video: Interfases — PC, monitor externo e impresora externa
IMPRESORA			
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
	Armario Estupefaciente Pyxis Med Staton ES Ficha en Drive >	1	Impresora: Impresora térmica o similar incorporada que permita reporte de los mov
	Audiómetro Alta Frecuencia Interacoustics Interacoustics AC40b Ficha en Drive >	1	Impresora: Conexiones Audiómetro — USB para PC e impresora
	Autoclave 300lt. TUTTNAUER T-MAX 6 Ficha en Drive >	1	Impresora: Sistema de registro — Impresora integrada
	Autoclave 650lt. TUTTNAUER T-MAX 12 Ficha en Drive >	1	Impresora: Sistema de registro — Impresora integrada
	Autoclave Laboratorio TUTTNAUER 3870-ELVPCGP-D-LINE Ficha en Drive >	1	Impresora: Sistema de registro — Impresora integrada
	Autorrefractometro Con Queratometro Ficha en Drive >	1	Impresora: Impresora
	Balón Contrapulsación Aórtico MAQUET - GETINGE exDatascope CARDIOSAVE Ficha en Drive >	1	Impresora: Impresora integrada al equipo o externa con interfase USB 2.0 o mínimo
Xhibit® Central Station XC4 and XC48 96501/96102 96280 Xhibit Telemetry Receiver  For Telemetry e Version 1.4 Xhibit & 1.02 and 1.3 Xhibit Telemetr	Central de Monitoreo Recuperación Philips Central de monitoreo PIC iX y Monitores MX550 y MX450 Ficha en Drive >	4	Impresora: Debe incluir todos los equipos necesarios para la conectividad de la c - Interfaz de comunicación con impresora láser

	Doppler Con Pletismografía Vascular UNETIXS Multilab Series 2 LHS Ficha en Drive >	1	Impresora: Impresora externa B/N y Color
	Doppler Vascular Philips CX50 Ficha en Drive >	2	Impresora: Bandeja para impresora · Incluir Impresora Térmica adosada a carro de transporte para unidad re
	Ecografo Doppler para Pabellones GE Healthcare Venue GO Ficha en Drive >	1	Impresora: Bandeja para impresora
	Ecotomógrafo Doppler Tiroides Canon Aplio a Make it your own.	2	Impresora: Bandeja para impresora · Incluir Impresora Térmica adosada a carro de transporte
	Electromiógrafo Con Potenciales Evocados DEYMED TruTrace EMG Ficha en Drive >	1	Impresora: Impresora láser con wifi para operación en red
	Equipo Doppler Transcraneal PHILIPS COMPACT 5300G Ficha en Drive >	1	Impresora: Conexiones — Para videograbador (CD/DVD) e impresora
	Equipo Ecografía intravascular AVVIGO+ Multi-Modality Guidance System	1	Impresora: Debe contar con UNO de los siguientes almacenamientos para grabador e
	Equipo Terapia Electroconvulsiva The Streamlined Somatics Thymatron System Saves Time and Effort You Need a Thymatron® System IV to provide higher	1	Impresora: Impresora
	Esterilizador Plasma TUTTNAUER PLZ-110 Ficha en Drive >	1	Impresora: Sistema de registro — Impresora integrada
	Lavadora Descontaminadora TUTTNAUER Lavadora Descontaminadora - TIVA 15 Ficha en Drive >	2	Impresora: Sistema de registro — Impresora integrada · Fallas ocurridas.
	Lavadora Descontaminadora material de vidrio TUTTNAUER Lavadora Descontaminadora - TIVA 8 Ficha en Drive >	2	Impresora: Sistema de registro — Impresora integrada · Fallas ocurridas.

	Loop ECG HILL ROM - WELCH ALLYN - MORTARA H3+ Ficha en Drive >	1	Impresora: Impresora láser
	Monitor Desfibrilador CU MEDICAL HD1 Ficha en Drive >	1	Impresora: Impresora — El equipo debe incluir una impresora de papel térmico para
	Monitor Desfibrilador C/Mpe Philips EFFICIA DFM100 Ficha en Drive >	1	Impresora: Impresora — El equipo debe incluir una impresora de papel térmico para
	Polígrafo Electrofisiología	1	Impresora: Incluir Hardware (PC, teclado, mouse, monitores, impresora y todo lo n
	Reenasadora OPUSPAC OPUS 30X+ BC100 Ficha en Drive >	2	Impresora: – Impresora para emisión de informes · – Rollo cinta de impresora caja por 3 rollos
	Reprocesador automático de endoscopios Steelco EW 1/1 rack Ficha en Drive >	1	Impresora: Impresora térmica incorporada
	Sistema Fotografía Polo Posterior Ficha en Drive >	1	Impresora: Impresora
	Sistema Holter y Presión Arterial BTL CHILE COMERCIALIZACIÓN LIMITADA BTL CardioPoint Holter H600 / BTL CardioPoint ABPM Ficha en Drive >	1	Impresora: Impresora Laser
	Sistema Test de Esfuerzo Innomed Medical Inc. Cardio PC/E Ficha en Drive >	1	Impresora: Impresora automática en forma continua o demanda de ECG de al menos 3,
	Sistema Trazabilidad De Instrumental Clínico Invitec Instacount Plus 4.0 Ficha en Drive >	5	Impresora: Cada impresora debe incluir al menos 02 rollos de Papel por impresora · Cada impresora debe incluir al menos 02 rollos de Ribbon por impresora
	Tonometro Neumatico Ficha en Drive >	1	Impresora: Impresora


IMPRESORA, COMPUTADOR			
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
	Ecotomógrafo Doppler Color Multiproposito PHILIPS 7 EPIQ ELITE 1 AFFINITY 70 Ficha en Drive >	3	Computador: Composición de imágenes panorámicas en modo B, Impresora: Bandeja para impresora · Incluir Impresora Térmica adosada a carro de transporte
	Electrocardiógrafo PHILIPS TC35 Ficha en Drive >	3	Computador: Conectividad — A computadora, Impresora: Impresora — Integrada al equipo · Cabezal térmico digital
	Equipo De Manometría E Impedanciometría Esofágica Y Rectal GIVEN IMAGING MANOSCAN/DIGITRAPPER Ficha en Drive >	2	Computador: Carro porta equipos — Diseñado como Estación de Trabajo que contenga t, Impresora: Impresora — Impresora a color (incluida dentro del carro).
	Sistema para Rehabilitacion Cardiologica con monitoreo y telemetria Lode 2 x Valiant 2 CPET, 2 x Corival Recumbent CPET, 1 x Corival CPET (Vertical), LCRM (software), ECG Streamer Ficha en Drive >	4	Computador: Estación principal — Un computador all in one · Estaciones de reporte/trabajo — Dos computador all in one., Impresora: 01 Impresora Laser · Incluir 01 Impresora térmica de alta resolución, con capacidad de regi
IMPRESORA, MONITOR / VIDEO			
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
	Central de Monitoreo UPC Philips Central de monitoreo PIC iX y Monitores MX750 y MX550 Ficha en Drive >	5	Impresora: Debe incluir todos los equipos necesarios para la conectividad de la c · Interfaz de comunicación con impresora láser, Monitor / Video: 04 módulos de EEG de al menos 4 canales. Se considera 1 cada 4 cupos.
MONITOR / VIDEO			
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
	Carro Intubación Dificil KARL STORZ C-MAC Ficha en Drive >	1	Monitor / Video: Cámara de video — Alta resolución, mínimo 320 x 140 pixeles
	Microscopio Quirúrgico LEICA PROvido Ficha en Drive >	1	Monitor / Video: Sistema de video y captura imágenes — Cámara video integrada, 3 CCD (ó
	Microscopio Quirúrgico Oftalmológico ZEISS OPMI LUMERA 700 Ficha en Drive >	3	Monitor / Video: Sistema de video y visualización de imágenes — Cámara de video Full HD · Pantalla LCD o similar para visualización en tiempo real, grado médico

	Microscopio Quirúrgico Otorrino Leica PROvido Ficha en Drive >	1	Monitor / Video: Incluir cámara de video Full HD CCD o HD 3CCD externa o integrada con
	Oftalmoscopio Binocular Indirecto C/Sistema De Video Ficha en Drive >	1	Monitor / Video: Cámara de Video
	Torre De Video Artroscopia Stryker 1688 4K Artroscopia Ficha en Drive >	2	Monitor / Video: Monitor Grado Médico o apto para imágenes médicas · Accesorios básicos Videoprocador: incluir Teclado Propio con coberto
	Torre De Video Endoscopia Digestiva FUJIFILM EPX-7000 / Endoscopios Serie 600 Ficha en Drive >	2	Monitor / Video: Videoprocador con salida de video HD-SDI y DVI ó DVI-D · Videoprocador — Teclado Propio con cobertor de protección
	Torre De Video Endoscopia Otorrino Ficha en Drive >	1	Monitor / Video: Videoprocador con salida de video HD-SDI (SMPTE 292M(, SD-SDI (SMPTE
	Torre De Video Laparoscópica STRYKER CORPORATION CHILE Y CIA LTDA 1688 4K Ficha en Drive >	1	Monitor / Video: Pantalla tipo TFT, LCD o TFT-LCD
	Torre De Video Laparoscópica/Endoscópica Ficha en Drive >	2	Monitor / Video: Se debe incluir un Cabezal de Cámara compatible con el videoprocador · Videoprocador con salida de video HD-SDI y DVI ó DVI-D
	Video Otoscopio Soundlink SOT100 Ficha en Drive >	1	Monitor / Video: Posibilidad de conexión a PC o monitor externo — Software o sistema pa

MONITOR / VIDEO, COMPUTADOR

Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
	Tomógrafo de coherencia óptica ZEISS Cirrus 6000 OCTA	2	Computador: Computador — Para análisis y reportes. Incluye software especializado, Monitor / Video: Equipo con pantalla integrada al equipo o monitor externo.

MONITOR / VIDEO, COMPUTADOR, IMPRESORA

Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
	Torre De Video Endosonografía/Endoscópica FUJIFILM EPX-7000 / SU-1 Ficha en Drive >	6	Computador: Incluye computador y Impresora, Impresora: Incluye computador y Impresora, Monitor / Video: Fuente de Luz — Fuente de luz independiente o incluida dentro del vide · Videoprocador — Procesador de Imagen 4K o Full HD

MONITOR / VIDEO, IMPRESORA			
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
	Torre De Video Endoscopia Urológica Karl Storz IMAGE1 4U - VARIOS MODELOS Ficha en Drive >	5	Impresora: Debe incluir UNA(01) Impresora láser color, Monitor / Video: Videoprocador ó Sistema Modular de Captura — Videoprocador ó siste · De Alta definición compatible con videoprocador ofertado
	Torre De VideoCistocopia Karl Storz VIDEOCISTOSCOPIO HD 11272 VHK Ficha en Drive >	4	Impresora: Debe incluir UNA(01) Impresora láser color, Monitor / Video: Unidad de Videoendoscopia urológica — Se considera por Unidad de Video · Videoprocador ó Sistema Modular de Captura — Videoprocador ó siste
	Videoencefalógrafo C/Somnografía C/ EEG 62 Canales NATUS BRAIN MONITOR Ficha en Drive >	4	Impresora: Incluir Impresora con tecnología Wifi para operación en red (incluir l, Monitor / Video: Posicionamiento de cámara de video · Sistema de Video — Cámara tipo DOMO color de alta calidad orientada a