

INFORME DE EQUIPAMIENTO

Servicio de Urología — equipamiento y accesorios incluidos

Equipamiento de los recintos de Urología (por BIM confirmado) con el detalle de instrumental, ópticas, transductores y accesorios que incluye cada equipo, según su EETT.

Tipos de equipo	Unidades	Elementos incluidos	Recintos (BIM)
4	5	81	4

Recintos incluidos (BIM): A0453, A0454, A0456, A0705

Detalle por equipo — instrumental, ópticas, transductores y accesorios (listados POR UNIDAD)

	Torre De VideoCistoscopia Código EMMC 20014 · Karl Storz VIDEOCISTOSCOPIO HD 11272 VHK Recinto(s): A0453 (1) · A0454 (1) Instrumental/accesorios listados por unidad · ×2 equipos	2
SISTEMA DE VIDEO UROLÓGICO (ADJUDICADO)		
• Se considera por Unidad de Videoendoscopia urológica : Monitor, fuente de luz, videoprocador o sistema modular de control de cámara , sistema de documentación y carro de transporte		
• Monitor de grado médico de 26"		
• Fuente de luz con tecnología LED integrada al equipo		
• Procesadores modulares con captura de imagen en alta definición		
• Cabezal de cámara full HD 1920 x 1080 pixeles progresivo		
• El cabezal de cámara debe tener DOS (2) o más botones para controlar al menos las siguientes funciones: Balance de blancos, intensidad de luz, brillo, captura de imagen, captura de video y utilización de distintos filtros.		
• Videocistoscopio Full HD de 1920 x 1080 pixeles. Código 11272 VSK [Cód. 11272 VSK]		
INSTRUMENTAL, ÓPTICAS Y CAMISAS (ADJUDICADO KARL STORZ)		
• 2 óptica de 0°, gran angular, 4 mm de diámetro, iluminación mediante fibra óptica incorporada. Código 27005 AA [Cód. 27005 AA]		
• 2 Cable de fibra óptica, compatible con óptica ofertada de 300cm y 3,5mm, Código 495NA [Cód. 495NA]		
• 2 Elemento de trabajo para resección y uretrotomía para usar con asas y cuchillos de una patita. Código 27050EK [Cód. 27050EK]		
• 2 Camisa de 21 French para Uretrotomía con canal para Filiformes - Bougies. Código 27068DK [Cód. 27068DK]		
• 2 Obturador para camisa 27068DO		
• 1 Puente para usar con camisa de Uretrotomía con canal de 5 French.Código 27068CD [Cód. 27068CD]		
• 1 Camisa suplementaria 27068F		
• 24 Bisturí de Sachse recto, conexión una patita, para uretrotomo óptico de 21 French. Código 27069K [Cód. 27069K]		
• 4 cuchillos de corte, redondos		
• Fuente de iluminación LED integrda		
• Pinza para pequeños fragmentos, 5Fr, igual a 73 cm de largo. Código 27023F [Cód. 27023F2 P]		
• Pinza biopsia, acción simple, 5 Fr, igual a 73 cm de largo.Código 27023ZE [Cód. 27023ZE]		
• Tapa compensación de presión/tapón estanqueidad		
IRRIGACIÓN, LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN		
• 4 Vaina de protección para la esterilización y almacenamiento de electrodos, curetas y cuchilletes. Código 280 [Cód. 280]		
• Tester de hermeticidad		
• Cepillos de limpieza, 6 Fr, flexibles. Caja de 50 unidades. 110940-50		
• Se incluye los accesorios para irrigación. Código 11301 CD1 [Cód. 11301 CD1]		
• Contenedor de esterilización. Código 39406AS [Cód. 39406AS]		
• Caja de almacenamiento y esterilización para cada óptica, con soportes para óptica solicitada en las EETT.Código 39301BS [Cód. 39301BS]		
• Contenedores de esterilización para instrumental requeridos en las EETT, perforados, con tapa, soporte para instrumental, el contenedor debe asegurar la cabida correcta del instrumental y la fibra óptica. Código 39360 AK [Cód. 39360 AK]		

COMPONENTES ASOCIADOS · MONITOR / VIDEO (EETT)	
Unidad de Videoendoscopía urológica — Se considera por Unidad de Videoendoscopía urológica : Monitor, fuente de luz, videoprocesador o sistema modular de control de cámara , sistema de documentación y carro de transporte	
Videoprocesador ó Sistema Modular de Captura — Videoprocesador ó sistema modular de captura de alta definición. Nota: Si se oferta un sistema modular de captura se deben considerar e incluir los módulos de enlace para cabezal de cámara y videocistoscopios de diagnósticos solicitados, además de los adaptadores correspondientes.	
Carro porta equipos para Torre de Cistoscopia — Carro de transporte que permita la integración de todas las consolas Nota: Entiéndase por "todas las consolas " a: fuente de luz, videoprocesador ó sistema modular de captura.	
COMPONENTES ASOCIADOS · IMPRESORA (EETT)	
Debe incluir UNA(01) Impresora láser color	

	Equipo Urodinamia Código EMMC 10041 · Laborie Aquarius LT Recinto(s): A0456 (1)	1
SISTEMA COMPUTACIONAL Y SOFTWARES		
- Computador — Tipo PC o Laptop - Acorde a requerimientos del equipo, última generación - Pantalla mínimo 17" - Software — Despliegue de curvas, gráficos, tendencias, cambios de escala, etc. - Reporte de examen final. - Base de datos pacientes - DICOM 3 para conexión con otros equipos y/o envío de datos a distancia. - Con Licencia - Visualización de datos — Con despliegue de curvas, tendencias y eventos más importantes - Con posibilidad de realizar cambios o modificación de curvas, cambio de escalas, etc. - Reportes de eventos, curvas y tendencias, con posibilidad de impresión de ellos - Registros — 9 o más parámetros simultáneos en pantalla - Tiempo de registro continuo: mínimo 60 minutos - Carro para la unidad completa — Con ruedas dos con frenos		
ACCESORIOS BÁSICOS		
- Impresora Laser o tinta convencional 02 Transductores de presión (reutilizables) 01 Silla de micción 01 Bomba de infusión para flujos solicitados 02 Transductores rectales y 02 vaginales para estudios de EMG - Llaves y domos - Set de Bajadas para bomba de infusión - Catéteres para medición simultánea de presión (2 vías) - Catéteres rectales (2 vías) - Conectores para catéter incluidos - Set de Electrodo - Todos los accesorios necesarios para la puesta en marcha		
COMPONENTES ASOCIADOS · COMPUTADOR (EETT)		
Interfases — PC o laptop Externo		

	Uroflujometro Código EMMC 10110 · Laborie Flowmaster Recinto(s): A0456 (1)	1
COMPUTADOR		
Características Generales — Tipo PC o Laptop		

• De última generación
• Monitor — LCD
• Pantalla Plana
• Mínimo 17"
• Software — Específico para mediciones de flujo y volumen
• Base de datos paciente, con inserción de datos personales
• Al menos Nomograma Liverpool y Siroky
• Reporte final
• Con licencia (ORIGINAL)
• Interfases — USB
• Bluetooth v2,0 o superior y adaptador
ACCESORIOS BÁSICOS
• Silla micción con apoyabrazos y adaptación para embudo
• Papel de impresión
• Impresora externa
• Carro para computador e impresora

	Ecotomografo Doppler Color Multiproposito Código EMMC 80007 · GE Healthcare LOGIQ FORTIS Recinto(s): A0705 (1)	1
UNIDAD BASE (ADJUDICADO)		
• Ecotomógrafo Doppler Color Multipropósito — GENERAL ELECTRIC LOGIQ FORTIS		
TRANSDUCTORES DESTINADOS A UROLOGIA		
• Transductor Abdominal Convexo — C1-6-D (1.5–6.0 MHz)		
• Transductor Lineal Prostatico — ML6-15-D (4.0–15.0 MHz)		
• Transductor Transrectal Doble Vista Biplanar — BE9CS-D (4.0–11.0 MHz)		
COMPONENTES ASOCIADOS · IMPRESORA (EETT)		
• Bandeja para impresora		
• Incluir Impresora Térmica adosada a carro de transporte		
COMPONENTES ASOCIADOS · COMPUTADOR (EETT)		
• Composición de imágenes panorámicas en modo B		