

INFORME DE EQUIPAMIENTO

Servicio de Vascular — equipamiento y accesorios incluidos

Equipamiento de los recintos de Vascular (por BIM confirmado) con el detalle de transductores y accesorios que incluye cada equipo, según su EETT.

Tipos de equipo	Unidades	Elementos incluidos	Recintos (BIM)
3	3	35	2

Recintos incluidos (BIM): A0298, A0691

Detalle por equipo — instrumental, ópticas, transductores y accesorios (listados POR UNIDAD)

	Doppler Con Pletismografia Vascular Código EMMC 10030 · UNETIXS Multilab Series 2 LHS Recinto(s): A0298 (1)	1
SONDAS / TRANSDUCTORES DOPPLER		
• Tipo lápiz		
• Transductor Doppler 5.0 MHz		
• Transductor Doppler 8.0 MHz		
SENSORES PPG Y BRAZALETES (CUFFS) DE PRESIÓN		
• 02 Sensores PPG para pletismografía de color diferenciado por lado derecho e izquierdo (verde y amarillo)		
• 02 Porta sensor tipo clip		
• 02 Cuff para muslos (mín. 17 cm, reutilizables).		
• 06 Cuff de presión de 12 cm de ancho.		
• 02 Cuff de presión de 12 cm de ancho, largo.		
• 04 Cuff de presión de 10 cm de ancho.		
• 02 Cuff de presión de 6,5 cm de ancho.		
• 02 Cuff de presión de aprox. 2.0 de ancho.		
• 02 Cuff de presión de 1.9 cm con conexión o manguera "Y".		
• 05 Cuff de presión de 2,5 cm. Desechables, Peneal.		
SOFTWARE E IMPRESIÓN		
• Software con licencia permanente		
• Impresora externa B/N y Color		
• Software para post procesamiento		
	Doppler Vascular Portatil Código EMMC 10032 · HUNTLEIGH KIT ITB Recinto(s): A0691 (1)	1
ACCESORIOS OBLIGATORIOS		
• Accesorios — Transductor Doppler 4.0 o 5.0 MHz referencial		
• Transductor Doppler 8.0 MHz		
• Maletín de almacenaje y transporte		
• Cargador de batería		
• Audífonos		
• El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.		
COMPONENTES ASOCIADOS · COMPUTADOR (EETT)		
• Incluir software para estudios de post procesamiento en estación de trabajo		
• Interfaces — PC, monitor externo e impresora externa		
COMPONENTES ASOCIADOS · IMPRESORA (EETT)		

• Interfases — PC, monitor externo e impresora externa		
COMPONENTES ASOCIADOS · MONITOR / VIDEO (EETT)		
• Interfases — PC, monitor externo e impresora externa		

	Ecotomografo Doppler Color Multiproposito	1
	Código EMMC 80007 · GE Healthcare LOGIQ Fortis Recinto(s): A0691 (1)	
UNIDAD BASE (ADJUDICADO)		
• Ecotomógrafo Doppler Color Multipropósito — GENERAL ELECTRIC LOGIQ FORTIS		
TRANSDUCTORES · CONFIGURACIÓN VASCULAR		
• Transductor Lineal Alta Frecuencia — ML6-15-D (4.0–15.0 MHz)		
• Transductor Especifico Aplicación Vascular — L2-9-D (2.0–9.0 MHz)		
• Transductor Sectorial Cardiologico — M5Ss-D (1.0–5.0 MHz)		
• Transductor Convexo — C1-6-D (1.5–6.0 MHz)		
• Transductor Sectorial Cardiaco — M5Sc-D (1.4–4.6 MHz)		
COMPONENTES ASOCIADOS · IMPRESORA (EETT)		
• Bandeja para impresora		
• Incluir Impresora Térmica adosada a carro de transporte		
COMPONENTES ASOCIADOS · COMPUTADOR (EETT)		
• Composición de imágenes panorámicas en modo B		