

Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico · Policlínico Cirugía


Nuevo Hospital Del Salvador · Servicio Clínico 2026

Catastro completo del servicio según el Despliegue oficial de Equipamiento (Servicio Clínico 2026), agrupado por familia.

Tipos	Unidades	Recintos
13	56	12

Ubicación en el hospital

Piso	Edificio	Servicio clínico 2026
P2	Atención Abierta (AA)	Policlínico Cirugía



Capacidad clínica · atención abierta	
■ Consultas	25

Piso P2 · área «CONSULTAS ESPECIALIDADES QUIRURGICAS»

APOYO DIAGNOSTICO

Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Lampara Examen PROVITA Serie 1 L1111111A rodable Ficha en Drive >	2
	Fonendoscopio ADC Proscope 670 Ficha en Drive >	10
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Accesorios básicos		
• 01 par de olivas de repuesto.		
	Balanza Paciente Bariátrico Health o Meter 1100KL Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Accesorios básicos		
• Batería recargable y/o cable para red eléctrica		

 Balanza Adulto Con Tallimetro SECA 777 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Batería recargable • Cargadores de batería, en caso de necesitar	
 Balanza silla SECA 954 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Batería recargable • Cargadores de batería, en caso de necesitar	
 Otooftalmoscopio Portatil WELCHALLYN 92871-BLK Ficha en Drive >	7
» Accesorios y componentes de la tipología · 6 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Mínimo 8 Espéculos Universales y Reutilizables; indicar tamaños • Ampolletas • Pera de insuflación • Baterías recargables en caso de ser necesario • Cargador de Baterías en caso de ser necesario • Estuche o maletín de almacenaje y protección	

APOYO QUIRURGICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Lampara Procedimiento Rodable Nexor Nova 350 Ficha en Drive >	1

MOBILIARIO CLINICO								
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.						
	Carro Curaciones BAILIDA MX-34PRO Ficha en Drive >	1						
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica								
ITEM 130.009 DESCRIPCION Piso Clínico MARCA CoinfyCare MODELO MA08 IMAGEN REFERENCIAL UNIDAD <table><tr><td>Respaldo</td><td>Asiento</td><td>Ruedas con freno</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Respaldo	Asiento	Ruedas con freno				Piso Clínico COINFYCARE MA08 Ficha en Drive >	1
Respaldo	Asiento	Ruedas con freno						
								
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica								
	Silla De Ruedas INVACARE ACTION 2 NG Ficha en Drive >	1						
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No Aplica								
Posición extendida y respaldo elevado. 	Camilla Examen MALVESTIO 350110 Ficha en Drive >	25						
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Escabel de dos peldaños. • 01 Porta sabanilla • 01 Rollo de sabanilla desechable								

MONITOREO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Desfibrilador tipo DEA Nihon Kohden AED-2150 Ficha en Drive >	3
	» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Kit de electrodos de estimulación, desfibrilación. • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.	
	Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria WELCHALLYN CSM-75	1
	» Accesorios y componentes de la tipología · 10 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios básicos por monitor — 01 manguera de presión no invasiva • 01 Set para medición de PNI compuesto por: 2 brazalete para adulto normal, 1 brazalete para adulto pequeño, 1 brazalete para paciente obeso. Todos reusables y libre de latex • 01 Cable de extensión (interfaz) de sensor de saturometría • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia tipo dedal para adulto • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia para oreja de adulto • 01 Carro de transporte • 01 Termómetro reutilizable digital , con medición de temperatura axilar y rangos de medición entre 34°C y 42°C o mayor de grado hospitalario. (se acepta propuesta de termómetro timpánico, siempre que sea de grado médico) • Set de 60 vainas desechables para termómetro. Cantidad: Un (1) set de vainas por cada monitor. (Para ofertas con termómetro timpánico, se acepta que no se entreguen las vainas correspondientes si es que no aplican.) • Accesorios globales para el total de equipos a adquirir — 6 Sensores reutilizables SpO2 tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia tipo dedal para adulto • 6 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia para oreja de adulto	