

Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico · Trasplante


Nuevo Hospital Del Salvador · Servicio Clínico 2026

Catastro completo del servicio según el Despliegue oficial de Equipamiento (Servicio Clínico 2026), agrupado por familia.

Tipos	Unidades	Recintos
15	50	6

Ubicación en el hospital

Piso	Edificio	Servicio clínico 2026
P2	Atención Abierta (AA)	Trasplante



Capacidad clínica · atención abierta	
■ Consultas	12
■ Salas de procedimiento	1

Piso P2 · área «TRASPLANTES»

APOYO DIAGNOSTICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Negatoscopio 2 Caras MINSTON MSTXD LED2 Ficha en Drive >	5
	Fonendoscopio ADC Proscope 670 Ficha en Drive >	9
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Accesorios básicos • 01 par de olivas de repuesto.		
	Balanza Adulto Con Tallimetro SECA 777 Ficha en Drive >	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Accesorios básicos • Batería recargable • Cargadores de batería, en caso de necesitar		

	Otooftalmoscopio Portatil WELCHALLYN 92871-BLK Ficha en Drive >	9
» Accesorios y componentes de la tipología · 6 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Mínimo 8 Espéculos Universales y Reutilizables; indicar tamaños • Ampolletas • Pera de insuflación • Baterías recargables en caso de ser necesario • Cargador de Baterías en caso de ser necesario • Estuche o maletín de almacenaje y protección		

APOYO QUIRURGICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Lampara Procedimiento Rodable Nexor Nova 350 Ficha en Drive >	1

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Ecotomografo doppler portátil GENERAL ELECTRIC Logiq E pro	1
» Lo que trae el equipo · las cantidades son por cada unidad de equipo Hepatobiliar — 1 equipo · Logiq E pro 1 × Transductor Sectorial Cardiologico sin modelo ni frecuencia declarados 1 × Transductor Abdominal Curvo sin modelo ni frecuencia declarados 1 × Transductor Vascular Periferico sin modelo ni frecuencia declarados » Accesorios y componentes de la tipología · 10 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios Obligatorios para cada equipo — Un (1) Kit de accesorios para uso de ECG Cable de paciente de 12 derivadas, se debe incluir kit de electrodos desechables y electrodos reutilizables para el cable ofertado. • Un (1) Cable para exportar imágenes • Un (1) Cable para exportar audio/video • Incluir guía de aguja para todos los transductores solicitados que tengan dicha opción. (Se coordinará con mayor detalle con el adjudicado) • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional • Manual Servicio en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español, inglés e idioma original Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Consola — Portátil tipo laptop o point of care Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Bandeja para impresora • Incluir Impresora Térmica adosada a carro de transporte		

LABORATORIO/FARMACIA		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Freezer HAIER DW25L262 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Incluir todo accesorio que sea imprescindible para el uso del equipo		

MOBILIARIO CLINICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Silla de ruedas INVACARE ACTION 2 NG Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios No Aplica		
	Carro Procedimientos ACARE EC-500P	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios 01 Bolsa con 100 Sellos de Seguridad		
	Mesa Mayo PARAMOUNT PF-4000 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios No aplica		
ITEM DESCRIPCION MARCA MODELO 110.069 Piso Clínico CoinfyCare MA08 IMAGEN REFERENCIAL UNIDAD Respaldo Asiento Ruedas con freno 	Piso Clínico COINFYCARE MA08 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios No aplica		
Posición extendida y respaldo elevado. 	Camilla Examen MALVESTIO 350110 Ficha en Drive >	12
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios 01 Escabel de dos peldaños. 01 Porta sabanilla 01 Rollo de sabanilla desechable		

 A white and blue Stryker 747 gurney with a green cushioned surface, shown from a side profile. The text 'in 25' is visible on the left side of the frame.	Camilla Traslado STRYKER 747 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 4 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Correa de Contención • 02 Porta suero • 01 Escabel • 01 Funda para colchón impermeable		

MONITOREO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Desfibrilador tipo DEA Nihon Kohden AED-2150 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Kit de electrodos de estimulación, desfibrilación. • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.		
	Monitor ECG Signos Vitales Baja Complejidad GENERAL ELECTRIC B105 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 25 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Accesorios Básicos por monitor — 01 Cable troncal de 3 lead R: Se aclara. Se acepta cables de 3 y 6 derivadas o cable de conexión completa sin división en más latiguillos. • 01 Cable troncal de 5 a 6 lead • 01 Cable ECG de 3 lead • 01 Cable ECG de 5 a 6 lead • Set de al menos 50 electrodos desechables para ECG adulto • 01 manguera de presión no invasiva • 01 Set para medición de PNI compuesto por: 2 brazaletes para adulto normal, 1 brazaletes para adulto pequeño, 1 brazaletes para paciente obeso. Todos reusables • 01 Cable de extensión (interfaz) de sensor de saturometría • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o tecnología propia tipo dedal para adulto • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o tecnología propia para oreja de adulto • 01 cables conectores al módulo de temperatura R: Se aclara. Se aceptan ofertas con cable único (troncal + sensor de temperatura) , siempre que se oferte sensores para piel y esofágica/rectal según EETT N° 76 y 77 • 01 Sensor de temperatura de piel adulto • 01 Sensor de temperatura esofágica/rectal • 01 Carro de transporte • Accesorios globales para el total de equipos a adquirir en Monitores de Baja Complejidad — 15 Cable troncal de 3 lead reutilizable. R: Se aclara. Se acepta cable de ECG y troncal unidos o troncal para 3 y 6 derivadas, esto en las cantidades solicitadas. • 15 Cable troncal de 5 lead reutilizable • 20 Cable ECG de 3 lead • 20 Cable ECG de 5 lead • 35 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo o Nellcor Oximax tipo dedal para adulto R: Se aclara. Se acepta sensores SpO2 de tecnología propia, esto para el total de la oferta. • 35 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo o Nellcor Oximax para oreja de adulto • 20 Sensores de temperatura de piel adulto • 20 Sensor de temperatura esofágica/rectal • Operación — Manual de operación en idioma español • Manual de servicio (inglés o español) • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.		