

Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico · Unidad Emergencia Hospitalaria (UEH)


Nuevo Hospital Del Salvador · Servicio Clínico 2026

Catastro completo del servicio según el Despliegue oficial de Equipamiento (Servicio Clínico 2026), agrupado por familia.

Tipos	Unidades	Recintos
61	421	17


Ubicación en el hospital


Piso	Edificio	Servicio clínico 2026
P1	Atención Cerrada (HDS)	Unidad Emergencia Hospitalaria (UEH)



Piso P1 · área «EMERGENCIA»

APOYO DIAGNOSTICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Lampara Examen PROVITA Serie 1 L111111A rodable Ficha en Drive >	29
	Negatoscopio 3 Caras MPLENT ZG-3B Ficha en Drive >	3
	Negatoscopio 2 Caras MINSTON MSTXD LED2 Ficha en Drive >	1

	Fonendoscopio ADC Proscope 670 Ficha en Drive >	28
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Accesorios básicos		
• 01 par de olivas de repuesto.		
	Oftalmoscopio Directo Mural HEINE EN200-1 + BETA 200 LED Ficha en Drive >	26
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Accesorios básicos		
• Ampolleta de repuesto (si corresponde)		
• Soporte mural		
	Otoscopio Mural HEINE BETA 200 LED Ficha en Drive >	26
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Accesorios básicos		
• Mínimo 8 Espéculos Universales y Reutilizables; indicar tamaños		
• Pera de insuflación		
	Balanza Adulto Con Tallimetro SECA 777 Ficha en Drive >	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Accesorios básicos		
• Batería recargable		
• Cargadores de batería, en caso de necesitar		
	Laringoscopio Con Set De Transiluminacion HEINE EASYCLEAN Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Accesorios básicos		
• Cargador de batería		
• Maletín o estuche para transporte		

	Esfigmomanometro Rodable ADC Diagnostix 752M Ficha en Drive >	6
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Accesorios obligatorios		
• 02 Brazaletes estándar adulto		
• 01 Brazaletes para obeso		
• 01 Brazaletes pediátrico		
	Lupa C/Sistema De Iluminacion (Frontal) HEINE ML4 LED HRP Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Accesorios obligatorios		
• Estuche de almacenaje y protección		
• Cargador de baterías		
• Baterías		
	Espirometro Portatil SIBELMED Datsopir Micro C 640 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 4 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Accesorios obligatorios		
• Incluir treinta (30) Boquillas desechables por equipo ofertado, en caso que el equipo sea compatible o cuente con filtros antibacterianos, el oferente deberá incluir treinta (30) de éstos por cada equipo ofertado.		
• Incluir sistema de calibración por equipo ofertado, considerando todo lo necesario para su utilización		
• Bolso de transporte, maletín o similar.		
• El equipo debe venir con todos los accesorios y/o componentes que lo hagan funcional		
	Electrocardiografo COMEN H12 Ficha en Drive >	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 13 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Accesorios obligatorios		
• 01 limpiador de cabezal térmico		
• 01 Cable de paciente ECG para 12 derivadas		
• 01 set de Electrodo de "parche" por equipo ofertado, que incluya al menos: 70 electrodo adulto		
• 01 Unidad resma de papel de impresión en formato compatible con impresora		
• 01 Cable tierra (extra a enchufe de 3 vías)		
• 02 Potes de gel conductor		
• 01 Set de Adaptadores para cables de paciente y/o electrodo.		
• El equipo debe incluir todos los accesorios o insumos que lo hagan funcional		
• Manual Servicio		
• Manual Usuario en español		
Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT)		
• Impresora — Integrada al equipo		
• Cabezal térmico digital		
Componentes asociados · Computador (detectado en EETT)		
• Conectividad — A computadora		

APOYO INDUSTRIAL			
Imagen		Equipo / ítem	Cant.
pid cycle s than 2 minute cycle dispose of up to 6 ces of pulp. sed 9 bladed technology es pulp utensil into tiny is, ensuring all waste is ted. tiess technology hg infection risk for ns and patients. uous, free-flowing of waste to drain g thorough removal of quality materials and  DDC Dolphin DDC Pulpmatic Ultima DDC Dolphin DDC Pulpmatic Ultima Ficha en Drive >		Maceradora De Chatas DDC Dolphin DDC Pulpmatic Ultima Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Repisa de Acero inoxidable o Aluminio para instalar al menos 5 soportes de chatas • En total 70 Soportes plasticos o Acero Inox. para chatas • 100 patos y 100 chatas desechables por equipo			


APOYO QUIRURGICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Lampara Procedimiento Rodable Nexor Nova 350 Ficha en Drive >	4
	Columna De Reanimacion Nexor Port PDM960 Ficha en Drive >	3
	Mango Isquemia Automatico STRYKER SMARTPUMP Ficha en Drive >	3
	Bomba Aspiracion Quirurgica Ca-Mi NEW HOSPIVAC 350 FULL Ficha en Drive >	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 02 Tubos de silicona autoclavables. • 01 Sonda de aspiración • 01 Filtro antibacterial y/o hidrófugos.		
	Lupa Quirurgica Zeiss EYEMAG PRO F Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 6 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Protección contra salpicaduras • Cristales de protección • Líquido limpiador • Paños para limpiar • Funda o maletín de transporte • El equipo debe contener todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional		

	Motor De Yeso HEBU MEDICAL GMBH HB8889-01/HB8894GO Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 10 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Hoja de sierra de acero inoxidable utilizada para yeso convencional. Cantidad: dos (2) hojas por equipo. • Hoja de sierra de nitruro de titaneo utilizada para yeso sintético. Cantidad: una (1) hoja por equipo. • Hoja de sierra para yeso convencional y sintético (mixto). Cantidad: una (1) hoja por equipo. • Cepillo para limpieza del motor. • Lubricante para mantenimiento. • Maletín para almacenaje del equipo y sus accesorios. • Filtros utilizados por la bomba de aspiración. Cantidad: diez (10) filtros por bomba. • Contenedor de color neutro con tapa de acero inoxidable para esterilización del equipo • Se debe incluir filtros utilizados por el contenedor. Cantidad: diez (10) unidades por equipo. • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional y en las cantidades adecuadas.		
	Electrobisturi Baja Potencia MEGADYNE MEGAPOWER Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 13 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Electrodos monopolares — 6 Punta de electrodo reutilizables en forma de lazo. • 6 Punta de electrodo reutilizable en forma de aguja. • 6 Punta de electrodo reutilizable en forma de bola. • Pinzas bipolares — 3 Pinza bipolar aislada de diferentes medidas • General — Cable extensión electrodo • Mango porta electrodo • 5 placas pacientes • 2 Cables placa paciente • Adaptadores universales, en caso de ser necesarios • Carro rodable de fábrica. • Cable alimentación eléctrica • Pedal para activación monopolar y bipolar • Incluye toda conexión, cable, parte o accesorio requerido para el funcionamiento		

APOYO TERAPEUTICO		
Imagen	Equipo / ítem	Cant.
	Calentador De Fluido STHILER ELECTRONICS ALTROTHERM PLUS Ficha en Drive >	3
	Collar Extricacion Cervical Blunding CC-0230U Ficha en Drive >	10
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No requiere.		
	Acelerador Infusion 1000 cc. VISTARMED V0010P Ficha en Drive >	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica.		
	Calentador De Paciente 3M BAIR HUGGER 675 Ficha en Drive >	6
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 10 Mantas para adulto por equipo. • Rodable.		
IO TABLA ESPINAL – SAIKANG MEDIC 	Tabla Espinal saikang tabla espinal Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Sistema de sujeción tipo pulpo compatible con Resonador nuclear magnético • 01 set de 3 correas de fijación		
	Humidificador O2 C/ Calefactor FISHER & PAYKEL AIRVO2 Ficha en Drive >	8
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios — Kit de inicio de circuitos de paciente (06) • Cable poder (integrado o para acople a placa calefactora) • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.		

	Ventilador Manual AMBU MARK IV Ficha en Drive >	3
	» Accesorios y componentes de la tipología · 5 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios — 02 Válvulas espiratorias de repuesto. • 02 Mascarillas N° 4 y 5 (c/u). • 01 Maletín de transporte y almacenaje. • 01 Válvula para PEEP • Certificaciones Internacionales — FDA y/o CE y/o JIS y/o equivalente técnico	
	Nebulizador Ultrasonico AEROGEN PRO-X Ficha en Drive >	4
	» Accesorios y componentes de la tipología · 11 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 mascarilla oronasal para adulto, tamaño mediano • 01 mascarilla oronasal para adulto, tamaño grande • 01 mascarilla Full Face tipo Performax, tamaño mediano • 01 mascarilla Full Face tipo Performax, tamaño grande • 01 mascarilla Full Face tipo Performax, tamaño extra grande • 01 mascarilla Total Face estándar • Incluir todos los accesorios necesarios para conexión a circuito de ventilación • 06 Tubuladoras o codos para conexión de la mascarilla con el nebulizador • Accesorio para montaje a poste o porta suero • Humidificador • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional	
	Ventilador De Transporte Dräger Oxylog 3000 plus Ficha en Drive >	3
	» Accesorios y componentes de la tipología · 12 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 03 válvulas espiratorias o cassettes espiratorios reutilizables • 02 Circuito Paciente • 01 Sensor de oxígeno si aplica • 02 Sensores de flujo rama exhalatoria con calentador de gases espirados • 02 Filtros de bacterias • 02 Circuitos desechables para humidificación pasiva • 01 Manguera para O2 normada de 3 mts • 01 set de máscaras con la configuración: Full Face, Total face, Oro - Nasales, Tubo endotraqueal/Traqueotomía • 01 Cilindro de oxígeno tipo E o similar con todos los accesorios e insumos necesarios para su funcionamiento • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional • Manual Servicio en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español, inglés e idioma original	

LABORATORIO/FARMACIA		
Imagen	Equipo / ítem	Cant.
	Dispensador automatico de insumos y medicamentos 2 columnas PYXIS MED STATION ES Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Componentes asociados · Computador (detectado en EETT)		
• Debe contar con mensajes de alerta en la estacion de trabajo de administrador y supervisor, para los niveles de inventarios, stock critico, apertura de puerta, control de vencimientos, entre otros		
	Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta HAIER HYC-390 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Accesorios obligatorios		
• Incluir cualquier accesorio extra que sea imprescindible para el uso del equipo		

MOBILIARIO CLINICO		
Imagen	Equipo / ítem	Cant.
ITEM DESCRIPCION MARCA MODELO 130.069 Piso Clínico COINFY CARE MA08 IMAGEN REFERENCIAL UNIDAD Requipo Asiento Ruedas con freno 	Piso Clínico COINFY CARE MA08 Ficha en Drive > » Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica	29
	Mesa Mayo PARAMOUNT PF-4000 Ficha en Drive > » Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica	24
	Sillon Clínico LOS PINOS SMM-251 Ficha en Drive > » Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No Aplica	11
	Soporte Universal SCHMITZ SCHMITZ PORTASUERO 242.2351.0 Ficha en Drive > » Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica	9
	Carro Curaciones BAILIDA MX-34PRO Ficha en Drive > » Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica	8
	Carro Procedimientos ACARE EC-500P » Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Bolsa con 100 Sellos de Seguridad	8

	Silla De Ruedas INVACARE ACTION 2 NG Ficha en Drive >	5
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No Aplica		
	Silla De Ruedas Paciente Bariátrico SUNSHINE SILLA DE RUEDA ESTANDAR BARIATRICA W920 Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Set de herramientas		
	Escabel MALVESTIO FSH162102 Ficha en Drive >	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No Aplica		
	Tarima INSPITAL BS10.11 Ficha en Drive >	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Carro Instrumental Yeso LUPUS MEDICAL OPR-3005 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Biombo Clínico INSPITAL SK00.63 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		

	Caja Seguridad Para Alcholemias Bash CBMA 250 CO Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Placa de montaje para fijar a muro		
	Carro 2 Bandejas BAILIDA MX-FC-2804 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Carro Compresero LUPUS MEDICAL OPR-1093 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • NA		
	Mesa Para Toma De Muestras PLUSMEDICAL NAC-MTM02 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
ITEM DESCRIPCION MARCA MODELO 110.070 Piso Clínico CoinfyCare MA08 IMAGEN REFERENCIAL UNIDAD Respaldo Asiento Ruedas con freno	Piso Taburete Clínico COINFYCARE MA08 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Silla Ducha Lupus medical LP034 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No Aplica		

	Sistema Transferencia Paciente MEDICARE SYSTEM MEDI ROLLER PRO Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Camilla Reanimacion MALVESTIO 320834 Ficha en Drive >	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Correas de contención • 02 Porta suero • 01 Funda para colchón		
	Camilla Traslado STRYKER 747 Ficha en Drive >	40
» Accesorios y componentes de la tipología · 4 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Correa de Contención • 02 Porta suero • 01 Escabel • 01 Funda para colchón impermeable		
	Camilla Ginecologica Hillrom P8050 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 6 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Soporte universal de apoya piernas. • 01 Soporte para Descanso de pies • 01 Bandeja recolectora de fluidos • 01 Porta sabanilla • 01 Rollo de sabanilla desechable • 01 Escabel		

	Carro De Paro MALVESTIO 329501 Ficha en Drive >	6
» Accesorios y componentes de la tipología · 8 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Tabla para masaje cardiaco montada en carro • 01 Porta Suero • 01 ventilador manual adulto con valvula PEEP y con mascarilla • 01 ventilador manual pediatrico con valvula PEEP y con mascarilla • 01 Set de Canulas Mayo Standard • 01 Bolsa de 100 Sellos de Seguridad • Set Laringoscopio de Acero Inoxidable, limpiable y desinfectable, iluminacion por fibra optica a bateria, compuesto por Hojas Macintosh, tamaños 1,2, 3 y 4 y Hojas Muller, tamaños 00, 0 y 1. • Basurero de plástico ±10 lts		

MONITOREO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Desfibrilador tipo DEA Nihon Kohden AED-2150 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Kit de electrodos de estimulación, desfibrilación. • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.		
	Oxímetro De Pulso MINDRAY PM-60 Ficha en Drive >	5
» Accesorios y componentes de la tipología · 5 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Sensores de SpO2 de dedo, tipo pinza adulto • Sensor de SpO2 en oreja para paciente adulto • Protector de goma antigolpes • Estuche de almacenaje y protección • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.		
	Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria WELCHALLYN CSM-75	30
» Accesorios y componentes de la tipología · 10 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios básicos por monitor — 01 manguera de presión no invasiva • 01 Set para medición de PNI compuesto por: 2 brazalete para adulto normal, 1 brazalete para adulto pequeño, 1 brazalete para paciente obeso. Todos reusables y libre de latex • 01 Cable de extensión (interfaz) de sensor de saturometría • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia tipo dedal para adulto • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia para oreja de adulto • 01 Carro de transporte • 01 Termómetro reutilizable digital , con medición de temperatura axilar y rangos de medición entre 34°C y 42°C o mayor de grado hospitalario. (se acepta propuesta de termómetro timpánico, siempre que sea de grado médico) • Set de 60 vainas desechables para termómetro. Cantidad: Un (1) set de vainas por cada monitor. (Para ofertas con termómetro timpánico, se acepta que no se entreguen las vainas correspondientes si es que no aplican.) • Accesorios globales para el total de equipos a adquirir — 6 Sensores reutilizables SpO2 tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia tipo dedal para adulto • 6 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia para oreja de adulto		

	Monitor Desfibrilador Nihon Kohden TEC-5600 Ficha en Drive >	6
» Accesorios y componentes de la tipología · 13 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios por equipo — 01 Cable de 3 derivaciones • 01 Cable de 5 o 6 derivaciones • 01 Sensor SpO2 tipo pinza adulto tecnología Massimo, Nellcor o propia • 01 Kit de paletas externas adulto y pediátricas • 26 Kit de Marcapaso externo (para el total de la oferta) • Stock de papel para impresión PYR: Al menos 10 rollos de papel • 01 Cable de poder • 03 parches para desfibrilación automática. • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional • Manual Servicio en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español extra Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Impresora — El equipo debe incluir una impresora de papel térmico para registros de distintos parámetros como: fecha y hora, frecuencia y ritmo cardíaco, salida MP, Tamaño y derivación de ECG, energía de desfibrilación, pruebas de desfibrilador, alarmas		
	Monitor ECG Signos Vitales Mediana Complejidad GENERAL ELECTRIC B125 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 17 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Accesorios Básicos por monitor — 01 Cable troncal de 3 lead reutilizable. R: Se aclara. Se acepta cable que permita la medición de ECG de 3 y 6 derivadas, como también cable de 3 derivadas de conexión completa, sin que se divida en troncal mas latiguillos. • 01 Cable troncal de 5 o 6 lead reutilizable • 01 Cable ECG de 3 lead • 01 Cable ECG de 5 o 6 lead • Set de al menos 50 electrodos desechables para ECG adulto • 01 manguera de presión no invasiva • 01 Set para medición de PNI compuesto por: 2 brazalete para adulto normal, 1 brazalete para adulto pequeño, 1 brazalete para paciente obeso. Todos reusables • 01 Cable de extensión (interfaz) de sensor de saturometría • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o tecnología propia tipo dedal para adulto • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o tecnología propia para oreja de adulto • 01 Sensor de temperatura de piel adulto • 01 Sensor de temperatura esofágica/rectal • 02 cables conectores al módulo de temperatura. R: Se aclara. Se acepta troncal + sensor pero ofertar las unidades solicitadas. Se acepta un cable troncal dual por monitor siempre que se oferte la cantidad de sensores para piel y esofágica/rectal solicitados según EETT N° 83 y 84. • 01 Carro de transporte por monitor • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional • Manual Servicio en español, inglés e idioma original. R: Se aclara. Se acepta manual en español, traducido y emanado de forma directa de fábrica. • Manual Usuario en español, inglés e idioma original. R: Se aclara. Se acepta manual en español, traducido y emanado de forma directa de fábrica.		

	Monitor ECG Signos Vitales Baja Complejidad GENERAL ELECTRIC B105 Ficha en Drive >	17
	» Accesorios y componentes de la tipología · 25 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Accesorios Básicos por monitor — 01 Cable troncal de 3 lead R: Se aclara. Se acepta cables de 3 y 6 derivadas o cable de conexión completa sin división en más latiguillos. • 01 Cable troncal de 5 a 6 lead • 01 Cable ECG de 3 lead • 01 Cable ECG de 5 a 6 lead • Set de al menos 50 electrodos desechables para ECG adulto • 01 manguera de presión no invasiva • 01 Set para medición de PNI compuesto por: 2 brazalete para adulto normal, 1 brazalete para adulto pequeño, 1 brazalete para paciente obeso. Todos reusables • 01 Cable de extensión (interfaz) de sensor de saturometría • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o tecnología propia tipo dedal para adulto • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o tecnología propia para oreja de adulto • 01 cables conectores al módulo de temperatura R: Se aclara. Se aceptan ofertas con cable único (troncal + sensor de temperatura) , siempre que se oferte sensores para piel y esofágica/rectal según EETT N° 76 y 77 • 01 Sensor de temperatura de piel adulto • 01 Sensor de temperatura esofágica/rectal • 01 Carro de transporte • Accesorios globales para el total de equipos a adquirir en Monitores de Baja Complejidad — 15 Cable troncal de 3 lead reutilizable. R: Se aclara. Se acepta cable de ECG y troncal unidos o troncal para 3 y 6 derivadas, esto en las cantidades solicitadas. • 15 Cable troncal de 5 lead reutilizable • 20 Cable ECG de 3 lead • 20 Cable ECG de 5 lead • 35 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo o Nellcor Oximax tipo dedal para adulto R: Se aclara. Se acepta sensores SpO2 de tecnología propia, esto para el total de la oferta. • 35 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo o Nellcor Oximax para oreja de adulto • 20 Sensores de temperatura de piel adulto • 20 Sensor de temperatura esofágica/rectal • Operación — Manual de operación en idioma español • Manual de servicio (inglés o español) • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.	

SIN CLASIFICAR		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
—	Sistema Traccion Ficha en Drive >	1