


Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico · Imagenología

Nuevo Hospital Del Salvador · Servicio Clínico 2026

Catastro completo del servicio según el Despliegue oficial de Equipamiento (Servicio Clínico 2026), agrupado por familia.

Tipos	Unidades	Recintos
24	59	10

APOYO DIAGNOSTICO

Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
	Balanza Adulto Con Tallimetro SECA 777 Ficha en Drive >	2	Ecotomografía · Estación Enfermería
	Negatoscopio 3 Caras MPLENT ZG-3B Ficha en Drive >	2	I.3.47.4.4

APOYO QUIRURGICO			
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
	Lampara Procedimiento Rodable Nexor Nova 350 Ficha en Drive >	3	Estación Enfermería · Recepción Camillas Sillas Pacientes · Trabajo Limpio

IMAGENOLOGIA			
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
 LOGIQ Fortis The LOGIQ Fortis is a 4D multiplanar ultrasound system with advanced imaging capabilities. It features a large screen, a control panel, and a patient bed. It is designed for use in a clinical setting.	Ecotomografo Doppler Color Multiproposito GE HEALTHCARE LOGIQ FORTIS Ficha en Drive >	5	Bodega Equipos · Comando
» Componentes asociados al equipo (según EETT · no corresponden a compras TI) • Impresora: Bandeja para impresora • Impresora: Incluir Impresora Térmica adosada a carro de transporte • Computador: Composición de imágenes panorámicas en modo B			
	Rayos X Osteopulmonar General Electric Definium XR656HD Ficha en Drive >	4	Equipamiento DAN
» Componentes asociados al equipo (según EETT · no corresponden a compras TI) • Computador: Estación de trabajo — 01 Monitor mínimo de 19"			
	Rx Portatil PHILIPS MOBILE DIAGNOST WDR Ficha en Drive >	2	Bodega Equipos
	Tomografo Axial Computarizado GENERAL ELECTRIC Revolution EVO Ficha en Drive >	1	Trabajo Limpio
» Componentes asociados al equipo (según EETT · no corresponden a compras TI) • Computador: Acceso remoto a RAW data presente en estación de trabajo			
	Tomografo Axial Computarizado I GENERAL ELECTRIC Revolution EVO Ficha en Drive >	1	Trabajo Limpio
» Componentes asociados al equipo (según EETT · no corresponden a compras TI) • Computador: Acceso remoto a RAW data presente en estación de trabajo			

MOBILIARIO CLINICO			
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
Posición extendida y respaldo elevado. 	Camilla Examen MALVESTIO 350110 Ficha en Drive >	6	Comando · Ecotomografía · Estación Enfermería
ITEM 110.069 DESCRIPCION Piso Clínico MARCA Conifcare MODELO MA08 IMAGEN REFERENCIAL UNIDAD 	Piso Clínico COINFYCARE MA08 Ficha en Drive >	6	Comando · Ecotomografía · Trabajo Limpio
	Biombo Plomado PROTECCION RADIOLOGICA MIRILLA Ficha en Drive >	5	Equipamiento DAN · Trabajo Limpio
	Carro Procedimientos ACARE EC-500P	3	Recepción Camillas Sillas Pacientes · Trabajo Limpio
	Mesa Mayo PARAMOUNT PF-4000 Ficha en Drive >	3	Trabajo Limpio
	Carro Curaciones BAILIDA MX-34PRO Ficha en Drive >	2	Estación Enfermería · Trabajo Limpio
	Carro De Paro MALVESTIO 329501 Ficha en Drive >	2	Estación Enfermería
	Silla De Ruedas INVACARE ACTION 2 NG Ficha en Drive >	2	Recepción Camillas Sillas Pacientes

	Camilla Traslado STRYKER 747 Ficha en Drive >	1	Recepción Camillas Sillas Pacientes
ITEM DESCRIPCION MARCA MODELO 110.070 Piso Clínico CoinfyCare MA08 IMAGEN REFERENCIAL UNIDAD Respaldo  Asiento  Ruedas con freno 	Piso Taburete Clínico COINFYCARE MA08 Ficha en Drive >	1	Estación Enfermería

MONITOREO			
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
	Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria WELCHALLYN CSM-75	2	Estación Enfermería · Recepción Camillas Sillas Pacientes
	Monitor Desfibrilador Nihon Kohden TEC-5600 Ficha en Drive >	2	Estación Enfermería · Recepción Camillas Sillas Pacientes
» Componentes asociados al equipo (según EETT · no corresponden a compras TI) • Impresora: Impresora — El equipo debe incluir una impresora de papel térmico para registros de distintos parámetros como: fecha y hora, frecu			
	Desfibrilador tipo DEA Nihon Kohden AED-2150 Ficha en Drive >	1	Área Mesas-P1

SIN CLASIFICAR			
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
	Densitometro oseo GENERAL ELECTRIC Prodigy Advance Ficha en Drive >	1	Ecotomografía
» Componentes asociados al equipo (según EETT · no corresponden a compras TI) • Computador: Estación de trabajo — 01 Monitor mínimo de 17"			
	Resonador Nuclear Magnetico GENERAL ELECTRIC Signa Artist	1	I.3.47.9.1
» Componentes asociados al equipo (según EETT · no corresponden a compras TI) • Computador: 01 Estacion de Trabajo y 01 Estacion de Postproceso — 01 Monitor de al menos 19" para Estacion de Postproceso • Computador: 02 Monitores de al menos 21" para Estacion de Trabajo			
	Rx Telecomadado GENERAL ELECTRIC Optima RF180 Ficha en Drive >	1	Trabajo Limpio
» Componentes asociados al equipo (según EETT · no corresponden a compras TI) • Computador: Estación de Trabajo Movil — 02 monitores de mínimo 19" o un monitor que permita doble imagen en carro de transporte • Computador: Estación de Trabajo en sala de comando — 01 monitor de mínimo 19" sala • Computador: 01 UPS compatible con requerimientos eléctricos del equipo de la estación de trabajo			