


Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico · Unidad de Intermedio Hematología (UIH)

Nuevo Hospital Del Salvador · Servicio Clínico 2026

Catastro completo del servicio según el Despliegue oficial de Equipamiento (Servicio Clínico 2026), agrupado por familia.

Tipos	Unidades	Recintos
28	66	10

APOYO DIAGNOSTICO			
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
	Fonendoscopio ADC Proscope 670 Ficha en Drive >	2	Estación Enfermería
	Lampara Examen PROVITA Serie 1 L111111A rodable Ficha en Drive >	2	Observación
	Balanza Adulto Con Tallimetro SECA 777 Ficha en Drive >	1	Estación Enfermería
	Negatoscopio 2 Caras MINSTON MSTXD LED2 Ficha en Drive >	1	Exámen Fondo Ojo
	Otooftalmoscopio Portatil WELCHALLYN 92871-BLK Ficha en Drive >	1	Estación Enfermería

APOYO INDUSTRIAL			
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
	Lavadora De Chatas Steelco BP 100 HAE Ficha en Drive >	1	Degradador Chatas

APOYO QUIRURGICO			
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
	Lampara Procedimiento Rodable Nexor Nova 350 Ficha en Drive >	1	Sala Preanestesia

APOYO TERAPEUTICO			
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
 ue de la fos y in sid atorias le este diendo irse en a largo	Humidificador O2 C/ Calefactor FISHER & PAYKEL AIRVO2 Ficha en Drive >	3	Habitación 1 Cama
	Ventilador Mecanico No Invasivo Dräger Savina 300 Select Ficha en Drive >	3	Bodega Equipos

LABORATORIO/FARMACIA			
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
	Dispensador automatico de insumos y medicamentos 2 columnas PYXIS MED STATION ES Ficha en Drive >	1	Sala Procedimientos
» Componentes asociados al equipo (según EETT · no corresponden a compras TI) • Computador: Debe contar con mensajes de alerta en la estacion de trabajo de administrador y supervisor, para los niveles de inventarios, stock			
	Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta HAIER HYC-390 Ficha en Drive >	1	Bodega Equipos

MOBILIARIO CLINICO			
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
	Mobiliario Clínico Paciente Hospitalizado Electrico Radiolucido STRYKER SV2	18	Habitación 1 Cama
	Camilla Traslado STRYKER 747 Ficha en Drive >	3	Espera Camillas/Sillas · Sala Preanestesia
	Carro 2 Bandejas BAILIDA MX-FC-2804 Ficha en Drive >	2	Estación Enfermería · Sala Procedimientos
	Carro Aseo Paciente MALVESTIO cf99616 Ficha en Drive >	2	Estación Enfermería
	Elevador De Paciente Handimove Elevador de Pacientes 1630 Ficha en Drive >	2	Observación
	Silla De Ruedas INVACARE ACTION 2 NG Ficha en Drive >	2	Espera Camillas/Sillas
	Carro Curaciones BAILIDA MX-34PRO Ficha en Drive >	1	Estación Enfermería
	Carro De Paro MALVESTIO 329501 Ficha en Drive >	1	Estación Enfermería

	Carro Fichas Y Rx MALVESTIO 329633 Ficha en Drive >	1	Estación Enfermería						
	Carro Procedimientos ACARE EC-500P	1	Sala Preanestesia						
	Carro Transporte Material Contaminado SEBA A medida	1	Sucio						
	Carro Transporte Material Esteril SEBA A medida Ficha en Drive >	1	Bodega Equipos						
	Mesa Mayo PARAMOUNT PF-4000 Ficha en Drive >	1	Sala Preanestesia						
ITEM DESCRIPCION MARCA MODELO 110.069 Piso Clínico Coinfycare MA08 IMAGEN REFERENCIAL UNIDAD <table><tr><td>Respaldo</td><td>Asiento</td><td>Ruedas con freno</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Respaldo	Asiento	Ruedas con freno				Piso Clínico COINFYCARE MA08 Ficha en Drive >	1	Sala Preanestesia
Respaldo	Asiento	Ruedas con freno							
									

MONITOREO			
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.	Recintos
	Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria WELCHALLYN CSM-75	6	Habitación 1 Cama
	Monitor ECG Signos Vitales Baja Complejidad GENERAL ELECTRIC B105 Ficha en Drive >	5	Habitación 1 Cama · Sala Preanestesia
	Monitor Desfibrilador Nihon Kohden TEC-5600 Ficha en Drive >	1	Estación Enfermería
» Componentes asociados al equipo (según EETT · no corresponden a compras TI) • Impresora: Impresora — El equipo debe incluir una impresora de papel térmico para registros de distintos paramentos como: fecha y hora, frecu			