

INFORME DE EQUIPAMIENTO · REUNIÓN CON SUBDIRECCIÓN

Traslados de equipos propios

Subdirección de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico (SDADT)

Equipos médicos del hospital actual que se proponen trasladar al Nuevo Hospital Del Salvador. Corte de trabajo por subdirección: no reemplaza al archivo vivo de traslados y comodatos. Propio, comodato o arriendo pasan el mismo filtro de factibilidad; la calidad jurídica solo cambia quién paga el traslado.

1 · Aprobados 2018	2 · Validados SSMO	3 · Rechazados o en revisión	4 · No informados al SSMO
22	7	11	44
registros · 34 unidades	registros · 8 unidades	registros · 13 unidades	registros · 53 unidades

Por servicio y estado

SERVICIO 2026	1 · Aprobados 2018	2 · Validados SSMO	3 · Rechazados o en revisión	4 · No informados al SSMO	TOTAL	UNIDADES
Anatomía Patológica	4	.	5	3	12	18
Farmacia	.	.	.	1	1	1
Farmacia Atención Cerrada	.	.	.	3	3	6
Farmacia Magistral	.	.	.	2	2	2
Laboratorio Clínico	17	7	.	20	44	50
Pabellón Central	.	.	.	14	14	20
Unidad Medicina Transfusional (UMT)	1	.	6	1	8	11
TOTAL	22	7	11	44	84	108

Para la reunión

- **7 equipos aprobados en 2018 tienen una alerta** en la planilla (dado de baja, no se encuentra, no requerido o es comodato): conviene sacarlos del traslado o aclararlos.
- **44 registros (53 unidades) no han sido informados al SSMO:** necesitan factibilidad física (espacio, enchufes, peso) y de servicio (cartera de servicios y que no exista ya en el nuevo hospital).
- **3 equipos son informáticos** (notebooks, UPS, televisores): no son EMMC y deben ir al listado de TI.
- Propio, comodato o arriendo pasan el mismo filtro de factibilidad; la calidad jurídica solo cambia quién paga el traslado (en comodato, el dueño del equipo).

1 · Aprobados 2018

22 registros · 34 unidades

Autorizados por la comisión de 2018: el traslado lo paga la Concesionaria.

Anatomía Patológica · 4 registros · 10 unidades

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	FACTIBILIDAD · OBSERVACIÓN	INSTALACIÓN
LABORATORIO CLÍNICO					
Inmunotincionador (3 modulos) ALERTA 2018: COMODATO	Ventana · GX	1	I.2.46.3.4	—	Desagüe, Eléctrico, Clima 140×50×90 cm · 90 kg
MICROSCOPIA E IMAGEN DE LABORATORIO					
CÁMARA DIGITAL	OLYMPUS · DP2-SAL	1	I.2.46.1.7	—	Eléctrico 20×5×20 cm · 1 kg
MICROSCOPIO CON CÁMARA DIGITAL	OLYMPUS · BX46	5	I.2.46.1.7	—	Eléctrico, Clima 55×28×36 cm · 17 kg
REFRIGERACIÓN Y CONSERVACIÓN					
Refrigerador Clínico 1000 lt	BIOBASE · VXC-V1000M	3	I.2.46.3.4	—	Eléctrico, Clima 200×130×80 cm · 250 kg

Laboratorio Clínico · 17 registros · 22 unidades

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	FACTIBILIDAD · OBSERVACIÓN	INSTALACIÓN
LABORATORIO CLÍNICO					
AGITADOR VORTEX	Barnstead · Maxi-Mix I	1	I.1.45.5.3	—	Eléctrico 7×7×17 cm · 1 kg
AGITADOR VORTEX ALERTA 2018: NO REQUERIDO	Barnstead · Maxi-Mix I	4	I.1.45.5.4	—	Eléctrico 7×7×17 cm · 1 kg
CENTRÍFUGA DE SOBREMESA	THERMO · MEGAFUGE 16	1	I.1.45.5.3	—	Eléctrico 36×44×60 cm · 57.5 kg
Contador celular 18 parametros ALERTA 2018: BAJA	HORIBA · ABX Micros ES 60	1	I.1.45.5.3	—	Agua, Desagüe, Eléctrico 50×50×50 cm · 17 kg
EQUIPO ELECTROFORÉSIS CAPILAR ALERTA 2018: BAJA	ADVANCE ANALYTICAL · FRAGMENT ANALYZER	1	I.1.45.6.3	—	Eléctrico, Clima 61×35×51 cm · 38.5 kg
EQUIPO PARA HACER FROTIS AUTOMATIZADO Y TEÑIDOR ALERTA 2018: NO SE ENCUENTRA	MEDITE · COT 20.400	1	I.1.45.3.2	—	Eléctrico 44×130×700 cm · 65 kg
MINI CENTRÍFUGA	SCIOGEX · D1008	1	I.1.45.5.2	—	Eléctrico 15×20×20 cm · 1 kg
MICROSCOPIA E IMAGEN DE LABORATORIO					
Microscopio de Campo Claro	ZEISS · AX10 Lab.A1	1	I.1.45.5.3	—	Eléctrico 55×40×42 cm · 18 kg

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	FACTIBILIDAD · OBSERVACIÓN	INSTALACIÓN
Microscopio de Campo Claro	ZEISS · AX10 Lab.A1	1	I.1.45.5.4	—	Eléctrico 55×40×42 cm · 18 kg
SISTEMA CARIOTIPO (microscopio)	OLYMPUS · BX51	1	I.1.45.5.2	—	Eléctrico 75×35×65 cm · 27 kg
SISTEMA CARIOTIPO (microscopio)	OLYMPUS · BX41	1	I.1.45.5.2	—	Eléctrico 45×30×50 cm · 18 kg
SISTEMA CARIOTIPO (microscopio)	OLYMPUS · BX53	1	I.1.45.5.2	—	Eléctrico 80×35×70 cm · 27 kg
SISTEMA CARIOTIPO (microscopio)	OLYMPUS · BX53	1	I.1.45.5.2	—	Eléctrico 75×35×70 cm · 27 kg
SISTEMA CARIOTIPO (microscopio)	OLYMPUS · BX41	1	I.1.45.5.2	—	Eléctrico 45×30×50 cm · 18 kg
MOBILIARIO Y APOYO					
Vitrina Refrigerada ALERTA 2018: NO SABEN DONDE ESTÁ	Haier · HYC 610	1	I.1.45.5.3	—	190×70×80 cm · 150 kg
REFRIGERACIÓN Y CONSERVACIÓN					
FREEZER -70° C ALERTA 2018: BAJA	ilShin · DF8510	1	I.1.45.7.2	—	165×90×90 cm · 120 kg
REFRIGERADOR UNA PUERTA	Varias · Domiciliario	3	I.1.45.7.2	SE DISMINUYE A 2 EQUIPOS	170×62×65 cm · 70 kg

Unidad Medicina Transfusional (UMT) · 1 registros · 2 unidades

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	FACTIBILIDAD · OBSERVACIÓN	INSTALACIÓN
PABELLÓN Y CIRUGÍA					
SELLADOR DE BOLSAS	GRIFOLS · WELD-T	2	I.5.49.3.1	—	Eléctrico 12×20×22 cm · 4 kg

2 · Validados SSMO

7 registros · 8 unidades

Revisados y validados por el SSMO entre 2019 y 2026: el traslado es a costo del hospital (o del dueño, si es comodato).

Laboratorio Clínico · 7 registros · 8 unidades

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	FACTIBILIDAD · OBSERVACIÓN	INSTALACIÓN
LABORATORIO CLÍNICO					
CENTRIFUGA Citometría de flujo	TD5B	1	I.1.45.5.3	Factibilidad: SI	—
Centrifuga Inmunología	Hettich · Rotina 420	1	I.1.45.7.2	Factibilidad: SI	Eléctrico 43×51×65 cm · 75 kg
Centrífuga al vacío Biología Molecular Hematológica	Thermo Fisher · SpeedVac DNA130	1	I.1.45.6.3	Factibilidad: SI	Eléctrico 31×29×64 cm · 39 kg
Termociclador	Bio Rad · T100 Thermal Cycler	2	I.1.45.6.3	Factibilidad: SI	Eléctrico 23×26×47 cm · 9 kg
Termociclador Tiempo Real	QIAGEN · ROTOR GENE Q	1	I.1.45.6.3	Factibilidad: SI	Eléctrico 23×26×47 cm · 9 kg
MICROSCOPIA E IMAGEN DE LABORATORIO					
Escaner de Metafasas Citogenética	OLYMPUS · BX63F / BH2-RF2-T3	1	I.1.45.5.2	Factibilidad: SI · Incorporado por referentes	Eléctrico, Clima 36×30×43 cm · 15 kg
Microscopio Inmunofluorescencia Citogenética	—	1	I.1.45.5.2	Factibilidad: SI · NO EXISTE EN LA UNIDAD	—

3 · Rechazados o en revisión

11 registros · 13 unidades

Presentados al SSMO entre 2019 y 2026 y aún sin validación, o rechazados.

Anatomía Patológica · 5 registros · 5 unidades

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	FACTIBILIDAD · OBSERVACIÓN	INSTALACIÓN
LABORATORIO CLÍNICO					
CENTRÍFUGA Laboratorio de Inclusión	MPW · MPW-56	1	I.2.46.3.3_C	Factibilidad: Pendiente · Equipo incorporado por brecha de prestaciones de UAP	Eléctrico 18×22×27 cm · 4 kg
DESCALCIFICADOR	MILESTONE · KOS	1	I.2.46.3.1	Factibilidad: Pendiente · Equipo incorporado por brecha de prestaciones de UAP	Eléctrico 55×34×53 cm · 40 kg
ESTACIÓN DE LAVADO DE PARAFINA (HISTOMATE)	MILESTONE · HISTOSMATE	1	I.2.46.3.5	Factibilidad: Pendiente · Equipo incorporado por brecha de prestaciones de UAP	Eléctrico 47×30×52 cm · 35 kg
PCR TIEMPO REAL	BIOCARTIS · IDYLLA	1	I.2.46.3.2	Factibilidad: Pendiente · Equipo incorporado por brecha de prestaciones de UAP	Eléctrico 51×60×51 cm · 24 kg
PABELLÓN Y CIRUGÍA					
SELLADOR DE BOLSAS	MILESTONE · SEALSAFE	1	I.2.46.3.1	Factibilidad: Pendiente · Equipo incorporado por brecha de prestaciones de UAP	Eléctrico 110×70×110 cm · 200 kg

Unidad Medicina Transfusional (UMT) · 6 registros · 8 unidades

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	FACTIBILIDAD · OBSERVACIÓN	INSTALACIÓN
MOBILIARIO Y APOYO					
MESÓN DE ACERO INOXIDABLE	—	3	I.5.49.3.1	Factibilidad: Pendiente · Mesón isla de acero inoxidable y superficie lavable	90×120×75 cm
MESÓN DE ACERO INOXIDABLE	—	1	I.5.49.3.3	Factibilidad: Pendiente · Se incorpora mesón isla de acero inoxidable y superficie lavable	90×120×75 cm
MESÓN DE ACERO INOXIDABLE	—	1	I.5.49.3.2	Factibilidad: Pendiente · Mesón isla de acero inoxidable y superficie lavable	90×120×75 cm
MESÓN DE ACERO INOXIDABLE	—	1	I.5.49.1.1	Factibilidad: Pendiente · Mesón isla de acero inoxidable y superficie lavable	—
MESÓN DE TRABAJO	—	1	I.5.49.1.1	Factibilidad: Pendiente · Para tercer puesto de trabajo que no tiene cabida en MOA	—
RETROILUMINADOR	—	1	I.5.49.3.1	Factibilidad: Pendiente · Incorporado por referentes	Eléctrico 50×50×50 cm

4 · No informados al SSMO

44 registros · 53 unidades

Nunca presentados al SSMO o todavía no revisados: requieren factibilidad física y de servicio.

Anatomía Patológica · 3 registros · 3 unidades

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	FACTIBILIDAD · OBSERVACIÓN	INSTALACIÓN
LABORATORIO CLÍNICO					
Centrifuga de placas	SAKURA · CYTOTEK	1	I.2.46.3.4	Factibilidad: Pendiente · Equipo utilizado para la preparación y concentración de muestras citológicas. A diferencia de una centrifuga convencional, permite concentrar células en monocapa y en un área definida del portaobjetos. Reduce la exposición a aerosoles.	Eléctrico, Clima 59×37×49 cm · 12 kg
INMUNOTINCIONADOR	SAKURA · TISSUE-TEK PRISMA PLUS	1	—	Factibilidad: Pendiente · Equipo actualmente estandarizado y validado para la técnica H&E. Su reemplazo por plataforma Leica Spectra requiere un proceso de estandarización y validación con un eventual impacto en la continuidad de tiempos de respuesta, además requiere un menor volumen de reactivos (contenedores de 250ml)	—
MONTADOR	SAKURA · TISSUE-TEK FILM	1	—	Factibilidad: Pendiente · Complementario a Prisma Plus. Sistema de montaje y transferencia automatizada de láminas. Tecnología de montaje más avanzada que no requiere uso de resina ni cubreobjeto de vidrio, eliminando el riesgo de rotura de los mismos. Montaje de 1080 portaobjetos por hora. El film no genera artefactos en la tinción con el paso de los años.	—

Farmacia · 1 registros · 1 unidades

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	FACTIBILIDAD · OBSERVACIÓN	INSTALACIÓN
REFRIGERACIÓN Y CONSERVACIÓN					
REFRIGERADOR CHICO LEY RICARTE SOTO	Midea · MC-5L126 Adquirido 2024	1	—	Factibilidad: Pendiente · La información adjunta se refiere a la vitrina de uso clínico	Eléctrico, Clima 81×59×61 cm · 48 kg

Farmacia Atención Cerrada · 3 registros · 6 unidades

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	FACTIBILIDAD · OBSERVACIÓN	INSTALACIÓN
MOBILIARIO Y APOYO					
CARROS MEDIANOS	—	4	—	Factibilidad: Pendiente	—
REFRIGERACIÓN Y CONSERVACIÓN					
REFRIGERADOR HOSPITALIZADOS CHICO DE VACUNAS	Midea · MC-5L126 Adquirido 2024	1	—	Factibilidad: Pendiente · La información adjunta se refiere a la vitrina de uso clínico	Eléctrico, Clima 81×59×61 cm · 48 kg
TERAPIAS Y APOYO CLÍNICO					
ENVASADORA	Grifols · Blispack Adquirido 2018	1	—	Factibilidad: Pendiente	Eléctrico 150×120×90 cm

Farmacia Magistral · 2 registros · 2 unidades

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	FACTIBILIDAD · OBSERVACIÓN	INSTALACIÓN
PABELLÓN Y CIRUGÍA					

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	FACTIBILIDAD · OBSERVACIÓN	INSTALACIÓN
SELLADORA POLIETILENO DE MESON	GTC Adquirido 2025	1	—	Factibilidad: Pendiente	Eléctrico, Clima 8×14×41 cm · 4 kg
SELLADORA POLIETILENO DE PIE	Generica Adquirido 2023	1	—	Factibilidad: Pendiente	Eléctrico, Clima 88×45×50 cm · 12 kg

Laboratorio Clínico · 20 registros · 20 unidades

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	FACTIBILIDAD · OBSERVACIÓN	INSTALACIÓN
INFORMÁTICO (NO EMMC)					
Computador Notebook HP asociado a Termociclador Informático: no es EMMC (lo ve TI)	HP · PROBOOK 450 G7 Adquirido 2020	1	45.6.2	Factibilidad: Pendiente	Eléctrico, Clima 37×26×2 cm · 2 kg
Televisor HEMATOLOGÍA Especializada Microscopios Informático: no es EMMC (lo ve TI)	Samsung Adquirido 2025	1	I.1.45.5.45	Factibilidad: Pendiente	Eléctrico
UPS termociclador tiempo real Informático: no es EMMC (lo ve TI)	ALLSAI · ALLSAIW1K PRO Adquirido 2020	1	45.6.2	Factibilidad: Pendiente	Eléctrico, Clima 22×15×34 cm · 10 kg
LABORATORIO CLÍNICO					
Agitador Orbital Inmunología	Farmalatina Adquirido 2018	1	I.1.45.7.2	Factibilidad: Pendiente	Eléctrico, Clima 12×30×35 cm · 3.1 kg
Agitador de Placas / Shaker Plate (NGS/SANGER) Biología Molecular Hematológica	Analitik Jena AG · BioShake XP Adquirido 2017	1	45.6.3	Factibilidad: Pendiente	Eléctrico, Clima 10×14×17 cm · 3 kg
Agitardor Vortex	OHAUS · VXMNAL Adquirido 2021	1	I.1.45.4.7	Factibilidad: Pendiente	Eléctrico, Clima 16×13×21 cm · 4.5 kg
Balanza	Electronic balance · XY1000-2C Adquirido 2022	1	I.1.45.4.2	Factibilidad: Pendiente	Eléctrico, Clima
Balanza analitica	ELECTRONIC BALANCE · XY1000-2C Adquirido 2023	1	I.1.45.4.7	Factibilidad: Pendiente	Eléctrico, Clima 10×19×28 cm · 2 kg
Centrifuga de placas (NGS) Biología Molecular Hematológica	Select Bioproducts · Select Spin Plate Adquirido 2017	1	45.6.3	Factibilidad: Pendiente	Eléctrico, Clima 16×29×36 cm · 5 kg
Centrífuga tubos 2mL Inmunología	EPPENDORF · Centrifuge 5424 Adquirido 2024	1	45.7.2	Factibilidad: Pendiente	Eléctrico, Clima 23×24×32 cm · 14 kg
Limpiador ultrasónico (Sonicador)	Biobase · UC 30A Adquirido 2024	1	I.1.45.4.2	Factibilidad: Pendiente	Eléctrico, Clima 27×33×18 cm · 6 kg
Mini Secuenciador NGS Biología Molecular Hematológica	Illumina · iSEQ-100 Adquirido 2023	1	45.6.3	Factibilidad: Pendiente	Eléctrico, Clima 33×30×43 cm · 16 kg
Rotador muestras Citometría de flujo	Benchmark Cientific · Roto mini Adquirido 2018	1	I.1.45.5.3	Factibilidad: Pendiente	Eléctrico, Clima 17×28×16 cm · 2 kg

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	FACTIBILIDAD · OBSERVACIÓN	INSTALACIÓN
Termociclador Tiempo Real	BIO RAD · CFX96 Adquirido 2020	1	45.6.2	Factibilidad: Pendiente	Eléctrico, Clima 36×33×46 cm · 21 kg
Vortex Inmunología	Heidolph Adquirido Anterior al 2016	1	I.1.45.7.2	Factibilidad: Pendiente	Eléctrico, Clima 10×13×17 cm · 2.8 kg
MICROSCOPIA E IMAGEN DE LABORATORIO					
Cámara de microscopio HEMATOLOGÍA Especializada Microscopios	ZEISS · Axiocam Adquirido 2025	1	I.1.45.5.45	Factibilidad: Pendiente	Eléctrico, Clima 54×13×97 cm · 0.59 kg
PABELLÓN Y CIRUGÍA					
BOMBA DE ASPIRACION Citogenética	YUWELL · 7E-C Adquirido 2020	1	45.5.2	Factibilidad: Pendiente	Eléctrico, Clima 28×18×37 cm · 4.4 kg
REFRIGERACIÓN Y CONSERVACIÓN					
Refrigerador clínico tipo Visicooler de 1 puerta Biología Molecular Hematológica	Ventus · LG100 Adquirido 2021	1	45.6.3	Factibilidad: Pendiente	Eléctrico, Clima 83×45×45 cm · 24 kg
Refrigerador farmaceutico Citometría de flujo	Haier · HYC-68A Adquirido 2018	1	I.1.45.5.3	Factibilidad: Pendiente	Eléctrico, Clima 66×49×66 cm · 40 kg
Ultracongelador	Methner · MDF-86V58 Adquirido 2026	1	I.1.45.4.2	Factibilidad: Pendiente	Eléctrico, Clima 121×63×75 cm · 112 kg

Pabellón Central · 14 registros · 20 unidades

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	FACTIBILIDAD · OBSERVACIÓN	INSTALACIÓN
IMAGENOLOGÍA					
ARCO EN C	PHILIPS · ZENITION 70 Adquirido 2024	1	C.28.12.2	Factibilidad: Pendiente	173×81×196 cm · 290 kg
ECOGRAFO	WISONIC · PILOTE Adquirido 2022	3	C.28.12.2	Factibilidad: Pendiente	Eléctrico, Clima 24×34×3 cm · 1.9 kg
ECOGRAFO	EDAN · ACCLARIX AX3 Adquirido 2024	1	C.28.12.2	Factibilidad: Pendiente	Eléctrico, Clima 6×39×38 cm · 4.5 kg
ECOGRAFO	ESAOTE · MYLABOMEGA Adquirido 2024	1	C.28.12.2	Factibilidad: Pendiente	Eléctrico, Clima 9×38×40 cm · 7.6 kg
LABORATORIO CLÍNICO					
GABINETE DE BIOSEGURIDAD	CRUMA · AR2010 Adquirido 2022	1	C.28.12.2	Factibilidad: Pendiente	184×80×50 cm · 150 kg
OTORRINOLARINGOLOGÍA					
VIDEOLARINGOSCOPIO	CORERAY · CR-31 Adquirido 2025	2	C.28.12.2	Factibilidad: Pendiente	10×26×35 cm · 2.5 kg
PABELLÓN Y CIRUGÍA					

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	FACTIBILIDAD · OBSERVACIÓN	INSTALACIÓN
EQUIPO DE ELECTROCIRUGIA	ERBE · VIO 200S Adquirido 2018	1	C.28.12.2	Factibilidad: Pendiente	Eléctrico, Clima 16×41×38 cm · 9 kg
EQUIPO GANGLIO CENTINELA	MAMMOTOME · NEOPROBE Adquirido 2024	1	C.28.12.2	Factibilidad: Pendiente	Eléctrico, Clima 23×31×26 cm · 3 kg
GENERADOR RADIOFRECUENCIA	COVIDIEN · CLOSURE RFG Adquirido COMODATO	1	C.28.12.2	Factibilidad: Pendiente	Eléctrico, Clima 26×34×17 cm · 6.8 kg
MESA QUIRURGICA	MAQUET · YUNO	1	C.28.12.2	Factibilidad: Pendiente	114×58×185 cm · 300 kg
MESA QUIRURGICA	MAQUET · ALPHACLASSIC Adquirido 2015	1	C.28.12.2	Factibilidad: Pendiente	Eléctrico 95×59×214 cm · 260 kg
MESA QUIRURGICA	STERIS · EASYMAX 220	1	C.28.12.2	Factibilidad: Pendiente	90×56×203 cm · 185 kg
MOTOR DE ALTA VELOCIDAD OTORRINO	MEDTRONIC · IPC Adquirido 2012	1	C.28.12.2	Factibilidad: Pendiente	Eléctrico, Clima 35×27×26 cm · 7.3 kg
PIERNERA TELESCOPICA	VARIAS · VARIAS Adquirido 2022	4	C.28.12.2	Factibilidad: Pendiente	—

Unidad Medicina Transfusional (UMT) · 1 registros · 1 unidades

EQUIPO	MARCA · MODELO	CANT.	RECINTO	FACTIBILIDAD · OBSERVACIÓN	INSTALACIÓN
TERAPIAS Y APOYO CLÍNICO					
CONECTOR ESTERIL	TERUMO · TSCD-II Adquirido 2024	1	I.5.49.3.1	Factibilidad: Pendiente	Eléctrico, Clima 18×23×35 cm · 6.5 kg