

Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico · Dialisis


Nuevo Hospital Del Salvador · Servicio Clínico 2026

Catastro completo del servicio según el Despliegue oficial de Equipamiento (Servicio Clínico 2026), agrupado por familia.

Tipos	Unidades	Recintos
26	155	10

Ubicación en el hospital

Piso	Edificio	Servicio clínico 2026
P-1	Atención Cerrada (HDS)	Dialisis



Piso P-1 · área «DIALISIS»

APOYO DIAGNOSTICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Fonendoscopio ADC Proscope 670 Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • 01 par de olivas de repuesto.		
	Balanza Silla de Ruedas Health o Meter 2500 KL Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Cable de poder o, en su defecto, set de pilas recargables y cargador		

	Balanza Adulto Con Tallimetro SECA 777 Ficha en Drive >	5
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Accesorios básicos		
• Batería recargable		
• Cargadores de batería, en caso de necesitar		
	Esfigmomanometro Portatil de Sobremesa ADC Multikuf 4 732-MCC	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 4 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Accesorios obligatorios		
• 01 estuche		
• 02 Brazaletes estándar adulto.		
• 01 Brazaletes para obeso.		
• 01 Brazaletes pediátrico.		
	Otooftalmoscopio Portatil WELCHALLYN 92871-BLK Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 6 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Accesorios básicos		
• Mínimo 8 Espéculos Universales y Reutilizables; indicar tamaños		
• Ampolletas		
• Pera de insuflación		
• Baterías recargables en caso de ser necesario		
• Cargador de Baterías en caso de ser necesario		
• Estuche o maletín de almacenaje y protección		
	Electrocardiografo COMEN H12 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 13 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Accesorios obligatorios		
• 01 limpiador de cabezal térmico		
• 01 Cable de paciente ECG para 12 derivadas		
• 01 set de Electroodos de "parche" por equipo ofertado, que incluya al menos: 70 electrodos adulto		
• 01 Unidad resma de papel de impresión en formato compatible con impresora		
• 01 Cable tierra (extra a enchufe de 3 vías)		
• 02 Potes de gel conductor		
• 01 Set de Adaptadores para cables de paciente y/o electrodos.		
• El equipo debe incluir todos los accesorios o insumos que lo hagan funcional		
• Manual Servicio		
• Manual Usuario en español		
Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT)		
• Impresora — Integrada al equipo		
• Cabezal térmico digital		
Componentes asociados · Computador (detectado en EETT)		
• Conectividad — A computadora		

APOYO INDUSTRIAL		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Lavadora De Chatas Steelco BP 100 HAE Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Armario de pared para almacenamiento de chatas (mínimo 5) y urinarios (mínimo 5) con rejilla y cuba de goteo, de acero inoxidable • 20 Chatas de acero inoxidable • 12 Patos urinarios de acero inoxidable		

APOYO QUIRURGICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Lampara Procedimiento Rodable Nexor Nova 350 Ficha en Drive >	3

APOYO TERAPEUTICO			
Imagen		Equipo / Ítem	Cant.
on connects to accessories to Ultra-Exponential Fig. airway monitoring enabled your air versus line indicates Superiority of the display when used in emergency circuit. Stop at the end of dialysis. Versus airway 		Maquina Hemodialisis Bbraun Dialog EVO ligh Ficha en Drive >	26
		» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios • 1 Set de filtros para un mes de operación por equipo. • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional y en las cantidades adecuadas, independientes de si estas están o no descritas en esta especificación técnica	

LABORATORIO/FARMACIA		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta HAIER HYC-390 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Accesorios obligatorios		
• Incluir cualquier accesorio extra que sea imprescindible para el uso del equipo		

MOBILIARIO CLINICO		
Imagen	Equipo / ítem	Cant.
	Soporte Universal SCHMITZ SCHMITZ PORTASUERO 242.2351.0 Ficha en Drive >	27
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios No aplica		
	Sillon Dialisis LOS PINOS SMM-251 Ficha en Drive >	19
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios No Aplica		
	Carro Procedimientos ACARE EC-500P	10
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios 01 Bolsa con 100 Sellos de Seguridad		
	Carro Curaciones BAILIDA MX-34PRO Ficha en Drive >	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios No aplica		
	Mesa Mayo PARAMOUNT PF-4000 Ficha en Drive >	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios No aplica		
ITEM DESCRIPCION MARCA MODELO 110.069 Piso Clínico CoinfyCare MA08 IMAGEN REFERENCIAL UNIDAD   	Piso Clínico COINFYCARE MA08 Ficha en Drive >	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios No aplica		

	Biombo Clínico INSPIRAL SK00.63 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Silla de ruedas INVACARE ACTION 2 NG Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No Aplica		
	Carro Transporte Material Esteril SEBA A medida Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
Posición extendida y respaldo elevado. 	Camilla Examen MALVESTIO 350110 Ficha en Drive >	5
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Escabel de dos peldaños. • 01 Porta sabanilla • 01 Rollo de sabanilla desechable		
	Camilla Traslado STRYKER 747 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 4 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Correa de Contención • 02 Porta suero • 01 Escabel • 01 Funda para colchón impermeable		

	Carro De Paro MALVESTIO 329501 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 8 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Tabla para masaje cardiaco montada en carro • 01 Porta Suero • 01 ventilador manual adulto con valvula PEEP y con mascarilla • 01 ventilador manual pediatrico con valvula PEEP y con mascarilla • 01 Set de Canulas Mayo Standard • 01 Bolsa de 100 Sellos de Seguridad • Set Laringoscopio de Acero Inoxidable, limpiable y desinfectable, iluminacion por fibra optica a bateria, compuesto por Hojas Macintosh, tamaños 1,2, 3 y 4 y Hojas Muller, tamaños 00, 0 y 1. • Basurero de plástico ±10 lts		

MONITOREO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Desfibrilador tipo DEA Nihon Kohden AED-2150 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Kit de electrodos de estimulación, desfibrilación. • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.		
	Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria WELCHALLYN CSM-75	21
» Accesorios y componentes de la tipología · 10 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios básicos por monitor — 01 manguera de presión no invasiva • 01 Set para medición de PNI compuesto por: 2 brazalete para adulto normal, 1 brazalete para adulto pequeño, 1 brazalete para paciente obeso. Todos reusables y libre de latex • 01 Cable de extensión (interfaz) de sensor de saturometría • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia tipo dedal para adulto • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia para oreja de adulto • 01 Carro de transporte • 01 Termómetro reutilizable digital , con medición de temperatura axilar y rangos de medición entre 34°C y 42°C o mayor de grado hospitalario. (se acepta propuesta de termómetro timpánico, siempre que sea de grado médico) • Set de 60 vainas desechables para termómetro. Cantidad: Un (1) set de vainas por cada monitor. (Para ofertas con termómetro timpánico, se acepta que no se entreguen las vainas correspondientes si es que no aplican.) • Accesorios globales para el total de equipos a adquirir — 6 Sensores reutilizables SpO2 tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia tipo dedal para adulto • 6 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia para oreja de adulto		
	Monitor Desfibrilador Nihon Kohden TEC-5600 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 13 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios por equipo — 01 Cable de 3 derivaciones • 01 Cable de 5 o 6 derivaciones • 01 Sensor SpO2 tipo pinza adulto tecnología Massimo, Nellcor o propia • 01 Kit de paletas externas adulto y pediátricas • 26 Kit de Marcapaso externo (para el total de la oferta) • Stock de papel para impresión PYR: Al menos 10 rollos de papel • 01 Cable de poder • 03 parches para desfibrilación automática. • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional • Manual Servicio en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español extra Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Impresora — El equipo debe incluir una impresora de papel térmico para registros de distintos parámetros como: fecha y hora, frecuencia y ritmo cardíaco, salida MP, Tamaño y derivación de ECG, energía de desfibrilación, pruebas de desfibrilador, alarmas		

	Monitor ECG Signos Vitales Baja Complejidad GENERAL ELECTRIC B105 Ficha en Drive >	8
	» Accesorios y componentes de la tipología · 25 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Accesorios Básicos por monitor — 01 Cable troncal de 3 lead R: Se aclara. Se acepta cables de 3 y 6 derivadas o cable de conexión completa sin división en más latiguillos. • 01 Cable troncal de 5 a 6 lead • 01 Cable ECG de 3 lead • 01 Cable ECG de 5 a 6 lead • Set de al menos 50 electrodos desechables para ECG adulto • 01 manguera de presión no invasiva • 01 Set para medición de PNI compuesto por: 2 brazalete para adulto normal, 1 brazalete para adulto pequeño, 1 brazalete para paciente obeso. Todos reusables • 01 Cable de extensión (interfaz) de sensor de saturometría • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o tecnología propia tipo dedal para adulto • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o tecnología propia para oreja de adulto • 01 cables conectores al módulo de temperatura R: Se aclara. Se aceptan ofertas con cable único (troncal + sensor de temperatura) , siempre que se oferte sensores para piel y esofágica/rectal según EETT N° 76 y 77 • 01 Sensor de temperatura de piel adulto • 01 Sensor de temperatura esofágica/rectal • 01 Carro de transporte • Accesorios globales para el total de equipos a adquirir en Monitores de Baja Complejidad — 15 Cable troncal de 3 lead reutilizable. R: Se aclara. Se acepta cable de ECG y troncal unidos o troncal para 3 y 6 derivadas, esto en las cantidades solicitadas. • 15 Cable troncal de 5 lead reutilizable • 20 Cable ECG de 3 lead • 20 Cable ECG de 5 lead • 35 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo o Nellcor Oximax tipo dedal para adulto R: Se aclara. Se acepta sensores SpO2 de tecnología propia, esto para el total de la oferta. • 35 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo o Nellcor Oximax para oreja de adulto • 20 Sensores de temperatura de piel adulto • 20 Sensor de temperatura esofágica/rectal • Operación — Manual de operación en idioma español • Manual de servicio (inglés o español) • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.	