

Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico · Endoscopia


Nuevo Hospital Del Salvador · Servicio Clínico 2026

Catastro completo del servicio según el Despliegue oficial de Equipamiento (Servicio Clínico 2026), agrupado por familia.

Tipos	Unidades	Recintos
22	71	10

Ubicación en el hospital

Piso	Edificio	Servicio clínico 2026
P2	Atención Cerrada (HDS)	Endoscopia



Capacidad clínica · atención cerrada	
■ Recuperación · cama	4
■ Recuperación · bergère	8
■ Salas de procedimiento	6
■ Salas de recuperación	1

Piso P2 · área «ENDOSCOPIA»

APOYO DIAGNOSTICO		
Imagen	Equipo / ítem	Cant.
	Lampara Examen PROVITA Serie 1 L1111111A rodable Ficha en Drive >	1
	Analizador Hidrogeno En Aire Espirado QUINTRON BREATHTRACKER SC Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 4 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 5 Und. Gas de calibración • 20 Kits completos de aire espirado (operación inicial) • 10 Jeringa de una vía con punta stopcock • 1 Carro de transporte de equipo, con ruedas		

• Portable rolling system • LED flat panel fluoroscopy with articulating arm • Mobile data acquisition controller • Wireless image capturing system • Left collection and HFO enabled • Integrated catheter collection system • Built-in storage drawer • Large monitor screen • Patient position indicator • High speed quality printer  Manoscan™ Software The Manoscan™ software provides an intuitive suite of measurement tools from endoscopy procedures to effectively identify mobility disorders. Manoscan™ software provides measurement and visualization data analysis. Advanced catheter display includes graphical pointers to identify landmarks including LES, ULS, and PIP. Manoscan™ software includes measures and ensures sufficient marker placement and correctly recorded images throughout the entire study.	Equipo De Manometria E Impedanciometria Esofagica Y Rectal GIVEN IMAGING MANOSCAN 360 y DIGITRAPPER Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 9 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Kit Insumos para puesta en marcha (mínimo 3 meses, a una demanda de 2 exámenes diarios, total para 60 exámenes) • Al menos 60 balones libre de látex (desechables) 400 cc • Kit de fundas protectoras para las sondas. • Set de 10 catéteres desechables para pH e impedanciometría, referencia interna, canal único para pH a 0cm y al menos 6 anillos marcados para impedanciometría a diferentes distancias, de 6,0 Fr de diámetro • Set de 10 catéteres desechables para pH e impedanciometría, referencia interna, canal único para pH a 0cm ; con al menos 6 anillos marcados para impedanciometría a diferentes distancias, último de ellos a 13 cm o 15 cms de distancia desde el sensor proximal de pH. De 6Fr de diámetro • Set de 10 catéteres desechables para pH, referencia interna, canal único para pH a 0cm, de 6,0 Fr de diámetro • Set de 10 catéteres desechables para pH e impedanciometría, referencia interna, canal único para pH a 0cm, de 6,0 Fr de diámetro Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Impresora — Impresora a color (incluida dentro del carro). Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Carro porta equipos — Diseñado como Estación de Trabajo que contenga todos los equipos (Monitor, teclado, mouse, impresora, módulo de manometría entre otros)		

APOYO ENDOSCOPICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Torre De Video ENDOSCOPIA Digestiva FUJIFILM EPX-7000 Ficha en Drive >	5
» Lo que trae el equipo · cantidades totales del servicio · 5 torres Endoscopios (31 unidades en total) 20 × Gastroscopio Diagnostico Fujinon EG-600WR 10 × Colonoscopio Fujinon EC-720R-VL 1 × Gastroscopio Terapeutico Fujinon EG-530D Cadena de imagen (15 unidades en total) 5 × Fuente de Luz Fujifilm BL-7000 5 × Monitor 26" Eizo EX2621 5 × Video Procesador Fujifilm VP-7000 Accesorios (6 unidades en total) 5 × Bomba Irrigacion Endo Stratus Medivators EGA-500 1 × Insuflador CO2 Endo Stratus Medivators EGA-501 » Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Componentes asociados · Monitor / Video (detectado en EETT) • Videoprocesador con salida de video HD-SDI y DVI ó DVI-D • Videoprocesador — Teclado Propio con cobertor de protección		

APOYO QUIRURGICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Bomba Aspiracion Universal Ca-Mi ASKIR 36 BR	6
	» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 02 Tubos de silicona autoclavables. • 01 Sonda de aspiración • 02 Filtro antibacterial	
	Unidad Para Electrocirugia Para ENDOSCOPIA Digestiva ERBE VIO 200 S Ficha en Drive >	2
	» Accesorios y componentes de la tipología · 4 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios • 01 Pedal de Activacion • 01 Cable para Placa Paciente • 01 Carro de Transporte • Electrodo de retorno	
	Unidad Para Electrocirugia De Argon Plasma Para ENDOSCOPIA Digestiva KLS MARTIN MAXIUM Ficha en Drive >	2
	» Accesorios y componentes de la tipología · 6 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios • Unidad de Electrocirugia — 01 Pedal de Activacion • 01 Cable para Placa Paciente • 01 Carro de Transporte • Electrodo de retorno • Modulo de Argon — 01 pedal de comando • 01 cilindro sin carga	

LABORATORIO/FARMACIA		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta HAIER HYC-390 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios Incluir cualquier accesorio extra que sea imprescindible para el uso del equipo		

MOBILIARIO CLINICO		
Imagen	Equipo / ítem	Cant.
	Carro Procedimientos ACARE EC-500P	6
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Bolsa con 100 Sellos de Seguridad		
ITEM DESCRIPCION MARCA MODELO 130.009 Piso Clínico CoinfyCare MA08 IMAGEN REFERENCIAL UNIDAD Respaldo Asiento Ruedas con freno 	Piso Clínico COINFYCARE MA08 Ficha en Drive >	6
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Carro 2 Bandejas BAILIDA MX-FC-2804 Ficha en Drive >	5
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Sillon Clínico LOS PINOS SMM-251 Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No Aplica		
	Carro Transporte Material Contaminado SEBA A medida	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No Aplica		

	Mueble Organizador De Endoscopios FRANCE HOPITAL TRS180-A-6GE Ficha en Drive >	2
» Lo que trae el equipo · cantidades totales del servicio · 2 torres Accesorios (2 unidades en total) 2 x Organizador Endoscopios (6 unidades) France Hopital TRS180-A-6GE » Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No Aplica		
	Silla De Ruedas INVACARE ACTION 2 NG Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No Aplica		
	Carro curaciones BAILIDA MX-34PRO Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Camilla Traslado STRYKER 747 Ficha en Drive >	10
» Accesorios y componentes de la tipología · 4 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Correa de Contención • 02 Porta suero • 01 Escabel • 01 Funda para colchón impermeable		
	Carro De Paro MALVESTIO 329501 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 8 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Tabla para masaje cardíaco montada en carro • 01 Porta Suero • 01 ventilador manual adulto con valvula PEEP y con mascarilla • 01 ventilador manual pediátrico con valvula PEEP y con mascarilla • 01 Set de Canulas Mayo Standard • 01 Bolsa de 100 Sellos de Seguridad • Set Laringoscopio de Acero Inoxidable, limpiable y desinfectable, iluminación por fibra optica a batería, compuesto por Hojas Macintosh, tamaños 1,2, 3 y 4 y Hojas Muller, tamaños 00, 0 y 1. • Basurero de plástico ±10 lts		

MONITOREO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Desfibrilador tipo DEA Nihon Kohden AED-2150 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Kit de electrodos de estimulación, desfibrilación. • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.		
	Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria WELCHALLYN CSM-75	8
» Accesorios y componentes de la tipología · 10 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios básicos por monitor — 01 manguera de presión no invasiva • 01 Set para medición de PNI compuesto por: 2 brazalete para adulto normal, 1 brazalete para adulto pequeño, 1 brazalete para paciente obeso. Todos reusables y libre de latex • 01 Cable de extensión (interfaz) de sensor de saturometría • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia tipo dedal para adulto • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia para oreja de adulto • 01 Carro de transporte • 01 Termómetro reutilizable digital , con medición de temperatura axilar y rangos de medición entre 34°C y 42°C o mayor de grado hospitalario. (se acepta propuesta de termómetro timpánico, siempre que sea de grado médico) • Set de 60 vainas desechables para termómetro. Cantidad: Un (1) set de vainas por cada monitor. (Para ofertas con termómetro timpánico, se acepta que no se entreguen las vainas correspondientes si es que no aplican.) • Accesorios globales para el total de equipos a adquirir — 6 Sensores reutilizables SpO2 tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia tipo dedal para adulto • 6 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia para oreja de adulto		
	Monitor Desfibrilador Nihon Kohden TEC-5600 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 13 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios por equipo — 01 Cable de 3 derivaciones • 01 Cable de 5 o 6 derivaciones • 01 Sensor SpO2 tipo pinza adulto tecnología Massimo, Nellcor o propia • 01 Kit de paletas externas adulto y pediátricas • 26 Kit de Marcapaso externo (para el total de la oferta) • Stock de papel para impresión PYR: Al menos 10 rollos de papel • 01 Cable de poder • 03 parches para desfibrilación automática. • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional • Manual Servicio en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español extra Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Impresora — El equipo debe incluir una impresora de papel térmico para registros de distintos parámetros como: fecha y hora, frecuencia y ritmo cardíaco, salida MP, Tamaño y derivación de ECG, energía de desfibrilación, pruebas de desfibrilador, alarmas		

	Monitor ECG Signsos Vitales Baja Complejidad GENERAL ELECTRIC B105 Ficha en Drive >	2
	» Accesorios y componentes de la tipología · 25 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Accesorios Básicos por monitor — 01 Cable troncal de 3 lead R: Se aclara. Se acepta cables de 3 y 6 derivadas o cable de conexión completa sin división en más latiguillos. • 01 Cable troncal de 5 a 6 lead • 01 Cable ECG de 3 lead • 01 Cable ECG de 5 a 6 lead • Set de al menos 50 electrodos desechables para ECG adulto • 01 manguera de presión no invasiva • 01 Set para medición de PNI compuesto por: 2 brazalete para adulto normal, 1 brazalete para adulto pequeño, 1 brazalete para paciente obeso. Todos reusables • 01 Cable de extensión (interfaz) de sensor de saturometría • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o tecnología propia tipo dedal para adulto • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o tecnología propia para oreja de adulto • 01 cables conectores al módulo de temperatura R: Se aclara. Se aceptan ofertas con cable único (troncal + sensor de temperatura) , siempre que se oferte sensores para piel y esofágica/rectal según EETT N° 76 y 77 • 01 Sensor de temperatura de piel adulto • 01 Sensor de temperatura esofágica/rectal • 01 Carro de transporte • Accesorios globales para el total de equipos a adquirir en Monitores de Baja Complejidad — 15 Cable troncal de 3 lead reutilizable. R: Se aclara. Se acepta cable de ECG y troncal unidos o troncal para 3 y 6 derivadas, esto en las cantidades solicitadas. • 15 Cable troncal de 5 lead reutilizable • 20 Cable ECG de 3 lead • 20 Cable ECG de 5 lead • 35 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo o Nellcor Oximax tipo dedal para adulto R: Se aclara. Se acepta sensores SpO2 de tecnología propia, esto para el total de la oferta. • 35 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo o Nellcor Oximax para oreja de adulto • 20 Sensores de temperatura de piel adulto • 20 Sensor de temperatura esofágica/rectal • Operación — Manual de operación en idioma español • Manual de servicio (inglés o español) • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.	