

Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico · Hospitalizacion Medico Quirurgica


Nuevo Hospital Del Salvador · Servicio Clínico 2026

Catastro completo del servicio según el Despliegue oficial de Equipamiento (Servicio Clínico 2026), agrupado por familia.

Tipos	Unidades	Recintos
39	1325	27

Ubicación en el hospital

Pisos	Edificio	Servicio clínico 2026
P3 · P4	Atención Cerrada (HDS)	Hospitalizacion Medico Quirurgica



La planta corresponde al piso P4 · área «HOSPITALIZACION MQ 4»

APOYO DIAGNOSTICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Lampara Examen PROVITA Serie 1 L111111A rodable Ficha en Drive >	12
	Fonendoscopio ADC Proscope 670 Ficha en Drive >	24
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • 01 par de olivas de repuesto.		

 Balanza Adulto Con Tallimetro SECA 777 Ficha en Drive >	12
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Batería recargable • Cargadores de batería, en caso de necesitar	
 Balanza Silla SECA 954 Ficha en Drive >	6
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Batería recargable • Cargadores de batería, en caso de necesitar	
 Balanza Cama Detecto IB800-AC Ficha en Drive >	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Batería recargable • Cualquier otro accesorio que sea indispensable para el uso del equipo ofertado (Cargadores, polea, sistema de suspensión, etc)	
 Otooftalmoscopio Portatil WELCHALLYN 92871-BLK Ficha en Drive >	12
» Accesorios y componentes de la tipología · 6 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Mínimo 8 Espéculos Universales y Reutilizables; indicar tamaños • Ampolletas • Pera de insuflación • Baterías recargables en caso de ser necesario • Cargador de Baterías en caso de ser necesario • Estuche o maletín de almacenaje y protección	

	Electrocardiografo COMEN H12 Ficha en Drive >	12
	» Accesorios y componentes de la tipología · 13 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 limpiador de cabezal térmico • 01 Cable de paciente ECG para 12 derivadas • 01 set de Electrodo de "parche" por equipo ofertado, que incluya al menos: 70 electrodos adulto • 01 Unidad resma de papel de impresión en formato compatible con impresora • 01 Cable tierra (extra a enchufe de 3 vías) • 02 Potes de gel conductor • 01 Set de Adaptadores para cables de paciente y/o electrodos. • El equipo debe incluir todos los accesorios o insumos que lo hagan funcional • Manual Servicio • Manual Usuario en español Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Impresora — Integrada al equipo • Cabezal térmico digital Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Conectividad — A computadora	
	Videoencefalografo C/Somnografia C/ EEG 62 Canales NATUS BRAIN MONITOR Ficha en Drive >	1
	» Accesorios y componentes de la tipología · 21 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios general — 03 Juegos de electrodos de copa de oro reutilizables, compuesto de al menos diez (10) unidades con un cable de extensión de al menos 150 cms • Pasta de limpieza: Incluir al menos 2 unidades de gel de limpieza para piel • Pasta conductora: incluir al menos 2 unidades de gel conductor • Cabezal microprocesado. Cabezal microprocesado para el amplificador. • Botón de aviso paciente • Accesorios de sensores poligráficos — Sensor SpO2 adulto y pediátrico • Sensor de ronquido • Sensor de posición • Un juego de cables para ECG • Un juego de cables para EMG • Un juego de cables para EOG • Un banda de respiración torácica • Una banda de respiración abdominal • Un set de 10 cánulas para medición de flujo • Un sensor tipo termistor de un canal • Accesorios necesarios para utilización de los canales poligráficos • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional Componentes asociados · Monitor / Video (detectado en EETT) • Posicionamiento de cámara de video • Sistema de Video — Cámara tipo DOMO color de alta calidad orientada a realizar monitoreo. La cámara debe ser compatible con sistemas de adquisición, para montar sobre carro o en muro. • Sistema de Video EEG sincronizado con EEG Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Incluir Impresora con tecnología Wifi para operación en red (incluir las tintas correspondientes)	

APOYO INDUSTRIAL		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
 Steelco Enjuagadoras desinfectadoras para hospitales y residencias de ancianos Modelo BP 100 HAE	Lavadora De Chatas Steelco BP 100 HAE Ficha en Drive > » Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Armario de pared para almacenamiento de chatas (mínimo 5) y urinarios (mínimo 5) con rejilla y cuba de goteo, de acero inoxidable • 20 Chatas de acero inoxidable • 12 Patos urinarios de acero inoxidable	12

APOYO QUIRURGICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Lampara Procedimiento Rodable Nexor Nova 350 Ficha en Drive >	6
	Bomba Aspiracion Universal Ca-Mi ASKIR 36 BR	12
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 02 Tubos de silicona autoclavables. • 01 Sonda de aspiración • 02 Filtro antibacterial		

APOYO TERAPEUTICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Calentador De Paciente 3M BAIR HUGGER 675 Ficha en Drive >	24
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 10 Mantas para adulto por equipo. • Rodable.		
	Humidificador O2 C/ Calefactor FISHER & PAYKEL AIRVO2 Ficha en Drive >	13
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios — Kit de inicio de circuitos de paciente (06) • Cable poder (integrado o para acople a placa calefactora) • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.		
	Ventilador Mecanico No Invasivo Dräger Savina 300 Select Ficha en Drive >	12
» Accesorios y componentes de la tipología · 12 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 02 válvulas espiratorias o cassettes espiratorios reutilizables, o similar técnico en ventilación no invasiva • 02 Circuito Paciente • 01 Sensor de oxígeno • 01 Base humidificadora servocontrolada, con cámara reusable o desechable, cables de temperatura y sensor de flujo • 01 Sensor de temperatura • 01 Manguera de conexión de oxígeno (3mts) • 02 Circuitos desechables para humidificación • Mangueras para O2 normada • Set de Mascaras tamaño Large. Debe incluir: Full Face, Total face, Oro - Nasaes, Tubo endotraqueal/Traqueotomía • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional • Manual Servicio en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español, inglés e idioma original		

APOYO TERAPÉUTICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Andador Sin Ruedas CILEF MEDICAL # JL913L Ficha en Drive >	38
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica.		

LABORATORIO/FARMACIA		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
 temperature range. CDC, clinical laboratories. CE MC-5L126	Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta Pequeño MIDEA BIOMEDICAL MC-5L126	1
	Dispensador automatico de insumos y medicamentos 2 columnas PYXIS MED STATION ES Ficha en Drive >	12
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Debe contar con mensajes de alerta en la estación de trabajo de administrador y supervisor, para los niveles de inventarios, stock crítico, apertura de puerta, control de vencimientos, entre otros		
 Air Cooling/Auto Defrost Adjustable Shelves USB Interface Heated Double Pane Glass Door	Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta HAIER HYC-390 Ficha en Drive >	5
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Incluir cualquier accesorio extra que sea imprescindible para el uso del equipo		

MOBILIARIO CLINICO		
Imagen	Equipo / ítem	Cant.
	Mobiliario Clínico Paciente Hospitalizado Eléctrico STRYKER SV2	360
	Soporte Universal SCHMITZ SCHMITZ PORTASUERO 242.2351.0 Ficha en Drive >	359
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Alza Ropa MAXCARE REGULABLE	48
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No Aplica		
	Silla De Ruedas INVACARE ACTION 2 NG Ficha en Drive >	36
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No Aplica		
	Carro Curaciones BAILIDA MX-34PRO Ficha en Drive >	24
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Carro Procedimientos ACARE EC-500P	16
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Bolsa con 100 Sellos de Seguridad		

	Carro 2 Bandejas BAILIDA MX-FC-2804 Ficha en Drive >	12
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Carro Aseo Paciente MALVESTIO cf99616 Ficha en Drive >	12
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Carro Fichas Y Rx MALVESTIO 329633 Ficha en Drive >	12
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Sistema Transferencia Paciente MEDICARE SYSTEM MEDI ROLLER PRO Ficha en Drive >	12
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Carro Transporte Material Contaminado SEBA A medida	7
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No Aplica		
	Carro Transporte Material Esteril SEBA A medida Ficha en Drive >	7
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		

	Elevador De Paciente Handimove Elevador de Pacientes 1630 Ficha en Drive >	7
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 02 hamacas con reposa cabeza por equipo		
	Mesa Mayo PARAMOUNT PF-4000 Ficha en Drive >	6
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Piso Clínico COINFYCARE MA08 Ficha en Drive >	6
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Camilla Traslado STRYKER 747 Ficha en Drive >	30
» Accesorios y componentes de la tipología · 4 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Correa de Contención • 02 Porta suero • 01 Escabel • 01 Funda para colchón impermeable		
	Carro De Paro MALVESTIO 329501 Ficha en Drive >	12
» Accesorios y componentes de la tipología · 8 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Tabla para masaje cardiaco montada en carro • 01 Porta Suero • 01 ventilador manual adulto con valvula PEEP y con mascarilla • 01 ventilador manual pediátrico con valvula PEEP y con mascarilla • 01 Set de Canulas Mayo Standard • 01 Bolsa de 100 Sellos de Seguridad • Set Laringoscopio de Acero Inoxidable, limpiable y desinfectable, iluminación por fibra optica a bateria, compuesto por Hojas Macintosh, tamaños 1,2, 3 y 4 y Hojas Muller, tamaños 00, 0 y 1. • Basurero de plástico ±10 lts		

MONITOREO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Desfibrilador tipo DEA Nihon Kohden AED-2150 Ficha en Drive >	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Kit de electrodos de estimulación, desfibrilación. • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.		
	Oxímetro De Pulso MINDRAY PM-60 Ficha en Drive >	24
» Accesorios y componentes de la tipología · 5 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Sensores de SpO2 de dedo, tipo pinza adulto • Sensor de SpO2 en oreja para paciente adulto • Protector de goma antigolpes • Estuche de almacenaje y protección • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.		
	Monitor De Presión Arterial No Invasiva Con Oximetría WELCHALLYN CSM-75	103
» Accesorios y componentes de la tipología · 10 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios básicos por monitor — 01 manguera de presión no invasiva • 01 Set para medición de PNI compuesto por: 2 brazalete para adulto normal, 1 brazalete para adulto pequeño, 1 brazalete para paciente obeso. Todos reusables y libre de latex • 01 Cable de extensión (interfaz) de sensor de saturometría • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia tipo dedal para adulto • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia para oreja de adulto • 01 Carro de transporte • 01 Termómetro reutilizable digital , con medición de temperatura axilar y rangos de medición entre 34°C y 42°C o mayor de grado hospitalario. (se acepta propuesta de termómetro timpánico, siempre que sea de grado médico) • Set de 60 vainas desechables para termómetro. Cantidad: Un (1) set de vainas por cada monitor. (Para ofertas con termómetro timpánico, se acepta que no se entreguen las vainas correspondientes si es que no aplican.) • Accesorios globales para el total de equipos a adquirir — 6 Sensores reutilizables SpO2 tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia tipo dedal para adulto • 6 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia para oreja de adulto		

	Monitor Desfibrilador Nihon Kohden TEC-5600 Ficha en Drive >	12
» Accesorios y componentes de la tipología · 13 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios por equipo — 01 Cable de 3 derivaciones • 01 Cable de 5 o 6 derivaciones • 01 Sensor SpO2 tipo pinza adulto tecnología Massimo, Nellcor o propia • 01 Kit de paletas externas adulto y pediátricas • 26 Kit de Marcapaso externo (para el total de la oferta) • Stock de papel para impresión PYR: Al menos 10 rollos de papel • 01 Cable de poder • 03 parches para desfibrilación automática. • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional • Manual Servicio en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español extra Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Impresora — El equipo debe incluir una impresora de papel térmico para registros de distintos parámetros como: fecha y hora, frecuencia y ritmo cardíaco, salida MP, Tamaño y derivación de ECG, energía de desfibrilación, pruebas de desfibrilador, alarmas		