

Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico · Oftalmología


Nuevo Hospital Del Salvador · Servicio Clínico 2026

Catastro completo del servicio según el Despliegue oficial de Equipamiento (Servicio Clínico 2026), agrupado por familia.

Tipos	Unidades	Recintos
53	244	25



Ubicación en el hospital


Piso	Edificio	Servicio clínico 2026
P1	Atención Abierta (AA)	Oftalmología





Piso P1 · área «OFTALMOLOGIA»

APOYO DIAGNOSTICO		
Imagen	Equipo / ítem	Cant.
	Lampara Hendidura TOPCON SL-D4 LED Ficha en Drive >	10
	Oftalmoscopio Binocular Indirecto HEINE OMEGA 500 Ficha en Drive >	10
	Lampara Examen PROVITA Serie 1 L1111111A rodable Ficha en Drive >	2

	Negatoscopio 3 Caras MPLANT ZG-3B Ficha en Drive >	2
	Campímetro Goldman Takagi Seiko MT-325UD Ficha en Drive >	1
	Foroptero TOPCON CV-5000S Ficha en Drive >	1
	Set Lupas Examen Baja Vision VOLK V90C/V78C/NPRC/V78C/V90C/V20LC Ficha en Drive >	1
	Fonendoscopio ADC Proscope 670 Ficha en Drive >	18
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • 01 par de olivas de repuesto.		
	Lente De Tres Espejos Goldman Volk VG3 Ficha en Drive >	18
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Estuche de almacenaje y protección		
	Oftalmoscopio Directo Con Retinoscopio HEINE EN200 + BETA 200 Ficha en Drive >	12
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Juego de tarjetas de fijación (para realizar retinoscopia dinámica)		

	Lampara Hendidura C/Sistema De Video TOPCON SL-D4 LED Ficha en Drive >	9
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Computador		
	Prueba Colores Ishihara 24 Platos MAGNON MT24 Ficha en Drive >	5
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Estuche de protección y almacenaje		
	Campimetro Computarizado ZEISS HFA850 Ficha en Drive >	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Computador		
	Oftalmoscopio Binocular Indirecto C/Sistema De Video HEINE OMEGA 500 + DV1 Ficha en Drive >	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Componentes asociados · Monitor / Video (detectado en EETT) • Cámara de Video		
	Tonometro Neumatico TOPCON CT-1P Ficha en Drive >	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Impresora		
	Exoftalmometro De Hertel Clement Clarke 1605020 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Estuche de material rígido para almacenaje y protección		

	Topografo Corneal CSO SIRIUS Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Computador		
	Barra De Prismas Vertical TOPCON HVPB Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Estuche o maletín de almacenaje y protección		
	Lentes Estriados De Bagolini XINYUAN LENTE BAGOLINI Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Estuche de almacenaje y protección		
	Sistema Fotografia Polo Posterior ZEISS Clarus 500 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Impresora		
	Varilla De Maddox Ubuy 34195853 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Estuche de almacenaje y protección		
	Oftalmoscopio Directo Mural HEINE EN200-1 + BETA 200 LED Ficha en Drive >	6
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Ampolleta de repuesto (si corresponde) • Soporte mural		

Prueba Estereopsis (Titmus Test)

STEREO OPTICAL SO001

[Ficha en Drive >](#)

» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)

Accesorios básicos

- Par de lentes polarizados
- Estuche de protección y almacenaje

Balanza Adulto Con Tallimetro

SECA 777

[Ficha en Drive >](#)

» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)

Accesorios básicos

- Bateria recargable
- Cargadores de batería, en caso de necesitarlos

Set Prismas

Luneau 161210

[Ficha en Drive >](#)

» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)

Accesorios básicos

- Lentes o filtro rojo
- Estuche o caja de almacenaje y protección, caja de madera o metal con cerradura de seguridad

Oftalmoscopio Directo Portatil

HEINE BETA 200 LED

[Ficha en Drive >](#)

» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)

Accesorios básicos

- Cargador de baterías
- Estuche de protección y almacenaje

Set Lupas Examen

Ocular INC OI-20; OI-22M; OI-78M; OI-STDM

[Ficha en Drive >](#)

» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)

Accesorios básicos

- Protección para cada unidad de lente
- Caja o estuche, madera o metálica

3

2

1

1

	Proyector De Optotipos HUVITZ HCP-7000 Ficha en Drive >	16
	» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Pantalla de proyección • Control remoto • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.	
	Caja Lentes Luxvisión 232-LE Ficha en Drive >	15
	» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • 1 Filtro polarizado (para refracción con cilindros cruzados). • Contenedor para lentes. • Incluir 2 unidades de Montura de Prueba	
	Test De Worth Isolab PACP-8000 Ficha en Drive >	1
	» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Par de lentes (gafas) • Estuche de protección y almacenaje para lentes y linterna • Baterías o cargador de acuerdo al equipo ofertado.	
	Tonometro Aplanatico Perkins KOWA HA-2 Ficha en Drive >	2
	» Accesorios y componentes de la tipología · 6 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Baterías o pilas • Ampolleta de repuesto si lo requiere. • Cono de repuesto. • Cargador si aplica • Estuche • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.	

	Angiografo Retinal ZEISS Clarus 700 Ficha en Drive >	1
	» Accesorios y componentes de la tipología · 6 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Impresora externa • Mesa eléctrica por equipo. • Incluir 100 hojas de papel fotográfico sobre 200 gramos, para impresora • Funda protectora del equipo • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Computador — Incluir software de captura, gestión, procesamiento y exportación de datos e imágenes	
	Tomografo De Coherencia optica TOPCON DRI-OCT-TRITON	2
	» Accesorios y componentes de la tipología · 9 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Impresora que permita imprimir laser color reportes y resultados • Mesa eléctrica asimétrica porta equipo, con ajuste de altura. • 01 Piso clínico giratorio para paciente, sin ruedas. Con altura Regulable. • 01 Piso clínico giratorio para profesional médico, con ruedas. Con altura Regulable. • Funda protectora • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional. • FDA y/o CE o declaración de conformidad Componentes asociados · Monitor / Video (detectado en EETT) • Equipo con pantalla integrada al equipo o monitor externo. Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Computador — Para análisis y reportes. Incluye software especializado	
	Electroretinografo ROLAND CONSULT RETI-port/scan21 Ficha en Drive >	1
	» Accesorios y componentes de la tipología · 9 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 set de electrodos EEG • 01 Pasta conductora • 01 Set de papeles para soporte de barbilla • 01 gel para preparar la piel • 01 set de cables de paciente con electrodo de rosca • 20 electrodos de rosca ERG estériles • Set sondas o electrodos específicos área electrorretinografía adultos • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que hagan al equipo funcional durante la puesta en marcha, y en las cantidades adecuadas, independiente de si estas, están o no, descritas en esta ficha técnica o por falta de descripción no se consideren. Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Estación de trabajo — Tamaño del Monitor mínimo de 14" para el operador	

	Biometro ZEISS IOL Master 700 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 11 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Piso clínico giratorio para paciente, sin ruedas. Con altura regulable. • 01 Piso clínico giratorio para profesional médico, con ruedas. Con altura regulable. • Mesa con accionamiento eléctrico, para subir y bajar • Funda protectora • Impresora a color laser. • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional • Incluir mesa con ruedas para ubicar computador e impresora. • FDA y/o CE y/o JIS y/o equivalente técnico • IEC / EN 60601-1 Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Computador — Incluir computador para traspaso de datos Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Con posibilidad de conectarse a impresora externa		

APOYO QUIRURGICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Fotocoagulador Laser (Verde) IRIDEX IQ 532 Ficha en Drive >	2
	Fotodisruptor Laser Nd-Yag LIGHTMED LightLas YAG YL0024 Ficha en Drive >	1
	Lampara Procedimiento Rodable Nexor Nova 350 Ficha en Drive >	1


APOYO TERAPEUTICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Set Lentes (Lupas) Para Fotocoagulacion Ocular OMRA-PRP 165; OMRA-PRP 165-2; OM3GA Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Protección para cada unidad de lente • Caja o estuche, madera o metálica		

LABORATORIO/FARMACIA		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta HAIER HYC-390 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Accesorios obligatorios		
• Incluir cualquier accesorio extra que sea imprescindible para el uso del equipo		

MOBILIARIO CLINICO			
Imagen	Equipo / Ítem		Cant.
ITEM DESCRIPCION MARCA MODELO 130.069 Piso Clínico COINFY MA08 IMAGEN REFERENCIAL UNIDAD Respaldo Asiento Ruedas con freno	Piso Clínico COINFYCARE MA08 Ficha en Drive >		30
	» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios No aplica		
	Carro Curaciones BAILIDA MX-34PRO Ficha en Drive >		5
	» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios No aplica		
	Mesa Mayo PARAMOUNT PF-4000 Ficha en Drive >		4
	» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios No aplica		
	Silla De Ruedas INVACARE ACTION 2 NG Ficha en Drive >		1
	» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios No Aplica		
Posición extendida y respaldo elevado. 	Camilla Examen MALVESTIO 350110 Ficha en Drive >		15
	» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios 01 Escabel de dos peldaños. 01 Porta sabanilla 01 Rollo de sabanilla desechable		

	Camilla Traslado STRYKER 747 Ficha en Drive >	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 4 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Correa de Contención • 02 Porta suero • 01 Escabel • 01 Funda para colchón impermeable		
	Carro De Paro MALVESTIO 329501 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 8 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Tabla para masaje cardiaco montada en carro • 01 Porta Suero • 01 ventilador manual adulto con valvula PEEP y con mascarilla • 01 ventilador manual pediátrico con valvula PEEP y con mascarilla • 01 Set de Canulas Mayo Standard • 01 Bolsa de 100 Sellos de Seguridad • Set Laringoscopio de Acero Inoxidable, limpiable y desinfectable, iluminacion por fibra optica a bateria, compuesto por Hojas Macintosh, tamaños 1,2, 3 y 4 y Hojas Muller, tamaños 00, 0 y 1. • Basurero de plástico ±10 lts		

MONITOREO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Desfibrilador tipo DEA Nihon Kohden AED-2150 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Kit de electrodos de estimulación, desfibrilación. • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.		
	Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria WELCHALLYN CSM-75	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 10 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios básicos por monitor — 01 manguera de presión no invasiva • 01 Set para medición de PNI compuesto por: 2 brazalete para adulto normal, 1 brazalete para adulto pequeño, 1 brazalete para paciente obeso. Todos reusables y libre de latex • 01 Cable de extensión (interfaz) de sensor de saturometría • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia tipo dedal para adulto • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia para oreja de adulto • 01 Carro de transporte • 01 Termómetro reutilizable digital , con medición de temperatura axilar y rangos de medición entre 34°C y 42°C o mayor de grado hospitalario. (se acepta propuesta de termómetro timpánico, siempre que sea de grado médico) • Set de 60 vainas desechables para termómetro. Cantidad: Un (1) set de vainas por cada monitor. (Para ofertas con termómetro timpánico, se acepta que no se entreguen las vainas correspondientes si es que no aplican.) • Accesorios globales para el total de equipos a adquirir — 6 Sensores reutilizables SpO2 tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia tipo dedal para adulto • 6 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia para oreja de adulto		
	Monitor Desfibrilador Nihon Kohden TEC-5600 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 13 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios por equipo — 01 Cable de 3 derivaciones • 01 Cable de 5 o 6 derivaciones • 01 Sensor SpO2 tipo pinza adulto tecnología Massimo, Nellcor o propia • 01 Kit de paletas externas adulto y pediátricas • 26 Kit de Marcapaso externo (para el total de la oferta) • Stock de papel para impresión PYR: Al menos 10 rollos de papel • 01 Cable de poder • 03 parches para desfibrilación automática. • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional • Manual Servicio en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español extra Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Impresora — El equipo debe incluir una impresora de papel térmico para registros de distintos parámetros como: fecha y hora, frecuencia y ritmo cardíaco, salida MP, Tamaño y derivación de ECG, energía de desfibrilación, pruebas de desfibrilador, alarmas		

SIN CLASIFICAR		
Imagen	Equipo / ítem	Cant.
	Ecografo Ocular TOMEY UD-800 AB Ficha en Drive >	2
» Lo que trae el equipo · las cantidades son por cada unidad de equipo · el servicio recibe 2 Oftalmologia — 2 equipos · UD-800 AB 1 × Transductor B-Scan Bidimensional B-Scan 2-ring array · 10 MHz 1 × Transductor A-Scan Biometria Ocular A-Scan biometry probe · 10 MHz 1 × Transductor Biomicroscopia Alta Frecuencia UBM B-probe · 40 MHz		
	Autorrefractometro Con Queratometro TOPCON KR-1 Ficha en Drive >	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Impresora		
	Barra De Prismas Horizontal TOPCON HVPB Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Estuche o maletín de almacenaje y protección		