

Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico · Unidad de Intermedio Hematología (UIH)


Nuevo Hospital Del Salvador · Servicio Clínico 2026

Catastro completo del servicio según el Despliegue oficial de Equipamiento (Servicio Clínico 2026), agrupado por familia.

Tipos	Unidades	Recintos
28	66	10

Ubicación en el hospital

Piso	Edificio	Servicio clínico 2026
P2	Atención Cerrada (HDS)	Unidad de Intermedio Hematología (UIH)



Piso P2 · área «UIH»

APOYO DIAGNOSTICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Lampara Examen PROVITA Serie 1 L111111A rodable Ficha en Drive >	2
	Negatoscopio 2 Caras MINSTON MSTXD LED2 Ficha en Drive >	1
	Fonendoscopio ADC Proscope 670 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Accesorios básicos		
• 01 par de olivas de repuesto.		

	Balanza Adulto Con Tallimetro SECA 777 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Accesorios básicos		
• Batería recargable • Cargadores de batería, en caso de necesitar		
	Otooftalmoscopio Portatil WELCHALLYN 92871-BLK Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 6 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Accesorios básicos		
• Mínimo 8 Espéculos Universales y Reutilizables; indicar tamaños • Ampolletas • Pera de insuflación • Baterías recargables en caso de ser necesario • Cargador de Baterías en caso de ser necesario • Estuche o maletín de almacenaje y protección		

APOYO INDUSTRIAL		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
 Enjuagadoras desinfectadoras para hospitales y residencias de ancianos	Lavadora De Chatas Steelco BP 100 HAE Ficha en Drive > » Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Armario de pared para almacenamiento de chatas (mínimo 5) y urinarios (mínimo 5) con rejilla y cuba de goteo, de acero inoxidable • 20 Chatas de acero inoxidable • 12 Patos urinarios de acero inoxidable	1

APOYO QUIRURGICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Lampara Procedimiento Rodable Nexor Nova 350 Ficha en Drive >	1

APOYO TERAPEUTICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Humidificador O2 C/ Calefactor FISHER & PAYKEL AIRVO2 Ficha en Drive >	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Accesorios obligatorios • Accesorios — Kit de inicio de circuitos de paciente (06) • Cable poder (integrado o para acople a placa calefactora) • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.		
	Ventilador Mecanico No Invasivo Dräger Savina 300 Select Ficha en Drive >	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 12 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Accesorios obligatorios • 02 válvulas espiratorias o cassettes espiratorios reutilizables, o similar técnico en ventilación no invasiva • 02 Circuito Paciente • 01 Sensor de oxígeno • 01 Base humidificadora servocontrolada, con cámara reusable o desechable, cables de temperatura y sensor de flujo • 01 Sensor de temperatura • 01 Manguera de conexión de oxígeno (3mts) • 02 Circuitos desechables para humidificación • Mangueras para O2 normada • Set de Mascaras tamaño Large. Debe incluir: Full Face, Total face, Oro - Nasales, Tubo endotraqueal/Traqueotomía • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional • Manual Servicio en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español, inglés e idioma original		

LABORATORIO/FARMACIA		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Dispensador automatico de insumos y medicamentos 2 columnas PYXIS MED STATION ES Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Componentes asociados · Computador (detectado en EETT)		
• Debe contar con mensajes de alerta en la estacion de trabajo de administrador y supervisor, para los niveles de inventarios, stock critico, apertura de puerta, control de vencimientos, entre otros		
	Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta HAIER HYC-390 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Accesorios obligatorios		
• Incluir cualquier accesorio extra que sea imprescindible para el uso del equipo		

MOBILIARIO CLINICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Carro 2 Bandejas BAILIDA MX-FC-2804 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Carro Aseo Paciente MALVESTIO cf99616 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Elevador De Paciente Handimove Elevador de Pacientes 1630 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 02 hamacas con reposa cabeza por equipo		
	Silla De Ruedas INVACARE ACTION 2 NG Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No Aplica		
	Carro Curaciones BAILIDA MX-34PRO Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Carro Fichas Y Rx MALVESTIO 329633 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		

	Carro Procedimientos ACARE EC-500P	1						
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Bolsa con 100 Sellos de Seguridad								
	Carro Transporte Material Contaminado SEBA A medida	1						
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No Aplica								
	Carro Transporte Material Esteril SEBA A medida Ficha en Drive >	1						
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica								
	Mesa Mayo PARAMOUNT PF-4000 Ficha en Drive >	1						
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica								
ITEM DESCRIPCION MARCA MODELO 110.009 Piso Clínico CoinfyCare MA08 IMAGEN REFERENCIAL UNIDAD <table border="1"> <tr> <td>Requido</td> <td>Asiento</td> <td>Ruedas con freno</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Requido	Asiento	Ruedas con freno				Piso Clínico COINFYCARE MA08 Ficha en Drive >	1
Requido	Asiento	Ruedas con freno						
								
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica								
	Mobiliario Clínico Paciente Hospitalizado Electrico Radiolucido STRYKER SV2	18						
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Almohada de espuma visco elástica. • 01 portasuero • 01 Funda de repuesto cada dos colchones.								

	Camilla Traslado STRYKER 747 Ficha en Drive >	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 4 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Correa de Contención • 02 Porta suero • 01 Escabel • 01 Funda para colchón impermeable		
	Carro De Paro MALVESTIO 329501 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 8 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Tabla para masaje cardiaco montada en carro • 01 Porta Suero • 01 ventilador manual adulto con valvula PEEP y con mascarilla • 01 ventilador manual pediátrico con valvula PEEP y con mascarilla • 01 Set de Canulas Mayo Standard • 01 Bolsa de 100 Sellos de Seguridad • Set Laringoscopio de Acero Inoxidable, limpiable y desinfectable, iluminacion por fibra optica a bateria, compuesto por Hojas Macintosh, tamaños 1,2, 3 y 4 y Hojas Muller, tamaños 00, 0 y 1. • Basurero de plástico ±10 lts		

MONITOREO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria WELCHALLYN CSM-75	6
» Accesorios y componentes de la tipología · 10 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios básicos por monitor — 01 manguera de presión no invasiva • 01 Set para medición de PNI compuesto por: 2 brazalete para adulto normal, 1 brazalete para adulto pequeño, 1 brazalete para paciente obeso. Todos reusables y libre de latex • 01 Cable de extensión (interfaz) de sensor de saturometría • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia tipo dedal para adulto • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia para oreja de adulto • 01 Carro de transporte • 01 Termómetro reutilizable digital , con medición de temperatura axilar y rangos de medición entre 34°C y 42°C o mayor de grado hospitalario. (se acepta propuesta de termómetro timpánico, siempre que sea de grado médico) • Set de 60 vainas desechables para termómetro. Cantidad: Un (1) set de vainas por cada monitor. (Para ofertas con termómetro timpánico, se acepta que no se entreguen las vainas correspondientes si es que no aplican.) • Accesorios globales para el total de equipos a adquirir — 6 Sensores reutilizables SpO2 tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia tipo dedal para adulto • 6 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia para oreja de adulto		
	Monitor Desfibrilador Nihon Kohden TEC-5600 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 13 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios por equipo — 01 Cable de 3 derivaciones • 01 Cable de 5 o 6 derivaciones • 01 Sensor SpO2 tipo pinza adulto tecnología Massimo, Nellcor o propia • 01 Kit de paletas externas adulto y pediátricas • 26 Kit de Marcapaso externo (para el total de la oferta) • Stock de papel para impresión PYR: Al menos 10 rollos de papel • 01 Cable de poder • 03 parches para desfibrilación automática. • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional • Manual Servicio en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español extra Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Impresora — El equipo debe incluir una impresora de papel térmico para registros de distintos parámetros como: fecha y hora, frecuencia y ritmo cardíaco, salida MP, Tamaño y derivación de ECG, energía de desfibrilación, pruebas de desfibrilador, alarmas		
	Monitor ECG Signos Vitales Baja Complejidad GENERAL ELECTRIC B105 Ficha en Drive >	5
» Accesorios y componentes de la tipología · 25 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Accesorios Básicos por monitor — 01 Cable troncal de 3 lead R: Se aclara. Se acepta cables de 3 y 6 derivadas o cable de conexión completa sin división en más latiguillos. • 01 Cable troncal de 5 a 6 lead • 01 Cable ECG de 3 lead • 01 Cable ECG de 5 a 6 lead • Set de al menos 50 electrodos desechables para ECG adulto • 01 manguera de presión no invasiva		

- 01 Set para medición de PNI compuesto por: 2 brazalete para adulto normal, 1 brazalete para adulto pequeño, 1 brazalete para paciente obeso. Todos reusables
- 01 Cable de extensión (interfaz) de sensor de saturometría
- 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o tecnología propia tipo dedal para adulto
- 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o tecnología propia para oreja de adulto
- 01 cables conectores al módulo de temperatura R: Se aclara. Se aceptan ofertas con cable único (troncal + sensor de temperatura) , siempre que se oferte sensores para piel y esofágica/rectal según EETT N° 76 y 77
- 01 Sensor de temperatura de piel adulto
- 01 Sensor de temperatura esofágica/rectal
- 01 Carro de transporte
- Accesorios globales para el total de equipos a adquirir en Monitores de Baja Complejidad — 15 Cable troncal de 3 lead reutilizable. R: Se aclara. Se acepta cable de ECG y troncal unidos o troncal para 3 y 6 derivadas, esto en las cantidades solicitadas.
- 15 Cable troncal de 5 lead reutilizable
- 20 Cable ECG de 3 lead
- 20 Cable ECG de 5 lead
- 35 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo o Nellcor Oximax tipo dedal para adulto R: Se aclara. Se acepta sensores SpO2 de tecnología propia, esto para el total de la oferta.
- 35 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo o Nellcor Oximax para oreja de adulto
- 20 Sensores de temperatura de piel adulto
- 20 Sensor de temperatura esofágica/rectal
- Operación — Manual de operación en idioma español
- Manual de servicio (inglés o español)
- El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.