

INFORME DE EQUIPAMIENTO

Servicio de Procedimientos (Urología · Cirugía · Traumatología) — equipamiento y accesorios

Equipamiento del servicio compartido de Procedimientos con instrumental, ópticas, transductores, accesorios y componentes asociados detectados en EETT (por unidad).

Tipos de equipo	Unidades	Elementos incluidos	Recintos (BIM)
32	136	219	19

Recintos incluidos (BIM): A0453, A0454, A0455, A0456, A0457, A0458, A0459, A0460, A0461, A0462, A0463, A0464, A0465, A0466, A0469, A0473, A0691, A0705, H2070

Detalle por equipo — instrumental, ópticas, transductores y accesorios (listados POR UNIDAD)

	Torre De VideoCistoscopia Código EMMC 20014 · Karl Storz VIDEOCISTOSCOPIO HD 11272 VHK Recinto(s): A0453 (1) · A0454 (1) Instrumental/accesorios listados por unidad · ×2 equipos	2
SISTEMA DE VIDEO UROLÓGICO (ADJUDICADO)		
• Se considera por Unidad de Videoendoscopia urológica : Monitor, fuente de luz, videoprocesador o sistema modular de control de cámara , sistema de documentación y carro de transporte		
• Monitor de grado médico de 26"		
• Fuente de luz con tecnología LED integrada al equipo		
• Procesadores modulares con captura de imagen en alta definición		
• Cabezal de cámara full HD 1920 x 1080 pixeles progresivo		
• El cabezal de cámara debe tener DOS (2) o más botones para controlar al menos las siguientes funciones: Balance de blancos, intensidad de luz, brillo, captura de imagen, captura de video y utilización de distintos filtros.		
• Videocistoscopio Full HD de 1920 x 1080 pixeles. Código 11272 VSK [Cód. 11272 VSK]		
INSTRUMENTAL, ÓPTICAS Y CAMISAS (ADJUDICADO KARL STORZ)		
• 2 óptica de 0°, gran angular, 4 mm de diámetro, iluminación mediante fibra óptica incorporada. Código 27005 AA [Cód. 27005 AA]		
• 2 Cable de fibra óptica, compatible con óptica ofertada de 300cm y 3,5mm, Código 495NA [Cód. 495NA]		
• 2 Elemento de trabajo para resección y uretrotomía para usar con asas y cuchillos de una patita. Código 27050EK [Cód. 27050EK]		
• 2 Camisa de 21 French para Uretrotomía con canal para Filiformes - Bougies. Código 27068DK [Cód. 27068DK]		
• 2 Obturador para camisa 27068DO		
• 1 Puente para usar con camisa de Uretrotomía con canal de 5 French.Código 27068CD [Cód. 27068CD]		
• 1 Camisa suplementaria 27068F		
• 24 Bisturí de Sachse recto, conexión una patita, para uretrotomo óptico de 21 French. Código 27069K [Cód. 27069K]		
• 4 cuchillos de corte, redondos		
• Fuente de iluminación LED integrada		
• Pinza para pequeños fragmentos, 5Fr, igual a 73 cm de largo. Código 27023F [Cód. 27023F2 P]		
• Pinza biopsia, acción simple, 5 Fr, igual a 73 cm de largo.Código 27023ZE [Cód. 27023ZE]		
• Tapa compensación de presión/tapón estanqueidad		
IRRIGACIÓN, LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN		
• 4 Vaina de protección para la esterilización y almacenamiento de electrodos, curetas y cuchilletes. Código 280 [Cód. 280]		
• Tester de hermeticidad		
• Cepillos de limpieza, 6 Fr, flexibles. Caja de 50 unidades. 110940-50		
• Se incluye los accesorios para irrigación. Código 11301 CD1 [Cód. 11301 CD1]		
• Contenedor de esterilización. Código 39406AS [Cód. 39406AS]		
• Caja de almacenamiento y esterilización para cada óptica, con soportes para óptica solicitada en las EETT.Código 39301BS [Cód. 39301BS]		

• Contenedores de esterilización para instrumental requeridos en las EETT, perforados, con tapa, soporte para instrumental, el contenedor debe asegurar la cabida correcta del instrumental y la fibra óptica. Código 39360 AK [Cód. 39360 AK]
COMPONENTES ASOCIADOS · MONITOR / VIDEO (EETT)
• Unidad de Videoendoscopia urológica — Se considera por Unidad de Videoendoscopia urológica : Monitor, fuente de luz, videoprocesador o sistema modular de control de cámara , sistema de documentación y carro de transporte • Videoprocesador ó Sistema Modular de Captura — Videoprocesador ó sistema modular de captura de alta definición. Nota: Si se oferta un sistema modular de captura se deben considerar e incluir los módulos de enlace para cabezal de cámara y videocistoscopios de diagnósticos solicitados, además de los adaptadores correspondientes. • Carro porta equipos para Torre de Cistoscopia — Carro de transporte que permita la integración de todas las consolas Nota: Entiéndase por "todas las consolas " a: fuente de luz, videoprocesador ó sistema modular de captura.
COMPONENTES ASOCIADOS · IMPRESORA (EETT)
• Debe incluir UNA(01) Impresora láser color

	Equipo Urodinamia Código EMMC 10041 · Laborie Aquarius LT Recinto(s): A0456 (1)	1
SISTEMA COMPUTACIONAL Y SOFTWARES		
• Computador — Tipo PC o Laptop • Acorde a requerimientos del equipo, última generación • Pantalla mínimo 17" • Software — Despliegue de curvas, gráficos, tendencias, cambios de escala, etc. • Reporte de examen final. • Base de datos pacientes • DICOM 3 para conexión con otros equipos y/o envío de datos a distancia. • Con Licencia • Visualización de datos — Con despliegue de curvas, tendencias y eventos más importantes • Con posibilidad de realizar cambios o modificación de curvas, cambio de escalas, etc. • Reportes de eventos, curvas y tendencias, con posibilidad de impresión de ellos • Registros — 9 o más parámetros simultáneos en pantalla • Tiempo de registro continuo: mínimo 60 minutos • Carro para la unidad completa — Con ruedas dos con frenos		
ACCESORIOS BÁSICOS		
• Impresora Laser o tinta convencional • 02 Transductores de presión (reutilizables) • 01 Silla de micción • 01 Bomba de infusión para flujos solicitados • 02 Transductores rectales y 02 vaginales para estudios de EMG • Llaves y domos • Set de Bajadas para bomba de infusión • Catéteres para medición simultánea de presión (2 vías) • Catéteres rectales (2 vías) • Conectores para catéter incluidos • Set de Electrodo • Todos los accesorios necesarios para la puesta en marcha		
COMPONENTES ASOCIADOS · COMPUTADOR (EETT)		
• Interfases — PC o laptop Externo		

	Monitor ECG Signos Vitales Baja Complejidad Código EMMC 130010 · GENERAL ELECTRIC B105 Recinto(s): A0459 (1) · A0460 (1) · A0464 (1) Instrumental/accesorios listados por unidad · ×3 equipos	3
---	---	---

ACCESORIOS BÁSICOS

- Accesorios Básicos por monitor — 01 Cable troncal de 3 lead R: Se aclara. Se acepta cables de 3 y 6 derivadas o cable de conexión completa sin división en más latiguillos.
- 01 Cable troncal de 5 a 6 lead
- 01 Cable ECG de 3 lead
- 01 Cable ECG de 5 a 6 lead
- Set de al menos 50 electrodos desechables para ECG adulto
- 01 manguera de presión no invasiva
- 01 Set para medición de PNI compuesto por: 2 brazalete para adulto normal, 1 brazalete para adulto pequeño, 1 brazalete para paciente obeso. Todos reusables
- 01 Cable de extensión (interfaz) de sensor de saturimetría
- 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o tecnología propia tipo dedal para adulto
- 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o tecnología propia para oreja de adulto
- 01 cables conectores al módulo de temperatura R: Se aclara. Se aceptan ofertas con cable único (troncal + sensor de temperatura) , siempre que se oferte sensores para piel y esofágica/rectal según EETT N° 76 y 77
- 01 Sensor de temperatura de piel adulto
- 01 Sensor de temperatura esofágica/rectal
- 01 Carro de transporte
- Accesorios globales para el total de equipos a adquirir en Monitores de Baja Complejidad — 15 Cable troncal de 3 lead reutilizable. R: Se aclara. Se acepta cable de ECG y troncal unidos o troncal para 3 y 6 derivadas, esto en las cantidades solicitadas.
- 15 Cable troncal de 5 lead reutilizable
- 20 Cable ECG de 3 lead
- 20 Cable ECG de 5 lead
- 35 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo o Nellcor Oximax tipo dedal para adulto R: Se aclara. Se acepta sensores SpO2 de tecnología propia, esto para el total de la oferta.
- 35 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo o Nellcor Oximax para oreja de adulto
- 20 Sensores de temperatura de piel adulto
- 20 Sensor de temperatura esofágica/rectal
- Operación — Manual de operación en idioma español
- Manual de servicio (inglés o español)
- El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.

**Uroflujometro**

Código EMMC 10110 · Laborie Flowmaster
Recinto(s): A0456 (1)

1**COMPUTADOR**

- Características Generales — Tipo PC o Laptop
- De última generación
- Monitor — LCD
- Pantalla Plana
- Mínimo 17"
- Software — Específico para mediciones de flujo y volumen
- Base de datos paciente, con inserción de datos personales
- Al menos Nomograma Liverpool y Siroky
- Reporte final
- Con licencia (ORIGINAL)
- Interfases — USB
- Bluetooth v2,0 o superior y adaptador

ACCESORIOS BÁSICOS

- Silla micción con apoyabrazos y adaptación para embudo

- Papel de impresión
- Impresora externa
- Carro para computador e impresora



Monitor Desfibrilador

Código EMMC 130007 · Nihon Kohden TEC-5600

Recinto(s): A0469 (1)

1

ACCESORIOS OBLIGATORIOS

- Accesorios por equipo — 01 Cable de 3 derivaciones
- 01 Cable de 5 o 6 derivaciones
- 01 Sensor SpO2 tipo pinza adulto tecnología Massimo, Nellcor o propia
- 01 Kit de paletas externas adulto y pediátricas
- 26 Kit de Marcapaso externo (para el total de la oferta)
- Stock de papel para impresión PYR: Al menos 10 rollos de papel
- 01 Cable de poder
- 03 parches para desfibrilación automática.
- El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional
- Manual Servicio en español, inglés e idioma original
- Manual Usuario en español, inglés e idioma original
- Manual Usuario en español extra

COMPONENTES ASOCIADOS · IMPRESORA (EETT)

- Impresora — El equipo debe incluir una impresora de papel térmico para registros de distintos parámetros como: fecha y hora, frecuencia y ritmo cardíaco, salida MP, Tamaño y derivación de ECG, energía de desfibrilación, pruebas de desfibrilador, alarmas



Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria

Código EMMC 130006 · WELCHALLYN CSM-75

Recinto(s): A0453 (1) · A0454 (1) · A0457 (1) · A0458 (1) · A0461 (1) · A0462 (1) · A0463 (1) · A0691 (1)

Instrumental/accesorios listados por unidad · ×8 equipos

8

ACCESORIOS OBLIGATORIOS

- Accesorios básicos por monitor — 01 manguera de presión no invasiva
- 01 Set para medición de PNI compuesto por: 2 brazalete para adulto normal, 1 brazalete para adulto pequeño, 1 brazalete para paciente obeso. Todos reusables y libre de latex
- 01 Cable de extensión (interfaz) de sensor de saturimetría
- 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia tipo dedal para adulto
- 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia para oreja de adulto
- 01 Carro de transporte
- 01 Termómetro reutilizable digital, con medición de temperatura axilar y rangos de medición entre 34°C y 42°C o mayor de grado hospitalario. (se acepta propuesta de termómetro timpánico, siempre que sea de grado médico)
- Set de 60 vainas desechables para termómetro. Cantidad: Un (1) set de vainas por cada monitor. (Para ofertas con termómetro timpánico, se acepta que no se entreguen las vainas correspondientes si es que no aplican.)
- Accesorios globales para el total de equipos a adquirir — 6 Sensores reutilizables SpO2 tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia tipo dedal para adulto
- 6 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia para oreja de adulto



Lampara Procedimiento Rodable

Código EMMC 40024 · Nexor Nova 350

Recinto(s): A0455 (1) · A0459 (1) · A0460 (1) · A0461 (1) · A0462 (1) · A0463 (1) · A0464 (1)

Instrumental/accesorios listados por unidad · ×7 equipos

7

CARACTERÍSTICAS DE LA CÚPULA

- Iluminación de tecnología LED
- Iluminación libre de sombras

- Intensidad de Lámpara mínima de 80.000 Lux
- Temperatura de Color mínimo 4.200 K°
- Índice de Reproducción Cromática (Ra) igual o mayor a 94
- Mecanismo de Manipulación mediante cono
- Vida Útil de Led de la Lámpara mínimo 50.000 horas

BASE

- Base con sistema antivuelco
- Base con mínimo 4 ruedas, al menos dos frenos
- Con Batería incluida con una autonomía de dos horas

**Motor De Yeso**

Código EMMC 40045 · HEBU MEDICAL GMBH HB8889-01/HB8894GO

Recinto(s): A0465 (1) · A0466 (1)

Instrumental/accesorios listados por unidad · ×2 equipos

2**ACCESORIOS OBLIGATORIOS**

- Hoja de sierra de acero inoxidable utilizada para yeso convencional. Cantidad: dos (2) hojas por equipo.
- Hoja de sierra de nitrógeno de titanio utilizada para yeso sintético. Cantidad: una (1) hoja por equipo.
- Hoja de sierra para yeso convencional y sintético (mixto). Cantidad: una (1) hoja por equipo.
- Cepillo para limpieza del motor.
- Lubricante para mantenimiento.
- Maletín para almacenaje del equipo y sus accesorios.
- Filtros utilizados por la bomba de aspiración. Cantidad: diez (10) filtros por bomba.
- Contenedor de color neutro con tapa de acero inoxidable para esterilización del equipo
- Se debe incluir filtros utilizados por el contenedor. Cantidad: diez (10) unidades por equipo.
- El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional y en las cantidades adecuadas.

**Ecotomografo Doppler Color Multiproposito**

Código EMMC 80007 · GE Healthcare LOGIQ FORTIS

Recinto(s): A0691 (1) · A0705 (1)

Instrumental/accesorios listados por unidad · ×2 equipos

2**UNIDAD BASE (ADJUDICADO)**

- Ecotomógrafo Doppler Color Multipropósito — GENERAL ELECTRIC LOGIQ FORTIS

TRANSDUCTORES · CONFIGURACIÓN UROLOGÍA

- Transductor Abdominal Convexo — C1-6-D (1.5–6.0 MHz)
- Transductor Lineal Prostatico — ML6-15-D (4.0–15.0 MHz)
- Transductor Transrectal Doble Vista Biplanar — BE9CS-D (4.0–11.0 MHz)

TRANSDUCTORES · CONFIGURACIÓN VASCULAR

- Transductor Lineal Alta Frecuencia — ML6-15-D (4.0–15.0 MHz)
- Transductor Específico Aplicación Vascular — L2-9-D (2.0–9.0 MHz)
- Transductor Sectorial Cardiologico — M5Ss-D (1.0–5.0 MHz)
- Transductor Convexo — C1-6-D (1.5–6.0 MHz)
- Transductor Sectorial Cardiaco — M5Sc-D (1.4–4.6 MHz)

COMPONENTES ASOCIADOS · IMPRESORA (EETT)

- Bandeja para impresora
- Incluir Impresora Térmica adosada a carro de transporte

COMPONENTES ASOCIADOS · COMPUTADOR (EETT)

- Composición de imágenes panorámicas en modo B

	Computador Bajo rendimiento con ofimatica Código EMMC 60008 · LENOVO THINKCENTRE M90A Recinto(s): A0455 (1) · A0456 (1) · A0457 (1) · A0458 (1) · A0461 (1) · A0462 (1) · A0463 (1) · A0469 (2) · A0473 (2) Instrumental/accesorios listados por unidad · ×11 equipos	11
ACCESORIOS OBLIGATORIOS		
• Mouse Óptico con conector USB		
• Mouse PAD		
• Teclado Universal en Idioma Español Latinoamericano USB		
• El teclado universal debe ser del tipo lavable (con cubierta de goma) resistente a solventes y a alcohol, para los servicios de: Hospitalización (Solo en habitaciones de 4 pacientes y aislados), Emergencia (Boxes de Evaluación), UPC (habitaciones de pacientes), Oncohematología (habitaciones de pacientes y fuera de éstas), Diálisis (Habitaciones Pacientes Aislados), Laboratorio (excepto estaciones administrativas de jefaturas), Anatomía Patológica (excepto en estaciones de trabajo administrativo de jefaturas)		
• Cables de Poder — Incluir 1 por equipo (tipo magic)		
• Cables de Video — Incluir 1 por equipo		
• Cable User Cord — Incluir un cable User Cord Categoría 6		
• Cualquier otro accesorio o componente que permita el correcto funcionamiento del equipo		
COMPONENTES ASOCIADOS · COMPUTADOR (EETT)		
• Computadores con anclaje a pared — Se requiere que 223 Computadores (±25 computadores) sean instalados a pared, para los cuales se requiere incluir: Soporte de pared para Monitor, Base para teclado y mouse, y todo lo necesario para sostener los componentes del computador, además de su instalación. El sistema completo instalado deberá quedar dentro del siguiente rango de altura: 1,00 - 1,60m.		

	Computador Alto rendimiento con ofimatica Código EMMC 60019 · LENOVO THINKCENTRE M90A Recinto(s): A0453 (1) · A0454 (1) · A0465 (1) · A0466 (1) · A0691 (1) · A0705 (1) Instrumental/accesorios listados por unidad · ×6 equipos	6
ACCESORIOS OBLIGATORIOS		
• Mouse Óptico con conector USB		
• Mouse PAD		
• Teclado Universal en Idioma Español Latinoamericano USB		
• El teclado universal debe ser del tipo lavable (con cubierta de goma) resistente a solventes y a alcohol, para los servicios de: Hospitalización (Solo en habitaciones de 4 pacientes y aislados), Emergencia (Boxes de Evaluación), UPC (habitaciones de pacientes), Oncohematología (habitaciones de pacientes y fuera de éstas), Diálisis (Habitaciones Pacientes Aislados), Laboratorio (excepto estaciones administrativas de jefaturas), Anatomía Patológica (excepto en estaciones de trabajo administrativo de jefaturas)		
• Cables de Poder — Incluir 1 por equipo (tipo magic)		
• Cables de Video — Incluir 1 por equipo		
• Cable User Cord — Incluir un cable User Cord Categoría 6		
• Cualquier otro accesorio o componente que permita el correcto funcionamiento del equipo		
COMPONENTES ASOCIADOS · COMPUTADOR (EETT)		
• Computadores con anclaje a pared — Se requiere que 52 Computadores (±10 computadores) sean instalados a pared, para los cuales se requiere incluir: Soporte de pared para Monitor, Base para teclado y mouse, y todo lo necesario para sostener los componentes del computador, además de su instalación. El sistema completo instalado deberá quedar dentro del siguiente rango de altura: 1,00 - 1,60m.		

	Carro De Paro Código EMMC 110032 · Malvestio 329501 Recinto(s): A0469 (1)	1
ACCESORIOS OBLIGATORIOS		
• 01 Tabla para masaje cardiaco montada en carro		
• 01 Porta Suero		
• 01 ventilador manual adulto con valvula PEEP y con mascarilla		
• 01 ventilador manual pediatrico con valvula PEEP y con mascarilla		
• 01 Set de Canulas Mayo Standard		
• 01 Bolsa de 100 Sellos de Seguridad		

- Set Laringoscopio de Acero Inoxidable, limpiable y desinfectable, iluminacion por fibra optica a bateria, compuesto por Hojas Macintosh, tamaños 1,2, 3 y 4 y Hojas Muller, tamaños 00, 0 y 1.
- Basurero de plástico ±10 lts



Computador Alto rendimiento sin ofimatica, monitor Definicion Clinica
Código EMMC 60015 · MONITOR EIZO/ PC DELL MONITOR RX370/ PC Precision 3460
Recinto(s): A0459 (1)

1

ACCESORIOS OBLIGATORIOS

- Mouse Óptico con conector USB
- Mouse PAD
- Teclado Universal en Idioma Español o Latinoamericano con conector USB
- Cables de Poder — Incluir 1 por equipo
- Cables de Video — Incluir 2 por cada equipo, compatible con la entrada del monitor y la tarjeta de video dedicada
- Cable de Red — Incluir un cable User Cord Categoría 6
- Cualquier otro accesorio o componente que permita el correcto funcionamiento del equipo
- Computadores con anclaje a pared — Se requiere que 3 Computadores (±1 computador) sean instalados a pared, para los cuales se requiere incluir: Soporte de pared para Monitor, Base para teclado y mouse, y todo lo necesario para sostener los componentes del computador, además de su instalación. El sistema completo instalado deberá quedar dentro del siguiente rango de altura: 1,00 - 1,60m.



Camilla Urologica
Código EMMC 110025 · STRYKER GYNNIE
Recinto(s): A0453 (1) · A0454 (1) · A0455 (1)
Instrumental/accesorios listados por unidad · ×3 equipos

3

ACCESORIOS OBLIGATORIOS

- 01 Soporte universal de apoya piernas.
- 01 Soporte para Descanso de pies
- 01 Bandeja recolectora de fluidos
- 01 Porta sabanilla
- 01 Rollo de sabanilla desechable
- 01 Escabel



Camilla Traslado
Código EMMC 110023 · Stryker 747
Recinto(s): A0459 (1) · A0464 (1) · A0457 (1) · A0458 (1) · A0460 (1) · A0461 (1) · A0462 (1) · A0463 (1) · A0705 (1)
Instrumental/accesorios listados por unidad · ×9 equipos

9

ACCESORIOS OBLIGATORIOS

- 01 Correa de Contención
- 02 Porta suero
- 01 Escabel
- 01 Funda para colchón impermeable



Camilla Examen
Código EMMC 110015 · Malvestio 350110
Recinto(s): A0465 (1) · A0691 (1) · A0466 (1)
Instrumental/accesorios listados por unidad · ×3 equipos

3

ACCESORIOS OBLIGATORIOS

- 01 Escabel de dos peldaños.
- 01 Porta sabanilla
- 01 Rollo de sabanilla desechable

**Bomba Aspiracion Universal**

Código EMMC 40004 · CA-MI ASKIR 36 BR

Recinto(s): A0460 (1)

1**ACCESORIOS OBLIGATORIOS**

• 02 Tubos de silicona autoclavables.

• 01 Sonda de aspiración

• 02 Filtro antibacterial

**Balanza Adulto Con Tallimetro**

Código EMMC 10008 · SECA 777

Recinto(s): A0458 (1)

1**ACCESORIOS BÁSICOS**

• Batería recargable

• Cargadores de batería, en caso de necesitar

**Calentador De Paciente**

Código EMMC 50008 · 3M Bair Hugger 675

Recinto(s): A0460 (1)

1**ACCESORIOS OBLIGATORIOS**

• 10 Mantas para adulto por equipo.

• Rodable.

**Piso Clinico**

Código EMMC 110069 · CoinfyCare MA08

Recinto(s): A0453 (1) · A0454 (1) · A0455 (1) · A0456 (1) · A0459 (1) · A0460 (1) · A0462 (1) · A0463 (1) · A0464 (1) · A0465 (2) · A0691 (1) · A0705 (1) · A0461 (1) · A0466 (2)

Instrumental/accesorios listados por unidad · ×16 equipos**16****ACCESORIOS OBLIGATORIOS**

• No aplica

**Fonendoscopio**

Código EMMC 10047 · American diagnostic corporation 670

Recinto(s): A0453 (1) · A0455 (1) · A0456 (1) · A0457 (1) · A0458 (1) · A0459 (1) · A0460 (1) · A0461 (1) · A0462 (1) · A0463 (1) · A0464 (1) · A0465 (1) · A0466 (1) · A0691 (1) · A0705 (1)

Instrumental/accesorios listados por unidad · ×15 equipos**15****ACCESORIOS BÁSICOS**

• 01 par de olivas de repuesto.

**Carro Procedimientos**

Código EMMC 110036 · ACARE EC-500P

Recinto(s): A0453 (1) · A0454 (1) · A0455 (1) · A0456 (1) · A0459 (1) · A0460 (1) · A0461 (1) · A0462 (1) · A0463 (1) · A0464 (1) · A0705 (1)

Instrumental/accesorios listados por unidad · ×11 equipos**11****ACCESORIOS OBLIGATORIOS**

• 01 Bolsa con 100 Sellos de Seguridad

**Mesa Mayo**

Código EMMC 110058 · Paramount PF-4000

Recinto(s): A0459 (1) · A0460 (1) · A0461 (1) · A0462 (1) · A0463 (1) · A0464 (1) · A0465 (1) · A0466 (1)

Instrumental/accesorios listados por unidad · ×8 equipos**8****ACCESORIOS OBLIGATORIOS**

• No aplica

**Soporte Universal**

Código EMMC 110086 · Provita I-N41221

Recinto(s): A0465 (1) · A0691 (1) · A0453 (1) · A0454 (1) · A0455 (1) · A0456 (1)

Instrumental/accesorios listados por unidad · ×6 equipos

6**ACCESORIOS OBLIGATORIOS**

- No aplica

**Carro Instrumental Yeso**

Código EMMC 110034 · Lupus Medical OPR-3005

Recinto(s): A0465 (1) · A0466 (1) · H2070 (2)

Instrumental/accesorios listados por unidad · ×4 equipos

4**ACCESORIOS OBLIGATORIOS**

- No aplica

**Lampara Examen**

Código EMMC 10051 · Provita Serie 1 L111111A rodable

Recinto(s): A0456 (1) · A0457 (1) · A0458 (1)

Instrumental/accesorios listados por unidad · ×3 equipos

3**NORMATIVA**

- Certificaciones Internacionales — FDA y/o CE y/o JIS y/o equivalente técnico

**Carro 2 Bandejas**

Código EMMC 110026 · Lupus Medical OPR-1027

Recinto(s): A0455 (1) · A0456 (1)

Instrumental/accesorios listados por unidad · ×2 equipos

2**ACCESORIOS OBLIGATORIOS**

- No aplica

**Carro Compresero**

Código EMMC 110030 · HBK F-14-1

Recinto(s): A0455 (1) · A0456 (1)

Instrumental/accesorios listados por unidad · ×2 equipos

2**ACCESORIOS OBLIGATORIOS**

- NA

**Balanza Paciente Bariátrico**

Código EMMC 10010 · HEALTH O METER 1100kl

Recinto(s): A0457 (1)

1**ACCESORIOS BÁSICOS**

- Batería recargable y/o cable para red eléctrica


**Silla De Ruedas**

Código EMMC 110073 · INVACARE ACTION 2 NG

Recinto(s): A0457 (1)

1**ACCESORIOS OBLIGATORIOS**

- No Aplica

**Negatoscopio 3 Caras**

Código EMMC 10071 · MPLENT ZG-3B

Recinto(s): A0465 (1) · A0466 (1)

Instrumental/accesorios listados por unidad · ×2 equipos

2

Sin accesorios/elementos detallados en la EETT para este tipo.

	Negatoscopio 2 Caras Código EMMC 10070 · MINSTON MSTXD LED2 Recinto(s): A0705 (1)	1
Sin accesorios/elementos detallados en la EETT para este tipo.		