

INFORME DE EQUIPAMIENTO

Servicio de Vascular — equipamiento principal y accesorios

Equipamiento principal de Vascular: Ecógrafo Doppler, Pletismógrafo (EVNI) y Doppler portátil, con transductores, sensores, accesorios y componentes asociados (EETT).

Tipos de equipo	Unidades	Elementos incluidos	Recintos (BIM)
3	3	35	2

Recintos incluidos (BIM): A0298, A0691

Detalle por equipo — instrumental, ópticas, transductores y accesorios (listados POR UNIDAD)

	Doppler Con Pletismografia Vascular Código EMMC 10030 · UNETIXS Multilab Series 2 LHS Recinto(s): A0298 (1)	1
SONDAS / TRANSDUCTORES DOPPLER		
- Tipo lápiz - Transductor Doppler 5.0 MHz - Transductor Doppler 8.0 MHz		
SENSORES PPG Y BRAZALETES (CUFFS) DE PRESIÓN		
02 Sensores PPG para pletismografía de color diferenciado por lado derecho e izquierdo (verde y amarillo) 02 Porta sensor tipo clip 02 Cuff para muslos (mín. 17 cm, reutilizables). 06 Cuff de presión de 12 cm de ancho. 02 Cuff de presión de 12 cm de ancho, largo. 04 Cuff de presión de 10 cm de ancho. 02 Cuff de presión de 6,5 cm de ancho. 02 Cuff de presión de aprox. 2.0 de ancho. 02 Cuff de presión de 1.9 cm con conexión o manguera "Y". 05 Cuff de presión de 2,5 cm. Desechables, Peneal.		
SOFTWARE E IMPRESIÓN		
- Software con licencia permanente - Impresora externa B/N y Color - Software para post procesamiento		
	Doppler Vascular Portatil Código EMMC 10032 · HUNTLEIGH KIT ITB Recinto(s): A0691 (1)	1
ACCESORIOS OBLIGATORIOS		
- Accesorios — Transductor Doppler 4.0 o 5.0 MHz referencial - Transductor Doppler 8.0 MHz - Maletín de almacenaje y transporte - Cargador de batería - Audífonos - El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.		
COMPONENTES ASOCIADOS · COMPUTADOR (EETT)		
- Incluir software para estudios de post procesamiento en estación de trabajo - Interfases — PC, monitor externo e impresora externa		
COMPONENTES ASOCIADOS · IMPRESORA (EETT)		

• Interfases — PC, monitor externo e impresora externa		
COMPONENTES ASOCIADOS · MONITOR / VIDEO (EETT)		
• Interfases — PC, monitor externo e impresora externa		

	Ecotomografo Doppler Color Multiproposito Código EMMC 80007 · GE Healthcare LOGIQ Fortis Recinto(s): A0691 (1)	1
UNIDAD BASE (ADJUDICADO)		
• Ecotomógrafo Doppler Color Multipropósito — GENERAL ELECTRIC LOGIQ FORTIS		
TRANSDUCTORES · CONFIGURACIÓN VASCULAR		
• Transductor Lineal Alta Frecuencia — ML6-15-D (4.0–15.0 MHz)		
• Transductor Especifico Aplicación Vascular — L2-9-D (2.0–9.0 MHz)		
• Transductor Sectorial Cardiologico — M5Ss-D (1.0–5.0 MHz)		
• Transductor Convexo — C1-6-D (1.5–6.0 MHz)		
• Transductor Sectorial Cardiaco — M5Sc-D (1.4–4.6 MHz)		
COMPONENTES ASOCIADOS · IMPRESORA (EETT)		
• Bandeja para impresora		
• Incluir Impresora Térmica adosada a carro de transporte		
COMPONENTES ASOCIADOS · COMPUTADOR (EETT)		
• Composición de imágenes panorámicas en modo B		