

Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico · Dermatología

Nuevo Hospital Del Salvador · Servicio Clínico 2026


Catastro completo del servicio según el Despliegue oficial de Equipamiento (Servicio Clínico 2026), agrupado por familia.

Tipos	Unidades	Recintos
29	90	14

Ubicación en el hospital

Piso	Edificio	Servicio clínico 2026
P3	Atención Abierta (AA)	Dermatología

Dr. Hernán Alessandri



Av. Salvador

José Manuel Infante

Capacidad clínica · atención abierta

■ Consultas	7
■ Salas de procedimiento	7
■ Pabellones cirugía menor	1

Piso P3 · área «DERMATOLOGIA»

APOYO DIAGNOSTICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Lupa Dermatologica RIMSA L88 - LEDM Ficha en Drive >	8
	Lampara Examen PROVITA Serie 1 L111111A rodable Ficha en Drive >	7
	Fonendoscopio ADC Proscope 670 Ficha en Drive >	7
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Accesorios básicos		
• 01 par de olivas de repuesto.		



HEINE Delta 30 Pro

HEINE Delta 30 Pro

[Ficha en Drive >](#)

» **Accesorios y componentes de la tipología · 11 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)**

Accesorios obligatorios

- Dermatoscopio — 01 Estuche de almacenaje
- 01 Frasco de aceite de dermatoscopia
- 01 Batería recargable
- 01 Cargador de batería
- 01 Adaptador fotográfico
- Incluir accesorios para montaje de equipo a cámara fotográfica
- Cámara fotográfica — 01 Cargador de Batería
- 01 Cable de comunicación a PC
- 01 Tarjeta de memoria SD 4 Gb mínimo
- 01 Cable USB
- 01 Tapa protectora de lente

APOYO QUIRURGICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Lampara Procedimiento Rodable Nexor Nova 350 Ficha en Drive >	6
	Laser CO2 DERMATOLOGIA LUTRONIC eCO2 Ficha en Drive >	1
	Equipo Nitrogeno Brymill Kit Brymill Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 8 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Criosondas o aplicadores — 01 Roceador curvo de calibre sobre 16 • 01 Roceador recto de calibre 20 • 04 o 05 puntas de diferente diametro • Otros — 01 Bolso de transporte de la pistola • 01 Dispositivo de traspaso fijo con válvula • 01 Base con ruedas compatible con contenedores solicitados • 01 Par de guantes especiales • 01 Par de lentes protectores o similar		
	Electrobisturi Baja Potencia MEGADYNE MEGAPOWER Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 13 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Electrodo monopolar — 6 Punta de electrodo reutilizables en forma de lazo. • 6 Punta de electrodo reutilizable en forma de aguja. • 6 Punta de electrodo reutilizable en forma de bola. • Pinzas bipolares — 3 Pinza bipolar aislada de diferentes medidas • General — Cable extensión electrodo • Mango porta electrodo • 5 placas pacientes • 2 Cables placa paciente • Adaptadores universales, en caso de ser necesarios • Carro rodable de fábrica. • Cable alimentación eléctrica • Pedal para activación monopolar y bipolar • Incluye toda conexión, cable, parte o accesorio requerido para el funcionamiento		

APOYO TERAPEUTICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Equipo Terapia Fotodinamica LUTRONIC HEALITE II COMBO Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 04 Lentes protectores		
	Lampara De Fototerapia Uva DAAVLIN MSERIES Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Carro de transporte • 04 Pares de lentes de protección UV para paciente		
	Cabina De Puvaterapia NATIONAL BIOLOGICAL CORP HOUVA IV	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 02 pares de lentes protectores UVA - UVB para paciente • 02 Gafas protectoras UVA - UVB para operador		

LABORATORIO/FARMACIA		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Microscopio Universal LEICA MICROSYSTEMS LEICA MICROSYSTEMS Ficha en Drive >	1
	Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta HAIER HYC-390 Ficha en Drive >	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Accesorios obligatorios		
• Incluir cualquier accesorio extra que sea imprescindible para el uso del equipo		

MOBILIARIO CLINICO		
Imagen	Equipo / ítem	Cant.
	Sillon DERMATOLOGIA MALVESTIO 384420 Ficha en Drive >	3
ITEM DESCRIPCION MARCA MODELO 110.069 Piso Clínico CoinfyCare MA08 IMAGEN REFERENCIAL UNIDAD   	Piso Clínico COINFYCARE MA08 Ficha en Drive >	15
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios No aplica		
	Carro 2 Bandejas BAILIDA MX-FC-2804 Ficha en Drive >	7
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios No aplica		
	Carro Curaciones BAILIDA MX-34PRO Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios No aplica		
	Carro Procedimientos ACARE EC-500P	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios 01 Bolsa con 100 Sellos de Seguridad		
	Mesa Arsenalera MALVESTIO 327081 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios No Aplica		

	Mesa mayo PARAMOUNT PF-4000 Ficha en Drive >	1
	» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica	
	Mesa Para Toma De Muestras PLUSMEDICAL NAC-MTM02 Ficha en Drive >	1
	» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica	
	Silla De Ruedas INVACARE ACTION 2 NG Ficha en Drive >	1
	» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No Aplica	
	Mesa Ginecologica MALVESTIO 349600 Ficha en Drive >	2
	» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Bandeja para fluidos • Porta rollo	
Posición extendida y respaldo elevado. 	Camilla Examen MALVESTIO 350110 Ficha en Drive >	8
	» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Escabel de dos peldaños. • 01 Porta sabanilla • 01 Rollo de sabanilla desechable	

	Camilla Traslado STRYKER 747 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 4 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Correa de Contención • 02 Porta suero • 01 Escabel • 01 Funda para colchón impermeable		
	Carro De Paro MALVESTIO 329501 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 8 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Tabla para masaje cardiaco montada en carro • 01 Porta Suero • 01 ventilador manual adulto con valvula PEEP y con mascarilla • 01 ventilador manual pediátrico con valvula PEEP y con mascarilla • 01 Set de Canulas Mayo Standard • 01 Bolsa de 100 Sellos de Seguridad • Set Laringoscopio de Acero Inoxidable, limpiable y desinfectable, iluminacion por fibra optica a bateria, compuesto por Hojas Macintosh, tamaños 1,2, 3 y 4 y Hojas Muller, tamaños 00, 0 y 1. • Basurero de plástico ±10 lts		

MONITOREO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Desfibrilador tipo DEA Nihon Kohden AED-2150 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Kit de electrodos de estimulación, desfibrilación. • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.		
	Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria WELCHALLYN CSM-75	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 10 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios básicos por monitor — 01 manguera de presión no invasiva • 01 Set para medición de PNI compuesto por: 2 brazalete para adulto normal, 1 brazalete para adulto pequeño, 1 brazalete para paciente obeso. Todos reusables y libre de latex • 01 Cable de extensión (interfaz) de sensor de saturometría • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia tipo dedal para adulto • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia para oreja de adulto • 01 Carro de transporte • 01 Termómetro reutilizable digital , con medición de temperatura axilar y rangos de medición entre 34°C y 42°C o mayor de grado hospitalario. (se acepta propuesta de termómetro timpánico, siempre que sea de grado médico) • Set de 60 vainas desechables para termómetro. Cantidad: Un (1) set de vainas por cada monitor. (Para ofertas con termómetro timpánico, se acepta que no se entreguen las vainas correspondientes si es que no aplican.) • Accesorios globales para el total de equipos a adquirir — 6 Sensores reutilizables SpO2 tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia tipo dedal para adulto • 6 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia para oreja de adulto		
	Monitor Desfibrilador Nihon Kohden TEC-5600 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 13 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios por equipo — 01 Cable de 3 derivaciones • 01 Cable de 5 o 6 derivaciones • 01 Sensor SpO2 tipo pinza adulto tecnología Massimo, Nellcor o propia • 01 Kit de paletas externas adulto y pediátricas • 26 Kit de Marcapaso externo (para el total de la oferta) • Stock de papel para impresión PYR: Al menos 10 rollos de papel • 01 Cable de poder • 03 parches para desfibrilación automática. • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional • Manual Servicio en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español extra Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Impresora — El equipo debe incluir una impresora de papel térmico para registros de distintos parámetros como: fecha y hora, frecuencia y ritmo cardíaco, salida MP, Tamaño y derivación de ECG, energía de desfibrilación, pruebas de desfibrilador, alarmas		