

Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico · Imagenología

Nuevo Hospital Del Salvador · Servicio Clínico 2026


Catastro completo del servicio según el Despliegue oficial de Equipamiento (Servicio Clínico 2026), agrupado por familia.

Tipos	Unidades	Recintos
24	59	12

Ubicación en el hospital

Piso	Edificio	Servicio clínico 2026
P1	Atención Cerrada (HDS)	Imagenología


Dr. Hernán Alessandri



Capacidad clínica · atención cerrada

■ Salas de procedimiento	6
--------------------------	---

Piso P1 · área «IMAGENOLOGÍA»

APOYO DIAGNOSTICO		
Imagen	Equipo / ítem	Cant.
	Negatoscopio 3 Caras MPLENT ZG-3B Ficha en Drive >	2
	Balanza Adulto Con Tallimetro SECA 777 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Accesorios básicos • Batería recargable • Cargadores de batería, en caso de necesitar		

APOYO QUIRURGICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Lampara Procedimiento Rodable Nexor Nova 350 Ficha en Drive >	3

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		
Imagen	Equipo / ítem	Cant.
	Rx Portatil PHILIPS MOBILE DIAGNOST WDR Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 5 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 02 Delantales plomados • 02 Pares de guantes plomados • 02 Pares de lentes de protección radiológica • 03 Protectores de tiroides • Perchero para delantal plomado, 3 prendas		
	Ecotomografo Doppler Color Multiproposito GE HEALTHCARE LOGIQ FORTIS Ficha en Drive >	5
» Lo que trae el equipo · las cantidades son por cada unidad de equipo · el servicio recibe 5 Radiología — 5 equipos · LOGIQ FORTIS 1 × Transductor Convexo Abdominal C1-6-D · 1.5–6.0 MHz 1 × Transductor Sectorial Cardíaco M5Ss-D · 1.0–5.0 MHz <i>Además, 3 de estos equipos llevan:</i> 1 × Transductor Lineal Partes Pequeñas y Esqueletico ML6-15-D · 4.0–15.0 MHz 1 × Transductor de Lesiones Subcutaneas L8-18i-D · 4.0–15.0 MHz 1 × Transductor Vascular Periferico L2-9-D · 2.0–9.0 MHz		
» Accesorios y componentes de la tipología · 8 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Una (1) Funda protector. • Un (1) Cable para exportar imágenes • Un (1) Cable para exportar audio/video • Incluir guía de aguja para transductores • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Bandeja para impresora • Incluir Impresora Térmica adosada a carro de transporte Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Composición de imágenes panorámicas en modo B		
	Rayos X Osteopulmonar General Electric Definium XR656HD Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 10 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Sistema de intercomunicación • 01 Modulo de carga para Detectores • 01 Protector de Dectector para Rx de Pie • 01 Apoya cabeza y cabezal coronal • 01 Kit confort para paciente (apoya rodilla, almohadillas, inmovilizadores) • 03 Kit Protección radiológica (protector de cuello + delantal) • 03 Lentes de protección radiológica • 01 Colgador que aguante tres prendas • 02 Kit de Pares Guantes de protección radiológica personal (cada kit debe tener al menos medida S, M, L) Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Estación de trabajo — 01 Monitor mínimo de 19"		

	Tomografo Axial Computarizado GENERAL ELECTRIC Revolution EVO Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 12 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Intercomunicador bidireccional • 01 Kit confort para paciente (apoya rodilla, almohadillas, inmovilizadores) • 03 Kit Protección radiológica (protector de cuello + delantal) • 03 Lentes de protección radiológica • 01 Colgador para minimo tres prendas • 01 Apoya cabeza • 01 Set de fantasmas de agua para calibración • 01 Soporte de rodilla para examen de columna • 01 mueble para guardar fantasmas y otros accesorios • 01 Porta suero en mesa paciente compatible con equipo • 01 Soporte móvil para 2 delantales plomados Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Acceso remoto a RAW data presente en estación de trabajo		
	Tomografo Axial Computarizado I GENERAL ELECTRIC Revolution EVO Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 12 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Intercomunicador bidireccional • 01 Kit confort para paciente (apoya rodilla, almohadillas, inmovilizadores) • 03 Kit Protección radiológica (protector de cuello + delantal) • 03 Lentes de protección radiológica • 01 Colgador para minimo tres prendas • 01 Apoya cabeza • 01 Set de fantasmas de agua para calibración • 01 Soporte de rodilla para examen de columna • 01 mueble para guardar fantasmas y otros accesorios • 01 Porta suero en mesa paciente compatible con equipo • 01 Soporte móvil para 2 delantales plomados Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Acceso remoto a RAW data presente en estación de trabajo		

IMAGENOLOGIA		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Densitometro oseo GENERAL ELECTRIC Prodigy Advance Ficha en Drive >	1
	» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 set de dispositivos de posicionamiento para paciente Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Estación de trabajo — 01 Monitor mínimo de 17"	
	Resonador Nuclear Magnetico GENERAL ELECTRIC Signa Artist	1
	» Accesorios y componentes de la tipología · 10 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios — 02 Set de Almohadas, almohadillas, espumas y velcros • 01 Set de audífonos estándar para enviar instrucciones al paciente • 01 Mueble para accesorios y bobinas compatible con las bobinas del equipo ofertado y las dimensiones del recinto. • 02 Porta suero compatibles con resonador • 01 Extintor de CO2 compatible con resonador • 01 Escabel compatible con resonador • 01 Sistema de cámara de video para vigilar al paciente • 01 Detector Ferromagnetico instalado en puerta de acceso Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • 01 Estacion de Trabajo y 01 Estacion de Postproceso — 01 Monitor de al menos 19" para Estacion de Postproceso • 02 Monitores de al menos 21" para Estacion de Trabajo	
	Rx Telecomadado GENERAL ELECTRIC Optima RF180 Ficha en Drive >	1
	» Accesorios y componentes de la tipología · 13 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Apoya cabeza • 02 Apoyo hombros • 01 Soporte de pies • 01 Colchoneta lavable radiolucida, para la mesa del paciente • 01 Carro porta monitores y consola con ruedas y frenos • 01 Kit de bandas de compresión • 02 Kit Protección radiológica (protector de cuello + delantal) • 02 Lentes de protección radiológica • 01 Cono de Compresion Abdominal • 01 Colgador que aguante tres prendas Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Estación de Trabajo Movil — 02 monitores de mínimo 19" o un monitor que permita doble imagen en carro de transporte • Estación de Trabajo en sala de comando — 01 monitor de mínimo 19" sala • 01 UPS compatible con requerimientos eléctricos del equipo de la estación de trabajo	

MOBILIARIO CLINICO		
Imagen	Equipo / ítem	Cant.
ITEM DESCRIPCION MARCA MODELO 110.009 Piso Clínico COINFYRE MA08 IMAGEN REFERENCIAL UNIDAD 	Piso Clínico COINFYRE MA08 Ficha en Drive >	6
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios No aplica		
	Biombo Plomado PROTECCION RADIOLOGICA MIRILLA Ficha en Drive >	5
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios No aplica		
	Carro Procedimientos ACARE EC-500P	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios 01 Bolsa con 100 Sellos de Seguridad		
	Mesa Mayo PARAMOUNT PF-4000 Ficha en Drive >	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios No aplica		
	Carro Curaciones BAILIDA MX-34PRO Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios No aplica		
	Silla De Ruedas INVACARE ACTION 2 NG Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios No Aplica		

ITEM 110.070 DESCRIPCION Piso Clínico MARCA CoinfyCare MODELO MA08 IMAGEN REFERENCIAL UNIDAD Respaldo  Asiento  Ruedas con freno  Piso Taburete Clínico COINFYCARE MA08 Ficha en Drive > 1	
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica	
Posición extendida y respaldo elevado. 	Camilla Examen MALVESTIO 350110 Ficha en Drive > 6
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Escabel de dos peldaños. • 01 Porta sabanilla • 01 Rollo de sabanilla desechable	
in 25 	Camilla Traslado STRYKER 747 Ficha en Drive > 1
» Accesorios y componentes de la tipología · 4 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Correa de Contención • 02 Porta suero • 01 Escabel • 01 Funda para colchón impermeable	
	Carro De Paro MALVESTIO 329501 Ficha en Drive > 2
» Accesorios y componentes de la tipología · 8 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Tabla para masaje cardiaco montada en carro • 01 Porta Suero • 01 ventilador manual adulto con valvula PEEP y con mascarilla • 01 ventilador manual pediátrico con valvula PEEP y con mascarilla • 01 Set de Canulas Mayo Standard • 01 Bolsa de 100 Sellos de Seguridad • Set Laringoscopio de Acero Inoxidable, limpiable y desinfectable, iluminacion por fibra optica a bateria, compuesto por Hojas Macintosh, tamaños 1,2, 3 y 4 y Hojas Muller, tamaños 00, 0 y 1. • Basurero de plástico ±10 lts	

MONITOREO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Desfibrilador tipo DEA Nihon Kohden AED-2150 Ficha en Drive >	1
	» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Kit de electrodos de estimulación, desfibrilación. • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.	
	Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria WELCHALLYN CSM-75	2
	» Accesorios y componentes de la tipología · 10 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios básicos por monitor — 01 manguera de presión no invasiva • 01 Set para medición de PNI compuesto por: 2 brazalete para adulto normal, 1 brazalete para adulto pequeño, 1 brazalete para paciente obeso. Todos reusables y libre de latex • 01 Cable de extensión (interfaz) de sensor de saturometría • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia tipo dedal para adulto • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia para oreja de adulto • 01 Carro de transporte • 01 Termómetro reutilizable digital , con medición de temperatura axilar y rangos de medición entre 34°C y 42°C o mayor de grado hospitalario. (se acepta propuesta de termómetro timpánico, siempre que sea de grado médico) • Set de 60 vainas desechables para termómetro. Cantidad: Un (1) set de vainas por cada monitor. (Para ofertas con termómetro timpánico, se acepta que no se entreguen las vainas correspondientes si es que no aplican.) • Accesorios globales para el total de equipos a adquirir — 6 Sensores reutilizables SpO2 tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia tipo dedal para adulto • 6 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia para oreja de adulto	
	Monitor Desfibrilador Nihon Kohden TEC-5600 Ficha en Drive >	2
	» Accesorios y componentes de la tipología · 13 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios por equipo — 01 Cable de 3 derivaciones • 01 Cable de 5 o 6 derivaciones • 01 Sensor SpO2 tipo pinza adulto tecnología Massimo, Nellcor o propia • 01 Kit de paletas externas adulto y pediátricas • 26 Kit de Marcapaso externo (para el total de la oferta) • Stock de papel para impresión PYR: Al menos 10 rollos de papel • 01 Cable de poder • 03 parches para desfibrilación automática. • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional • Manual Servicio en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español, inglés e idioma original • Manual Usuario en español extra Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Impresora — El equipo debe incluir una impresora de papel térmico para registros de distintos parámetros como: fecha y hora, frecuencia y ritmo cardíaco, salida MP, Tamaño y derivación de ECG, energía de desfibrilación, pruebas de desfibrilador, alarmas	