

Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico · Neurología

Nuevo Hospital Del Salvador · Servicio Clínico 2026


Catastro completo del servicio según el Despliegue oficial de Equipamiento (Servicio Clínico 2026), agrupado por familia.

Tipos	Unidades	Recintos
23	72	8

Ubicación en el hospital

Piso	Edificio	Servicio clínico 2026
P3	Atención Abierta (AA)	Neurología

Dr. Hernán Alessandri



Av. Salvador


José Manuel Infante

Capacidad clínica · atención abierta

■ Consultas	13
■ Salas de procedimiento	5

Piso P3 · área «NEUROLOGIA»

APOYO DIAGNOSTICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Lampara Examen PROVITA Serie 1 L1111111A rodable Ficha en Drive >	1
	Fonendoscopio ADC Proscope 670 Ficha en Drive >	17
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Accesorios básicos		
• 01 par de olivas de repuesto.		
	Softwares Para Neuropsicologia Hasomed Rehacom Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Accesorios básicos		
• No aplica		


	Test Inteligencia WAIS IV CEDETI WAIS IV Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Bolso de transporte		
	Analizador Termo Sensor MEDOC TSA 2 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Sondas térmicas (termoelectrodos) de 3 tamaños diferentes: - 30 x 30 mm - 16 x 16 mm - 06 x 06 mm intra-oral • 01 Cable conexión a PC		
	Localizador Estimulador De Nervio Periferico Braun STIMUPLEX HNS 12 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios • 02 cable conector de aguja de estimulación • 01 contenedor o maleta de almacenamiento para equipo y accesorios • Incluir Baterías		
	Electroencefalografo NATUS 1 Brain Monitor con PC de escritorio 1 Brain Monitor portátil con Notebook. Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 9 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios general para EEG/EEG portátil — 03 Juegos de electrodos de copa de oro reutilizables, compuesto de al menos diez (10) unidades con un cable de extensión de al menos 150 cms, por cada equipo • Pasta de limpieza: Incluir al menos 2 unidades de gel de limpieza para piel, por cada equipo • Pasta conductora: incluir al menos 2 unidades de gel conductor, por cada equipo • Cabezal microprocesado, por cada equipo P: Solicitan cabezal microprocesado, se refieren al amplificador ya que este es microprocesado? R: Estimados, se aceptará cabezal microprocesado para el amplificador. • Botón de aviso paciente, por cada equipo • Accesorio EEG portátil — Se requiere maletín de traslado • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Incluir PC tipo Laptop de al menos 15" con requerimientos acorde a la especialidad Estimados, favor ofertar un equipo tipo Laptop que sea de 14" o superior. Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Incluir Impresora con tecnología Wifi para operación en red en EEG y EEG portátil, por cada estación (incluir las tintas correspondientes)		

	Electromiografo Con Potenciales Evocados Nihon Kohden MEB-9600 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 13 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Lentes para estimulación visual tipo Goggles LED • Monitor para estimulación visual de patrón inverso de al menos 22", con carro con ruedas para movimiento R: Se acepta pantalla de 17" • 02 Sensores de temperatura (para piel), reutilizables • Estimuladores de corriente con puntas de estimulación. • Incluir kit de electrodos reutilizables, tales como: Electrodo de Anillo, de Superficie, de Tierra, de Barra (en caso de ser necesario) • Incluir kit de electrodos para potenciales evocados somatosensitivos, tales como: set de electrodos de copa de oro, etc (en caso de ser necesario) R: Se acepta electrodos de copa de plata • 25 agujas desechables por cada una de las siguientes medidas: - Pequeña: 20 a 25 mm - Mediana: 30 a 38 mm - Grande: 40 a 50 mm - Extra grande: 60 a 70 mm • 02 Unidades de papel de impresión en formato compatible con impresora • Transformador de aislamiento • Al menos un (01) pote de gel de limpieza para piel • Al menos un (01) pote de gel conductor • El sistema debe contar con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional Componentes asociados · Impresora (detectado en EETT) • Impresora láser con wifi para operación en red		

APOYO DIAGNÓSTICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
—	Espejo de Fonoaudiología Generica Espejo de Fonoaudiología Ficha en Drive >	3
	» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica.	

APOYO QUIRURGICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Lampara Procedimiento Rodable Nexor Nova 350 Ficha en Drive >	1

APOYO TERAPÉUTICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Equipo de Musica SHARP SH-XL-B530 Ficha en Drive >	3
	» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Control remoto	
	Material de Rehabilitacion Neuropsicologica II Psiconuve Baneta Ficha en Drive >	2
	» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Maletín de almacenaje, protección y transporte (para libros y cartillas) • 02 Blocks de evaluación para cada prueba	
	Equipo Para Estimulacion Del Habla Y La Deglucion Physiomed vocastim master 3 edición Ficha en Drive >	3
	» Accesorios y componentes de la tipología · 5 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • 02 Juegos de Electroodos de placa de cada tipo que se requiera para ambas aplicaciones solicitadas, con sus respectivos protectores • 5 tarjetas de examen y terapia individual para inicio de la operación • 02 Juegos de cintas velcro para apoyo de electrodos en cuello, o equivalente • Disparador manual • Bandeja para accesorios	

MOBILIARIO CLINICO		
Imagen	Equipo / ítem	Cant.
	Escabel MALVESTIO FSH162102 Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No Aplica		
ITEM DESCRIPCION MARCA MODELO 130.009 Piso Clínico CoinfyCare MA08 IMAGEN REFERENCIAL UNIDAD Respaldo Asiento Ruedas con freno   	Piso Clínico COINFYCARE MA08 Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Mesa Mayo PARAMOUNT PF-4000 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Sillon Clínico LOS PINOS SMM-251 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No Aplica		
	Carro Curaciones BAILIDA MX-34PRO Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Silla De Ruedas INVACARE ACTION 2 NG Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No Aplica		

	Soporte Universal SCHMITZ SCHMITZ PORTASUERO 242.2351.0 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
Posición extendida y respaldo elevado. 	Camilla Examen MALVESTIO 350110 Ficha en Drive >	13
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Escabel de dos peldaños. • 01 Porta sabanilla • 01 Rollo de sabanilla desechable		
Posición extendida y respaldo elevado. 	Camilla De Examen EEG MALVESTIO 350110 Ficha en Drive >	4
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Escabel de dos peldaños. • 01 Porta sabanilla • 01 Rollo de sabanilla desechable		

MONITOREO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria WELCHALLYN CSM-75	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 10 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios básicos por monitor — 01 manguera de presión no invasiva • 01 Set para medición de PNI compuesto por: 2 brazalete para adulto normal, 1 brazalete para adulto pequeño, 1 brazalete para paciente obeso. Todos reusables y libre de latex • 01 Cable de extensión (interfaz) de sensor de saturometría • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia tipo dedal para adulto • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia para oreja de adulto • 01 Carro de transporte • 01 Termómetro reutilizable digital , con medición de temperatura axilar y rangos de medición entre 34°C y 42°C o mayor de grado hospitalario. (se acepta propuesta de termómetro timpánico, siempre que sea de grado médico) • Set de 60 vainas desechables para termómetro. Cantidad: Un (1) set de vainas por cada monitor. (Para ofertas con termómetro timpánico, se acepta que no se entreguen las vainas correspondientes si es que no aplican.) • Accesorios globales para el total de equipos a adquirir — 6 Sensores reutilizables SpO2 tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia tipo dedal para adulto • 6 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia para oreja de adulto		