

Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico · Odontología


Nuevo Hospital Del Salvador · Servicio Clínico 2026

Catastro completo del servicio según el Despliegue oficial de Equipamiento (Servicio Clínico 2026), agrupado por familia.

Tipos	Unidades	Recintos
26	129	17

Ubicación en el hospital

Piso	Edificio	Servicio clínico 2026
P3	Atención Abierta (AA)	Odontología



Piso P3 · área «ODONTOLOGIA»

APOYO DIAGNOSTICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Negatoscopio Dental MINSTON MSTXD LED1 Ficha en Drive >	21
	Fonendoscopio ADC Proscope 670 Ficha en Drive >	15
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • 01 par de olivas de repuesto.		

APOYO QUIRURGICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Lampara Procedimiento a techo Nexor Nova 350 a techo Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Accesorios		
• 20 conos reutilizables por equipo		
	Electrobisturi Baja Potencia MEGADYNE MEGAPOWER Ficha en Drive >	3
» Accesorios y componentes de la tipología · 13 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)		
Accesorios básicos		
• Electroodos monopolares — 6 Punta de electrodo reutilizables en forma de lazo.		
• 6 Punta de electrodo reutilizable en forma de aguja.		
• 6 Punta de electrodo reutilizable en forma de bola.		
• Pinzas bipolares — 3 Pinza bipolar aislada de diferentes medidas		
• General — Cable extensión electrodo		
• Mango porta electrodo		
• 5 placas pacientes		
• 2 Cables placa paciente		
• Adaptadores universales, en caso de ser necesarios		
• Carro rodable de fábrica.		
• Cable alimentación eléctrica		
• Pedal para activación monopolar y bipolar		
• Incluye toda conexión, cable, parte o accesorio requerido para el funcionamiento		

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Rayos X Dental Panoramico VATECH PCH-30CS Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 02 Delantales plomados con protector tiroideo • 01 Perchero para delantal plomado, que soporte 3 prendas		
	Tomografo Axial Computarizado Dental DÜRR DENTAL / VistaVox S Ceph VistaVox S Ceph Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 4 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 02 Delantales plomados con protector tiroideo • 01 Perchero para delantal plomado, que soporte 3 prendas Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Consola operador — Un (1) Monitor de 21 " mínimo de alta resolución 1920 x 1080 • Procesamiento de imágenes — Un Computador para Post Procesamiento con pantalla de minimo de 21"		
	Rayos X Dental Intraoral DENTSPLY SIRONA DÜRR DENTAL HELLODENT PLUS - VISTASCAN MINI VIEW Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 14 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 2 Delantales plomados con collarín tiroideo • 1 Perchero para delantal plomado, 3 prendas • 1 Control remoto estándar • Peliculas — 02 Peliculas Tamaño 0 • 02 Peliculas Tamaño 1 • 16 Peliculas Tamaño 2 • 02 Peliculas Tamaño 3 • 01 Pelicula Tamaño 4 • Fundas — 500 Fundas Tamaño 0 • 1000 Fundas Tamaño 1 • 10000 Fundas Tamaño 2 • 500 Fundas Tamaño 3 • 100 Fundas Tamaño 4 Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Consola operador — Procesador: Intel Core i5 2.8 Ghz o superior		

MOBILIARIO CLINICO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Mesa Mayo PARAMOUNT PF-4000 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Carro Transporte Material Esteril SEBA A medida Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Silla De Ruedas INVACARE ACTION 2 NG Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No Aplica		

MONITOREO		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Desfibrilador tipo DEA Nihon Kohden AED-2150 Ficha en Drive >	1
	» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Kit de electrodos de estimulación, desfibrilación. • El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.	
	Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria WELCHALLYN CSM-75	1
	» Accesorios y componentes de la tipología · 10 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Accesorios básicos por monitor — 01 manguera de presión no invasiva • 01 Set para medición de PNI compuesto por: 2 brazalete para adulto normal, 1 brazalete para adulto pequeño, 1 brazalete para paciente obeso. Todos reusables y libre de latex • 01 Cable de extensión (interfaz) de sensor de saturometría • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia tipo dedal para adulto • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia para oreja de adulto • 01 Carro de transporte • 01 Termómetro reutilizable digital , con medición de temperatura axilar y rangos de medición entre 34°C y 42°C o mayor de grado hospitalario. (se acepta propuesta de termómetro timpánico, siempre que sea de grado médico) • Set de 60 vainas desechables para termómetro. Cantidad: Un (1) set de vainas por cada monitor. (Para ofertas con termómetro timpánico, se acepta que no se entreguen las vainas correspondientes si es que no aplican.) • Accesorios globales para el total de equipos a adquirir — 6 Sensores reutilizables SpO2 tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia tipo dedal para adulto • 6 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o propia para oreja de adulto	
	Monitor ECG Signos Vitales Baja Complejidad GENERAL ELECTRIC B105 Ficha en Drive >	2
	» Accesorios y componentes de la tipología · 25 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios básicos • Accesorios Básicos por monitor — 01 Cable troncal de 3 lead R: Se aclara. Se acepta cables de 3 y 6 derivadas o cable de conexión completa sin división en más latiguillos. • 01 Cable troncal de 5 a 6 lead • 01 Cable ECG de 3 lead • 01 Cable ECG de 5 a 6 lead • Set de al menos 50 electrodos desechables para ECG adulto • 01 manguera de presión no invasiva • 01 Set para medición de PNI compuesto por: 2 brazalete para adulto normal, 1 brazalete para adulto pequeño, 1 brazalete para paciente obeso. Todos reusables • 01 Cable de extensión (interfaz) de sensor de saturometría • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o tecnología propia tipo dedal para adulto • 01 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo, Nellcor Oximax o tecnología propia para oreja de adulto • 01 cables conectores al módulo de temperatura R: Se aclara. Se aceptan ofertas con cable único (troncal + sensor de temperatura) , siempre que se oferte sensores para piel y esofágica/rectal según EETT N° 76 y 77 • 01 Sensor de temperatura de piel adulto • 01 Sensor de temperatura esofágica/rectal • 01 Carro de transporte • Accesorios globales para el total de equipos a adquirir en Monitores de Baja Complejidad — 15 Cable troncal de 3 lead reutilizable. R: Se aclara. Se acepta cable de ECG y troncal unidos o troncal para 3 y 6 derivadas, esto en las cantidades solicitadas. • 15 Cable troncal de 5 lead reutilizable • 20 Cable ECG de 3 lead • 20 Cable ECG de 5 lead	

- 35 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo o Nellcor Oximax tipo dedal para adulto R: Se aclara. Se acepta sensores SpO2 de tecnología propia, esto para el total de la oferta.
- 35 Sensores reutilizable SpO2 Tecnologías Masimo o Nellcor Oximax para oreja de adulto
- 20 Sensores de temperatura de piel adulto
- 20 Sensor de temperatura esofágica/rectal
- Operación — Manual de operación en idioma español
- Manual de servicio (inglés o español)
- El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional.

ODONTOLOGIA		
Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
	Unidad Dental Completa FLIGHT DENTAL A6 Ficha en Drive >	19
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 2 cajas plasticas de dos litros aproximada		
	Sillon dental FLIGHT DENTAL SYSTEMS A12 - Solo sillón	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Amalgamador Dental TPC D650N Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 1 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • No aplica		
	Destartrador Ultrasonico BEYES Comfort-Sonic P6 Plus Ficha en Drive >	7
» Accesorios y componentes de la tipología · 2 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 08 kit de Insertos (cada kit compuesto por 3 Insertos compatible con el equipo) • 01 Llave de torque (si corresponde)		
	Lampara De Fotocurado BEYES Slimax-C plus Ficha en Drive >	17
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Guía de Luz • 01 Cargador de batería • 01 Protector ocular		

	Localizador apical Pareja Lecaros Ai-Pex Ficha en Drive >	3										
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)												
Accesorios obligatorios • 04 Ganchos labiales como mínimo • 04 Clips Porta Lima • 02 Sonda Táctil												
	Articulator Profesional BIO-ART A7PLUS CON ARCO ELITE Ficha en Drive >	1										
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)												
Accesorios obligatorios • 01 desatornillador para arco facial • 01 destornillador para articulador • 01 Maleta o caja de Transporte												
<table><tr><td>Tipo de equipo</td><td>140002</td></tr><tr><td>Familia</td><td>Odontología</td></tr><tr><td>Nombre</td><td>Articulador Semiajustable</td></tr><tr><td>Marca</td><td>Bio-art</td></tr><tr><td>Modelo</td><td>Articulador 4000-S con arco s</td></tr></table> 	Tipo de equipo	140002	Familia	Odontología	Nombre	Articulador Semiajustable	Marca	Bio-art	Modelo	Articulador 4000-S con arco s	Articulator Semiajustable BIO-ART ARTICULADOR 4000-S CON ARCO S Ficha en Drive >	1
Tipo de equipo	140002											
Familia	Odontología											
Nombre	Articulador Semiajustable											
Marca	Bio-art											
Modelo	Articulador 4000-S con arco s											
» Accesorios y componentes de la tipología · 3 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)												
Accesorios obligatorios • Arco Facial de montaje rápido. • Estuche. • Platinas de montaje metálicas.												
—	Motor Colgante Meta dental corp Marathon Champion 3 Ficha en Drive >	13										
» Accesorios y componentes de la tipología · 4 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)												
Accesorios obligatorios • 01 Pieza de mano • 01 Pedal de control • 01 Kit de Trabajo Standard (incluye fresas) • 01 Soporte de pieza de mano												
	Hemoaspirador DÜRR DENTAL VC 45 Ficha en Drive >	3										
» Accesorios y componentes de la tipología · 4 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI)												
Accesorios obligatorios • Frasco de Desecho — 02 Frascos contenedores de capacidad maxima de 3 Lt aproximado de material esterilizable (no de vidrio) • 10 filtros • 01 Pedal de Control • 2 Mangueras												

	Motor Con Irrigacion Para Implantes NSK Surgic AP2 Ficha en Drive >	2
» Accesorios y componentes de la tipología · 4 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Soporte para pieza de mano • 05 tubos de irrigación • 01 maletín de esterilización • 01 Colgador de soluciones de refrigerante		
	Motor cirugía Maxilofacial STRYKER TPX + CORE 2 Ficha en Drive >	1
» Accesorios y componentes de la tipología · 8 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 3 Set de hojas de sierras (cada set para cirugías máxilofaciales de 10 hojas cada uno). • Adaptador de sierra sagital. • 02 Soporte para pieza de mano • 01 Pedal de funcionamiento • 01 maletín de esterilización • 01 Colgador como mínimo de soluciones de refrigerante • 01 Llave de torsión • 01 Kit de insertos estándar para pieza de mano Piezo Electrica		
	Paralelometro MESTRA 50310 Ficha en Drive >	6
» Accesorios y componentes de la tipología · 9 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • 01 Kit básico de herramientas (para mover ángulos) • 01 Kit de púas/puntas para corte y marcaje: punta corte de izquierda, punta de corte a derecha y punta con punta de grafito • 01 sostenedor de modelos • 01 Cíncel para cera • 01 Punta de exploración en forma de aguja • 03 Galgas de socavados • 01 sostenedor de grafito • 01 Collet grosor 3 milímetros aproximado • 01 Collet grosor 2.5 milímetros aproximado		