

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIE

Corso di Laurea Triennale in Fisica

Caratterizzazione del rumore e calibrazione energetica dei rivelatori criogenici per l'esperimento CRESST

Relatore: Prof.ssa Alessandra Carlotta Re

Correlatore: Dott.ssa Francesca Pucci, Dott. Stefano di Lorenzo

Elaborato di:
Mattia Monzani
Matr. 33815A
Codice P.A.C.S.: 29.40.Mc, 29.40.Ka

Anno Accademico 2025-2026

All’anno della tigre.

Indice

Introduzione **1**

1 Introduzione alla Materia Oscura **3**

1.1 Evidenze astrofisiche e cosmologiche 4

1.1.1 Curve di rotazione delle galassie a spirale 4

1.1.2 Il Bullet Cluster e gravitational lensing 5

1.1.3 Anisotropie della Radiazione Cosmica di Fondo (CMB) 7

1.2 Possibili candidati di Materia Oscura 8

1.2.1 WIMPs (Weakly Interacting Massive Particles) 11

1.2.2 Assioni 12

1.3 Tecniche di rivelazione 13

1.3.1 Produzione nei collider 13

1.3.2 Rivelazione indiretta 14

1.3.3 Rivelazione diretta 15

1.4 Stato dell'arte ed evoluzione delle sensibilità 18

2 L'esperimento CRESST **21**

2.1 Il principio di rivelazione: il doppio canale 21

2.2 Come viene letto il segnale: TES e SQUID 22

2.2.1 Il sistema di refrigerazione: il criostato a diluizione 25

2.2.2 Discriminazione del fondo: il Light Yield 27

2.3 Schermi attivi e passivi 29

3 Costruzione dell'Optimum Filter e Caratterizzazione del Rumore 33

3.1 Struttura dei Dati e Parametrizzazione delle Tracce 33

3.2 Formalismo Teorico dell'Optimum Filter 35

3.3 Caratterizzazione del Rumore e Stima del Noise Power Spectrum 37

3.4 Costruzione dei Template di Segnale 38

3.4.1 Template Fononico per Eventi di Particella 39

3.4.2 Template dei TestPulses e Confronto Morfologico 41

3.5 Implementazione dell'Optimum Filter e Risultati 41

3.6 Determinazione della Soglia Operativa ed Efficienza di Trigger 43

4 Calibrazione Energetica del Rivelatore 47

4.1 Strategie di Calibrazione: Limiti del ^{55}Fe e Sorgente di ^{57}Co 47

4.2 Ricostruzione dei Segnali Saturi e Studio della Linearità 49

4.2.1 Ricostruzione del picco con CAIT 49

4.2.2 Analisi dei Testpulses ricostruiti 51

4.3 Estrazione dei Picchi e Curva di Calibrazione 52

4.3.1 Fisica delle sorgenti di calibrazione (^{57}Co e ^{55}Fe) 53

4.3.2 Fit dei picchi del Cobalto e del Ferro 56

4.3.3 Linearizzazione delle Ampiezze e Costruzione della Curva di Calibrazione 61

4.4 Calibrazione a Bassa Soglia Mediante Rinculi Nucleari 63

Conclusioni 67

5 Conclusioni e Prospettive 67

Bibliografia 72

Ringraziamenti 73

Introduzione

La determinazione della natura della materia oscura costituisce uno dei problemi aperti più profondi della fisica fondamentale contemporanea. Sebbene molteplici evidenze sperimentali indipendenti su scala astrofisica e cosmologica (dalle anomalie cinematiche nelle curve di rotazione galattiche al comportamento delle galassie in collisione come lente gravitazionale) convergano nell'attestare che oltre l'80% della materia presente nell'Universo non sia di natura barionica, la sua composizione rimane a oggi sconosciuta.

I candidati teorici più accreditati sono le WIMP (*Weakly Interacting Massive Particles*), particelle massive neutre che nell'Universo primordiale si creavano e annichilivano continuamente fino al momento del freeze-out, in cui il progressivo raffreddamento ha arrestato prima i processi di creazione e poi quelli di annichilazione. Per riprodurre l'abbondanza cosmologica osservata oggi, la sezione d'urto di annichilazione richiesta deve essere tipica dell'interazione nucleare debole: questa notevole coincidenza teorica (nota come WIMP miracle) rende tale candidato particolarmente solido e motiva la progettazione di esperimenti dedicati all'osservazione diretta di questa interazione. Negli ultimi decenni, imponenti esperimenti di rivelazione diretta basati su bersagli a gas nobili liquefatti hanno esplorato estesamente la finestra standard delle WIMP con masse dell'ordine dei GeV − TeV, escludendo porzioni considerevoli dello spazio dei parametri. Oggi, la comunità scientifica rivolge un crescente interesse verso candidati di materia oscura leggeri, con masse sub-GeV. In questa finestra cinematica, gli urti elastici contro i nuclei bersaglio rilasciano energie di rinculo estremamente esigue, inferiori al keV, risultando inaccessibili ai rivelatori tradizionali ad alta soglia e richiedendo tecnologie di sensoristica innovative ad altissima sensibilità.

In tale scenario si colloca l'esperimento CRESST (*Cryogenic Rare Event Search with Superconducting Thermometers*), operativo presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS). CRESST impiega cristalli scintillanti di ($CaWO_4$) raffreddati a circa 10 mK mediante criostati a diluizione ^{3}He/^{4}He. La lettura combinata del calore (tramite sensori a transizione di fase, TES, e amplificatori SQUID) e della contemporanea luce di scintillazione consente sia una straordinaria discriminazione del fondo radioattivo sia il raggiungimento di soglie energetiche dell'ordine di poche decine di elettronvolt,

posizionando l'esperimento all'avanguardia mondiale nell'indagine della materia oscura leggera.

Il raggiungimento di soglie così basse e la corretta interpretazione di eventuali segnali fisici pongono due sfide: il trattamento del rumore sperimentale e la determinazione accurata della scala energetica del calorimetro. Il presente lavoro di tesi affronta sistematicamente entrambe queste problematiche attraverso l'analisi dei dati acquisiti dal rivelatore `TUM93A`.

L'elaborato è organizzato in cinque capitoli:

- Il **Capitolo 1** delinea il quadro teorico e fenomenologico della materia oscura, ripercorrendo le principali evidenze sperimentali, le classi di candidati particellari (WIMP e assioni) e lo stato dell'arte delle tecniche di rivelazione diretta, indiretta.
- Il **Capitolo 2** presenta l'apparato sperimentale di CRESST, approfondendo il principio della lettura a doppio canale (calore e luce) e la discriminazione del fondo tramite *Light Yield*. Vengono inoltre descritti i sensori superconduttori TES accoppiati a SQUID, l'articolata schermatura passiva e attiva contro i muoni cosmici e il funzionamento del criostato a diluizione.
- Il **Capitolo 3** è dedicato alla caratterizzazione del rumore sperimentale e allo sviluppo dell'algoritmo di filtraggio digitale. Viene formulato l'Optimum Filter (OF) nel dominio delle frequenze a partire dalla stima della densità spettrale di potenza del rumore (*Noise Power Spectrum*) e dai template per impulsi di particella e impulsi termici artificiali (*testpulses*). L'applicazione del filtro permette di quantificare l'efficienza di rivelazione mediante simulazioni e di definire una soglia operativa di trigger al livello dell'1% di eventi spuri, corrispondente a una soglia energetica equivalente di circa 37 eV.
- Il **Capitolo 4** affronta la calibrazione energetica del calorimetro attraverso l'analisi congiunta di una sorgente interna a bassa energia di ^{55}Fe e di una sorgente γ penetrante ad alta energia di ^{57}Co. Viene trattata la risposta non lineare del sensore e la ricostruzione degli impulsi saturi tramite algoritmi a template troncato (`cait`). La validità dell'estrapolazione della curva di calibrazione verso la regione sub-keV viene confermata dal confronto con le emissioni del ^{55}Fe (entro uno scarto relativo inferiore al 5%) e applicata infine alla predizione dell'ampiezza attesa per il rinculo nucleare monoenergetico a 112.4 eV indotto da cattura di neutroni termici su ^{182}W.
- Il **Capitolo 5** raccoglie le conclusioni del lavoro discutendo le prospettive applicative per le future campagne di misura di CRESST-III.

Capitolo 1

Introduzione alla Materia Oscura

Il concetto di materia oscura si riferisce a una componente ipotetica di materia che non emette, non assorbe e non riflette la radiazione elettromagnetica, risultando di fatto invisibile ai tradizionali strumenti di osservazione astronomica. La sua presenza viene dedotta esclusivamente attraverso gli effetti gravitazionali che essa esercita sulla materia visibile (o barionica) e sulla propagazione della luce su scale galattiche e cosmologiche.

L'esistenza di una componente di massa non luminosa nell'universo è stata ipotizzata per la prima volta negli anni '30 del Novecento dall'astrofisico svizzero Fritz Zwicky, attraverso lo studio del moto delle galassie all'interno del *Coma Cluster*. Negli anni '70, lo studio delle curve di rotazione delle galassie a spirale da parte di Vera Rubin e del suo gruppo [1] fornì una prova incontrovertibile dell'esistenza di materia oscura nell'universo.

Oggi, grazie ai precisi dati cosmologici ottenuti dai telescopi spaziali, sappiamo che la materia ordinaria costituisce solo una frazione minima del nostro Universo. All'interno del modello cosmologico standard (ΛCDM), la materia oscura costituisce circa il 26.8% della densità di energia totale dell'universo (corrispondente a oltre l'80% della materia totale esistente), mentre la materia barionica rappresenta appena il 4.9%. Il restante 68.3% è costituito dall'energia oscura, responsabile dell'espansione accelerata del cosmo.

Nel corso degli ultimi decenni, sono state raccolte numerose e indipendenti evidenze sperimentali a sostegno della presenza di materia oscura su diverse scale cosmiche. Oltre alle curve di rotazione galattiche, prove cruciali derivano dallo studio delle anisotropie della Radiazione Cosmica di Fondo (CMB), dall'effetto di lente gravitazionale osservato nei grandi ammassi, e dalla dinamica di sistemi in collisione come il celebre *Bullet Cluster*.

1.1 Evidenze astrofisiche e cosmologiche

1.1.1 Curve di rotazione delle galassie a spirale

Una delle evidenze più robuste e immediate della presenza di materia oscura su scala galattica deriva dallo studio delle curve di rotazione delle galassie a spirale. La curva di rotazione rappresenta l'andamento della velocità orbitale $v(r)$ delle stelle e del gas interstellare in funzione della loro distanza r dal centro galattico.

Sperimentalmente, la determinazione delle velocità a grandi distanze dal nucleo è resa possibile dall'osservazione dello spostamento Doppler (redshift e blueshift) della riga di emissione a 21 cm dell'idrogeno neutro. Esso rappresenta un ottimo tracciante cinematico poiché le nubi di idrogeno neutro si estendono molto al di fuori del disco visibile della galassia, permettendo di raccogliere dati anche a molti kiloparsec di distanza dal centro galattico.

Dal punto di vista teorico, assumendo che la massa della galassia sia concentrata prevalentemente nella sua componente luminosa (stelle e gas) all'interno del bulge centrale e del disco, per regioni sufficientemente distanti dal centro ($r > R_{\text{gal}}$) la massa racchiusa $M(r)$ approssima la massa totale visibile M_{tot} e diventa costante. Uguagliando la forza gravitazionale e la forza centripeta

$$\frac{GM(r)m}{r^2} = \frac{mv^2(r)}{r} \tag{1.1}$$

ed esplicitando la velocità orbitale, si ottiene il profilo kepleriano atteso:

$$v(r) = \sqrt{\frac{GM(r)}{r}} \propto \frac{1}{\sqrt{r}} \tag{1.2}$$

Ci si aspetterebbe quindi una curva che, dopo una crescita iniziale lineare nel core galattico e il raggiungimento di un picco, decada proporzionalmente a $1/\sqrt{r}$ all'aumentare della distanza.

Tuttavia, le osservazioni cinematiche mostrano un andamento radicalmente differente: superato il picco iniziale, la curva di rotazione non decade affatto, ma rimane approssimativamente costante a un valore v_{max} costante fino a diverse decine di kiloparsec dal centro, come mostrato in Figura 1.1.

Per mantenere $v(r) =$ costante nell'equazione (1.2), la massa totale racchiusa non può essere costante, ma deve crescere linearmente con il raggio:

$$M(r) \propto r \tag{1.3}$$




Figura 1.1: Confronto tra la curva di rotazione predetta dal modello kepleriano (in rosso) basato sulla sola materia visibile e la curva osservata sperimentalmente (in bianco), caratterizzata da un andamento piatto. Immagine tratta da [2].

Questo comportamento implica necessariamente la presenza di una considerevole componente di massa non luminosa che domina le regioni esterne della galassia, il cui profilo di densità deve decadere come il quadrato del raggio:

$$\rho(r) \propto \frac{1}{r^2} \tag{1.4}$$

Tale distribuzione di densità è incompatibile con la struttura geometrica a disco tipica della materia barionica visibile in queste galassie. Inoltre, lo studio della cinematica stellare perpendicolare al piano galattico (ovvero le misurazioni effettuate sul moto verticale delle stelle) conferma che questo deficit di massa non è confinato sul piano del disco, ma è distribuito in modo isotropo e sfericamente simmetrico. Si teorizza quindi che ogni galassia a spirale sia immersa in un vasto e massiccio alone di materia oscura a simmetria sferica, che si estende ben oltre i confini della materia visibile.

1.1.2 Il Bullet Cluster e gravitational lensing

Un'altra convincente prova dell'esistenza di materia oscura, proviene dallo studio dell'ammasso di galassie *Bullet Cluster* (1E 0657-558). Questo sistema è il risultato di una collisione ad alta velocità tra due sotto-ammassi di galassie.

In un ammasso galattico, la componente barionica dominante in termini di massa non è rappresentata dalle stelle delle galassie, bensì dal gas interstellare caldo, detto *Intracluster medium* (ICM), che permea lo spazio tra una galassia e l'altra. Durante la collisione, la materia barionica ha manifestato comportamenti macroscopicamente distinti:

- **Il gas intra-ammasso**, interagendo attraverso interazione elettromagnetica, ha subito un forte attrito che ne ha causato il rallentamento e il conseguente riscalda-




Figura 1.2: Bullet Custer: in rosa il gas intracluster che emette raggi X, in blu la distribuzione di materia oscura calcolata tramite *gravitational lensing*. Sullo sfondo la stessa immagine vista nello spettro ottico. Immagine presa da [3]

mento, lasciandolo confinato nella regione centrale dello scontro, dove si nota una forte emissione di raggi X termici di frenamento (*bremsstrahlung*).

- **Le componenti stellari** delle galassie, essendo sistemi compatti, sono passate oltre la zona di impatto senza subire rallentamenti significativi.

Se la dinamica cosmologica fosse governata esclusivamente dalla materia barionica soggetta a leggi gravitazionali modificate (come la teoria MOND, *Modified Newtonian Dynamics*, che cerca di giustificare l'andamento della curva di rotazione delle galassie a spirale senza introdurre la materia oscura), il minimo del potenziale gravitazionale del sistema dovrebbe coincidere con il centro della distribuzione spaziale del gas, dove risiede la quasi totalità della massa ordinaria.

Tuttavia, le mappe della densità di massa totale ottenute mediante tecniche di *gravitational lensing*, sfruttando le distorsioni geometriche della luce proveniente da galassie di fondo, mostrano che i minimi del potenziale gravitazionale si trovano in corrispondenza delle componenti galattiche che non hanno subito collisioni, nettamente separati e spazialmente disaccoppiati dal plasma barionico, come visibile in Figura 1.2.

Questo fenomeno di disaccoppiamento spaziale tra la massa visibile e il centro di massa gravitazionale fornisce la prova empirica che la maggior parte della materia nel sistema è costituita da una componente invisibile che sicuramente non interagisce nè tramite interazione elettromagnetica nè forte: la materia oscura.

1.1.3 Anisotropie della Radiazione Cosmica di Fondo (CMB)

Mentre le curve di rotazione galattiche e il Bullet Cluster costituiscono evidenze di natura astrofisica e locale, la Radiazione Cosmica di Fondo (CMB, *Cosmic Microwave Background*) fornisce una prova di natura prettamente cosmologica, legata all'evoluzione dell'Universo primordiale.

La CMB rappresenta la radiazione fossile emessa all'epoca della ricombinazione (circa 380 000 anni dopo il Big Bang), quando la temperatura del cosmo discese sotto la soglia dei ~ 3000 K. A queste energie, i protoni e gli elettroni liberi si legarono per formare idrogeno neutro; questo evento causò il disaccoppiamento dei fotoni dal plasma barionico, rendendo l'Universo trasparente alla radiazione. I fotoni primordiali, in viaggio da allora, hanno subito un drastico redshift a causa dell'espansione cosmologica fino a raggiungere i nostri rivelatori.

La mappa della CMB (Figura 1.3) mostra uno spettro di corpo nero quasi perfetto a una temperatura media di $T_0 \approx 2.725$ K, caratterizzato da microscopiche fluttuazioni termiche dell'ordine di $\Delta T/T_0 \sim 10^{-5}$. Dal punto di vista fisico, tali fluttuazioni (chiamate anisotropie della CMB) rappresentano la firma termica delle onde acustiche primordiali: esse costituiscono i "*semi*" da cui si sono formate le attuali strutture cosmiche, come galassie e ammassi, e offrono una prova decisiva della presenza di materia oscura.

Nel plasma antecedente alla ricombinazione, la materia barionica era soggetta a due forze contrapposte: l'attrazione gravitazionale, che ne favoriva il collasso, e la pressione di radiazione esercitata dai fotoni (fortemente accoppiati agli elettroni tramite *scattering Thomson*), che tendeva a far espandere il fluido verso l'esterno. Questa competizione generava delle vere e proprie oscillazioni acustiche.

In questo scenario, il ruolo della materia oscura risulta fondamentale. Essendo priva di accoppiamento elettromagnetico, la materia oscura non risentiva della pressione di radiazione dei fotoni. Di conseguenza, ha potuto iniziare il proprio collasso gravitazionale molto prima della ricombinazione, "*scavando*" pozzi di potenziale gravitazionale profondi e stabili all'interno dei quali la materia barionica è successivamente precipitata.

L'analisi statistica di queste anisotropie viene eseguita scomponendo la mappa in armoniche sferiche per ricavarne lo spettro di potenza angolare (Figura 1.4). L'altezza e la posizione dei picchi acustici di questo spettro forniscono una misura diretta e ad altissima precisione dei parametri cosmologici.

Il primo picco, situato a una scala angolare $\theta \approx 1^\circ$ (corrispondente al momento di multipolo $\ell \approx 220$), rappresenta l'ampiezza apparente delle regioni di plasma che hanno fatto in tempo a subire esattamente una sola massima compressione prima del disaccoppiamento. La sua posizione fornisce la prova sperimentale che l'Universo è geometricamente piatto




Figura 1.3: Mappa delle anisotropie di temperatura della radiazione cosmica di fondo ricostruita con i dati del satellite Planck. La CMB si comporta come un corpo nero con una temperatura media di 2.725 K, presentando minime deviazioni da un emettitore perfetto. Tali deviazioni si manifestano come fluttuazioni termiche dell'ordine di circa ± 300 μK (con variazioni medie di circa 18 μK), le quali riflettono le anisotropie primordiali della densità di materia. Immagine tratta da [4].

$(\Omega = 1)$.

L'evidenza più marcata della materia oscura emerge dall'analisi dei picchi successivi. Il secondo picco, corrispondente alla prima fase di massima rarefazione (il "rimbalzo" del plasma verso l'esterno), risulta significativamente più basso rispetto al primo. Questo smorzamento è dovuto proprio all'azione della materia oscura: non subendo la spinta della radiazione, la materia oscura è rimasta confinata nel fondo dei pozzi di potenziale, esercitando una forte attrazione gravitazionale che ha ostacolato e frenato l'espansione del fluido barionico verso l'esterno. Il terzo picco, legato alla seconda compressione massima, beneficia nuovamente del potenziale gravitazionale della materia oscura, mostrando un'ampiezza paragonabile al secondo picco.

I dati sperimentali confermano con straordinaria precisione il modello cosmologico standard ΛCDM, stabilendo che la materia oscura fredda (CDM) costituisce circa il 26.8% della densità di energia totale dell'Universo, a fronte di un esiguo 4.9% attribuibile alla materia barionica ordinaria.

1.2 Possibili candidati di Materia Oscura

Le evidenze cinematiche e cosmologiche discusse nei paragrafi precedenti delineano l'esistenza di una nuova forma di materia la cui natura fondamentale resta ignota, ma di cui è possibile tracciare un preciso profilo identitario. Affinché un candidato particellare




Figura 1.4: Spettro di potenza angolare ottenuto da WMAP-1 (rosso) e WMAP-3 (blu) confrontato con la previsione teorica del modello ΛCDM (linea nera). L'asse delle ascisse rappresenta il momento di multipolo ℓ, mentre l'asse delle ordinate mostra l'ampiezza delle anisotropie della CMB. Immagine tratta da [5].

sia accettabile, deve soddisfare simultaneamente quattro requisiti fondamentali:

1. **Massivo:** dati gli effetti gravitazionali sulle galassie a spirale
2. **Stabile o quasi-stabile:** con un tempo di vita medio nettamente superiore all'età dell'Universo ($\tau \gg 13.8 \times 10^9$ anni), garantendone la permanenza dall'epoca della ricombinazione fino all'Universo locale contemporaneo.
3. **Non luminoso:** elettricamente neutro e privo di carica di colore, per giustificare l'assenza di interazioni elettromagnetiche e forti dirette.
4. **Non relativistico:** per permettere il corretto collasso gravitazionale delle strutture su piccola scala.

I candidati di natura barionica non luminosa, storicamente raggruppati sotto il nome di MACHOs (*Massive Compact Halo Objects*), sono oggi sperimentalmente esclusi dai dati ottenuti attraverso *microlensing*. Si rende quindi necessario esplorare scenari di materia oscura non barionica.

Per catalogare la vasta gamma di particelle ipotizzate dalla fisica teorica, una prima fondamentale distinzione risiede nella cinematica delle particelle e nel loro impatto sulla formazione delle strutture:

- **Hot Dark Matter (HDM):** Costituita da particelle leggere (scala dell'eV) e relativistiche. Avendo un'energia cinetica così elevata, è molto probabile si siano




Figura 1.5: Confronto cinematico tra i meccanismi di produzione termica (*freeze-out*, linee continue a destra) e non termica (*freeze-in*, linee tratteggiate a sinistra) in funzione del parametro evolutivo $x = m_\chi/T$. La linea grigia orizzontale indica il valore della densità relitta misurato dal satellite Planck ($\Omega_\chi h^2 \approx 0.12$). Nel *freeze-out*, le curve deviano dall'abbondanza di equilibrio termico a seconda della sezione d'urto di annichilazione. La linea verde, che fitta perfettamente i dati di Planck, corrisponde al valore ideale dell'interazione debole ($\sim 10^{-26}$ cm^{3}s^{-1}, il *WIMP miracle*). Nel *freeze-in*, l'abbondanza parte da zero e cresce per rari urti termici fino a stabilizzarsi; la linea verde tratteggiata rappresenta il valore di sezione d'urto di produzione necessario a riprodurre correttamente la densità di materia oscura attuale ($\sim 10^{-47}$ cm^{3}s^{-1}, impossibile da rilevare in esperimenti come CRESST). Immagine tratta da [6].

formati prima i superammassi che poi si sono divisi in strutture più piccole. Il modello che spiega questa evoluzione è detto Top-Down ed è oggi escluso dalle osservazioni della struttura su grande scala dell'Universo.

- **Cold Dark Matter (CDM):** Composta da particelle massive o nate cinematicamente fredde, con velocità non relativistiche ($v \ll c$) già nelle prime fasi evolutive. Il modello evolutivo di tipo Bottom-Up predice invece la formazione iniziale di piccole strutture, poi aggregatesi in ammassi più grandi.

Un secondo criterio di classificazione, riguarda il meccanismo di produzione della densità di materia oscura (Ω_{DM}) misurata oggi, illustrato in Figura 1.5:

- **Produzione Termica:** La materia oscura si trovava inizialmente in equilibrio termico e chimico con il plasma del Modello Standard nell'Universo primordiale, attraverso interazioni della forma

$$\mathrm{DM} + \mathrm{DM}\,(+\,\mathrm{DM}...) \leftrightarrow \mathrm{SM\ particles}. \tag{1.5}$$

  La sua abbondanza attuale viene determinata dal meccanismo di *freeze-out*, ovvero l'arresto delle reazioni di annichilazione dovuto all'espansione del cosmo.

- **Produzione Non Termica:** La materia oscura non termica non raggiunge l'equilibrio con le particelle del Modello Standard nel plasma primordiale, poiché governata da un'interazione estremamente più debole di quella nucleare debole. Viene generata per via quantistica o geometrica (come nei meccanismi di *freeze-in* o di disallineamento), nascendo cinematicamente fredda anche se caratterizzata da una massa estremamente esigua.

I candidati più quotati al giorno d'oggi sono le WIMPs e gli assioni, entrambi appartenenti alla famiglia della Cold Dark Matter. Uno schema di tutti i possibili candidati in funzione della massa è riportato in Figura 1.6




Figura 1.6: Principali candidati di materia oscura divisi in range di massa, dal peV (assioni) alla massa di Planck ($1.2 \cdot 10^{19}$ GeV). Riadattato da [7].

1.2.1 WIMPs (Weakly Interacting Massive Particles)

Le WIMPs rappresentano la classe di candidati di tipo CDM termico più accreditata e costituiscono l'obiettivo primario di esperimenti di rivelazione diretta come CRESST. Si tratta di particelle ipotetiche stabili, con una massa tipicamente compresa tra i GeV e i TeV, che interagiscono con la materia ordinaria esclusivamente tramite la gravità e l'interazione nucleare debole (o un'interazione con sezione d'urto analoga).

Essendo candidati a produzione termica, nelle prime fasi dell'Universo queste particelle si trovavano in equilibrio chimico e termico con il plasma primordiale attraverso processi di creazione e annichilazione del tipo $\chi\bar{\chi} \rightleftharpoons \mathrm{SM\,SM}$, in cui i due tassi di reazione si compensavano.

A seguito dell'espansione dell'Universo, la temperatura del plasma è scesa, e quando $T < m_\chi$, il processo di creazione si è spento, mentre il processo di annichilazione, seppur rallentato dalla progressiva diluizione delle WIMP, è proseguito.

Quando il tasso di espansione dell'Universo (H, costante di Hubble) è diventato confrontabile e poi superiore al tasso di annichilazione, le particelle non sono più riuscite a incontrarsi efficacemente. Il processo di annichilazione si è congelato (*freeze-out*) e l'abbondanza per unità di volume comovente ha determinato la densità relitta osservata oggi.

È interessante notare come le conclusioni teoriche ricavate inserendo i valori tipici della sezione d'urto dell'interazione debole conducano a una densità relitta che coincide sorprendentemente con i dati sperimentali osservati dal satellite Planck. Questa convergenza spontanea prende il nome di *WIMP miracle*, e fornisce una solida giustificazione teorica alla ricerca di tali candidati nella finestra energetica dei GeV-TeV.

Negli ultimi anni l'interesse sperimentale si è progressivamente esteso verso candidati di materia oscura con masse inferiori alla scala tipica delle WIMP tradizionali ($\sim 10\,\mathrm{GeV} - 1\,\mathrm{TeV}$). Da un lato, infatti, decenni di ricerche dirette e indirette ad alta sensibilità hanno in gran parte escluso lo spazio dei parametri per masse dell'ordine dei GeV-TeV; dall'altro, solidi modelli teorici motivano fortemente l'esistenza di candidati sub-GeV. In questo panorama, CRESST sfrutta le sue bassissime soglie energetiche per esplorare questa regione di masse finora inaccessibile.

1.2.2 Assioni

L'assione è un candidato di materia oscura fredda a produzione non termica. La sua esistenza non è stata ipotizzata inizialmente per spiegare la massa mancante dell'Universo, ma per risolvere un problema teorico della fisica delle particelle noto come *problema della CP forte*. Le equazioni della Cromodinamica Quantistica (QCD) permettono teoricamente una violazione della simmetria di Carica e Parità (CP) per le interazioni forti, che però non è mai stata osservata. Per giustificare ciò è stata ipotizzata una nuova simmetria globale, la cui rottura spontanea genera l'assione. Tramite questo meccanismo, il parametro che regola la violazione di CP viene guidato dinamicamente a zero.

La caratteristica principale dell'assione è la sua massa estremamente ridotta, che i modelli cosmologici attestano nella finestra dei micro-elettronvolt ($m_a \sim 10^{-6} - 10^{-3}$ eV).

Essendo particelle così leggere, si potrebbe erroneamente dedurre che gli assioni si muovano a velocità relativistiche, comportandosi come materia oscura calda. Tuttavia, queste particelle state generate da un processo detto meccanismo di disallineamento, che prevede la creazione di queste particelle a partire da oscillazioni del campo quantistico dell'assione, poiché esso si trovava disallineato rispetto al suo stato di minima energia. Queste oscillazioni si comportano come particelle con momento lineare quasi nullo, e dunque un candidato di CDM.

Dal punto di vista sperimentale, l'assione interagisce in modo talmente debole da non poter essere rivelato tramite gli urti nucleari cercati da esperimenti come CRESST. La ricerca di queste particelle avviene quindi tramite esperimenti radicalmente diversi da quelli per la ricerca di WIMP, noti come elioscopi [8] e aloscopi [9].

1.3 Tecniche di rivelazione

Rivelare la materia oscura rappresenta una delle sfide più complesse della fisica contemporanea, poiché l'unica interazione sperimentalmente accertata su scala macroscopica è quella di natura gravitazionale. Tuttavia, assumendo l'ipotesi che la materia oscura sia composta da WIMPs, si aprono tre possibili canali di indagine, basati sul potenziale accoppiamento con le particelle del Modello Standard.

- **produzione nei collider**, in cui si tenta di produrre particelle di materia oscura facendo collidere particelle note ad altissime energie, cercandone la traccia sotto forma di energia o momento trasverso mancante nei prodotti di reazione.
- **rivelazione indiretta**, effettuata principalmente tramite telescopi terrestri e spaziali; questa tecnica mira a individuare i prodotti stabili derivanti dall'annichilazione o dal decadimento di particelle di materia oscura in zone ad alta densità cosmica (come il centro galattico), sotto forma di eccessi di raggi gamma, neutrini o antimateria.
- **rivelazione diretta**, consiste nell'esaminare in laboratori sotterranei gli urti elastici delle particelle di materia oscura del nostro alone galattico contro i nuclei atomici di un bersaglio (nel caso di CRESST, cristalli di $CaWO_4$).

I tre metodi di indagine sono riassunti schematicamente in Figura 1.7 e verranno analizzati singolarmente nei successivi paragrafi.

1.3.1 Produzione nei collider

La ricerca di materia oscura mediante collider viene svolta principalmente al *Large Hadron Collider* (LHC), facendo scontrare particelle del Modello Standard ad alta energia e andando a cercare un deficit nel bilancio dell'energia o del momento totale delle particelle create.

Tuttavia, trovare una nuova particella con questa tecnica non assicurerebbe automaticamente di aver individuato la materia oscura, ma si renderebbe necessaria una conferma




Figura 1.7: Rappresentazione schematica delle principali strategie di rivelazione della materia oscura.

indipendente tramite la rivelazione diretta o indiretta. Inoltre, date le brevi scale temporali e le distanze percorse dalle particelle all'interno dell'apparato sperimentale, non si avrebbe la certezza che la particella prodotta abbia una vita media paragonabile all'età dell'Universo, caratteristica invece fondamentale per la materia oscura.

1.3.2 Rivelazione indiretta

Sebbene nel paragrafo 1.2.1 si sia descritto il meccanismo di *freeze-out* come il congelamento delle annichilazioni dovuto alla drastica diminuzione della densità di materia oscura nell'Universo, questo scenario assume un cosmo omogeneo e non si applica su scala locale. All'interno delle strutture legate gravitazionalmente, come le galassie o gli ammassi di galassie, la materia oscura si è accumulata formando aloni ad altissima densità. In queste regioni, il tasso di interazione è sufficientemente elevato da consentire ai processi di annichilazione di proseguire attivamente anche nell'Universo contemporaneo.

La rivelazione indiretta si propone quindi di individuare i prodotti stabili derivanti da queste annichilazioni. Il processo genera particelle del Modello Standard che, attraverso successivi decadimenti, si convertono in flussi di raggi gamma, neutrini ad alta energia e antimateria cosmica (come antiprotoni e positroni). Questi segnali vengono successivamente catturati da telescopi e apparati sperimentali terrestri, come l'osservatorio per raggi gamma *MAGIC* o il rivelatore di neutrini *IceCube* al Polo Sud, oppure da spettrometri spaziali orbitanti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, come l'esperimento *AMS-02*.

1.3.3 Rivelazione diretta

La rivelazione diretta tenta di catturare i rarissimi eventi in cui una WIMP appartenente all'alone di materia oscura attraversa un rivelatore posto in un laboratorio sotterraneo e subisce uno scattering elastico coerente contro il nucleo atomico di un materiale bersaglio.

Il processo può essere modellizzato cinematicamente come un urto elastico a due corpi non relativistico (Figura 1.8) tra una particella di materia oscura χ di massa m_χ e un nucleo a riposo di massa m_N. Nell'approssimazione in cui la WIMP possiede una velocità iniziale v tipica del profilo galattico ($v \approx 220\,\mathrm{km/s}$), l'energia di rinculo E_R trasferita al nucleo a seguito dell'impatto dipende dall'angolo di scattering θ nel sistema del centro di massa ed è espressa dalla relazione:

$$E_R = \frac{\mu_N^2 v^2}{m_N}(1 - \cos\theta) \tag{1.6}$$

dove μ_N rappresenta la massa ridotta del sistema WIMP-nucleo, definita come:

$$\mu_N = \frac{m_\chi m_N}{m_\chi + m_N} \tag{1.7}$$

Dall'equazione 1.6 si deduce che l'energia massima trasferita ($E_{\max}$) si ottiene nel caso $\theta = \pi$:

$$E_{\max} = \frac{2\mu_N^2 v^2}{m_N} \tag{1.8}$$

Considerando i valori tipici previsti per le WIMP ($m_\chi \sim 100\,\mathrm{GeV}$) e le masse dei nuclei comunemente impiegati nei rivelatori (come l'Ossigeno, il Calcio o il Tungsteno nel caso dei cristalli di $CaWO_4$ di CRESST), l'energia di rinculo risulta confinata in un range molto basso, tipicamente compresa tra frazioni di keV e poche decine di keV. La difficoltà della rivelazione diretta consiste proprio nello sviluppare esperimenti che abbiano una sensibilità tale da poter misurare rilasci di energia così esigui.




Figura 1.8: Scattering tra WIMP e nucleo target nel SR del laboratorio. In questo caso il massimo trasferimento di energia si avrebbe per $\theta_R = 0$




Figura 1.9: Energia di rinculo (1.8) in funzione della massa della WIMP (M_{WIMP}) e della massa del nucleo bersaglio (M_T). A sinistra è mostrato l'andamento tridimensionale della funzione, mentre a destra è riportato il grafico a curve di livello, dove le linee tratteggiate rosse indicano le masse dei target di Ossigeno, Calcio e Tungsteno. Si nota come il trasferimento di energia sia massimo nel caso $M_{WIMP} \approx M_T$. Per questo motivo l'esperimento CRESST utilizza 3 bersagli con massa diversa, in modo da massimizzare la sensibilità su un ampio spettro di masse della materia oscura.

Tasso di eventi e sezione d'urto

Il tasso di eventi stima quanti urti ci si aspetta di osservare in un intervallo di tempo e si esprime in numero di interazioni per unità di tempo e massa del rivelatore. La formula semplificata, che suppone la velocità delle particelle di materia oscura nell'alone v costante è data da:

$$R = \frac{\rho_0}{m_\chi} \frac{\sigma_0}{m_N} v \tag{1.9}$$

dove ρ_0 è la densità locale di materia oscura (stimata a circa $0.3\,\mathrm{GeV/cm^3}$), m_χ è la massa della WIMP, m_N è la massa del nucleo bersaglio del rivelatore e σ_0 la sezione d'urto di scattering tra la WIMP e il nucleo

Nella realtà sperimentale, le particelle di materia oscura non viaggiano tutte alla stessa velocità, ma seguono una distribuzione statistica all'interno dell'alone galattico. Per questa ragione, l'espressione completa del tasso differenziale di eventi è data da:

$$\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}E_R} = \frac{\rho_0}{m_\chi m_N} \int_{v_{\min}}^{v_{\mathrm{esc}}} v \cdot f(\vec{v}) \frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}E_R} \, \mathrm{d}^3 v \tag{1.10}$$

dove $f(\vec{v})$ è la funzione di distribuzione delle velocità delle WIMP nel sistema di riferimento della Terra, $\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}E_R}$ è la sezione d'urto differenziale di scattering, mentre $v_{\min}$ e v_{esc} sono

rispettivamente la minima velocità che una WIMP deve possedere per trasferire un'energia E_R, e la velocità di fuga dalla nostra galassia.

La sezione d'urto differenziale $\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}E_R}$ si articola in due contributi: uno dipendente dallo spin del nucleo atomico (*spin-dependent*) e uno indipendente da esso (*spin-independent*). Concentrando l'analisi esclusivamente sul canale indipendente dallo spin, la sezione d'urto differenziale risulta proporzionale al quadrato del numero di massa del nucleo bersaglio (A^2) e al fattore di forma nucleare $F^2(E_R)$:

$$\frac{\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{SI}}}{\mathrm{d}E_R} \propto A^2 \cdot F^2(E_R) \tag{1.11}$$

Il fattore di forma riflette la natura estesa del nucleo atomico. Per energie di rinculo che tendono a zero ($E_R \to 0$), il fattore di forma $F^2(E_R) \to 1$ e la probabilità di interazione è massima. Al contrario, all'aumentare dell'energia trasferita, il valore di $F^2(E_R)$ decresce rapidamente.

Data la proporzionalità tra la sezione d'urto differenziale e il quadrato del numero atomico A^2, si potrebbe ipotizzare di utilizzare esclusivamente elementi molto pesanti. Tuttavia, come evidenziato in 1.8 e in Figura 1.9, qualora la massa della WIMP fosse di qualche GeV, l'energia trasferita sarebbe così bassa da non poter essere rivelata dagli strumenti. Per questa ragione CRESST utilizza cristalli multielemento: tre elementi diversi per massimizzare l'energia trasferita e la sezione d'urto.

Tecnologie di rivelazione

Quando una particella di materia oscura urta un nucleo del materiale bersaglio, l'energia di rinculo rilasciata si dissipa nel mezzo attraverso tre canali di segnale fondamentali:

- **Ionizzazione (Carica):** Questo segnale si genera quando l'energia depositata è sufficiente a eccitare o espellere gli elettroni dagli atomi del mezzo. Nei rivelatori a gas nobile liquefatto (come Xenon o Argon) gli elettroni liberi vengono accelerati da un campo elettrico per produrre un segnale amplificato. Nei rivelatori a semiconduttore, invece, la ionizzazione crea coppie elettrone-lacuna.
- **Scintillazione (Luce):** Molti materiali eccitati dall'urto rilasciano parte dell'energia riemettendo fotoni. I rivelatori che sfruttano questo principio sono detti scintillatori e possono essere costituiti sia da gas nobili liquefatti che da cristalli scintillatori solidi. La luce di scintilazione viene raccolta dai tubi fotomoltiplicatori.
- **Fononi (Calore):** La frazione maggiore dell'energia di rinculo si traduce in vibrazioni del reticolo cristallino del materiale bersaglio, quantizzate sotto forma

di fononi. Questa tecnica richiede di operare a temperature criogeniche (prossime allo zero assoluto) per minimizzare il rumore termico spontaneo del cristallo, permettendo di raggiungere soglie energetiche bassissime e risoluzioni estremamente elevate.

Gli esperimenti di rivelazione diretta moderni combinano spesso due di questi canali contemporaneamente. Questa strategia è di fondamentale importanza poiché il rapporto tra i due segnali (ad esempio luce e calore) permette di discriminare con altissima efficienza i rinculi nucleari indotti dalle WIMP dai rinculi elettronici dovuti alla radioattività ambientale di fondo, come si vedrà nella Sezione 2.2.2. I diversi approcci tecnologici e i relativi esperimenti di riferimento sono riassunti schematicamente in Figura 1.10.




Figura 1.10: Rappresentazione schematica dei tre canali di segnale utilizzati nella rivelazione diretta della materia oscura. Gli esperimenti posizionati nelle intersezioni sfruttano la lettura simultanea di due canali per discriminare il fondo radioattivo.

1.4 Stato dell'arte ed evoluzione delle sensibilità

In Figura 1.11 è riportato lo stato attuale della ricerca diretta di materia oscura. La regione verde in alto individua lo spazio dei parametri già escluso dai risultati ottenuti. Dal grafico si nota come l'esperimento XENON1T definisca il limite inferiore di sensibilità per WIMP di massa elevata, mentre l'esperimento CRESST III domini la regione delle WIMP a bassa massa grazie all'elevata sensibilità dei rivelatori.

Le proiezioni future sono illustrate in Figura 1.12. È utile notare come la regione verde sia la medesima del grafico precedente, mentre cambiano i valori di sezione d'urto sull'asse verticale. I rivelatori di nuova generazione attualmente in presa dati o in




Figura 1.11: Limiti di esclusione per la sezione d'urto spin-independent WIMP-nucleone. La regione verde rappresenta lo spazio dei parametri escluso dagli esperimenti. Le regioni cerchiate in rosso rappresentano parametri accessibili ottenuti tramite gli esperimenti DAMA/LIBRA, che però non trovano riscontro in esperimenti attuali.

fase di sviluppo in scala di multi-tonnellata (quali XENONnT, LZ e DarkSide-20k) estenderanno ulteriormente la sensibilità, fino a raggiungere il limite intrinseco costituito dalla cosiddetto *neutrino fog*. Parallelamente, per masse inferiori, futuri upgrade di CRESST e altri esperimenti mirati consentiranno di ridurre significativamente lo spazio dei parametri ancora non esplorato.




Figura 1.12: Proiezioni di sensibilità per gli esperimenti di futura generazione. La linea gialla delimita la regione del *neutrino fog*, oltre la quale lo scattering coerente del neutrino costituisce un fondo irriducibile. Le curve inferiori al *Current Limits*, indicano la sensibilità attesa dai futuri esperimenti.

Capitolo 2

L'esperimento CRESST

CRESST (Cryogenic Rare Event Search with Superconducting Thermometers) è una collaborazione internazionale finalizzata alla ricerca diretta di WIMPs nella regione delle basse masse (≤ 1 GeV). L'apparato sperimentale è situato presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS) dell'INFN in Italia. La collocazione sotto ad almeno 1400 metri di roccia permette di schermare efficacemente il flusso di muoni cosmici.

Per identificare i rari e infinitesimi depositi di energia rilasciati dall'interazione delle WIMP con i nuclei del bersaglio, CRESST impiega rivelatori criogenici a stato solido portati a temperature dell'ordine dei millikelvin (10 mK), prossime allo zero assoluto. Tramite questo processo, che permette di ridurre al minimo il rumore termico di fondo, diventa possibile misurare i minuscoli innalzamenti di temperatura causati dai rinculi nucleari e spingere la soglia di rivelazione energetica a livelli tra i più bassi al mondo, aprendo una finestra osservativa cruciale sulla materia oscura leggera.

2.1 Il principio di rivelazione: il doppio canale

Il cuore tecnologico dell'esperimento CRESST risiede nell'utilizzo di cristalli scintillanti operati come calorimetri criogenici a bassissima temperatura. La scelta del materiale riflette la necessità di massimizzare la sezione d'urto di interazione con le WIMP (1.3.3) e, al contempo, di disporre di un eccellente mezzo di scintillazione; per queste ragioni, i moduli rivelatori standard di CRESST-III impiegano cristalli di tungstato di calcio ($CaWO_4$).

Quando una particella (sia essa una WIMP del segnale o una particella del fondo ambientale) attraversa il cristallo bersaglio, interagisce con la materia depositando una determinata energia E_{dep}. Questo rilascio di energia si propaga nel mezzo dando origine

a due processi fisici distinti, che poi vengono misurati separatamente dai due canali di rivelazione:

1. **Il canale fononico (calore):** La quasi totalità dell'energia depositata ($> 99\%$) viene convertita in vibrazioni reticolari del cristallo, ovvero in fononi non termici. Questi fononi si propagano nel materiale fino a raggiungere la superficie del cristallo, dove un sensore termico ne misura l'innalzamento di temperatura complessivo. Poiché la frazione di energia convertita in calore è pressoché indipendente dal tipo di particella interagente, il canale fononico fornisce una misura precisa e diretta dell'energia depositata, secondo la relazione:

$$\Delta T = \frac{E_{\text{dep}}}{C} \tag{2.1}$$

   dove C è la capacità termica del cristallo bersaglio. A parità di energia depositata, disporre di una capacità termica estremamente bassa permette di massimizzare l'ampiezza del segnale termico ΔT. Per questa ragione i cristalli sono mantenuti a temperature criogeniche dell'ordine del millikelvin, regime in cui la capacità termica risulta drasticamente ridotta rispetto ai valori a temperatura ambiente.

2. **Il canale fotonico (luce):** Una piccola frazione dell'energia depositata (tipicamente l'1% o meno) viene emessa sotto forma di fotoni di scintillazione. Per raccogliere questa luce, ogni cristallo di $CaWO_4$ è accoppiato a un rivelatore di luce indipendente posto nelle immediate vicinanze. La quantità di luce prodotta è fortemente dipendente dalla densità di ionizzazione della particella incidente e, di conseguenza, dalla sua natura (rinculo elettronico dovuto a particelle β/γ oppure rinculo nucleare dovuto a neutroni, WIMP o particelle α).

L'adozione di questa tecnica a doppio canale è l'elemento chiave che conferisce a CRESST la sua straordinaria sensibilità nella ricerca di eventi rari. Mentre il canale fononico determina con precisione l'energia dell'evento e definisce la soglia minima di rivelazione dell'esperimento, il canale fotonico fornisce l'informazione cruciale per identificare la natura dell'interazione. La correlazione tra l'energia misurata sotto forma di calore e quella raccolta sotto forma di luce permette infatti di definire una variabile discriminante fondamentale, il *Light Yield*, di cui si discuterà nel dettaglio nella Sezione 2.2.2.

2.2 Come viene letto il segnale: TES e SQUID

La straordinaria sensibilità energetica dell'esperimento CRESST, capace di registrare innalzamenti di temperatura microscopici nei cristalli di $CaWO_4$, richiede una tecnologia




Figura 2.1: Curva di transizione del TES. Il punto di lavoro viene mantenuto a metà della curva, così da poter passare rapidamente dallo stato superconduttore allo stato normale in un intervallo di temperatura molto ristretto.

di lettura all'avanguardia. Il sistema di sensoristica si basa sulla combinazione di due dispositivi a superconduzione operanti in sinergia: il *Transition Edge Sensor* (TES), che funge da termometro ad altissima risoluzione, e il *Superconducting Quantum Interference Device* (SQUID), utilizzato come amplificatore di corrente a bassissimo rumore.

Il Transition Edge Sensor (TES)

Il TES è un termometro criogenico costituito da materiale superconduttore (tipicamente tungsteno) depositato direttamente sulla superficie del cristallo e del rivelatore di luce. Il principio di funzionamento sfrutta la dipendenza della resistenza elettrica dalla temperatura nella regione di transizione tra lo stato normale e lo stato superconduttore.

Mantenendo il sistema a una temperatura di lavoro T_0 stabilizzata esattamente al centro di questa curva di transizione, quando un fonone generato nel cristallo colpisce il TES, cede la sua energia causando un microscopico incremento di temperatura ΔT. Poiché la curva della resistenza del TES è estremamente ripida in questa regione, una deposizione dell'ordine del keV provoca un aumento di temperatura dell'ordine di pochi microkelvin che risulta in un cambiamento della resistenza ΔR del sensore di qualche milliOhm, come illustrato in Figura 2.1.

Un secondo TES è posizionato sopra il light detector. Nelle immediate vicinanze del cristallo di $CaWO_4$ viene posizionato un sottile cristallo di silicio su zaffiro (il light detector), che funge da rivelatore di luce. I fotoni di scintillazione prodotti nel cristallo




Figura 2.2: Schema di un modulo rivelatore CRESST. Immagine tratta da [10].

vengono assorbiti dal light detector, generando fononi che vengono rilevati dal TES sovrastante. L'apparato sperimentale è illustrato in figura 2.2.

Quando il cristallo viene colpito da una particella, il TES si scalda in tempi dell'ordine del millisecondo. Per poter registrare un evento successivo è necessario attendere che il sensore si raffreddi e torni alle condizioni di lavoro iniziali, un processo che avviene tipicamente in qualche decina di millisecondi (10-50 ms). Questo rapido ritorno all'equilibrio è possibile poiché all'aumentare della temperatura del TES, la sua resistenza elettrica subisce un brusco incremento che fa diminuire la corrente. Di conseguenza, la potenza dissipata per effetto Joule ($P = V^2/R$) si riduce, accelerandone il raffreddamento.

Lo SQUID

La variazione di corrente ΔI indotta nel TES dal passaggio di una particella è un segnale infinitesimo, dell'ordine dei nanoampere, che non potrebbe essere trasportato fino all'elettronica a temperatura ambiente tramite cavi convenzionali senza essere completamente sommerso dal rumore termico e dalle interferenze. Per ovviare a questo problema, la catena di lettura di CRESST introduce lo SQUID (*Superconducting Quantum Interference Device*).

Come illustrato nello schema di Figura 2.3, il circuito di bias del TES è connesso in parallelo ad un'induttanza. Quando un evento termico nel cristallo fa crescere la resistenza del TES, una maggior quantità di corrente viene deviata verso l'induttanza. Questa corrente genera un campo magnetico proporzionale che concatena l'anello dello SQUID.

Lo SQUID converte questo infinitesimo flusso magnetico in una variazione di tensione elettrica (ΔV) misurabile dall'elettronica a temperatura ambiente. Offrendo un guadagno eccezionale e un rumore intrinseco virtualmente nullo, questo sistema permette di




Figura 2.3: Schema elettrico semplificato del circuito di lettura. La variazione di resistenza del TES modifica la ripartizione della corrente, che si traduce in un campo magnetico che concatena l'anello dello SQUID.

preservare e digitalizzare l'informazione sul rilascio energetico originario anche per eventi estremamente deboli, inferiori al keV.

2.2.1 Il sistema di refrigerazione: il criostato a diluizione

Per mantenere i moduli rivelatori, i TES e gli SQUID alla temperatura di lavoro millikelvin (10 mK) richiesta dall'esperimento, è necessario un sistema di refrigerazione sofisticato, capace di abbattere la temperatura di oltre cinque ordini di grandezza rispetto all'ambiente esterno. Questo compito è affidato a un criostato a diluizione, che utilizza una miscela di ^{3}He/^{4}He, che opera attraverso una serie di stadi di raffreddamento progressivi:

1. **Primo stadio ($\sim$ 77 K):** Questo stadio riduce la temperatura del corpo interno del criostato da temperatura ambiente fino a circa 77 K, fungendo al contempo da prima schermatura termica attiva contro l'irraggiamento termico proveniente dall'esterno.

2. **Bagno di Elio liquido ($\sim$ 4.2 K):** Il sistema viene portato a temperature criogeniche inferiori mediante un serbatoio principale di elio liquido (^{4}He). A pressione atmosferica, l'elio bolle a circa 4.2 K, fungendo da ulteriore schermo.

3. **Stadio della 1K-pot ($\sim$ 1.0–1.2 K):** Per connettere il bagno a 4.2 K con l'unità di diluizione sottostante, una modesta quantità di ^{4}He liquido viene prelevata dal bagno principale e introdotta nella *1K-pot*. Mantenendo questo volume ristretto sotto

pompaggio continuo, la pressione di vapore saturo dell'elio si abbassa, forzandone l'evaporazione e riducendo la temperatura fino a circa 1.0–1.2 K.

4. ***Still* ($\sim$ 0.6–0.8 K):** Costituisce il penultimo stadio termico prima della camera sperimentale. Si tratta di un volume a circa 0.7 K, in cui risiede la fase diluita della miscela proveniente dalla mixing chamber.

5. **Camera di miscelamento o *Mixing Chamber* ($\sim$ 10–15 mK):** Rappresenta lo stadio più freddo del criostato. Al di sotto della temperatura critica di separazione ($T_c \approx 0.8$ K), la miscela ^{3}He/^{4}He si separa spontaneamente in due fasi fluide immiscibili: una fase "ricca" (costituita essenzialmente da ^{3}He puro, a densità minore, che staziona nella metà superiore) e una fase "diluita" (costituita da ^{4}He superfluido in cui è disciolta una concentrazione residua di ^{3}He, pari a circa il 6%). L'^{3}He della parte diluita viene pompato nello *Still*, e altri atomi di ^{3}He vengono forzati ad attraversare la superficie di separazione di fase, passando dalla fase concentrata a quella diluita. Tale transizione è endotermica e consente al criostato di raggiungere la temperatura di 10–15 mK.

Il ciclo chiuso a ricircolo di ^{3}He/^{4}He: Al di sotto dello stadio della 1K-pot, il meccanismo di refrigerazione continuo si articola come un circuito ermeticamente sigillato, interamente isolato dal bagno esterno di ^{4}He:

1. **Estrazione ed evaporazione nello Still:** L'^{3}He evaporato dallo *Still* viene pompato all'esterno del criostato dove passa attraverso una serie di trappole ad azoto liquido con all'interno carboni attivi che rimuovono le impurità.

2. **Condensazione e pre-raffreddamento discendente:** Il flusso purificato rientra nel criostato: si termalizza a contatto con il bagno a 4.2 K e successivamente con la **1K-pot** a $\sim$ 1.1 K.

3. **Raffreddamento verso la Mixing Chamber:** Il liquido condensato scende termalizzandosi ulteriormente prima alla temperatura dello *Still* (dove si raffredda fino a $\sim$ 0.7 K) e poi con il flusso uscente freddo fino a fare ingresso nella parte superiore concentrata della **Mixing Chamber**.

4. **Diluizione e risalita in controcorrente:** All'interno della Mixing Chamber si compie il salto endotermico di fase che assorbe il calore del sistema; la frazione di ^{3}He passata nella fase diluita imbocca il canale di prelievo sul fondo della celletta e risale verso lo *Still*, dove evapora, chiudendo il ciclo.

Sebbene in fisica degli eventi rari sia concettualmente possibile realizzare criostati integralmente composti da leghe ad alta radiopurezza, la soluzione progettuale adottata

storicamente da CRESST prevede una netta separazione spaziale tra il refrigeratore e la camera sperimentale. I componenti commerciali del criostato (serbatoi criogenici, saldature, tubazioni e valvole) presentano una radioattività residua intrinseca incompatibile con il bassissimo fondo richiesto per la ricerca di materia oscura. Per questa ragione, il corpo centrale del criostato a diluizione è alloggiato all'esterno della schermatura di piombo e rame, mentre il raffreddamento viene convogliato verso i moduli bersaglio attraverso un lungo conduttore termico in rame ultrapuro (noto come *cold finger* o dito freddo), che attraversa gli schermi e agisce da ponte termico privo di contaminanti radioattivi.

2.2.2 Discriminazione del fondo: il Light Yield

Come introdotto nel paragrafo 2.1 l'utilizzo di una tecnica a doppio canale (calore e luce) permette non solo di determinare l'energia totale rilasciata in un evento, ma anche di identificare la natura della particella interagente. Il parametro fondamentale per operare questa selezione dei dati è il *Light Yield* (LY), definito come il rapporto tra l'energia misurata nel canale fotonico (E_{luce}) e l'energia totale depositata nel canale fononico (E_{calore}):

$$LY = \frac{E_{\text{luce}}}{E_{\text{calore}}} \tag{2.2}$$

La fisica alla base della discriminazione risiede nel fenomeno del *quenching* della scintillazione: particelle ad alta densità di ionizzazione (come i nuclei di rinculo) perdono una frazione maggiore di energia in canali non radiativi rispetto a particelle a bassa densità di ionizzazione (come elettroni e fotoni). Di conseguenza, a parità di energia termica depositata nel cristallo (E_{calore}), un rinculo nucleare produrrà una quantità di luce significativamente inferiore rispetto a un rinculo elettronico, posizionandosi a valori di LY decisamente più bassi.

Nel caso specifico dei cristalli di $CaWO_4$ impiegati in CRESST, il target è composto da tre diversi nuclei bersaglio (Calcio, Ossigeno e Tungsteno), ciascuno caratterizzato da un differente fattore di quenching dovuto alla diversa massa nucleare. Questa particolarità si traduce nella separazione dei dati in bande ben distinte all'interno del piano LY in funzione dell'energia, come illustrato nella Figura 2.4.

Analizzando la Figura 2.4, è possibile identificare le diverse componenti che popolano il diagramma:

- **Banda e^-/γ (regione grigia):** Posizionata attorno a $LY \approx 1$, accoglie i rinculi elettronici derivanti dalla radioattività ambientale β e γ. Rappresenta la quasi totalità del fondo sperimentale.




Figura 2.4: Rappresentazione schematica delle bande di evento nel piano Light Yield in funzione dell'energia per un cristallo di $CaWO_4$. Si distinguono nettamente la banda grigia superiore dei rinculi elettronici (e^-/γ) e le bande inferiori associate ai rinculi nucleari di alfa (α), ossigeno (O) e tungsteno (W). La larghezza delle bande aumenta a basse energie a causa delle fluttuazioni statistiche nella raccolta dei fotoni. Immagine tratta da [10].

- **Banda α (regione rossa):** Dovuta a contaminazioni interne o superficiali di emettitori alfa.

- **Bande dei rinculi nucleari (regioni verde e blu):** I nuclei di Ossigeno (O) e Tungsteno (W) mostrano un quenching progressivamente più marcato a causa della loro maggiore massa. Una WIMP di materia oscura, interagendo prevalentemente tramite scattering coerente con i nuclei del bersaglio (con una sezione d'urto che scala come A^2, favorendo il Tungsteno pesante), produrrebbe eventi confinati principalmente nella banda del Tungsteno (W) o dell'Ossigeno (O).

2.3 Schermi attivi e passivi

L'apparato sperimentale di CRESST è protetto da un sistema di schermatura a più livelli, progettato per ridurre al minimo il fondo sperimentale e massimizzare la sensibilità alla materia oscura. Questo sistema si compone di due componenti principali: schermi passivi e schermi attivi.

- **schermi passivi:** materiali ad alta densità come piombo e rame, che circondano il criostato e i moduli rivelatori, assorbendo la radiazione ambientale γ e riducendo la radioattività di fondo. Questi strati schermano efficacemente i raggi cosmici e le particelle cariche provenienti dall'ambiente esterno.

- **schermi attivi:** un sistema di scintillatori viene utilizzato per rilevare i muoni cosmici residui ed eliminarli *a posteriori*.

In particolare l'articolata successione di scudi passivi, rappresentata in Figura 2.5, dall'esterno all'interno consta di:

1. uno spesso strato di polietilene (40 cm), che funge da moderatore per i neutroni ambientali. Grazie alla composizione chimica ricca di idrogeno, il polietilene rallenta i neutroni veloci, riducendo la loro energia fino a valori termici, per poi essere catturati tramite cattura radiativa. Un secondo strato, posto vicino ai rivelatori e spesso 3.5 mm ferma i neutroni che vengono orginati nel rame o nel piombo a causa del passaggio di muoni.

2. uno strato di piombo di circa 20 cm, che riduce la radioattività ambientale γ. Poiché il piombo è leggermente radioattivo, a causa della presenza di ^{210}Pb, si utilizza piombo o a basso contenuto di questo isotopo, o piombo antico, che ha avuto il tempo di decadere.




Figura 2.5: Schema del sistema di schermatura di CRESST.

3. uno strato di rame di circa 14 cm estremamente radiopuro, che funge da ultima barriera e riduce al minimo il rumore di fondo.

Inoltre, in Figura 2.5 è rappresentato uno spessore viola associato al termine "muon veto". Questo scudo rappresenta l'ultimo metodo (attivo) di schermaggio contro i muoni cosmici residui. Essendo sotto 1400 m di roccia, il flusso di muoni cosmici è ridotto di circa sei ordini di grandezza rispetto alla superficie terrestre, raggiungendo un valore di 1 muone al metro quadro ogni ora, che rischierebbe di contaminare eccessivamente il segnale di materia oscura.

Per questo motivo quando i tubi fotomoltiplicatori registrano il passaggio di un muone e viene contemporaneamente rilevato un evento nel cristallo, esso viene scartato, poiché non dovuto a materia oscura.

Capitolo 3

Costruzione dell'Optimum Filter e Caratterizzazione del Rumore

Negli esperimenti di ricerca diretta di materia oscura come CRESST, la rivelazione di eventi rari e a bassissimo rilascio energetico impone di massimizzare il rapporto segnale-rumore (*Signal-to-Noise Ratio*, SNR). Ottimizzare questo parametro consente di ridurre la soglia energetica del rivelatore (E_{th}), permettendo di scegliere un valore tale che il numero di eventi triggerati dovuti a fluttuazioni elettroniche sia molto inferiore rispetto al numero di segnali dovuti ad eventi di interazione del rivelatore con una particella.

In questo capitolo verrà descritto il percorso adottato per il trattamento dei dati: dalla struttura dei campioni registrati alla formulazione teorica dell'*Optimum Filter* (OF), fino alla determinazione dei suoi due elementi costitutivi: il *Noise Power Spectrum* (NPS) e i template di forma d'onda. Infine, viene presentata l'applicazione del filtro ad eventi di rumore e di particella, e il criterio di stima del tasso di rumore triggerato in funzione della soglia.


3.1 Struttura dei Dati e Parametrizzazione delle Tracce

Nell'esperimento CRESST i segnali vengono acquisiti in modalità continua a una frequenza di campionamento di 25 kHz, che corrisponde a un intervallo temporale tra due campioni consecutivi pari a $\Delta t = 40\,\mu$s. La registrazione continua consente di applicare algoritmi di filtraggio digitale direttamente sul flusso dati grezzo, per poi applicare in un secondo momento il trigger, riducendo l'impatto del rumore e migliorando la sensibilità sperimentale.

Per monitorare la stabilità della risposta termica del rivelatore e verificarne costantemente

il punto di lavoro lungo la transizione superconduttrice del TES (*Transition Edge Sensor*), vengono iniettati periodicamente impulsi di calore artificiali per mezzo di una resistenza (*heater*) localizzata molto vicina al cristallo:

- **TestPulses:** impulsi di calore ad ampiezza variabile programmata (tra 0.1 V a 10 V al generatore), impiegati per campionare linearità, guadagno e risoluzione energetica dell'apparato (Figura 3.1b);
- **ControlPulses:** impulsi ad ampiezza fissa ed elevata (10 V), progettati per portare il film di tungsteno oltre la transizione e saturare la risposta per correggere eventuali scostamenti dal punto di lavoro ideale (Figura 3.1a).



(a) Impulso a 10 V (ControlPulse).

(b) Impulsi tra 0.1 V e 10 V (TestPulses).


Figura 3.1: Risposta del sensore agli impulsi iniettati tramite heater: (a) singolo *ControlPulse* saturo a 10 V e (b) serie di dodici *TestPulses* ad ampiezza variabile campionati lungo l'intervallo di 65536 campioni.

Ogni evento isolato in fase di analisi corrisponde a una finestra temporale di 65536 campioni (durata complessiva di circa 2.62 s). L'impulso viene convenzionalmente posizionato a un quarto della traccia, attorno al campione 16384 ($\approx$ 655.4 ms). Questa asimmetria garantisce un intervallo pre-trigger sufficientemente lungo per stimare il livello e la varianza della linea di base (*baseline*), lasciando al contempo il tempo necessario per osservare il ritorno alle condizioni iniziali del rivelatore.

Dalle tracce campionate vengono estratti diversi parametri operativi, riassunti nel seguente elenco e illustrati in Figura 3.2:

- **Baseline Offset:** valore medio della tensione nella finestra pre-trigger, sottratto alla traccia per eliminare la componente continua (DC);
- **Baseline Slope:** pendenza lineare della baseline pre-trigger;
- **Baseline RMS:** deviazione standard della tensione nella regione prima dell'evento;

- **Baseline Difference:** differenza tra la media della tensione prima dell'impulso e quella a fine finestra;
- **Rise Time (RT):** tempo impiegato dal fronte di salita per arrivare al 90% dell'altezza massima;
- **Decay Time (DT):** tempo impiegato dalla coda del segnale per scendere al 10% del picco, partendo dalla peak position;
- **Peak Position:** coordinata temporale del massimo assoluto identificato lungo la finestra.



Parametro	Valore
Baseline diff [V]	-6.03e-03
Baseline offset [V]	-1.36
Baseline slope	-4.21e-08
Baseline RMS [V]	2.79e-03
Rise time [ms]	1.40
Decay time [ms]	14.72
OF PulseHeight [V	0.81
Peak position [ms]	655.36

Figura 3.2: Esempio di traccia di particella registrata nel cristallo (a sinistra) e relativa tabella dei parametri di forma calcolati (a destra).

3.2 Formalismo Teorico dell'Optimum Filter

Il metodo più immediato per ricavare l'energia depositata da un'interazione consisterebbe nel campionare il valore massimo della traccia dopo aver rimosso l'offset della baseline. Tuttavia, in presenza di segnali di piccola ampiezza confrontabili con l'RMS del fondo, il massimo misurato tende a coincidere con la somma tra l'impulso reale e la più alta fluttuazione casuale positiva presente in quel punto. Questo effetto introduce una sovrastima sistematica dell'ampiezza.

Per ovviare al problema si adotta l'*Optimum Filter* (OF), sviluppato originariamente da Gatti e Manfredi [11]. L'algoritmo sfrutta il fatto che, in regime di risposta lineare del sensore, gli impulsi condividono una forma d'onda comune e differiscono unicamente

per un fattore di scala proporzionale all'energia. Una traccia misurata $v(t)$, depurata dall'offset continuo, viene quindi modellata come:

$$v(t) = A \cdot s(t - t_0) + n(t) \tag{3.1}$$

dove $s(t)$ è la forma d'onda attesa normalizzata a massimo unitario (*template*), A è l'ampiezza incognita da stimare, t_0 è l'istante di arrivo del segnale ed $n(t)$ è il rumore stocastico additivo sovrapposto.

L'Optimum Filter opera nello spazio delle frequenze tramite una funzione di trasferimento $H(f)$ costruita per massimizzare il rapporto tra l'ampiezza dell'impulso e il rumore di fondo. Tale funzione assume la forma:

$$H(f) = K \frac{S^*(f)}{N(f)} e^{-i2\pi f t_0} \tag{3.2}$$

dove:

- $S^*(f)$ è il complesso coniugato della trasformata di Fourier del template $s(t)$, che pesa maggiormente le bande di frequenza in cui si concentra la potenza del segnale fisico;
- $N(f)$ è il *Noise Power Spectrum* (NPS), che ha il compito di ridurre le frequenze dominate da disturbi sperimentali;
- $e^{-i2\pi f t_0}$ compensa lo sfasamento temporale dell'evento lungo la traccia;
- K è una costante reale di normalizzazione definita come:

$$K = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{|S(f)|^2}{N(f)} \, df \right)^{-1} \tag{3.3}$$

  Poiché i segnali sperimentali vengono acquisiti a tempo discreto su un intervallo finito di N campioni, l'integrale viene valutato numericamente tramite sommatoria sui bin di frequenza discreti $f_k = k \cdot \Delta f$ (con $\Delta f = f_{camp}/N$). Sfruttando la proprietà per cui il modulo quadro della trasformata di Fourier di un segnale reale è una funzione pari rispetto all'origine ($|S(-f)|^2 = |S(f)|^2$), l'integrazione sulle frequenze negative si ripiega su quelle positive:

$$K = \left[\Delta f \left(\frac{|S(0)|^2}{N(0)} + 2 \sum_{k=1}^{N/2-1} \frac{|S(f_k)|^2}{N(f_k)} + \frac{|S(f_{\mathrm{Nyq}})|^2}{N(f_{\mathrm{Nyq}})} \right) \right]^{-1} \tag{3.4}$$

  dove $f_{\mathrm{Nyq}} = f_{N/2} = f_s/2$ rappresenta la frequenza di Nyquist, che, insieme alla componente continua ($k = 0$), è l'unica a comparire con peso unitario in quanto non possiedono una controparte simmetrica nell'intervallo fondamentale.

Una volta calcolata $H(f)$, la traccia filtrata nel tempo si ottiene applicando l'antitrasformata di Fourier al prodotto tra lo spettro del segnale grezzo $V(f)$ e il filtro:

$$v_{\text{filt}}(t) = \mathcal{F}^{-1}\Big[V(f) \cdot H(f)\Big] \tag{3.5}$$

Il massimo di $v_{\text{filt}}(t)$ fornisce la stima ottimale dell'ampiezza cercata A (3.1), indicata come *Optimum Filter Pulse Height*, mentre l'istante in cui cade tale picco identifica il parametro *Peak Position*.

3.3 Caratterizzazione del Rumore e Stima del Noise Power Spectrum

Per calcolare il denominatore della funzione di trasferimento dell'OF è necessario stimare sperimentalmente la densità spettrale $N(f)$ a partire da finestre temporali registrate in assenza di segnale fisico.

Durante il funzionamento continuo, la presenza di derive termiche provocano variazioni della linea di base. Se una finestra di rumore presenta una deriva non nulla, i livelli di tensione all'inizio e alla fine risulteranno disallineati. Poiché la Trasformata Discreta di Fourier (DFT) tratta implicitamente il record come una sequenza periodica, il disallineamento tra i due estremi viene interpretato come una discontinuità a gradino. Tale gradino introduce una forte componente spuria a bassa frequenza, che distorce e sovrastima lo spettro del rumore, come illustrato in Figura 3.3.

Per selezionare esclusivamente tracce di rumore stazionarie, il campione iniziale viene depurato applicando una serie di criteri di selezione:

- **Pulse Height** $< 4\,\mathbf{mV}$**:** esclude piccoli impulsi fisici o transienti spuri sfuggiti al trigger;
- $-0.5\,\mathbf{mV} <$ **Baseline Difference** $< 0.5\,\mathbf{mV}$**:** rigetta eventi che contengono code termiche o fluttuazioni a gradino;
- **Fit polinomiale di terzo grado:** la traccia viene modellata tramite fit cubico minimizzando l'RMS e si conservano solo gli eventi con valore di RMS compreso tra il 10° e il 90° percentile della distribuzione, eliminando andamenti non lineari anomali.

Sulle tracce accettate si sottrae il fit cubico per rimuovere ogni pendenza residua. Si calcola quindi la trasformata $V_i(f)$ per ciascuna delle M tracce selezionate e si valuta la




Figura 3.3: Confronto tra due tracce di rumore: l'evento superiore risente di una deriva di baseline che produce un gradino tra i margini, generando nello spettro un'iniezione fittizia di potenza a bassa frequenza; l'evento inferiore, piatto e stazionario, restituisce il profilo indisturbato del rumore.

Densità Spettrale di Potenza a frequenze positive:

$$N(f) = \frac{2}{N f_s} \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{M} |V_i(f)|^2 \tag{3.6}$$

dove $N = 65536$ è il numero di campioni, $f_s = 25\,\text{kHz}$ è la frequenza di campionamento e il fattore 2 preserva la potenza totale piegando le frequenze negative su quelle positive.

Lo spettro finale (Figura 3.4) evidenzia chiaramente i contributi del rumore di fondo: oltre a una componente continua a bassa frequenza, emergono il picco fondamentale della rete a 50 Hz e le relative armoniche dispari (150 Hz e 250 Hz). Inserito a denominatore nella funzione di trasferimento $H(f)$, il NPS smorza selettivamente queste frequenze.

3.4 Costruzione dei Template di Segnale

Il numeratore dell'Optimum Filter richiede la conoscenza della forma d'onda di riferimento $s(t)$ (3.1). Poiché i canali di eccitazione del rivelatore sono due, particelle ionizzanti che interagiscono nel volume del cristallo e impulsi termici iniettati sull'heater, è necessario definire due template separati.




Figura 3.4: *Noise Power Spectrum* ottenuto dalla media e normalizzazione di circa 1000 eventi di rumore depurati con fit di terzo grado.

3.4.1 Template Fononico per Eventi di Particella

Per ricavare il template del segnale particellare, il procedimento è il medesimo di quello utilizzato per costruire il NPS: mediare un insieme numericamente consistente di tracce pulite, in modo da cancellare il rumore stocastico e ottenere la forma d'onda che meglio rispecchia l'interazione del rivelatore con una particella.

A questo scopo sono stati selezionati eventi prodotti da una sorgente esterna di calibrazione di ^{55}Fe. Il decadimento per cattura elettronica del ^{55}Fe genera raggi X caratteristici a 5.89 keV (K_α) e 6.49 keV (K_β). Questa energia è ideale: è sufficientemente elevata da emergere nettamente dal rumore di fondo, ma abbastanza contenuta da non saturare il sensore TES, garantendo una risposta strettamente lineare.

Gli eventi vengono selezionati richiedendo una *pulse height* preliminare compresa tra 0.8 V e 0.9 V (intervallo corrispondente al picco del ferro), assenza di derivate negative anomale (generate da disturbi dell'elettronica) e stabilità della linea di base (3.5).

Tuttavia, questi tagli standard non sono in grado di intercettare i casi di *pile-up*, in cui una seconda interazione avviene nella stessa finestra temporale senza alterare drasticamente la baseline finale. La presenza di un secondo picco altererebbe la forma media del template, compromettendo il calcolo dell'OF.

Per riconoscere ed eliminare questi eventi si impiega il **filtro di Savitzky-Golay** [12], un




Figura 3.5: Esempi di eventi fisici scartati dai tagli preliminari a causa di anomalie di baseline e problemi alla linearità del rivelatore: in particolare si nota il primo evento soggetto ad una elevata baseline difference dovuta ad un secondo evento verificatosi nella stessa finestra, mentre nel secondo caso una spike negativa dovuta probabilmente ad un'anomalai dell'elettronica.

algoritmo che interpola localmente i punti con un polinomio di terzo grado, restituendo una traccia liscia. In particolare il polinomio in ogni punto è preso fittando 501 samples, 250 prima e 250 dopo il punto considerato. In seguito è stato preso il coefficiente costante del polinomio. Tale operazione è stata iterata per tutti i punti della finestra, ottenendo una forma d'onda in cui è stato abbattuto il rumore ad alta frequenza ma preservata la cuspide dell'impulso. Sulla curva smussata viene applicato un algoritmo di ricerca dei




Figura 3.6: Identificazione del pile-up tramite Savitzky-Golay: la curva smussata (in rosso) permette all'algoritmo di intercettare il secondo massimo locale ed escludere la traccia dal calcolo del template.

massimi con due condizioni:

- **Separazione temporale:** distanza minima tra picchi di 60 ms;
- **Prominenza minima:** ampiezza netta del picco di almeno 0.05 V.

Tale algoritmo non potrebbe essere applicato alla traccia grezza poiché intercetterebbe tutti i picchi dovuti alle fluttuazioni stocastiche del rumore. Le tracce che manifestano più di un massimo valido vengono classificate come pile-up e scartate (Figura 3.6).

Mediando 337 eventi di ^{55}Fe sopravvissuti ai tagli e normalizzando l'ampiezza al valore massimo unitario si ottiene il template fononico $s(t)$ (Figura 3.8) e il corrispondente spettro di Fourier $S(f)$ (Figura 3.7).




Figura 3.7: Spettro di Fourier $S(f)$ del template fononico.

3.4.2 Template dei TestPulses e Confronto Morfologico

La risposta termica del rivelatore a un impulso di calore iniettato nell'heater non è del tutto identica a quella generata da una particella che colpisce il volume del cristallo.

Come illustrato nel confronto di Figura 3.8, il TestPulse mostra un fronte di salita più lento e un tempo di decadimento leggermente diverso rispetto all'impulso da particella. Per calibrare accuratamente i TestPulses senza introdurre disallineamenti di forma, è indispensabile costruire un template dedicato anche per essi.

La procedura adottata per i TestPulses ricalca quella appena descritta: si selezionano impulsi non saturi generati a tensione costante ($V_{\text{inj}} = 1\,\text{V}$), si applicano i filtri su stabilità di baseline, assenza di pile-up e di spike negative, e si media l'insieme delle tracce accettate normalizzando il picco a 1.

3.5 Implementazione dell'Optimum Filter e Risultati

Disponendo dell'NPS e del template di forma, la funzione di trasferimento $H(f)$ (Figura 3.9) viene utilizzata per estrarre l'esatta ampiezza di un evento secondo i seguenti passaggi:




Figura 3.8: Confronto normalizzato tra il template di particella (^{55}Fe) e il template ricavato dai TestPulses: l'impulso da particella presenta un tempo di salita più rapido.

1. Si calcola la FT del segnale e la si moltiplica frequenza per frequenza per $H(f)$;
2. Si esegue l'antitrasformata inversa (IFT) per tornare nel dominio del tempo;
3. L'ampiezza dell'evento viene estratta dal picco del segnale filtrato, che risulta privo delle componenti oscillanti ad alta frequenza e delle interferenze a 50 Hz.
4. L'evento viene ricostruito moltiplicando punto per punto il template per l'ampiezza ricostruita dal filtro.




Figura 3.9: Modulo della funzione di trasferimento $H(f)$ dell'Optimum Filter per un evento di particella: si nota l'accentuata soppressione in corrispondenza del rumore di rete (50 Hz) e alle alte frequenze.

Un esempio di applicazione su un impulso di piccola ampiezza ($V_{\text{inj}} = 0.5\,\text{V}$) è mostrato in Figura 3.10. La traccia grezza, inizialmente dominata dalle fluttuazioni casuali, viene

pulita efficacemente dall'OF, consentendo una misura precisa e non distorta dell'altezza dell'impulso.




Figura 3.10: Applicazione dell'Optimum Filter a un TestPulse a bassa energia: confronto tra traccia grezza (grigio) e ricostruzione ottenuta scalando il template sull'ampiezza stimata (nero).

3.6 Determinazione della Soglia Operativa ed Efficienza di Trigger

Uno degli aspetti cardine nell'analisi dei dati di un esperimento per la ricerca di materia oscura è la definizione della soglia di trigger software. In CRESST, dove l'obiettivo primario è massimizzare la sensibilità a particelle di materia oscura a bassa massa (sub-GeV) rivelando energie di rinculo nella regione sub-keV, la soglia di trigger deve essere impostata al valore più basso possibile compatibilmente con il rumore di fondo. Una scelta inadeguata comporta due rischi contrapposti:

- una soglia eccessivamente bassa determina un tasso insostenibile di trigger spuri, che contaminano l'insieme di dati scientifici con fluttuazioni stocastiche di baseline;
- una soglia troppo conservativa azzera il rumore ma innalza la soglia energetica effettiva (E_{th}), tagliando fuori la frazione più rilevante dello spazio delle fasi atteso per i candidati di materia oscura.

Per quantificare rigorosamente questo compromesso, l'Optimum Filter (preceduto da un detrending polinomiale di terzo grado e dall'applicazione di una finestra di Tukey per eliminare salti di discontinuità ai bordi) è stato applicato a tutte le finestre di rumore puro estratte dai run di background. Valutando il massimo assoluto dell'ampiezza filtrata

su ciascuna traccia, è stata calcolata la frazione di eventi di rumore che supera una generica soglia V_{th}, producendo la curva riportata in Figura 3.11.




Figura 3.11: Percentuale di eventi di rumore puro che superano la soglia di trigger in funzione di V_{th} (in scala semilogaritmica). Sono evidenziati i valori di soglia corrispondenti a tassi di accettazione spuria del 10% ($V_{\text{th}} = 4.453\,\text{mV}$), dell'1% ($V_{\text{th}} = 5.133\,\text{mV}$) e dello 0.1% ($V_{\text{th}} = 6.026\,\text{mV}$).

Dalla curva di Figura 3.11 sono stati individuati tre scenari di riferimento, corrispondenti rispettivamente a un tasso di falsi trigger del 10%, dell'1% e dello 0.1%:

$$V_{\text{th}}^{(10\%)} = 4.453\,\text{mV}, \quad V_{\text{th}}^{(1\%)} = 5.133\,\text{mV}, \quad V_{\text{th}}^{(0.1\%)} = 6.026\,\text{mV}. \tag{3.7}$$

Per comprendere l'impatto di ciascuna soglia sulla capacità di registrare eventi fisici reali, è stata successivamente studiata l'efficienza di rivelazione tramite simulazioni di interazione su tracce di rumore reale.

A un campione di 1000 tracce di rumore pulito sono stati sovrapposti impulsi generati a partire dal template ($s(t)$). L'ampiezza iniettata A_{inj} è stata scansionata progressivamente da 0.0 mV a 9 mV. Ciascun impulso è stato centrato convenzionalmente a un quarto della finestra di acquisizione ($t_0 \approx 655.36\,\text{ms}$). Su ogni traccia simulata è stata ripetuta la catena standard di pre-trattamento (detrending cubico e finestra di Tukey) seguita dal filtraggio con l'Optimum Filter.

Un evento simulato viene classificato come correttamente triggerato se e solo se soddisfa simultaneamente due criteri:

1. **Criterio di ampiezza:** l'altezza del massimo assoluto ricostruito dall'OF supera la soglia, $\hat{A} \geq V_{\text{th}}$, dove $\hat{A}$ corrisponde al valore di massima ampiezza valutato sul campione filtrato;

2. **Criterio temporale:** l'istante temporale in cui si verifica il picco filtrato cade all'interno di una finestra di tolleranza ristretta attorno alla posizione reale di iniezione:

$$|t_{\text{picco}} - t_0| \leq 15\,\text{ms}. \tag{3.8}$$

Il secondo vincolo è essenziale: se il picco dell'OF supera la soglia in un istante temporale distante da t_0, il trigger è imputabile a una fluttuazione statistica del rumore di fondo e non alla particella iniettata, costituendo un falso positivo.




Figura 3.12: Curva di efficienza di trigger in funzione dell'ampiezza dell'impulso iniettato per le tre soglie operative investigate.

Le curve di efficienza risultanti (Figura 3.12) presentano il caratteristico andamento a sigmoide.

Il confronto combinato tra le Figure 3.11 e 3.12 consente di stabilire la soglia ottimale:

- la soglia al 10% di trigger spuri (4.453 mV) garantisce un plateau di efficienza al 100% già a partire da circa 6.5 mV, ma introduce un tasso di eventi spuri non trascurabile durante le lunghe esposizioni scientifiche;
- la soglia allo 0.1% (6.026 mV) sopprime quasi totalmente il rumore di fondo, ma sposta la piena efficienza oltre gli 8 mV, penalizzando l'indagine a basse energie;
- la configurazione intermedia con soglia all'1% ($V_{\text{th}} = 5.133\,\text{mV} \approx 37\,\text{eV}$) rappresenta un ottimo compromesso: si raggiunge la piena efficienza ($> 98\%$) già attorno a 7 mV pur mantenendo i falsi allarmi a un livello agevolmente gestibile.

Capitolo 4

Calibrazione Energetica del Rivelatore

La calibrazione energetica costituisce uno dei passaggi cardine nell'analisi dei dati di un esperimento di fisica delle particelle. Nell'ambito di CRESST, essa consiste nel determinare la relazione che converte l'ampiezza degli impulsi, misurata in Volt tramite l'*Optimum Filter Pulse Height*, nella corrispondente energia rilasciata nel cristallo, espressa in keV.

Stabilire con accuratezza questa corrispondenza è indispensabile per due ragioni fondamentali: da un lato permette di quantificare la reale soglia energetica del rivelatore (E_{th}) a partire dalla soglia in mV (V_{th}) determinata nel capitolo precedente, che definisce la sensibilità dell'apparato a rilasci microscopici, dall'altro consente di ricostruire correttamente l'energia depositata da eventuali eventi candidati di materia oscura.

Operativamente, la calibrazione viene effettuata esponendo il rivelatore a sorgenti radioattive che emettono fotoni o particelle di energia nota. In questo modo è possibile tracciare una curva di risposta sperimentale (V $\rightarrow$ keV). L'energia di qualsiasi evento successivo potrà quindi essere determinata univocamente interpolando l'ampiezza ricostruita lungo tale curva.

4.1 Strategie di Calibrazione: Limiti del ^{55}Fe e Sorgente di ^{57}Co

Tra i candidati primari impiegati per la calibrazione nei rivelatori criogenici spicca il ^{55}Fe. Questo atomo decade per cattura elettronica emettendo raggi X caratteristici del manganese, dominati dal doppietto K_α a 5.89 keV e K_β a 6.49 keV. La vicinanza di

queste righe alla regione del keV è ideale per vincolare la risposta sperimentale a bassa energia; tuttavia, il loro impiego diretto nei run scientifici standard presenta un limite operativo.

Per schermare gli esperimenti di fisica degli eventi rari dal fondo ambientale e dalla radioattività naturale, l'apparato sperimentale è alloggiato all'interno di una serie concentrica di schermi, come illustrato nel Paragrafo 2.2.1. A causa dell'energia ridotta, i fotoni da circa 6 keV verrebbero interamente assorbiti dalle pareti esterne prima di raggiungere il cristallo. L'unica soluzione praticabile consiste dunque nel posizionare la sorgente di ^{55}Fe direttamente all'interno dell'ultimo stadio del criostato, nelle immediate vicinanze del cristallo.

Tale configurazione comporta tuttavia una complicazione fondamentale: per rimuovere il campione al termine della fase di calibrazione è indispensabile riscaldare il criostato fino a temperatura ambiente per poi eseguire un nuovo ciclo di raffreddamento. Questo processo compromette la validità della calibrazione appena effettuata per due motivi:

1. Ogni ciclo termico altera il TES, modificandone lievemente la curva di transizione $R(T)$ e obbligando a identificare un punto di lavoro differente;
2. La nuova sequenza di raffreddamento ripristina gli stress reticolari nel cristallo e nei supporti di sostegno, i cui rilassamenti causano il cosiddetto *Low Energy Excess* (LEE), un fondo a bassa energia che decade esponenzialmente nel tempo.

Lasciare invece la sorgente costantemente montata all'interno introdurrebbe un fondo radioattivo irriducibile, dovuto al continuo decadimento del ^{55}Fe, incompatibile con la ricerca di eventi rari. Per superare questo vincolo si rende necessario l'impiego di una sorgente γ a più alta energia, in grado di penetrare gli schermi dall'esterno del criostato per poi essere rimossa agevolmente senza interrompere il regime criogenico. La scelta effettuata e analizzata in questa tesi è ricaduta sul ^{57}Co, che decade principalmente tramite emissioni a 122.06 keV e 136.47 keV. Questi fotoni possiedono una penetrazione sufficiente ad attraversare gli schermi e interagire per effetto fotoelettrico o scattering Compton nel cristallo, permettendo la rimozione immediata della sorgente prima di avviare la presa dati di fondo.

L'adozione del Cobalto solleva però un quesito cruciale: CRESST opera nella regione sub-keV per massimizzare la sensibilità a particelle di materia oscura di massa leggera, mentre il ^{57}Co deposita energie superiori ai 100 keV. È lecito assumere che la calibrazione definita a energie così elevate rimanga valida anche nella zona di interesse, ovvero a due ordini di grandezza inferiori?

Per rispondere a questa domanda è stato condotto un run dedicato esponendo simultaneamente il rivelatore a entrambe le sorgenti (^{57}Co all'esterno e ^{55}Fe all'interno). L'obiettivo

primario di questa analisi consiste nel determinare la curva di calibrazione a partire dai picchi ad alta energia del Cobalto per poi verificare se, prolungata verso il fondo scala, intercetti con precisione le righe del Ferro, validando sperimentalmente l'affidabilità dell'estrapolazione a bassa soglia.

4.2 Ricostruzione dei Segnali Saturi e Studio della Linearità

Per caratterizzare la linearità della catena di lettura e la risposta dinamica del sensore, sono stati preliminarmente analizzati gli impulsi di test artificiali (*testpulses*). Come introdotto nel Paragrafo 3.1 (e illustrato in Figura 3.1b), tali segnali vengono generati iniettando impulsi di corrente di ampiezza nota su una resistenza di riscaldamento (*heater*) evaporata direttamente sul cristallo assorbitore.

In Figura 4.1 è riportata la risposta del calorimetro in funzione della tensione iniettata sull'heater. La popolazione di testpulse analizzata è stata presa attraverso una scrematura a 3σ standard dal centro e iterata più volte fino a stabilizzazione dell'algoritmo.

L'andamento evidenzia in modo marcato la deviazione dal regime lineare. La retta visualizzata interpola i primi quattro livelli di testpulse, la cui ampiezza ricostruita dall'*Optimum Filter* risulta inferiore a circa 1 V: in questo intervallo la risposta del rivelatore è ancora lineare. Al crescere dell'energia iniettata, tuttavia, i punti sperimentali mostrano una netta curvatura verso l'alto: l'incremento di temperatura spinge la curva di transizione del TES verso l'estremità superiore $R(T)$, determinando la saturazione del segnale e limitando l'ampiezza massima misurabile.

Poiché i fotoni di calibrazione emessi dal ^{57}Co (122 keV e 136 keV) rilasciano un'energia che ricade ampiamente nella regione di saturazione del TES, l'impiego dell'Optimum Filter standard produrrebbe una severa compressione della scala energetica. Si rende pertanto indispensabile un algoritmo dedicato alla ricostruzione dell'ampiezza reale degli eventi saturi.

4.2.1 Ricostruzione del picco con CAIT

La ricostruzione dell'ampiezza non saturata è stata condotta mediante gli algoritmi implementati nel pacchetto di analisi `cait` (*CRESST Analysis with Interactive Tools*).

Il principio su cui si fonda l'algoritmo discende dal modello descritto dall'Equazione (3.1): nell'ipotesi che la dinamica termica di rilassamento del calorimetro non subisca alterazioni strutturali e che la non-linearità sia imputabile primariamente alla saturazione della transizione del TES, la forma d'onda del segnale ideale può essere descritta scalando il




Figura 4.1: Risposta del rivelatore in funzione dei testpulses iniettati. Sull'asse delle ordinate è riportata la tensione applicata all'heater (a gradini discreti di ampiezza nota), mentre sull'asse delle ascisse figura l'ampiezza stimata tramite il filtraggio convenzionale con *Optimum Filter* (3.2). La linea continua rappresenta l'estrapolazione della risposta lineare determinata sui primi quattro punti.

template unitario di riferimento $s(t - t_0)$ per un'ampiezza libera A:

$$v_{\text{modello}}(t) = A \cdot s(t - t_0). \tag{4.1}$$

L'obiettivo risiede dunque nello stimare il parametro A anche quando il picco dell'impulso risulta troncato o distorto dalla saturazione dell'elettronica e del sensore.

La distorsione non si manifesta unicamente nel plateau orizzontale alla massima tensione, ma contamina anche la fase iniziale della discesa, dove il film superconduttore permane in uno stato parzialmente resistivo fuori dalla regione di linearità. Per preservare l'affidabilità della stima è necessario definire un valore di soglia massima di tensione, denominato *truncation limit* (TL). La scelta di questo parametro riflette un compromesso ottimale:

- un valore di TL eccessivamente elevato includerebbe nel fit campioni temporali situati nella zona di forte non-linearità del TES, distorcendo sistematicamente la stima dell'ampiezza A;

- un valore di TL troppo conservativo (eccessivamente basso) scarterebbe una porzione rilevante della traccia, lasciando un numero insufficiente di samples accettati e aumentando l'errore sul picco dell'evento ricostruito

Per identificare oggettivamente la soglia ottimale è stato studiato l'andamento dell'RMS del fit su tutti gli eventi disponibili, variando progressivamente l'ampiezza del segnale. Come evidenziato in Figura 4.2, l'RMS si mantiene piatto e costante a bassi voltaggi, per poi esibire una rapida crescita in corrispondenza di ampiezze superiori a circa 1.3 V, segnalando l'insorgenza della distorsione di forma. In via conservativa, il *truncation limit* è stato quindi fissato al valore di 1.0 V.




Figura 4.2: Andamento del residuo RMS del fit in funzione dell'ampiezza dell'impulso. A partire da circa 1.3 V si osserva un graduale incremento dell'RMS, indice dell'incapacità del modello di descrivere i campioni soggetti a saturazione resistiva.

Fissato il TL a 1.0 V, l'algoritmo di `cait` esclude tutti i punti della finestra di acquisizione aventi ampiezza superiore a tale soglia, poiché presentano effetti di saturazione. Sul sottoinsieme di punti rimanenti (comprendente la linea di base pre-trigger, il fronte di salita iniziale e la coda asintotica di rilassamento termico), viene eseguita una minimizzazione dei minimi quadrati per estrarre il fattore di scala ottimale A. Un esempio rappresentativo di evento saturo ricostruito con questo approccio è mostrato in Figura 4.3.

4.2.2 Analisi dei Testpulses ricostruiti

L'algoritmo di ricostruzione descritto nel paragrafo precedente è stato applicato a tutte le popolazioni di testpulse aventi ampiezza superiore a 1 V. Il risultato dell'operazione è illustrato in Figura 4.4, dove le ampiezze ricostruite da `cait` vengono confrontate con la retta di risposta lineare determinata a bassa energia.




Figura 4.3: Esempio di ricostruzione di un impulso saturo mediante l'algoritmo di troncatura di `cait`. La traccia sperimentale grezza (in nero) presenta una netta saturazione a circa 4 V. I campioni situati al di sopra del *truncation limit* di 1 V (linea orizzontale arancione) non vengono considerati dall'algoritmo. La curva rossa rappresenta il template ottimale riscalato per il fattore di ampiezza stimato ($A = 23.73$ V), riproducendo l'escursione ideale che l'impulso avrebbe descritto in assenza di saturazione.

Sebbene la correzione avvicini i punti all'andamento atteso, persiste una deviazione sistematica rispetto alla retta lineare, la cui entità cresce con l'energia dell'impulso iniettato. Questo disaccordo sistematico evidenzia che l'ipotesi di invarianza di forma dell'impulso cessa di essere rigorosamente valida a rilasci termici molto elevati: si conclude quindi che l'algoritmo basato sul template tende quindi a sottostimare lievemente l'ampiezza reale alle alte energie.

Per correggere questa non-linearità residua, conoscendo l'ampiezza ricostruita da `cait` e volendo ottenere quella reale è sufficiente spostarsi orizzontalmente dal punto sul polinomio di secondo grado fino ad intercettare la retta. Il valore sull'asse delle ascisse ottenuto dall'intersezione rappresenta la vera ampiezza dell'evento nel caso il rivelatore fosse lineare in tutta la sua curva di transizione.

4.3 Estrazione dei Picchi e Curva di Calibrazione

Completata la catena di linearizzazione strumentale, si procede all'identificazione dei picchi di calibrazione prodotti dalla sorgente di ^{57}Co. A tale scopo sono stati selezionati tutti gli eventi saturi registrati sul rivelatore TUM93A e ne è stata ricostruita l'ampiezza corretta secondo la procedura discussa.

L'istogramma delle ampiezze ricostruite è riportato in Figura 4.7. La corretta identi-




Figura 4.4: Confronto tra le ampiezze stimate con l'Optimum Filter standard e quelle corrette tramite la procedura di ricostruzione su impulsi troncati di `cait`. La linea verde rappresenta l'estrapolazione lineare dei punti non saturi a bassa energia, mentre la curva arancione, eseguita tramite fit con un polinomio di secondo grado, illustra la funzione che verrà utilizzata per linearizzare la risposta del sistema.

ficazione delle strutture spettrali viene effettuata mediante il confronto diretto con lo spettro energetico teorico atteso per un cristallo di tungstato di calcio ($CaWO_4$) esposto a radiazione da Cobalto-57 (Figura 4.5).

Dal confronto tra lo spettro teorico e la distribuzione sperimentale emergono con chiarezza tre picchi ad alta energia:

1. Il doppietto terminale ad alta ampiezza, collocato a circa 19.0 V e 21.7 V, corrisponde univocamente alle transizioni γ principali del ^{57}Co a 122.06 keV e 136.47 keV;
2. Nella regione intermedia (tra 8 V e 11 V), dominata dalle transizioni di fluorescenza del tungsteno, emerge una riga prominente centrata a circa 9.19 V, corrispondente al picco di fuga primario $122 - K_{\alpha_1}$ a 62.8 keV. Gli altri picchi risultano sommersi dal fondo e non è possibile compararli allo spettro atteso;
3. A bassissime tensioni (< 1 V) si colloca infine l'emissione del ^{55}Fe (5.89 keV e 6.49 keV).

4.3.1 Fisica delle sorgenti di calibrazione (^{57}Co e ^{55}Fe)

Per la calibrazione in energia del rivelatore sono state impiegate due sorgenti radioattive a cattura elettronica: ^{57}Co e ^{55}Fe.




Figura 4.5: Spettro energetico teorico atteso nel cristallo per esposizione a una sorgente esterna di ^{57}Co. Si distinguono le righe primarie a 122.06 keV e 136.47 keV, affiancate dal complesso spettro di fluorescenza e dai picchi di fuga del tungsteno compresi nell'intervallo tra 50 keV e 80 keV.




Figura 4.6: Spettro sperimentale delle ampiezze ricostruite e corrette per la non-linearità. Si riconoscono chiaramente le due righe principali del Cobalto a circa 19.0 V e 21.7 V, insieme al picco a circa 9.2 V. Nella regione sub-volt si individua la popolazione corrispondente ai raggi X a circa 6 keV emessi dal ^{55}Fe, contestualmente presente nel criostato.

Emissione del ^{57}Co e interazione nel rivelatore

Il ^{57}Co ($T_{1/2} \approx 271.7$ d) decade per cattura elettronica verso stati eccitati del nucleo figlio ^{57}Fe, popolando principalmente il secondo livello a 136.47 keV. La diseccitazione nucleare avviene attraverso due processi principali:

- una transizione diretta allo stato fondamentale con emissione di un fotone γ da 136.47 keV (branching ratio del 10.7%);
- una cascata a due fotoni in cui il nucleo transita prima al livello a 14.41 keV emettendo un fotone γ da 122.06 keV (85.6%), seguito dal rilascio del quanto da 14.41 keV verso lo stato fondamentale.

I fotoni incidenti a 122 keV e 136 keV interagiscono nel cristallo rivelatore prevalentemente per effetto fotoelettrico sugli elettroni del guscio K del tungsteno ($Z = 74$, $B_K \approx 69.52$ keV). L'elettrone fotoelettrico espulso porta con sé un'energia cinetica $T_e = E_\gamma - B_K$, interamente rilasciata nel volume.

La lacuna atomica nel guscio K viene colmata tramite riarrangiamento elettronico con conseguente emissione di raggi X di fluorescenza caratteristici del tungsteno:

- K_{α_1} ($L_{\mathrm{III}} \to K$): 59.32 keV
- K_{α_2} ($L_{\mathrm{II}} \to K$): 57.98 keV
- K_{β_1} ($M_{\mathrm{III}} \to K$): 67.24 keV
- K_{β_2} ($N_{\mathrm{III}} \to K$): 69.10 keV

Nel caso in cui tale fotone X sfugga dal cristallo senza subire ulteriori interazioni, l'energia totale depositata nell'evento è pari alla differenza tra l'energia del γ incidente e l'energia del quanto fuggito ($E_{\mathrm{dep}} = E_\gamma - E_X$). Come si osserva nello spettro di Figura 4.5, sottraendo i valori dei raggi X del tungsteno alla riga da 122.06 keV si originano i doppietti di fuga:

- $122 - K_{\alpha_1} \approx 62.8$ keV e $122 - K_{\alpha_2} \approx 64.1$ keV;
- $122 - K_{\beta_1} \approx 54.9$ keV e $122 - K_{\beta_2} \approx 53.0$ keV.

Analogamente, dalla riga a 136.47 keV derivano i picchi di fuga $136 - K_\alpha$ (a circa 77.2 e 78.5 keV) e $136 - K_\beta$ (a 67.4 e 69.1 keV). Nella medesima regione spettrale emergono inoltre i picchi di fluorescenza diretta del tungsteno (K_α a $58.0 - 59.3$ keV e K_β a 67.2 keV), dovuti a eventi in cui i raggi X generati all'interno o nelle vicinanze del cristallo vengono interamente assorbiti.

Emissione del ^{55}Fe

Il ^{55}Fe ($T_{1/2} \approx 2.74$ anni) decade anch'esso per cattura elettronica, transmutando in un nucleo di ^{55}Mn. Il decadimento popola direttamente lo stato fondamentale del ^{55}Mn: di conseguenza, non vi è alcuna emissione di fotoni γ di origine nucleare.

Il segnale rilevato è invece interamente dovuto alla diseccitazione elettronica dell'atomo figlio: la cattura di un elettrone orbitale crea prevalentemente una vacanza nel guscio K del manganese ($B_K = 6.54$ keV). Il riempimento radiativo di questa lacuna genera due caratteristiche righe X:

- la riga K_α a 5.89 keV, corrispondente alla transizione di un elettrone dal guscio L al guscio K ($2p \to 1s$);
- la riga K_β a 6.49 keV, associata alla transizione dal guscio M al guscio K ($3p \to 1s$).

Queste due righe forniscono un preciso punto di ancoraggio per la calibrazione nella regione delle basse energie.

4.3.2 Fit dei picchi del Cobalto e del Ferro

La determinazione precisa delle ampiezze corrispondenti alle righe del ^{57}Co richiede un modello spettrale che tenga conto della complessa risposta sperimentale del calorimetro.

Doppietto ad alta energia (122.06 keV e 136.47 keV)

L'ispezione dei due foto-picchi ad alta ampiezza (Figura 4.7) mostra chiaramente che una semplice funzione gaussiana risulta inadeguata: a sinistra di ciascun picco, il livello dei conteggi si assesta a una quota sensibilmente superiore rispetto alla linea di base alla sua destra. Tale asimmetria è dovuta allo scattering Compton negli schermi: parte dei fotoni γ primari subisce diffusione Compton sugli elettroni dei materiali interposti (schermature di piombo, pareti in rame e schermi termici del criostato) prima di raggiungere il cristallo, arrivando con energia degradata e originando una coda continua di eventi al di sotto del picco di assorbimento totale;

Per modellizzare accuratamente questa forma di riga è stata impiegata una funzione analitica composita basata sulla parametrizzazione di tipo *Crystal Ball* [13], estesa con un termine a gradino derivato dall'effetto Compton. Introducendo per ciascun picco $k \in \{1, 2\}$ la variabile ridotta centrata e normalizzata:

$$u_k = \frac{x - \mu_k}{\sigma_k}, \tag{4.2}$$

dove μ_k rappresenta la posizione del picco e σ_k la dispersione gaussiana associata alla risoluzione strumentale, il profilo del picco $P_k(u_k)$ è definito a tratti:

$$P_k(u_k) = \begin{cases} A_k \exp\left(-\frac{1}{2}u_k^2\right), & \text{per } u_k \geq -\tau_k \\ A_k \exp\left(\frac{1}{2}\tau_k^2 + \tau_k u_k\right), & \text{per } u_k < -\tau_k \end{cases} \tag{4.3}$$

dove $\tau_k > 0$ è il parametro adimensionale che definisce la soglia di transizione (in unità di deviazioni standard a sinistra del centro) in cui la campana gaussiana si raccorda, con continuità di funzione e derivata prima, a una coda di decadimento esponenziale.

A questa componente di picco viene sommato il contributo a gradino (*step function*), che descrive l'innalzamento della linea di base a sinistra dovuto al continuo Compton. Matematicamente, tale gradino è espresso dalla convoluzione di una funzione a gradino di Heaviside con la funzione di risoluzione gaussiana del calorimetro, traducendosi nella funzione degli errori complementare (erfc):

$$S_k(u_k) = \frac{1}{2} A_{\text{step},k} \operatorname{erfc}\left(\frac{u_k}{\sqrt{2}}\right). \tag{4.4}$$

Il modello complessivo include inoltre un fondo residuo comune descritto da una costante ($B(x) = p_0$), per un totale di 11 parametri liberi (5 per ciascun picco e 1 per il fondo). L'espressione finale del modello di fit è quindi:

$$F(x) = B(x) + \sum_{k=1}^{2} \Big[P_k(u_k(x)) + S_k(u_k(x)) \Big]. \tag{4.5}$$

Il fit è stato eseguito minimizzando la statistica del χ^2 su un istogramma suddiviso in 70 bin:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{70} \frac{\left(N_i^{\text{oss}} - N_i^{\text{att}}(F)\right)^2}{\sigma_i^2}, \tag{4.6}$$

dove N_i^{oss} rappresenta il conteggio osservato nel bin i-esimo, N_i^{att} il valore predetto dall'integrazione del modello e $\sigma_i = \sqrt{N_i^{\text{oss}}}$ l'incertezza poissoniana associata. Con $70 - 11 = 59$ gradi di libertà, il fit converge con un $\chi^2_{\text{red}} \approx 1$, a conferma dell'eccellente capacità del modello di riprodurre la fisica del segnale. I parametri fondamentali estratti dalla minimizzazione sono:

- Picco 122.06 keV: $\mu_1 = 16.80 \pm 0.02\,\text{V}$, $\sigma_1 = 0.21 \pm 0.02\,\text{V}$;
- Picco 136.47 keV: $\mu_2 = 18.96 \pm 0.03\,\text{V}$, $\sigma_2 = 0.23 \pm 0.02\,\text{V}$.




Figura 4.7: Fit congiunto delle righe γ del ^{57}Co a 122.06 keV e 136.47 keV mediante modello Crystal Ball con coda esponenziale a sinistra, gradino erfc e fondo lineare comune.

Picco di fuga del Tungsteno (62.8 keV)

L'identificazione del picco di fuga $122 - K_{\alpha_1}$ a 62.8 keV risulta più complessa, in quanto la struttura spettrale emerge su un continuo di eventi di scattering notevolmente più denso rispetto alla regione ad alta ampiezza.

Per incrementare la purezza del campione ed eliminare eventuali interazioni spurie o particelle cariche di fondo, è stata preliminarmente analizzata la distribuzione del *Light Yield* (LY), definito dal rapporto tra l'energia rilevata nel canale luminoso e quella depositata nel canale fononico ($LY = E_{\text{luce}}/E_{\text{calore}}$), riportata in Figura 4.8.

Come illustrato dal grafico, gli eventi associati a rinculi elettronici (e^-/γ) si concentrano lungo una banda ben definita con $LY \approx 0.2$. Applicando un taglio selettivo a $\pm 3\sigma$ attorno al baricentro di tale banda, sono stati scartati gli eventi con rapporto anomalo.

Poiché nella regione compresa tra 50 keV e 80 keV coesistono molteplici transizioni minori, l'analisi è stata circoscritta a una ristretta Regione di Interesse (ROI) attorno alla riga da 62.8 keV (intervallo $8.0 - 8.8$ V). In questa finestra locale, l'andamento è stato descritto tramite la combinazione di una singola funzione gaussiana e un fondo lineare:

$$f_{\text{ROI}}(x) = \frac{A_3}{\sqrt{2\pi}\sigma_3} \exp\left(-\frac{(x-\mu_3)^2}{2\sigma_3^2}\right) + (c_0 + c_1 x). \tag{4.7}$$

La minimizzazione ha condotto a una determinazione statisticamente solida del centroide del picco:




Figura 4.8: Distribuzione bidimensionale del Light Yield in funzione della tensione ricostruita. La popolazione principale evidenzia la banda elettronica (e^-/γ), caratterizzata da un rapporto di scintillazione sostanzialmente uniforme lungo l'intero intervallo energetico.




Figura 4.9: Fit del picco di fuga del tungsteno a 62.8 keV ristretto alla regione di interesse compresa tra 8.0 V e 8.8 V. Il modello comprende una gaussiana per il picco e un fondo polinomiale di primo grado.

- Picco 62.8 keV: $\mu_3 = 8.45 \pm 0.03\,\text{V}, \quad \sigma_3 = 0.13 \pm 0.02\,\text{V}$.

Picchi del Ferro (5.89 keV e 6.49 keV)

Per il fit dei picchi del Ferro, la procedura è stata analoga a quella descritta per il picco di fuga del tungsteno. La regione di interesse è stata limitata all'intervallo $0.8 - 1.0\,\text{V}$, dove si collocano le due righe principali del ^{55}Fe. Il modello di fit comprende due gaussiane sovrapposte per i picchi K_α e K_β, insieme a un fondo lineare. Viene imposto il vincolo che le sigma dei due picchi siano uguali per due motivi:

1. l'allargamento della riga è principalmente determinato dalla risoluzione strumentale del calorimetro, che non dipende dall'energia del fotone incidente, che quindi può essere considerata costante per entrambe le transizioni;

2. la popolazione di eventi a bassa energia è limitata, impostare un altro parametro libero sul fit della seconda gaussiana rischierebbe di allargarla eccessivamente per minimizzare il chi quadro.




Figura 4.10: Fit del doppietto del Ferro.

La posizione dei picchi è:

- Picco K_α (5.89 keV): $\mu_1 = 0.861 \pm 0.001\,\text{V}, \quad \sigma_1 = 0.013 \pm 0.001\,\text{V}$;
- Picco K_β (6.49 keV): $\mu_2 = 0.943 \pm 0.002\,\text{V}, \quad \sigma_2 = 0.013 \pm 0.002\,\text{V}$.

4.3.3 Linearizzazione delle Ampiezze e Costruzione della Curva di Calibrazione

Come discusso nel Paragrafo 4.2.2, l'algoritmo di ricostruzione su impulsi troncati presenta una progressiva sottostima sistematica dell'ampiezza al crescere dell'energia depositata. Prima di poter determinare la funzione di risposta energetica del calorimetro, è stato pertanto necessario linearizzare le ampiezze stimate da `cait` (V_{rec}), proiettandole sulla scala di proporzionalità ideale definita dai testpulse a bassissima energia ($V_{\mathrm{inj}} < 2.5\,\mathrm{V}$).

La procedura geometrica di linearizzazione è illustrata in Figura 4.11:




Figura 4.11: Procedura di linearizzazione delle ampiezze stimate per i picchi del ^{57}Co. Ciascun valore di tensione ricostruito da `cait` (8.46 V, 16.80 V, 18.96 V) viene intercettato sulla curva quadratica dei testpulse (in arancione) e traslato orizzontalmente fino alla retta di risposta lineare ideale a bassa energia (in verde), fornendo le tensioni linearizzate corrette (9.19 V, 19.01 V, 21.67 V).

Per determinare l'incertezza globale σ_V da associare a ciascuna ampiezza linearizzata, sono stati considerati tre contributi indipendenti:

1. **Incertezza statistica del fit spettrale (σ_{stat}):** l'incertezza sulla posizione del centroide estratta dal fit dei picchi (la deviazione standard del modello Crystal Ball o della gaussiana).

2. **Incertezza sul riposizionamento geometrico (σ_{geom}):** la definizione della curva quadratica dei testpulse e della retta ideale a bassa energia introduce

un'incertezza sistematica sulla corretta proiezione orizzontale. Poiché è complesso quantificare a priori la covarianza locale tra le due curve empiriche, è stata assunta come incertezza una frazione conservativa pari a un quarto della distanza orizzontale percorsa dal punto tra la parabola e la retta:

$$\sigma_{\text{geom}} = \frac{1}{4}|V_{\text{lin}} - V_{\text{rec}}|; \tag{4.8}$$

3. **Incertezza sistematica sul Truncation Limit (σ_{TL}):** la stima dell'ampiezza effettuata da `cait` dipende dalla soglia di troncatura adottata per escludere i campioni saturi. Per quantificare la stabilità dell'algoritmo rispetto a questo parametro, l'intera procedura di ricostruzione è stata ripetuta variando il *truncation limit* su tre valori rappresentativi (0.8 V, 1.0 V e 1.2 V), come riassunto in Tabella 4.1.

Configurazione TL	**Escape** (62.8 keV)	**Picco 1** (122.1 keV)	**Picco 2** (136.5 keV)
TL = 0.8 V	8.57 V	17.09 V	19.30 V
TL = 1.0 V *(nominale)*	8.46 V	16.80 V	18.96 V
TL = 1.2 V	8.32 V	16.52 V	18.61 V
Incertezza sistematica σ_{TL}	0.11 V	0.28 V	0.35 V

Tabella 4.1: Posizione dei centroidi ricostruiti da `cait` al variare del Truncation Limit impiegato. La massima semidispersione dei valori attorno al caso nominale (1.0 V) quantifica l'incertezza sistematica σ_{TL}.

Sommando in quadratura la componente geometrica e quella sistematica del Truncation Limit:

$$\sigma_V = \sqrt{\sigma_{\text{stat}}^2 + \sigma_{\text{geom}}^2 + \sigma_{\text{TL}}^2}, \tag{4.9}$$

si ottengono le incertezze complessive finali: $\sigma_V = 0.25\,\text{V}$ per la riga a 62.8 keV, $\sigma_V = 0.65\,\text{V}$ per il picco a 122.06 keV e $\sigma_V = 0.80\,\text{V}$ per il picco a 136.47 keV.

In Tabella 4.2 sono riassunti tutti i parametri spettrali utilizzati per la calibrazione, comprendenti sia le righe del Cobalto con i rispettivi errori complessivi, sia le righe a bassa energia del ^{55}Fe.

Disponendo dei tre punti fiduciali linearizzati ad alta energia, è stata costruita la funzione di calibrazione $E(V)$ del rivelatore. Poiché in assenza di rilascio termico il segnale è nullo ($E(0) = 0$), il modello adottato è un polinomio di secondo grado vincolato all'origine:

$$E(V) = a \cdot V^2 + b \cdot V. \tag{4.10}$$

Transizione / Origine	**Energia Nominale** [keV]	V_{rec} **(Fit CAIT)** [V]	V_{lin} **(Linearizzata)** [V]
^{55}Fe (K_α, $2p \to 1s$)	5.89	–	0.862 ± 0.001
^{55}Fe (K_β, $3p \to 1s$)	6.49	–	0.941 ± 0.002
^{57}Co ($122 - K_{\alpha_1}$ escape)	62.80	8.45 ± 0.13	9.19 ± 0.25
^{57}Co (γ_1, fotopicco)	122.06	16.80 ± 0.21	19.01 ± 0.65
^{57}Co (γ_2, fotopicco)	136.47	18.96 ± 0.23	21.67 ± 0.80

Tabella 4.2: Riepilogo delle righe di calibrazione sperimentali. Le righe del ^{55}Fe risiedono originariamente nel regime di risposta lineare, mentre per i picchi saturi del ^{57}Co le ampiezze linearizzate includono l'errore sistematico combinato σ_V.

Il fit ai minimi quadrati ponderato con le incertezze σ_V (Figura 4.12) fornisce i seguenti parametri ottimali:

$$a = (-4.41 \pm 1.73) \times 10^{-2}\,\mathrm{keV/V^2}, \tag{4.11}$$

$$b = (7.24 \pm 0.28)\,\mathrm{keV/V}. \tag{4.12}$$

Per validare la risposta del calorimetro nella regione sub-keV e a pochi keV, la funzione di calibrazione è stata invertita analiticamente per calcolare la posizione in tensione attesa per i fotoni caratteristici del ^{55}Fe:

$$E = 5.89\,\mathrm{keV} \quad \Longrightarrow \quad V_{\mathrm{att}} = 0.82 \pm 0.03\,\mathrm{V}, \tag{4.13}$$

$$E = 6.49\,\mathrm{keV} \quad \Longrightarrow \quad V_{\mathrm{att}} = 0.90 \pm 0.03\,\mathrm{V}. \tag{4.14}$$

Confrontando tali valori con le ampiezze misurate sperimentalmente sui fotopicchi non saturi del Ferro ($V_{\mathrm{oss}} = 0.862\,\mathrm{V}$ e $0.941\,\mathrm{V}$), si riscontra un accordo entro le barre d'errore a circa 1.5σ. La discrepanza relativa percentuale:

$$\Delta_{\mathrm{rel}} = \frac{|V_{\mathrm{oss}} - V_{\mathrm{att}}|}{V_{\mathrm{oss}}} \tag{4.15}$$

si attesta al 4.8% per la riga da 5.89 keV e al 4.6% per la riga da 6.49 keV. L'accordo inferiore al 5% su un'estrapolazione condotta lungo oltre un ordine di grandezza in tensione convalida sperimentalmente la solidità dell'approccio metodologico adottato.

4.4 Calibrazione a Bassa Soglia Mediante Rinculi Nucleari

Nonostante l'eccellente coerenza riscontrata tra le righe del ^{57}Co e del ^{55}Fe, la calibrazione energetica convenzionale presenta un limite intrinseco per la fisica della materia oscura:




Figura 4.12: Curva di calibrazione energetica quadratica vincolata all'origine, costruita a partire dai tre picchi ad alta energia del ^{57}Co. I punti evidenziati a bassa tensione illustrano l'estrapolazione a ritroso per le righe K_α e K_β del ^{55}Fe.

essa si basa interamente su *rinculi elettronici* (e^-/γ), mentre l'interazione attesa per particelle massive WIMP avviene mediante *rinculi nucleari*. A differenza di un rinculo elettronico, un rinculo nucleare trasmette una frazione dell'energia cinetica ceduta al reticolo cristallino in difetti stabili. Tuttavia, come evidenziato in [14], con le attuali incertezze non possiamo confermare se questa differenza esiste o meno, tuttavia se esiste è inferiore al 5%.

Per ancorare direttamente la risposta del rivelatore nella regione di bassa soglia, la collaborazione CRESST ha recentemente validato un metodo di calibrazione basato sulla cattura radiativa di neutroni termici [14].

Nel setup sperimentale ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso, il rivelatore è stato esposto a una sorgente neutronica di Americio-Berillio. I neutroni veloci emessi vengono moderati dalle schermature di polietilene, piombo e rame, raggiungendo il cristallo di $CaWO_4$ con energie termiche ($E_n \lesssim 25\,\text{meV}$). Tra i vari isotopi presenti, il ^{182}W presenta una sezione d'urto di cattura termica rilevante ($\sigma \approx 20.3\,\text{b}$), per poi diseccitarsi tramite emissione di un fotone γ verso lo stato fondamentale del ^{183}W ($Q = 6190.7\,\text{keV}$):

$$n + {}^{182}\text{W} \longrightarrow {}^{183}\text{W}^* \longrightarrow {}^{183}\text{W} + \gamma. \tag{4.16}$$

A causa dell'elevata energia, il fotone γ attraversa il cristallo senza interagire. Per conservazione del momento, il nucleo figlio di ^{183}W subisce un rinculo monoenergetico

determinato da :

$$E_R = \frac{E_\gamma^2}{2Mc^2} = 112.4\,\text{eV}. \tag{4.17}$$

Questo processo genera un picco monoenergetico isolato a 112.4 eV nel canale fononico, offrendo un punto di calibrazione ideale a rinculo nucleare puro.

Per determinare l'ampiezza equivalente a cui è atteso tale segnale sul nostro calorimetro, è stato eseguito un fit polinomiale di terzo grado vincolato a passare per l'origine, esteso a tutti e 5 i punti fiduciali disponibili (i tre picchi linearizzati del ^{57}Co e le due righe misurate del ^{55}Fe):

$$E(V) = a \cdot V^3 + b \cdot V^2 + c \cdot V. \tag{4.18}$$

I parametri ottimali risultanti dal fit globale (riportato in Figura 4.13) sono:

$$a = (-2.56 \pm 1.56) \times 10^{-3}\,\text{keV/V}^3, \tag{4.19}$$

$$b = (2.89 \pm 3.25) \times 10^{-2}\,\text{keV/V}^2, \tag{4.20}$$

$$c = (6.82 \pm 0.03)\,\text{keV/V}. \tag{4.21}$$




Figura 4.13: Curva di calibrazione polinomiale di terzo grado vincolata all'origine, ottenuta combinando tutti e 5 i picchi sperimentali (^{57}Co e ^{55}Fe). Il punto in arancione individua l'ampiezza predetta per il rinculo nucleare da 112.4 eV ($V = 16.47 \pm 0.07$ mV).

Valutando la funzione invertita all'energia del rinculo nucleare ($E = 112.4$ eV), si ricava la tensione attesa sul sensore:

$$V(112.4\,\text{eV}) = 16.47 \pm 0.07\,\text{mV}. \tag{4.22}$$

Come emerge chiaramente da Figura 4.13, la funzione si mantiene rigorosamente lineare lungo l'intera finestra sub-keV, con una pendenza determinata dal termine di primo grado ($c \approx 6.82\,\mathrm{keV/V}$). La curvatura negativa diviene apprezzabile unicamente a tensioni elevate, ben al di sopra dell'escape peak da 62.8 keV.

Questo riscontro certifica che, nella finestra a bassa soglia deputata all'osservazione dei candidati di materia oscura, il calorimetro risponde in modo lineare come ipotizzato inizialmente.

Capitolo 5

Conclusioni e Prospettive

L'attività di analisi sviluppata in questo lavoro di tesi si è articolata attorno a due obiettivi cardine per il funzionamento del calorimetro criogenico di CRESST-III: la caratterizzazione del rumore sperimentale volta all'ottimizzazione della soglia di trigger e la formulazione di una procedura di calibrazione energetica accurata ed estendibile fino alla finestra sub-keV.

Caratterizzazione del Rumore e Ottimizzazione del Trigger

Nella prima fase del lavoro, la risposta del rivelatore è stata analizzata nel dominio delle frequenze mediante il formalismo dell'Optimum Filter (OF, Paragrafo 3.2). Conoscendo la densità spettrale di potenza del rumore di fondo e la forma d'onda caratteristica del segnale (*template*), l'algoritmo di OF ha consentito di massimizzare il rapporto segnale-rumore.

L'applicazione del filtro alle tracce di rumore filtrate con OF ha permesso di determinare tre livelli di soglia valutati sul numero di trigger spuri accettati:

$$V_{\text{th}}^{(10\%)} = 4.453\,\text{mV}, \quad V_{\text{th}}^{(1\%)} = 5.133\,\text{mV}, \quad V_{\text{th}}^{(0.1\%)} = 6.026\,\text{mV}. \tag{5.1}$$

Per valutare quantitativamente l'efficienza di rivelazione associata a tali valori, è stata eseguita una simulazione sovrapponendo il template standard di segnale, ad ampiezze discrete crescenti, a campioni di rumore reale. Come illustrato dalla curva di efficienza di Figura 3.12, la soglia al $V_{\text{th}}^{(1\%)}$ si è rivelata il miglior compromesso operativo, garantendo una buona combinazione tra discriminazione del rumore e una rapida transizione alla piena efficienza di trigger. Convertendo questa soglia di tensione mediante la curva di calibrazione globale del calorimetro, è stato stimato un valore di soglia energetica pari a circa 37 eV.

Calibrazione Energetica e Risposta Non Lineare

La seconda parte dell'analisi ha affrontato la ricostruzione dello spettro e la calibrazione del rivelatore, sfruttando due sorgenti radioattive con caratteristiche complementari: una sorgente interna a bassa energia di ^{55}Fe, posta in prossimità del cristallo, e una sorgente esterna di ^{57}Co, che sfrutta l'elevata capacità di penetrazione dei raggi γ per penetrare attraverso gli schermi.

Le emissioni caratteristiche del ^{55}Fe (5.89 keV e 6.49 keV), ricostruite tramite Optimum Filter, risiedono interamente nella regione di risposta lineare del TES. Il fit dello spettro con una funzione a doppia gaussiana su fondo continuo ha permesso di isolare i picchi, localizzati a:

- Riga K_α (5.89 keV): $\mu_1 = 0.861 \pm 0.001\,\mathrm{V}$, $\sigma_1 = 0.013 \pm 0.001\,\mathrm{V}$;
- Riga K_β (6.49 keV): $\mu_2 = 0.943 \pm 0.002\,\mathrm{V}$, $\sigma_2 = 0.013 \pm 0.002\,\mathrm{V}$.

Al contrario, gli eventi indotti dal ^{57}Co rilasciano energie significativamente più elevate (> 60 keV), spingendo il TES al di fuori della regione lineare e provocando la saturazione del segnale. Per recuperare l'ampiezza non distorta degli impulsi saturi, è stato impiegato il metodo di fit di `cait`, con *truncation limit* = 1.0 V. Lo spettro delle ampiezze ricostruite (Figura 4.7) è stato fittato tramite modello Crystal Ball, ottendendo i seguenti parametri per i picchi:

- Picco γ_1 (122.06 keV): $\mu_1 = 16.80 \pm 0.02\,\mathrm{V}$, $\sigma_1 = 0.21 \pm 0.02\,\mathrm{V}$;
- Picco γ_2 (136.47 keV): $\mu_2 = 18.96 \pm 0.03\,\mathrm{V}$, $\sigma_2 = 0.23 \pm 0.02\,\mathrm{V}$;

e il picco di fuga del tungsteno, localizzato a:

- Escape peak K_{α_1} (62.80 keV): $\mu_3 = 8.45 \pm 0.03\,\mathrm{V}$, $\sigma_3 = 0.13 \pm 0.02\,\mathrm{V}$.

A causa della progressiva perdita di proporzionalità introdotta dall'algoritmo su impulsi fortemente troncati, i valori stimati sono stati successivamente linearizzati proiettandoli sulla curva di risposta dei testpulse (Figura 4.11).

Validazione della Calibrazione e Prospettive a Bassa Soglia

Costruendo una curva di calibrazione preliminare quadratica vincolata all'origine basata unicamente sui tre punti ad alta energia del ^{57}Co, la funzione è stata estrapolata a ritroso

di oltre un ordine di grandezza in tensione per verificare la coerenza con i picchi del ^{55}Fe. Le posizioni in ampiezza previste dal modello:

$$E = 5.89\,\text{keV} \quad \Longrightarrow \quad V_{\text{att}} = 0.82 \pm 0.03\,\text{V}, \tag{5.2}$$

$$E = 6.49\,\text{keV} \quad \Longrightarrow \quad V_{\text{att}} = 0.90 \pm 0.03\,\text{V}, \tag{5.3}$$

risultano in ottimo accordo con i valori misurati sperimentalmente (0.861 V e 0.943 V), evidenziando una discrepanza relativa contenuta entro il 4.8% e il 4.6%. Tale accordo convalida sperimentalmente l'affidabilità della procedura di linearizzazione adottata e dimostra come sia possibile ricorrere a calibrazioni con sorgenti γ ad alta energia esterne senza compromettere la precisione della scala energetica a basse energie.

Infine, incorporando congiuntamente tutte e cinque le righe sperimentali in un fit polinomiale globale di terzo grado vincolato a zero (Figura 4.13), è stata estesa la calibrazione verso la soglia sperimentale. La curva ha permesso di stimare la tensione attesa per il picco di rinculo nucleare puro a 112.4 eV (originato dalla cattura di neutroni termici su ^{182}W), ottenendo:

$$V(112.4\,\text{eV}) = 16.47 \pm 0.07\,\text{mV}. \tag{5.4}$$

In conclusione, la procedura sviluppata in questa tesi fornisce un protocollo robusto ed efficiente per la ricostruzione energetica di qualsiasi evento registrato dal rivelatore:

- per impulsi con ampiezza inferiore a circa 1 V (regime lineare, tipico dei candidati di materia oscura e delle calibrazioni X), l'ampiezza viene estratta tramite Optimum Filter e convertita direttamente in energia lungo la regione proporzionale della curva di calibrazione;
- per impulsi energetici superiori a 1 V (regime saturo), l'ampiezza viene ricostruita tramite il fit a template troncato con `cait`, linearizzata rispetto alla risposta dei testpulse e quindi convertita nell'energia corrispondente.

Questo approccio garantisce una trattazione rigorosa delle non linearità termiche del sensore e costituisce uno strumento fondamentale per l'analisi dei dati fisici di CRESST-III.

Bibliografia

[1] Vera C. Rubin, W. Kent Ford Jr. e Norbert Thonnard. "Rotational properties of 21 SC galaxies with a large range of luminosities and radii, from NGC 4605 (R = 4 kpc) to UGC 2885 (R = 122 kpc)". In: *The Astrophysical Journal* 238 (1980), pp. 471–487. DOI: 10.1086/158003.

[2] INFN - Laboratori Nazionali di Frascati. *Il problema della Materia Oscura*. URL: https://w3.lnf.infn.it/problema-della-materia-oscura/ (visitato il giorno 05/10/2026).

[3] Chandra X-ray Observatory. *1E 0657-56: NASA Finds Direct Proof of Dark Matter (More Information)*. Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. Ago. 2006. URL: https://chandra.harvard.edu/photo/2006/1e0657/more.html.

[4] Planck Collaboration, Y. Akrami, M. Ashdown et al. "Planck 2018 results. I. Overview and the cosmological legacy of Planck". In: *Astronomy & Astrophysics* (2020). DOI: 10.1051/0004-6361/201833880.

[5] Tarun Souradeep, Rajib Saha e Pankaj Jain. "Angular power spectrum of CMB anisotropy from WMAP". In: *New Astronomy Reviews* (2006). arXiv: astro-ph/0608199.

[6] P. S. Bhupal Dev, Anupam Mazumdar e Saleh Qutub. "Constraining non-thermal and thermal properties of Dark Matter". In: *Frontiers in Physics* 2 (2014), p. 26. DOI: 10.3389/fphy.2014.00026. arXiv: 1311.5297.

[7] Marco Battaglieri et al. "US Cosmic Visions: New Ideas in Dark Matter 2017 Community Report". In: *arXiv preprint* (2017). arXiv: 1707.04591 [hep-ph]. URL: https://arxiv.org/abs/1707.04591.

[8] V. Anastassopoulos et al. "New CAST limit on the axion-photon interaction". In: *Nature Physics* 13.6 (2017), pp. 584–590. DOI: 10.1038/nphys4100. arXiv: 1705.02290 [hep-ex].

[9] N. Du et al. “A Search for Invisible Axion Dark Matter with the Axion Dark Matter Experiment”. In: *Phys. Rev. Lett.* 120 (15 2018), p. 151301. DOI: 10.1103/PhysRevLett.120.151301. arXiv: 1804.05750 [hep-ex].

[10] CRESST Collaboration. *The CRESST Experiment: CRESST Detectors*. Max Planck Institute for Physics. 2026. URL: https://cresst-experiment.org/the-cresst-experiment/cresst-detectors.

[11] Emilio Gatti e Pier Francesco Manfredi. “Processing the signals from solid-state detectors in elementary-particle physics”. In: *La Rivista del Nuovo Cimento* 9.1 (1986), pp. 1–146. DOI: 10.1007/BF02822156.

[12] Abraham Savitzky e Marcel J. E. Golay. “Smoothing and differentiation of data by simplified least squares procedures”. In: *Analytical Chemistry* 36.8 (1964), pp. 1627–1639. DOI: 10.1021/ac60214a047.

[13] Tomasz Skwarnicki. “A study of the radiative CASCADE transitions between the Υ' and Υ resonances”. In: *DESY Internal Report* DESY-F31-86-02 (1986). arXiv: 1603.08591 [hep-ex]. URL: https://arxiv.org/abs/1603.08591.

[14] G. Angloher et al. “Observation of a low energy nuclear recoil peak in the neutron calibration data of the CRESST-III experiment”. In: *Phys. Rev. D* 108 (2 lug. 2023), p. 022005. DOI: 10.1103/PhysRevD.108.022005. URL: https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.108.022005.

Ringraziamenti

Grazie grazie