

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Instrumento: TT-1234

Fecha: 2026-05-21

Responsable: MGA

Tolerancia: ± 2.0

Estado final: FUERA DE TOLERANCIA

Patrón	Medido	Error
100.0	95.0	-5.0