

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Instrumento: TT-1235
Fecha: 2026-05-22
Responsable: MGA
Tolerancia: ± 2.0

Estado final: FUERA DE TOLERANCIA

Patrón	Medido	Error
100.0	101.0	1.0
150.0	151.0	1.0
200.0	205.0	5.0