

BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM

NIVEL: **II**

LOTE: **0003**

ESPAÑOL

COMPONENTE	MÉTODO	VALOR	LIMITES	1S	UNIDAD	TRAZABILIDAD
ACE	FAPGG	*	* - *	*	U/L	BMC
		*	* - *	*	µkat/L	
FOSFATASA ÁCIDA	Naftil fosfato/pentanodiol	25,4	12,7 - 38,1	4,2	U/L	BMC
		0,421	0,211 - 0,632	0,070	µkat/L	
ALBÚMINA	Verde de bromocresol	46,2	37,9 - 54,5	2,8	g/L	ERM-DA470/IFCC (IRMM)
FOSFATASA ALCALINA	Tampón 2-amino-2-metil-1-propanol	239	196 - 282	14	U/L	C-RSE/IFCC
		3,97	3,26 - 4,68	0,24	µkat/L	BMC
	Tampón dietanolamina	315	258 - 372	19	U/L	BMC
		5,22	4,28 - 6,16	0,31	µkat/L	
ALT/GPT	IFCC sin Fosfato de piridoxal	124	102 - 146	7	U/L	BMC
		2,05	1,68 - 2,42	0,12	µkat/L	
	IFCC con Fosfato de piridoxal	134	110 - 158	8	U/L	C-RSE/IFCC
		2,23	1,83 - 2,63	0,13	µkat/L	ERM-AD454/IFCC (IRMM)
α-AMILASA	IFCC	238	195 - 281	14	U/L	C-RSE/IFCC
		3,96	3,25 - 4,67	0,24	µkat/L	IRMM/IFCC-456 (IRMM)
	Sustrato directo	314	257 - 371	19	U/L	BMC
		5,22	4,28 - 6,16	0,31	µkat/L	
α-AMILASA PANCREÁTICA	Inmunoinhibición	*	* - *	*	U/L	C-RSE/IFCC
		*	* - *	*	µkat/L	BMC
AST/GOT	IFCC sin Fosfato de piridoxal	155	127 - 183	9	U/L	BMC
		2,57	2,11 - 3,03	0,15	µkat/L	
	IFCC con Fosfato de piridoxal	161	132 - 190	10	U/L	C-RSE/IFCC
		2,68	2,20 - 3,16	0,16	µkat/L	ERM-AD457/IFCC (IRMM)
BILIRRUBINA (DIRECTA)	Sulfanílico diazoado	1,16	0,81 - 1,51	0,12	mg/dL	BMC
		19,9	13,9 - 25,9	2,0	µmol/L	
	Diclorofenildiazonio A25/A15	1,68	1,18 - 2,18	0,17	mg/dL	BMC
		28,8	20,2 - 37,4	2,9	µmol/L	
	Diclorofenildiazonio BA400/BA200	0,979	0,685 - 1,273	0,098	mg/dL	BMC
		16,7	11,7 - 21,7	1,7	µmol/L	
BILIRRUBINA TOTAL	Sulfanílico diazoado	5,85	4,10 - 7,61	0,59	mg/dL	SRM 916 (NIST)
		100	70 - 130	10	µmol/L	
	Diclorofenildiazonio	5,85	4,10 - 7,61	0,59	mg/dL	SRM 916 (NIST)
		100	70 - 130	10	µmol/L	
CALCIO	Arsenazo III	12,3	10,8 - 13,8	0,5	mg/dL	SRM 956 (NIST)
		3,08	2,71 - 3,45	0,12	mmol/L	
	o-Cresoltaleína	12,7	11,2 - 14,2	0,5	mg/dL	SRM 956 (NIST)
		3,17	2,79 - 3,55	0,13	mmol/L	
	Azul de metiltimol	12,6	11,1 - 14,1	0,5	mg/dL	SRM 956 (NIST)
		3,14	2,76 - 3,52	0,13	mmol/L	
CLORURO	Electrodo selectivo	126	113 - 139	4	mmol/L	Unidad de masa (1)
COLESTEROL	Colesterol oxidasa/peroxidasa	235	200 - 270	12	mg/dL	SRM 909 (NIST)
		6,10	5,19 - 7,02	0,31	mmol/L	
COLESTEROL HDL	Directo detergente	*	* - *	*	mg/dL	CDC Reference Method
		*	* - *	*	mmol/L	BMC
	Directo TOOS	*	* - *	*	mg/dL	CDC Reference Method
		*	* - *	*	mmol/L	BMC
	Fosfatungstato/Mg - Colesterol oxidasa/peroxidasa	**	** - **	**	mg/dL	SRM 909 (NIST)
		**	** - **	**	mmol/L	
COLESTEROL LDL	Directo detergente	*	* - *	*	mg/dL	CDC Reference Method
		*	* - *	*	mmol/L	BMC
	Directo TOOS	*	* - *	*	mg/dL	CDC Reference Method
		*	* - *	*	mmol/L	BMC
COLINESTERASA	Butiriltiocolina	*	* - *	*	U/L	BMC
		*	* - *	*	µkat/L	
CK	IFCC	509	407 - 611	34	U/L	C-RSE/IFCC
		8,46	6,77 - 10,15	0,56	µkat/L	ERM-AD455/IFCC (IRMM)



BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM

NIVEL: **II**

LOTE: **0003**

ESPAÑOL

COMPONENTE	MÉTODO	VALOR	LIMITES	1S	UNIDAD	TRAZABILIDAD
COBRE-PAESA	3,5-DIBr-PAESA	296	222 - 370	25	µg/dL	BMC
		46,6	35,0 - 58,3	3,9	µmol/L	
CREATININA	Enzimático	5,03	4,12 - 5,94	0,30	mg/dL	SRM 967 (NIST)
		445	365 - 525	27	µmol/L	
	Jaffé compensado	4,97	4,08 - 5,86	0,30	mg/dL	SRM 967 (NIST)
		440	361 - 519	26	µmol/L	
	Jaffé no compensado	4,27	3,50 - 5,04	0,26	mg/dL	SRM 909 (NIST)
		378	310 - 446	23	µmol/L	
GLUCOSA	Glucosa oxidasa/peroxidasa	257	218 - 296	13	mg/dL	SRM 965 (NIST)
		14,2	12,1 - 16,3	0,7	mmol/L	
	Hexokinasa	257	218 - 296	13	mg/dL	SRM 965 (NIST)
		14,2	12,1 - 16,3	0,7	mmol/L	
γ-GT	IFCC	189	155 - 223	11	U/L	C-RSE/IFCC ERM-AD452/IFCC (IRMM)
		3,14	2,57 - 3,71	0,19	µkat/L	
β-HIDROXIBUTIRATO	Hidroxibutirato deshidrogenasa/diaforasa	16,4	13,4 - 19,4	1,0	mg/dL	BMC
		1,59	1,30 - 1,88	0,10	mmol/L	
HIERRO	Ferrozina	231	191 - 271	13	µg/dL	BMC
		41,4	34,2 - 48,6	2,4	µmol/L	
	Cromazurol B	90,6	74,7 - 106,5	5,3	µg/dL	BMC
		16,2	13,4 - 19,0	0,9	µmol/L	
LACTATO	LOD/POD	69,6	57,1 - 82,1	4,2	mg/dL	BMC
		7,74	6,35 - 9,13	0,46	mmol/L	
LIPASA	DGGR	101	76 - 126	8	U/L	BMC
		1,68	1,26 - 2,10	0,14	µkat/L	
LDH	Piruvato	846	694 - 998	51	U/L	BMC
		14,0	11,5 - 16,5	0,8	µkat/L	
	IFCC	400	328 - 472	24	U/L	C-RSE/IFCC ERM-AD453/IFCC (IRMM)
		6,64	5,44 - 7,84	0,40	µkat/L	
MAGNESIO	Azul de Xilidilo	3,30	2,64 - 3,96	0,22	mg/dL	SRM 956 (NIST)
		1,35	1,08 - 1,62	0,09	mmol/L	
NEFA	Acil-CoA oxidasa/peroxidasa	15,4	12,3 - 18,5	1,0	mg/dL	BMC
		0,548	0,438 - 0,658	0,037	mmol/L	
FÓSFORO	Fosfomolibdato/UV	8,67	7,11 - 10,23	0,52	mg/dL	BMC
		2,79	2,29 - 3,29	0,17	mmol/L	
POTASIO	Electrodo selectivo	6,50	5,85 - 7,15	0,22	mmol/L	Unidad de masa (1)
PROTEÍNA (TOTAL)	Biuret	82,4	72,5 - 92,3	3,3	g/L	SRM 927 (NIST)
SODIO	Electrodo selectivo	162	146 - 178	5	mmol/L	Unidad de masa (1)
ÁCIDOS BILIARES TOTALES	Enzimático cíclico	121	99 - 143	7	µmol/L	BMC
TRIGLICERIDOS	Glicerol fosfato oxidasa/peroxidasa	221	188 - 254	11	mg/dL	SRM 909 (NIST)
		2,50	2,13 - 2,88	0,13	mmol/L	
UIBC	Ferrozina	224	179 - 269	15	µg/dL	BMC
		40,0	32,0 - 48,0	2,7	µmol/L	
UREA	Ureasa - Color	129	110 - 148	6	mg/dL	SRM 909 (NIST)
		21,5	18,3 - 24,7	1,1	mmol/L	
	Ureasa - UV	129	110 - 148	6	mg/dL	SRM 909 (NIST)
		21,5	18,3 - 24,7	1,1	mmol/L	
ÁCIDO ÚRICO	Uricasa/peroxidasa	9,35	7,95 - 10,75	0,47	mg/dL	SRM 909 (NIST)
		557	473 - 641	28	µmol/L	
ZINC	Br-PAPS	216	173 - 259	14	µg/dL	ERM DA-120 (LGC8211)
		33,0	26,4 - 39,6	2,2	µmol/L	

NOTAS:

Los valores enzimáticos (U/L y µkat/L) son para una temperatura de incubación de 37 °C.

(1) Trazable a la unidad de masa, utilizando pesas calibradas por el método gravimétrico.

BMC: Calibrador maestro de BioSystems.

C-RSE/IFCC: Trazable al sistema de referencia descrito por el Comité IFCC de Sistemas de Referencia para Enzimas.

E.U.: Incertidumbre expandida del valor asignado (95 % intervalo de confianza).

(*) Utilizar el BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (Human) y el BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (Human) I, II

(**) Utilizar el BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM I

