



SUERO CONTROL DE LÍPIDOS I, II

NIVEL I	NIVEL II
COD 18040 3 x 1 mL	COD 18041 3 x 1 mL
Sólo para uso <i>in vitro</i> en el laboratorio clínico	

USO PREVISTO

El Suero Control de Lípidos está destinado al control de calidad y se suministra con unos intervalos sugeridos de valores aceptables.

COMPOSICIÓN

Suero Control de Lípidos. Para 1 mL. Suero humano liofilizado que contiene diversos componentes en concentraciones adecuadas para el control de la calidad de los laboratorios clínicos y que no contiene conservantes que puedan interferir en las determinaciones.

Todos los componentes de origen humano han resultado ser negativos para el antígeno HBs y para los anticuerpos anti-HCV y anti-HIV. Sin embargo, deben tratarse con precaución como potencialmente infecciosos.

PREPARACIÓN Y USO

1. Abrir con cuidado el vial procurando evitar la pérdida de material liofilizado.
2. Pipetear 1,00 mL de agua destilada en el vial. Los valores obtenidos para los diferentes componentes dependerán de la exactitud con que se pipetee el agua destilada.
3. Tapar el vial con el tapón de caucho y dejarlo reposar durante unos 20 minutos a temperatura ambiente.
4. Agitar suavemente el vial, procurando evitar la formación de espuma, hasta disolver por completo todo el liofilizado.
5. Utilizar el Suero Control reconstituido de forma idéntica a los sueros de los pacientes.

CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD

Conservar a 2-8°C.

El Suero Control de Lípidos liofilizado es estable hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.

Los componentes del material reconstituido son estables al menos 7 días a 2-8°C. Para periodos más largos, conservar congelado. Evitar ciclos repetidos de congelación.

VALORES ASIGNADOS

Los valores de concentración asignados para cada componente y su trazabilidad se muestran en las hojas de valores adjuntas. La trazabilidad solo se asegura empleando los reactivos y procedimientos de medida recomendados por BioSystems.

Los intervalos de valores aceptables que se sugieren han sido elaborados en base a la experiencia previa en variabilidad interlaboratorio y se indican únicamente a título orientativo. Cada laboratorio debe establecer sus propios parámetros de precisión.

LIPID CONTROL SERUM I, II

LEVEL I	LEVEL II
COD 18040 3 x 1 mL	COD 18041 3 x 1 mL
Only for <i>in vitro</i> use in the clinical laboratory	

INTENDED USE

The Lipid Control Serum is intended for quality control purposes only and is supplied with suggested intervals of acceptable values.

COMPOSITION

Lipid Control Serum. For 1 mL. Lyophilized human serum containing component concentrations suitable for the quality control of the clinical laboratories, and without preservatives which might interfere with the tests.

Components from human origin have been tested and found to be negative for the presence of antibodies anti-HIV and anti-HCV, as well as for HBs antigen. However, they should be handled cautiously as potentially infectious.

PREPARATION AND USE

1. Open the vial very carefully, avoiding any loss of the lyophilized material.
2. Pipette exactly 1.00 mL of distilled water into the vial. The component values depend on the accuracy of this reconstitution step.
3. Close the vial with the stopper and let stand for 20 minutes at room temperature.
4. Swirl gently, avoiding the formation of foam, to ensure complete dissolution of contents.
5. The reconstituted lipid control serum is to be treated like the patient serum.

STORAGE AND STABILITY

Store at 2-8°C.

The lyophilized Lipid Control Serum is stable until the expiration date given in the label.

The components of the reconstituted material are stable for at least 7 days at 2-8°C. For longer periods, keep frozen. Avoid repeated freeze-thaw cycles.

SPECIFIED VALUES

The assigned concentration values for components and their traceability are shown in the enclosed value sheets. Traceability of the results can be assured only if the BioSystems reagents and recommended measurement procedures are used.

The suggested intervals of acceptable values have been calculated from previous experience in interlaboratory variability and are given for orientation only. Each laboratory should establish its own precision parameters.





LIPID CONTROL SERUM I, II

BioSystems

SERUM CONTROLE DE LIPIDES I, II

NIVEAU I	NIVEAU II
COD 18040 3 x 1 mL	COD 18041 3 x 1 mL
A utiliser uniquement <i>in vitro</i> dans les laboratoires cliniques	

USAGE PRÉVU

Le sérum de contrôle de lipides est destiné au contrôle de qualité et il est fourni à des intervalles suggérés de valeurs acceptables.

COMPOSITION

Sérum de contrôle de lipides. Pour 1 mL. Sérum humain lyophilisé qui contient différents composants dans des concentrations adéquates pour le contrôle de la qualité des laboratoires cliniques et qui ne contient pas de conservateurs qui pourraient interférer dans les déterminations.

Les composants d'origine humaine ont été essayés et ont démontré être négatifs pour la présence d'anticorps anti-VIH et anti-VHC, ainsi que pour l'antigène HBs. Cependant, en tant que potentiellement infectieux, ils doivent se manipuler avec précaution.

PRÉPARATION ET USAGE

- Ouvrir avec précaution le tube en évitant la perte de matériel lyophilisé.
- Pipeter 1,00 mL d'eau distillée dans le tube. Les valeurs obtenues pour les différents composants dépendront de l'exactitude avec laquelle l'eau distillée est pipetée.
- Fermer le tube avec le bouchon en caoutchouc et laisser le reposer pendant environ 20 minutes à température ambiante.
- Agiter doucement le tube, en évitant la formation de mousse, jusqu'à dissoudre complètement le lyophilisat.
- Utiliser le Sérum Contrôle de Lipides reconstitué de manière identique aux sérums des patients.

CONSERVATION ET STABILITÉ

Conserver à 2-8°C.

Le Sérum Contrôle de Lipides lyophilisé est stable jusqu'à la date d'expiration indiquée sur l'étiquette.

Les composants du matériau reconstitué sont stables pendant au moins 7 jours à 2-8°C. Pour des périodes plus longues, le conserver congelé. Éviter des cycles répétés de congélation.

VALEURS ASSIGNÉES

Les valeurs de concentration assignées à chaque composant et leur traçabilité sont données dans les feuilles de valeurs ci-jointes. La traçabilité n'est assurée que si l'on emploie les réactifs et procédures de mesure recommandés par BioSystems.

Les intervalles de valeurs acceptables suggérés ont été calculés d'après l'expérience préalable en variabilité entre laboratoires et ne sont indiqués qu'à titre d'orientation. Chaque laboratoire doit établir ses propres paramètres de précision.

СЫВОРОТКА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЛИПИДОВ I, II

УРОВЕНЬ I	УРОВЕНЬ II
КОД 18040 3 x 1 мл	КОД 18041 3 x 1 мл
Для использования <i>in vitro</i> только в клинической лаборатории	

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Сыворотка для контроля липидов предназначена только для целей контроля качества и поставляется с рекомендуемыми интервалами допустимых значений.

СОСТАВ

Сыворотка для контроля липидов. Для 1 мл. Лиофилизированная сыворотка человека, содержащая компоненты в концентрациях, подходящих для контроля качества в клинических лабораториях, и без консервантов, которые могут помешать проведению тестов.

Компоненты человеческого происхождения были протестированы и оказались отрицательными на наличие антител к ВИЧ и ВГС (вирус гепатита С), а также к антигену ВГВ (вирус гепатита В). Тем не менее, с ними следует обращаться осторожно, как с потенциально инфекционным.

ПОДГОТОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Откройте флакон очень осторожно, избегая потери лиофилизированного материала.
- Внесите во флакон пипеткой ровно 1.00 мл дистиллированной воды. Параметры компонентов зависят от точности этого шага восстановления.
- Закройте флакон пробкой и дайте постоять 20 минут при комнатной температуре.
- Аккуратно взбалтывайте, избегая образования пены, чтобы обеспечить полное растворение содержимого.
- Восстановленная сыворотка для контроля липидов должна рассматриваться в качестве сыворотки пациента.

ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Хранить при температуре 2-8°C.

Лиофилизированная сыворотка для контроля липидов стабильна до истечения срока годности, указанного на этикетке.

Компоненты восстановленного материала стабильны не менее 7 дней при температуре 2-8°C. В случае более длительных периодов хранить в замороженном виде. Избегайте повторяющихся циклов замораживания-оттаивания.

ЗАДАНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Присвоенные значения концентрации для компонентов и их единообразие показаны в прилагаемых таблицах значений. Единообразие результатов может быть обеспечено только в случае использования реагентов BioSystems и рекомендуемых процедур измерения.

Предлагаемые интервалы допустимых значений были рассчитаны на основе предыдущего опыта межлабораторной изменчивости и приведены только для ознакомления. Каждая лаборатория должна устанавливать свои собственные параметры точности.

