



动态葡萄糖评估报告

基本信息

姓名：
年龄：63
病史：2型糖尿病

性别：女
手机号：198****2415

设备信息

设备型号：硅基动感Pro
设备名称：LT2401MS0S

血糖数据

eHbA_{1c}¹

预估糖化血红蛋白

5.64%

MG²

平均葡萄糖值

6.17 mmol/L

低血糖风险⁵

高
中
低
最低

SD³

葡萄糖标准差

1.55 mmol/L

CV⁴

变异系数

25.16%

TIR⁶ 葡萄糖目标范围内时间

— 高2.8%(40min)

— 正常94.7%(22h44min)

— 低2.5%(36min)

很高(>13.9mmol/L)

>13.9mmol/L 参考值 (<10%)

高(10-13.9mmol/L)

>10.0mmol/L 参考值 (<50%)

正常(3.9-10mmol/L)

3.9-10.0mmol/L 参考值 (>50%)

低(<3.9mmol/L)

<3.9mmol/L 参考值 (<1%)

每日血糖

10/04

10/05

10/06

10/07









参数解释

- 预估糖化血红蛋白eHbA_{1c}：即根据CGM 葡萄糖读数估算HbA_{1c}，用于评价整体血糖水平。
- 平均葡萄糖值MG：CGM监测期间所有葡萄糖测定值的平均值，用于评价整体血糖水平。
- 葡萄糖标准差SD：CGM监测期间测定值的标准差，用于评价总体偏离平均血糖值的程度，即血糖波动。
- 变异系数CV：CGM监测期间所有葡萄糖测定值的离散程度，用于评价血糖波动。
- 低血糖风险：是指使用低血糖指数LBGI预测低血糖风险。
- 葡萄糖目标范围内时间：狭义TIR是指葡萄糖在目标范围内时间百分比，广义上也指监测期间葡萄糖在不同范围内（低值、目标范围、高值）的时间所占百分比，可更全面反映患者的血糖控制水平。



每日葡萄糖曲线 (2024/10/04 - 2024/10/07) 4 天

■ 葡萄糖目标范围内时间百分比TIR
■ 低于葡萄糖目标范围内时间百分比TBR
■ 高于葡萄糖目标范围时间百分比TAR




参数解释

- 平均葡萄糖值MG：当日所有葡萄糖测定值的平均值，用于评价整体血糖水平。
- 葡萄糖目标范围内时间：狭义TIR是指葡萄糖在目标范围内时间百分比，广义上也指监测期间葡萄糖在不同范围内（低值、目标范围、高值）的时间所占百分比，可更全面反映患者的血糖控制水平。



| 多日对比曲线 (2024/10/04 - 2024/10/07) 4 天



日期		10/04	10/05	10/06	10/07
探头值数量		156	288	288	96
上限	mmol/L	8.1	10.2	11.5	5.9
下限	mmol/L	3.9	2.9	2.9	3.3
平均值	mmol/L	5.76	5.97	6.96	5.07
达标时间百分比					
TIR	目标范围内时间	100%	95.1%	91%	95.8%
TAR	高于目标范围时间	0%	1.4%	6.6%	0%
TBR	低于目标范围时间	0%	3.5%	2.4%	4.2%
血糖波动					
LAGE ¹	mmol/L 最大血糖波动振幅	4.2	7.3	8.6	2.6
MAGE ²	mmol/L 平均血糖波动幅度	--*	2.8	5.7	--*
MODD ³	mmol/L 日间血糖平均绝对差	--*	--*	2.19	--*
SD ⁴	mmol/L 葡萄糖标准差	1	1.58	1.62	0.59
CV ⁵	变异系数	17.36%	26.51%	23.25%	11.55%

*说明：首末日数据不足24h，无法进行计算。

参数解释

- 最大血糖波动幅度LAGE：评价最大血糖波动幅度，即当日葡萄糖测定值最大和最小血糖值之差。
- 平均血糖波动幅度MAGE：评价日内血糖波动程度，去除所有幅度未超过一定阈值（1SD）的血糖波动后，根据第一个有效波动方向计算波动幅度而得到的平均值，反映血糖波动。
- 日间血糖平均绝对差MODD：评价日间血糖波动程度，体现每日之间血糖的重复性，连续完整48h内相对应测定值间相减所得差的绝对值的平均水平。对应日期下MODD反映的是当天与前一天葡萄糖值的波动程度。
- 葡萄糖标准差SD：当日所有葡萄糖测定值的标准差，用于评价总体偏离平均血糖值的程度，即血糖波动。
- 变异系数CV：当日所有葡萄糖测定值的离散程度，用于评价血糖波动。