



动态葡萄糖评估报告


基本信息

姓名：
年龄：75
病史：2型糖尿病


性别：男
手机号：153****1105

设备信息
设备型号：硅基动感Pro
设备名称：LT2303A06Y

血糖数据



每日血糖



参数解释



1. 预估糖化血红蛋白eHbA_{1c}：即根据CGM 葡萄糖读数估算HbA_{1c}，用于评价整体血糖水平。
2. 平均葡萄糖值MG：CGM监测期间所有葡萄糖测定值的平均值，用于评价整体血糖水平。
3. 葡萄糖标准差SD：CGM监测期间测定值的标准差，用于评价总体偏离平均血糖值的程度，即血糖波动。
4. 变异系数CV：CGM监测期间所有葡萄糖测定值的离散程度，用于评价血糖波动。
5. 低血糖风险：是指使用低血糖指数LBGI预测低血糖风险。
6. 葡萄糖目标范围内时间：狭义TIR是指葡萄糖在目标范围内时间百分比，广义上也指监测期间葡萄糖在不同范围内（低值、目标范围、高值）的时间所占百分比，可更全面反映患者的血糖控制水平。





每日葡萄糖曲线 (2023/07/14 - 2023/07/17) 4 天

■ 葡萄糖目标范围内时间百分比TIR
■ 低于葡萄糖目标范围内时间百分比TBR
■ 高于葡萄糖目标范围时间百分比TAR



07月14日





07月15日



07月16日



07月17日




参数解释

- 平均葡萄糖值MG：当日所有葡萄糖测定值的平均值，用于评价整体血糖水平。
- 葡萄糖目标范围内时间：狭义TIR是指葡萄糖在目标范围内时间百分比，广义上也指监测期间葡萄糖在不同范围内（低值、目标范围、高值）的时间所占百分比，可更全面反映患者的血糖控制水平。



| 多日对比曲线 (2023/07/14 - 2023/07/17) 4 天



日期		07/14	07/15	07/16	07/17
探头值数量		147	288	288	120
上限	mmol/L	11.5	13.9	15.6	15.8
下限	mmol/L	5.7	4.1	4.5	4.4
平均值	mmol/L	7.63	7.52	7.82	7.17
达标时间百分比					
TIR	目标范围内时间	87.8%	77.4%	77%	80.9%
TAR	高于目标范围时间	12.2%	22.6%	23%	19.1%
TBR	低于目标范围时间	0%	0%	0%	0%
血糖波动					
LAGE ¹	mmol/L 最大血糖波动振幅	5.8	9.8	11.1	11.4
MAGE ²	mmol/L 平均血糖波动幅度	--*	9	7.8	--*
MODD ³	mmol/L 日间血糖平均绝对差	--*	--*	1.51	--*
SD ⁴	mmol/L 葡萄糖标准差	1.57	2.85	3.01	3.64
CV ⁵	变异系数	20.6%	37.89%	38.44%	50.71%

*说明：首末日数据不足24h，无法进行计算。

参数解释

- 最大血糖波动幅度LAGE：评价最大血糖波动幅度，即当日葡萄糖测定值最大和最小血糖值之差。
- 平均血糖波动幅度MAGE：评价日内血糖波动程度，去除所有幅度未超过一定阈值（1SD）的血糖波动后，根据第一个有效波动方向计算波动幅度而得到的平均值，反映血糖波动。
- 日间血糖平均绝对差MODD：评价日间血糖波动程度，体现每日之间血糖的重复性，连续完整48h内相对应测定值间相减所得差的绝对值的平均水平。对应日期下MODD反映的是当天与前一天葡萄糖值的波动程度。
- 葡萄糖标准差SD：当日所有葡萄糖测定值的标准差，用于评价总体偏离平均血糖值的程度，即血糖波动。
- 变异系数CV：当日所有葡萄糖测定值的离散程度，用于评价血糖波动。