


功能性近红外脑功能检测报告

康莲医疗康复设备联合检测

患者姓名	张三	性别	男
年龄	45	检查号	KL20250801001
训练模式	主动训练	病人类型	脑卒中后偏瘫
痉挛次数	3次	最大受力	25. 6N
训练时长	30分钟	检查日期	2025年08月01日

检测设备：康莲医疗下肢康复机械臂 + fNIRS脑功能成像系统



数据处理	实时fNIRS信号采集与运动伪迹校正处理，结合康复训练同步记录
分析结果	康复训练过程中检测到前额叶皮质激活模式，脑血流动力学响应正常，未发现明显异常激活或抑制区域。
临床结论	fNIRS康复训练联合监测成功完成，大脑皮质功能状态良好，建议继续当前康复训练方案。数据质量优良，可用于训练效果评估。