




|                     |                       |                  |           |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------|
| Numero de equipo:   | IM-184                | Fecha estudio:   | Oct-23    |
| Descripción equipo: | MANOMETRO DE CARATULA | Frecuencia:      | 12 MESES  |
| Área de la empresa: | ENSAMBLE G01 BMW FLEX | Próximo estudio: | Oct-24    |
| Resolución:         | 20.0 Bar              | Alcance:         | 400.0 Bar |
|                     |                       | Temperatura:     | 20.6 °C   |

### ESTUDIO MSA 4a Edicion BIAS METODO POR MUESTRAS INDEPENDIENTES

| Valor de Referencia |            |         |
|---------------------|------------|---------|
| 50.00               |            |         |
| INTENTOS            | MEDICIONES | SESGO   |
| 1                   | 50.012     | 0.0120  |
| 2                   | 50.014     | 0.0140  |
| 3                   | 49.997     | -0.0030 |
| 4                   | 49.997     | -0.0030 |
| 5                   | 50.020     | 0.0200  |
| 6                   | 50.005     | 0.0050  |
| 7                   | 49.995     | -0.0050 |
| 8                   | 50.018     | 0.0180  |
| 9                   | 49.984     | -0.0160 |
| 10                  | 49.972     | -0.0280 |
| 11                  | 49.988     | -0.0120 |
| 12                  | 49.973     | -0.0270 |
| PROMEDIO            | 49.998     | -0.0021 |



|              | n  | Promedio | Desviación Estandar, $\sigma_r$ | Error Estándar de la Media, $\sigma_b$ |
|--------------|----|----------|---------------------------------|--|
| Valor Medido | 12 | 49.998   | 0.0165                          | 0.0048                                 |

| Estadístico t | gl | Valor t significativo (2 colas) | Sesgo (bias) Promedio |
|---------------|----|---------------------------------|-----------------------|
| 0.0048        | 11 | 2.201                           | -0.0021               |

INTERVALO DE CONFIANZA DEL 95% DEL SESGO  $\alpha = 0.05$

$$Sesgo - \left[ \sigma_b \left( t_{v, 1-\alpha/2} \right) \right] \leq \text{cero} \leq Sesgo + \left[ \sigma_b \left( t_{v, 1-\alpha/2} \right) \right]$$

**-0.0126    <= 0 >=    0.0084**

**ACEPTADO**

PATRON UTILIZADO

EM-008(01417101)

MANOMETRO DIGITAL

Dado que el cero cae dentro del intervalo de confiabilidad del sesgo el equipo de procesos puede asumir que el sesgo de las mediciones es aceptable asumiendo que el uso actual no introduce fuentes de variación adicionales.

Observaciones:

Elaboro: LEYDA TREJO  
Revisó: MIREYA HDEZ.