

Numero de equipo:

Descripción equipo:

Área de la empresa:

Resolución


Fecha estudio:
Frecuencia:
Próximo estudio
Alcance:

Temperatura:

Jan-24 12 MESES Jan-25 16.0 Bar 21.5 °C

ESTUDIO MSA 4a Edicion BIAS METODO POR MUESTRAS INDEPENDIENTES

	10.00	
INTENTOS	MEDICIONES	SESGO
1	9.918	-0.0820
2	10.053	0.0530
3	10.023	0.0230
4	9.982	-0.0180
5	10.049	0.0490
6	9.989	-0.0110
7	10.015	0.0150
8	9.999	-0.0010
9	10.151	0.1510
10	9.977	-0.0230
11	9.978	-0.0220
12	9.854	-0.1460
PROMEDIO	9.999	-0.0010



	n	Promedio	Desviación Estandar σ _r	Error Estándar de Ia Media, ⊄ b
Valor Medido	12	9.999	0.0728	0.0210
Estadistico t	gl	Valor t significativo	Sesgo (bias) Promedio	

(2 colas)

2.201

INTERVALO DE CONFIANZA DEL 95% DEL SESGO $\alpha = 0.05$

11

$$Sesgo - \left[\sigma_b\left(t_{v, 1-\alpha_2}\right)\right] \leq cero \leq Sesgo + \left[\sigma_b\left(t_{v, 1-\alpha_2}\right)\right]$$

-0.0010

-0.0472 <= 0 >= 0.0452

ACEPTADO

PATRON UTILIZADO

0.0210

EM-008(01417101)

MANOMETRO DIGITAL

Dado que el cero cae dentro del intervalo de confiabilidad del sesgo

el equipo de procesos puede asumir que el sesgo de las mediciones es aceptable asumiendo que el uso actual no introduce fuentes de variación adicionales.

Observaciones:Elaboro:LEYDA TREJORevisó:MIREYA HDEZ.