


Numero de equipo:	IM-234 (C35417274)		Fecha estudio:	May-23
Descripción equipo:	MANOMETRO DE CARATULA		Frecuencia:	12 MESES
Área de la empresa:	ENSAMBLE CAB BMW		Próximo estudio	May-24
Resolución	2 Psi		Alcance:	60 Psi
Tolerancia Inf.:	-7.5 Psi		Tolerancia Sup. :	7.5 Psi
•		•	Temperatura:	20.1 °C

ESTUDIO MSA 4a Edicion BIAS METODO POR MUESTRAS INDEPENDIENTES

Valor de Referencia 12.50

INTENTOS	MEDICIONES	SESGO
1	12.459	-0.0410
2	12.450	-0.0500
3	12.568 12.299	0.0680 -0.2010
4		
5	12.410	-0.0900
6	12.450	-0.0500
7	12.573	0.0730
8	12.520	0.0200
9	12.654	0.1540
10	12.520	0.0200
11	12.607	0.1070
12	12.445	-0.0550
PROMEDIO	12.496	-0.0038



	n	Promedio	Desviación Estandar σ _r	Error Estándar de Ia Media, ⊄ b
Valor Medido	12	12.496	0.0972	0.0281
				_
Estadistico		Valor t	Sesgo (bias)	

Estadistico t	gl	Valor t significativo (2 colas)	Sesgo (bias) Promedio
0.0281	11	2.201	-0.0038

INTERVALO DE CONFIANZA DEL 95% DEL SESGO $\alpha = 0.05$

$$Sesgo - \left[\sigma_b \left(t_{v, l - \alpha_2'}\right)\right] \leq cero \leq Sesgo + \left[\sigma_b \left(t_{v, l - \alpha_2'}\right)\right]$$

-0.0655 <= 0 >= 0.0580

ACEPTADO

PATRON UTILIZADO

EM-008(01417101)

MANOMETRO DIGITAL

Dado que el cero cae dentro del intervalo de confiabilidad del sesgo

el equipo de procesos puede asumir que el sesgo de las mediciones es aceptable asumiendo que el uso actual no introduce fuentes de variación adicionales.

Observaciones:Elaboro:LEYDA TREJORevisó:MIREYA HDEZ.