

Estudio de localización y amplitud general

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Numero de equipo:

Descripción equipo:

Área de la empresa:

Resolución

Tolerancia Sup.:

IM-288

INDICADOR DIGITAL

SUSPENSIONES

00.0100 mm

00.100 mm

 Fecha estudio:
 Sep-23

 Frecuencia:
 12 MESES

 Próximo estudio:
 Sep-24

 Alcance:
 12.5 mm

 Tolerancia Inf.:
 00.000 mm

 Temperatura:
 22.1 °C

Inspección visual

Evaluación del error sin ajuste

 Referencia
 0.5

 Promedio
 0.5

 Error
 0.0000

Resultado: Aceptado

Actividad	Cumplimiento		
	Si	No	No Aplica
Ajuste a cero (escalas longitudinales y/o ángulos)	>		
Calibrado y ajuste electrónico	>		
Funcionamiento del freno			~
Desplazamiento suave del tornillo o ejes			<u>~</u>
Grabado y graduaciones sin defecto	>		
Libre de rayaduras y enmohecimiento	>		
Holgura uniforme entre cilindro y tambor			~
Funcionamiento de tambor de fricción o Trinquete			~
Superficies de medición o palpadores sin golpes	>		
Libre de líquidos y suciedad interior	>		
Funcionamiento del plato graduado			<u>~</u>
Libre desplazamiento del plato graduado			<u>~</u>
Plato graduado sujeto firme al plato móvil			<u> </u>
Desplazamiento suave y libre rotación de las agujas			✓

Linealidad del instrumento

 Pendiente: 0.0001
 Intersección: -0.0002
 %Bias
 0.833%

 ta (absoluta): 1.463
 tb(absoluta): 0.669
 t: 2.0017

% de linealidad= 3.561% Resultado de linealidad: Aceptado

Bias del Instrumento

Media: 8.001 Desviación estándar: 0.0030 Desviación estándar del bias: 0.0009

-0.001116 ≤ 0 ≤ 0.002783 Resultado de Bias: Aceptado

Estudio de repetibilidad

Promedio de Rangos: 0.0037 RyR: 0.0032

% RyR= 19.14% Resultado RyR: Aceptable

Incertidumbre del Instrumento

Fuente de incertidumbre	Valor	Incertidumbre original	Tipo de distribución	Incertidumbre estándar	Coeficiente de sensibilidad	Contribución	Grados de libertad
Resolución	0.010	00.01 mm	B, Uniforme	0.0029	1	0.0029	100
Repetibilidad	08.001 mm	00.0030 mm	A, Normal K=1	00.0030 mm	1	0.0030	11
Dif. Temperatura	0.0°C	± 1.0°C	B, Rectangular	0.5774	0.010%	0.0002	12

Uc=0.004156 Ue=0.00831 K=2 08.001 mm ±0.0083mm

Lista de comprobación

Calibrar Poner etiqueta Capturar sistema Archivar

Trazabilidad al patrón: EM-062 JUEGO DE BLOCKS PATRON GRADO CERO

Resultado general del Estudio: Aceptado Elaboró: MIREYA HDEZ.

Revisó: LEYDA TREJO

Observaciones:

Tiempo de retención: GC-T-I-E+3