Verwendungszweck

Ermöglicht die Selbstentnahme einer Kapillarblutprobe in Verbindung mit einem kompatiblen Probenentnahmegefäß.

Bereitgestellte Materialien

Jedes Fach enthält ein Tasso+ Gerät.

Erforderliches Material (nicht mitgeliefert)

- Handschuhe (für Gesundheitsdienstleister)
- Kompatibles Röhrchen, siehe Etikett des Herstellers
- Wärmepackung oder andere Methode zur Erwärmung des Arms
- Pflaster
- Alkoholtupfer

Symbole

REF	Katalognummer		Gebrauchsanweisung beachten
LOT	Losnummer		Dieses Gerät enthält scharfe Gegenstände
	Verfallsdatum		Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
	Nur zum einmaligen Gebrauch	STERILE R	Sterilisiert durch Bestrahlung
18°C 28°C	Lagerung bei 18-28 °C		Nicht resterilisieren
25% 85%	Transport bei 25-85 % rF	Rx ONLY	Nur auf Rezept erhältlich
CE 2797	CE-Zeichen		Importeur
MD	Medizinisches Gerät		

Übersetzte Anweisungen

- The instructions for use and translations can be found on the Tasso website:
- Die Gebrauchsanweisung und die Übersetzungen finden Sie auf der Tasso-Website:
- Brugsanvisninger og oversættelser findes på Tassos websted:
- Las instrucciones de uso y las traducciones se pueden encontrar en el sitio web de Tasso:
- Käyttöohjeet ja käännökset löytyvät Tasson verkkosivuilta:
- La notice d'utilisation du Tasso et des versions traduites sont disponibles sur le site web de Tasso :
- A használati utasítások és annak fordításai megtalálhatók a Tasso weboldalán:
- Le istruzioni per l'uso e le traduzioni di sono disponibili sul sito Web di Tasso:
- De gebruiksaanwijzing en vertalingen zijn te vinden op de Tasso-website:
- Bruksanvisningen og oversettelser er å finne på Tassos nettsted:
- Návod na použitie a preklady nájdete na webovej stránke spoločnosti Tasso:
- Instruktionerna för användning och översättningar finns på Tassos webbplats:
- Kasutusjuhend ja tõlked on leitavad Tasso veebilehel:

https://www.tassoinc.com/eu/tassoplus-kit-ifu

Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt sollte dem Hersteller, dem Bevollmächtigten und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.

Warnungen

- Nur auf Rezept erhältlich.
- Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.
- Nur zum einmaligen Gebrauch.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nicht für die Verwendung an den Fersen von Kleinkindern geeignet.
- Nicht resterilisieren.
- Nur zur äußeren Anwendung.
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt wurde.
- Für die Selbstanwendung oder die Anwendung durch einen Gesundheitsdienstleister bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät im Sitzen, da bei jeder Blutentnahme die Gefahr einer Ohnmacht besteht.
- Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers für die einzelnen Komponenten.
- Benutzer müssen die Verwendung des Produkts für ihren spezifischen diagnostischen Verfahren validieren.
- An der Probenentnahmestelle kann es zu leichten Blutergüssen oder Druckstellen kommen. Anmerkung: Das Auftreten und der Schweregrad dieser Ereignisse hängen von den physiologischen Eigenschaften des Patienten und der gewählten anatomischen Stelle ab.
- Mehrere Entnahmen an derselben anatomischen Stelle können das Risiko von bleibenden Narben oder Narbenbildung erhöhen und den Heilungsprozess beeinträchtigen.
- Führen Sie keine Entnahme in einem Bereich durch, der Anzeichen von Hautproblemen wie Infektionen, Entzündungen, ausgedehnten Narben oder Hautverletzungen aufweist.
- Bei Patienten, die Blutverdünner einnehmen, kann es zu verlängerten Blutungen kommen.



tasso

Tasso+

Beipackzettel - Anleitungen für den Gebrauch

AB 18 JAHREN

K1013-01

CE 2797

Verwenden Sie Tasso zum ersten Mal?

Sehen Sie sich unser Anleitungsvideo an:
www.tassoinc.com/tassoplus-video

oder scannen Sie den QR-Code, um darauf zuzugreifen.

Kontakt für Hilfe:
1-800-257-2370



1 Vorbereitung

Schritt 1



Vor der Anwendung Hände waschen. Das medizinische Personal muss bei der Entnahme Handschuhe tragen.

Schritt 2



Entfernen Sie das Gerät aus dem Fach.

Schritt 3



Drehen Sie die Kappe vom kompatiblen Röhrchen ab.

Schritt 4



Drücken Sie das Röhrchen mit den Fülllinien nach außen in das Gerät, bis es fest sitzt.

Schritt 5



Ziehen Sie die Lasche vom roten Knopf ab.

Schritt 6



Entfernen Sie die durchsichtige Abdeckung des roten Knopfes.

2 Entnahme

Schritt 7



Reinigen und erwärmen Sie die Schulter. Kleben Sie das Gerät auf die saubere Schulter und drücken Sie den Knopf, um die Entnahme zu starten.

Schritt 8



Lassen Sie das Röhrchen 5 Minuten lang befüllen. Entfernen Sie das Gerät, wenn Blut die obere Fülllinie erreicht, bevor die Zeit abgelaufen ist.

Schritt 9



Entfernen Sie das Gerät durch Abziehen von einer Seite. Legen Sie den Verband vertikal an und üben Sie leichten Druck aus.

Schritt 10



Entfernen Sie das Röhrchen mit einer leichten Drehung und Zug nach unten vom Gerät.

Schritt 11



Die Kappe vollständig auf das Röhrchen aufsetzen. Mischen Sie gemäß den Angaben des Herstellers. Nach Gebrauch Hände waschen.

Entsorgung

Befolgen Sie die örtlichen Richtlinien für die Entsorgung von gebrauchten oder defekten scharfen/spitzen Objekte als biologischer Gefahrenstoff.

EC REP
Emergo Europe BV
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Niederlande

MedEnvoy
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM Den Haag
Niederlande

Tasso, Inc.
400 2nd Ave W.
Seattle, WA 98119 USA
+1 800-257-2370 | www.tassoinc.com

PN0762-01, 03