

**TECHNICAL & PERFORMANCE SPECIFICATION FOR MEDICAL EQUIPMENTS**

التجهيزات الطبية

مراكز الرعاية الصحية

<b>Item Code</b>	4455260010006	<b>GROUP #</b>	PHC012
<b>ITEM DESCRIPTION</b>	AMBO BAG - NEONATE	<b>اسم البند</b>	بالون تنفس - مواليد مع مقياس ضغط

MODEL OFFERED	MANUFACTURER	COUNTRY OF ORIGIN

#	TECHNICAL PARAMETERS	SPECIFIED	RESULT
1	CONFIGURATION	Portable / ambulatory	
2	TYPE		
3	Exhaled air/manual	Manual	
4	Reusable/disposable Mask	Reusable	
5	neonatal Mask	Sizes	
6	TRANSPARENT MASK	Yes	
7	Cuff type	Open flange	
8	Isolation mechanism	Transparent valve	
9	manometer	yes	
10	SUPPLEMNTL O2 INLET	Yes	
11	15 mm/22 mm ADAPTER	Yes	
12	MAX STROKE VOL, mL	Specify	
13	MAXIMUM CYCLING		
14	RATE, cycles/min	Specify	
15	PRESSURE LIMITING	Yes	
16	STERILIZATION	Autoclavable	
17	Storage box	Yes	

THE BIDDER MUST COMPLY WITH ALL ABOVE SPECS. AND MUST FILL HIS OFFER IN THE "OFFERED" COLUMN THEN STAMP AND SIGN THE SHEET.



يلتزم مقدم العطاء بكافة المواصفات الفنية الموضحة أعلاه كما يلتزم بتقديم عرضة المقدم على أوراق المواصفة بالخانة الموضحة مع ختمها وتوقيعها

**TECHNICAL & PERFORMANCE SPECIFICATION FOR MEDICAL EQUIPMENTS**

#	TECHNICAL PARAMETERS	SPECIFIED	RESULT
18	Bag	Tranparent folding bag with intake valve , extension tube	
19	OTHER SPECIFICATIONS	SILECON TYPE	

THE BIDDER MUST COMPLY WITH ALL ABOVE SPECS. AND MUST FILL HIS OFFER IN THE "OFFERED "COLUMN THEN STAMP AND SIGN THE SHEET.



يلتزم مقدم العطاء بكافة المواصفات الفنية الموضحة أعلاه كما يلتزم بتقديم عرضته المقدم على أوراق المواصفة بالخانة الموضحة مع ختمها وتوقيعها