

TECHNICAL & PERFORMANCE SPECIFICATION FOR MEDICAL EQUIPMENTS

التجهيزات الطبية

مراكز الرعاية الصحية

Item Code	4455260040014	GROUP #	PHC291
ITEM DESCRIPTION	LIGHT CURING UNIT WITH POLIMARIZATION UNIT	اسم البند	ضوء معالجة مع وحدة بلمرة

MODEL OFFERED	MANUFACTURER	COUNTRY OF ORIGIN

#	TECHNICAL PARAMETERS	SPECIFIED	RESULT
1	TYPE	Visible light curing unit	
2	CONTROLS	Curing time extendable to 160 seconds	
3	TIMER	Selectable time with audio indicator for 10 seconds up to 40 seconds intervals	
4	LIGHT GUIDE	Curing nose and the light guide should rotate independently of each other 360o	
5	Size	7 mm and 12 mm sterilizable.	
6	COOLING	Heavy duty built in fan auto cooling thermostat, i.e. continuous cooling after light turn off	
7	EYE SHIELD	included	
8	LIGHT INTENSITY	MINIMUM 1600 MW/CM2, at Wave Length At wave Length 400-500 nm	
9	HALOGEN BULB	Self contained spare bulb	
10	DISPOSABLE BARRIER SLEEVES	Yes	
11	BARRIER SLEEVES	Yes	
12	POWER SUPPLY		
13	VOLTAGE	220 V	
14	FREQUENCY	60 Hz	
15	OTHER SPECIFICATIONS	Unit made of high impact plastic	

THE BIDDER MUST COMPLY WITH ALL ABOVE SPECS. AND MUST FILL HIS OFFER IN THE "OFFERED" COLUMN THEN STAMP AND SIGN THE SHEET.



يلتزم مقدم العطاء بكافة المواصفات الفنية الموضحة أعلاه كما يلتزم بتعبئة عرضه المقدم على أوراق المواصفة بالخانة الموضحة مع ختمها وتوقيعها