

TECHNICAL & PERFORMANCE SPECIFICATION FOR MEDICAL EQUIPMENTS

التجهيزات الطبية

مراكز الرعاية الصحية

Item Code	4455260090058	GROUP #	PHC278
-----------	---------------	---------	--------

ITEM DESCRIPTION	ULTRASONIC CLEANER - BENCH TOP	اسم البند	جهاز تنظيف بالموجات فوق الصوتية - فوق الطاولة
------------------	--------------------------------	-----------	---

MODEL OFFERED	MANUFACTURER	COUNTRY OF ORIGIN

#	TECHNICAL PARAMETERS	SPECIFIED	RESULT
1	APPLICATION	to clean the instrument with vibration	
2	CONFIGURATION	Bench top	
3	CONTROLS	Microprocessor, fully automatic	
4	CAPACITY	30 Liters	
5	MATERIAL TANK	Stainless steel	
6	ADJUSTABLE SPEED & TIME	Yes	
7	DRAIN VALVE	Yes	
8	LOADING AND UNLOADING	Manual	
9	TANKS COVER OPENING	Top	
10	WASH WITH HOT WATER & DETERGENT MODE	Yes	
11	SEALED AGAINST WATER TO PROTECT ELECTRONICS	yes	
12	FREQUENCIES	30- 50 kHz approximately	
13	POWER SUPPLY	220 V, 60 HZ	
14	ACCESSORIES	Stainless steel basket & Instrument tray	
15	REGULATORY COMPLIANCE	1) CE by approved organization for all of the following directives:- Medical Device Directive.- Electromagnetic Compatibility.- European Pressure Equipment Directive-including identification of certifying companies with their EC-registration number2) FD	
16	OTHER SPECIFICATION	Vendor is responsible for complete installation and demonstration at site	

THE BIDDER MUST COMPLY WITH ALL ABOVE SPECS. AND MUST FILL HIS OFFER IN THE "OFFERED" COLUMN THEN STAMP AND SIGN THE SHEET.



يلتزم مقدم العطاء بكافة المواصفات الفنية الموضحة أعلاه كما يلتزم بتقديم عرضته المقدم على أوراق المواصفة بالخانة الموضحة مع ختمها وتوقيعها