

TECHNICAL & PERFORMANCE SPECIFICATION FOR MEDICAL EQUIPMENTS

التجهيزات الطبية

مراكز الرعاية الصحية

Item Code	4455260010135	GROUP #	PHC304
ITEM DESCRIPTION	EARLY STROKE DIAGNOSIS UNIT	اسم البند	جهاز لكشف التجلط المبكر

MODEL OFFERED	MANUFACTURER	COUNTRY OF ORIGIN

#	TECHNICAL PARAMETERS	SPECIFIED	RESULT
1	APPLICATION	Non-invasive measurement of the toe or finger systolic pressure	
2	PRESSURE	0 TO 330 mmHg	
3	LOWEST MEASURABLE PRESSURE	< 20 mmHg	
4	PRESSURE ACCURACY	± 3 mmHg	
5	Type of Sensor	SPECIFY	
6	Occlusion cuff dimensions	120 X 25 mm	
7	User interface	• LCD display • Alphanumeric keyboard • Control keys • PC interface: USB 2	
8	Data storage	32 examinations	
9	Reporting	Detailed report with patient information customizable with comments and facility information	
10	Electrical power	• Integrated NIMH battery (9 V) • External charger (220 V) • Battery level indicator • Automatic switch off of the device when not used	
11	OTHER SPECIFICATIONS	SPECIFY	

THE BIDDER MUST COMPLY WITH ALL ABOVE SPECS. AND MUST FILL HIS OFFER IN THE "OFFERED" COLUMN THEN STAMP AND SIGN THE SHEET.



يلتزم مقدم العطاء بكافة المواصفات الفنية الموضحة أعلاه كما يلتزم بتقديم عرضة المقدم على أوراق المواصفة بالخانة الموضحة مع ختمها وتوقيعها