

TECHNICAL & PERFORMANCE SPECIFICATION FOR MEDICAL EQUIPMENTS

التجهيزات الطبية

مراكز الرعاية الصحية

Item Code	4455260010043	GROUP #	PHC090
-----------	---------------	---------	--------

ITEM DESCRIPTION	EYE WASH STATION	اسم البند	محطة غسيل العيون
------------------	------------------	-----------	------------------

MODEL OFFERED	MANUFACTURER	COUNTRY OF ORIGIN

#	TECHNICAL PARAMETERS	SPECIFIED	RESULT
1	CONFIGURATION	Wall Mounted	
1	HIGH IMPACT PLASTIC BOTTLE	Yes	
1	TWO HEADS	Yes	
1	ADJUSTABLE	Yes	
1	STAINLESS STEEL RECEPTOR	Yes	
1	ACTIVATED BY S/S TIGGER BAR	Yes	
1	TWIN OUTLET	Yes	
1	STAY OPEN BALL VALVE ADJUSTABLE	Yes	
1	VOLUME REGULATOR	Yes	
1	OTHER SPECIFICATIONS		

THE BIDDER MUST COMPLY WITH ALL ABOVE SPECS. AND MUST FILL HIS OFFER IN THE "OFFERED" COLUMN THEN STAMP AND SIGN THE SHEET.



يلتزم مقدم العطاء بكافة المواصفات الفنية الموضحة أعلاه كما يلتزم بتعبئة عرضه المقدم على أوراق المواصفة بالخانة الموضحة مع ختمها وتوقيعها