

TECHNICAL & PERFORMANCE SPECIFICATION FOR MEDICAL EQUIPMENTS

التجهيزات الطبية

مراكز الرعاية الصحية

| | | | |
|------------------|--------------------|-----------|---------------------------------|
| Item Code | 4455260040015 | GROUP # | PHC292 |
| ITEM DESCRIPTION | ULTRASONIC CLEANER | اسم البند | جهاز تنظيف بالموجات فوق الصوتية |

| MODEL OFFERED | MANUFACTURER | COUNTRY OF ORIGIN |
|---------------|--------------|-------------------|
| | | |

| # | TECHNICAL PARAMETERS | SPECIFIED | RESULT |
|----|-------------------------|--------------------------------------|--------|
| 1 | 55.000 CYCLES / SEC | Yes | |
| 2 | GLASS BEAKERS, | Yes. | |
| 3 | METAL MESH BASKET, | Yes. | |
| 4 | TIMER | Yes. | |
| 5 | ADJUSTABLE SPEED & TIME | Yes | |
| 6 | DRAIN VALVE | Yes. | |
| 7 | TANK SIZE | Not less than 9 x 5 x 4 | |
| 8 | CAPACITY | Not less than (1) One Gallon | |
| 9 | POWER SUPPLY | | |
| 10 | VOLTAGE | 220 Volt | |
| 11 | FREQUENCY | 60 Hz. | |
| 12 | REGULATORY COMPLIANCES | ISO, CE, or other [Specify in offer] | |
| 13 | SAFETY STABDARD | UL, IEC or other [Specify in offer] | |
| 14 | OTHER SPECIFICATIONS | | |

THE BIDDER MUST COMPLY WITH ALL ABOVE SPECS. AND MUST FILL HIS OFFER IN THE "OFFERED" COLUMN THEN STAMP AND SIGN THE SHEET.



يلتزم مقدم العطاء بكافة المواصفات الفنية الموضحة أعلاه كما يلتزم بتعبئة عرضه المقدم على أوراق المواصفة بالخانة الموضحة مع ختمها وتوقيعها