Kingdom of Saudi Arabia Ministry Of Health General Directorate of Equipment Supplies Department Of Specs. & Development



المملكة العربية السعودية وزارة الصحة إدارة التجهيزات الطبية إدارة المواصفات والتطوير

## **TECHNICAL & PERFORMANCE SPECIFICATION FOR MEDICAL EQUIPMENTS**

	ttem Code 4455260010016	GROUP # PHC04			
TEM DESCRIPTION CABINET - STORAGE GLASS DOOR			سم البنه تخزين - باب زجاجي		
	MODEL OFFERED	MANUFACTURER	CO	COUNTRY OF ORIGIN	
	TECHNICAL PARAMETERS		SPECIFIED	RESULT	
	النوع		، للتخزين بدرف حديدية مطعمة بالزجاج	دولاب حديدې	
	التَصميم		ودرن، مكون من درفتين بأرفف داخلية حديدية	تصميم م	
	الإيعاد		لاب في حدود الأبعاد التالية: من ) سم إرتفاع ×80 سم عرض × 32. سم عمق	مقاسات الدو (190-150)	
	الاكمسوارات والتشطيب		رات الخاصة بالدولاب من مواد لم الاستعمال الشاق ومثبتة بشكل ب والدرف مزودة بأقفال مركزية	جميع الإكسسو تتحمل ضغ قوي، والابوا	
	اللون		لوان المحيطة ومع رغبة الجهه المستفيدة	يتناسب مع ا!	
	الجودة والمتانة		ديد المدهون بدهان حراري غير سدأ عالي الجودة، وبسماكة عالية	مصنعة من الح قابل للد	
	الفهر سة		وجود فهرسة		
	العينات		تقديم عينة للإختيار النهائي	_	
	الضمان		ضمان خمس سنوات على الأقل		
)	مواصفات أخرى حددها				

THE BIDDER MUST COMPLY WITH ALL ABOVE SPECS. AND MUST FILL HIS OFFER IN THE "OFFERED "COLUMN THEN STAMP AND SIGN THE SHEET.

يِلتَزم مقدم العطاء بكافة المواصفات الفنية الموضحة أعلاه كما يِلتَزم بتَعبُّــة عرضه المقدم على أوراق المواصفة بالخانة الموضحة مع ختمها وتوقيعها

<u>02/Aug/2016 11:30 AM</u> Page 1 of 1