

TECHNICAL & PERFORMANCE SPECIFICATION FOR MEDICAL EQUIPMENTS

التجهيزات الطبية

مراكز الرعاية الصحية

| | | | |
|-------------------------|---------------|------------------|----------------------------|
| Item Code | 4455260010047 | GROUP # | PHC099 |
| ITEM DESCRIPTION | INFUSION PUMP | اسم البند | جهاز تحكم في سرعة المحاليل |

| MODEL OFFERED | MANUFACTURER | COUNTRY OF ORIGIN |
|---------------|--------------|-------------------|
| | | |

| # | TECHNICAL PARAMETERS | SPECIFIED | RESULT |
|---|----------------------------------|---|--------|
| 1 | FLOW RANGE, mL/hr | 0.1 TO 999 | |
| 1 | Accuracy | 5% | |
| 1 | DRUG/DOSE CALC | Yes | |
| 1 | VTBI, mL | 1 TO 9999 | |
| 1 | TOTAL VOLUME INFUSED DISPLAY, mL | Yes | |
| 1 | Pumping mechanism | Peristaltic motor, wave linear, >12 fingers | |
| 1 | IV SET | Yes | |
| 1 | Compatibility | open system | |
| 1 | Free-flow protection | Yes | |
| 1 | FRONT PANEL LOCKOUT | Yes | |
| 1 | ALARMS & INDICATORS | Yes | |
| 1 | Occlusion upstream | Yes | |
| 1 | Occlusion downstream | Yes | |
| 1 | Detection mechanism | Selectable | |
| 1 | Pressure, psi | Specify | |
| 1 | Real-time display | Yes | |
| 1 | Pre-occlusion alarm | Tes | |
| 1 | Infusion Line Disconnection | Yes | |
| 1 | Infusion complete | Yes | |
| 1 | Infusion near to end | Yes | |
| 1 | Air in line | Yes | |
| 1 | Flow error | Yes | |
| 1 | Set disengaged | Yes | |

THE BIDDER MUST COMPLY WITH ALL ABOVE SPECS. AND MUST FILL HIS OFFER IN THE "OFFERED" COLUMN THEN STAMP AND SIGN THE SHEET.



يلتزم مقدم العطاء بكافة المواصفات الفنية الموضحة أعلاه كما يلتزم بتقديم عرضة المقدم على أوراق المواصفة بالخانة الموضحة مع ختمها وتوقيعها

TECHNICAL & PERFORMANCE SPECIFICATION FOR MEDICAL EQUIPMENTS

| # | TECHNICAL PARAMETERS | SPECIFIED | RESULT |
|---|-----------------------|---|--------|
| 1 | Door open | Yes | |
| 1 | User prompts | Yes | |
| 1 | Circuit malfunction | Yes | |
| 1 | PPM due date reminder | Yes | |
| 1 | Low battery | Yes | |
| 1 | Depleted battery | Yes | |
| 1 | AUDIBLE ALARM | Yes | |
| 1 | Volume control | Yes | |
| 1 | Momentary silence | Yes | |
| 1 | NURSE CALL JACK | Yes | |
| 1 | FLUID RESISTANT | Yes | |
| 1 | POWER SOURCE, VAC | 220Volt / 60 Hz. | |
| 1 | BATTERY | Yes, Rechargeable built in | |
| 1 | Battery life | >4 hours / 125 ml/hr | |
| 1 | OTHER SPECIFICATIONS | FDA / CE | |
| 1 | Data Log: | Yes | |
| 1 | Display | Yes | |
| 1 | Print out | Yes | |
| 1 | Time / Date | Yes | |
| 1 | Events Storage | Yes (Alarms, settings, errors, amount infused.WITH EACH 10 DEVICE ONE STAND WITH 10 HOLDER | |

THE BIDDER MUST COMPLY WITH ALL ABOVE SPECS. AND MUST FILL HIS OFFER IN THE "OFFERED" COLUMN THEN STAMP AND SIGN THE SHEET.



يلتزم مقدم العطاء بكافة المواصفات الفنية الموضحة أعلاه كما يلتزم بتعبئة عرضه المقدم على أوراق المواصفة بالخانة الموضحة مع ختمها وتوقيعها