

**TECHNICAL & PERFORMANCE SPECIFICATION FOR MEDICAL EQUIPMENTS**

التجهيزات الطبية

مراكز الرعاية الصحية

Item Code	4455260010082	GROUP #	PHC163
ITEM DESCRIPTION	SPHYGMOMANOMETER ELECTRONIC	جهاز قياس العلامات الحيوية	اسم البند

MODEL OFFERED	MANUFACTURER	COUNTRY OF ORIGIN

#	TECHNICAL PARAMETERS	SPECIFIED	RESULT
1	TYPE	Electronic , MOBILE	
2	METHOD OF INFLATION	Oscillometric or any other, specify	
3	MAXIMUM INFLATION PRESSURE	300 mmHg	
4	AUTO INFLATE & DEFLATE	Yes	
5	CUFF SIZE FOR ADULT	3	
6	CUFF SIZE FOR Ped.	3	
7	AUTOMATIC ZERO POSITION	Yes	
8	DISPLAY PARAMETERS ON LCD	Specify	
9	SYSTOLIC PRESSURE	Yes	
10	DIASTOLIC PRESSURE	Yes	
11	PULSE RATE	Yes	
12	SPO2	included	
13	TEMP	included	
14	ALARMS, AUDIBLE & VISIBLE	Yes	
15	POWER SUPPLY	220v, 60 Hz	
16	BATTERY	Yes, Built in re-chargeable batteries with integral charger.	
17	STAND	Yes	
18	OTHER SPECIFICATION	Yes	
19	FDA or CE approved .	Yes	

THE BIDDER MUST COMPLY WITH ALL ABOVE SPECS. AND MUST FILL HIS OFFER IN THE "OFFERED" COLUMN THEN STAMP AND SIGN THE SHEET.



يلتزم مقدم العطاء بكافة المواصفات الفنية الموضحة أعلاه كما يلتزم بتقديم عرضة المقدم على أوراق المواصفة بالخانة الموضحة مع ختمها وتوقيعها