Kingdom of Saudi Arabia Ministry Of Health General Directorate of Equipment Supplies Department Of Specs. & Development



المملكة العربية السعودية وزارة الصحة إدارة التجهيزات الطبية إدارة المواصفات والتطوير

TECHNICAL & PERFORMANCE SPECIFICATION FOR MEDICAL EQUIPMENTS

	التجهيزات مراكز الرعاية tem Code 4455260010071			G	BROUP# PHC140
TEM	DESCRIPTION REFRIGRATOR - 21 ft DOUBLE	E DOOR		ثلاجة 21 قدم بابين	اسم البند
MODEL OFFERED		MANUFACTURER		COUNTRY OF ORIGIN	
	TECHNICAL PARAMETERS		SPE	CIFIED	RESULT
	REFRIGERATOR 21 FEET, DUBLE DOORS		Yes		
	1MAKE			stainless steel. High-density body expanded polyurethane insulating foam	
	1.1TYPE			full doors with lock and microswitch to switch off the fan when the doors are opened	
	1.2Capacity,FEET			Approx 21	
	1.3Working Temperature range, °C			-2 to +10	
	1.4Temperature gauge, interior light, cavity drain, and condensate evaporator			Yes	
	1.5Forced cooling and auto defrosting			Digital	
	1.6Control Panel			Adjustable	
	1.7Humidity level		Adju	Adjustable	
)	1.8Shelves		up to	up to 400°C.	
1	2DIMENSIONS, MM		700	700 x 700 x 1800 approximately	
2	3POWER			/ /60Hz/ 1Ph	
	3 years full warranty				
	OTHER SPECIFICATION				

THE BIDDER MUST COMPLY WITH ALL ABOVE SPECS. AND MUST FILL HIS OFFER IN THE "OFFERED "COLUMN THEN STAMP AND SIGN THE SHEET.

يِلتَزم مقدم العطاء بكافة المواصفات الفنية الموضحة أعلاه كما يِلتَزم بتَعبُّــة عرضه المقدم على أوراق المواصفة بالخانة الموضحة مع ختمها وتوقيعها

<u>02/Aug/2016 11:33 AM</u> Page 1 of 1